

Изменение № 4 ГОСТ 25377—82 Иглы инъекционные многократного применения.  
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета  
СССР по стандартам от 23.09.88 № 3221

Дата введения 01.02.89

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Толщина стенки трубки и диаметры мандренов должны соответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

| мм             |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Диаметр трубки | Диаметр мандрена, не менее | Толщина стенки* |
| 0,40           | 0,10 (0,12)                | 0,13            |
| 0,50           | 0,18 (0,14)                | 0,15            |
| 0,60           | 0,25 (0,20)                | 0,16            |
| 0,70           | 0,30                       |                 |

(Продолжение см. с. 314)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25377—82)

мм

| Диаметр врубки | Диаметр мандрена, не менее | Толщина стенки* |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 0,80           | 0,40 (0,35)                | 0,17            |
| 0,90           | 0,48 (0,50)                |                 |
| 1,00           | 0,50                       |                 |
| 1,10           | 0,58                       | 0,22            |
| 1,20           | 0,70 (0,69)                |                 |
| 1,40           | 0,80                       |                 |
| 1,60           | 0,80                       | 0,27            |
| 1,80           | 1,00                       |                 |
| 2,00           | 1,00                       |                 |
| 2,20           | 1,50                       | 0,31            |
| 2,50           | 1,75                       |                 |

\* Размеры для справок.

Примечание. Значения в скобках до 01.01.91.

Пункт 4.8 Заменить слова: «Головку иглы жестко» на «Конец иглы жестко».

(ИУС № 1 1989 г.)