

Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Группа Р21

**Изменение № 1 ГОСТ 22967—90 Шприцы медицинские инъекционные много-
кратного применения. Общие технические требования и методы испытаний**

**Принято решением Межгосударственного совета по стандартизации, метроло-
гии и сертификации (протокол заседания № 3 от 17.02.93)**

Дата введения 01.11.93

Пункт 1.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «с присоедини-
тельным конусом 10:100 (Рекорд) по заказу потребителя»;
исключить сноски: «* До 01.01.93».

Пункт 1.7. Таблица 1. Графа «Номинальный объем, см³». Заменить зна-
чения: 1 на 1* (2 раза); 2 на 2*;

таблицу 1 дополнить сноской: «* Размер G, min 10 мм».

Пункт 2.4 после слов «подобных материалов» дополнить словами: «раз-
решенных Минздравом к применению»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Марку силиконовой рези-
ны следует указывать в технических условиях на конкретные шприцы».

Пункт 2.29 дополнить примечанием: «Примечание. Требование вводит-
ся с 01.07.95».

Пункт 3.7. Исключить слова: «ЛП1—4 по ГОСТ 25706».

Пункт 3.13 изложить в новой редакции: «3.13. Параметры шероховато-
сти (п. 2.22) следует проверять контактными профилометрами по ГОСТ 19300
или сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378».

Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 20292 на ГОСТ 29227.

(ИУС № 1 1994 г.)