Изменение № 1 ГОСТ 14618.10—78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.84 № 3771 срок введения установлен

с 01.05.85

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКСТУ 9151, 9152, 9154.

Вводная часть. Заменить слова: «рекомендации ИСО 279—1962» на «международному стандарту ИСО 279—81».

По всему тексту стандарта заменить единицу измерения: мл на $см^3$.

(Продолжение см. стр. 226)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14618.10—78)

Пункты 2.1, 3.1, 4.1. Заменить слова: «Термометр по ГОСТ 215—73 тип 4—Б2» на «Термометр по ГОСТ 215—73, с ценой деления 0,5—1 °С, и пределом измерения не более чем 0—250 °С»; после слова «Термостат» дополнить словами: «или водяная баня».

Пункт 3.1 после слов «Весы лабораторные аналитические» дополнить словами: «I, II класс, предел взвешивания не более 200 г»; заменить ссылку: ГОСТ 8313—75 на ГОСТ 25336—82.

Пункт 3.3. Заменить слова: «и взвешенный с погрешностью не более 0,0002 г» на «результат взвешивания в граммах записывают до четвертого десятичного знака».

(ИУС № 2 1985 г.)