

Изменение № 2 ГОСТ 27839—88 Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата № 2)

Дата введения 1995—06—01

Раздел 2 Первый абзац дополнить словами: МОК-1М;
 пятый абзац дополнить словами: «или ИДК-2 с погрешностью $\pm 1,0$ ед. шкалы»;

шестнадцатый абзац изложить в новой редакции: «Сито из шелковой ткани № 27 по ГОСТ 4403 или полиамидной ткани № 27 ПА-120 по НД (на территории России по ТУ 17 РСФСР 62—10680)».

Пункт 3.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Масса навески, г	Объем воды, см ³
25,00	14,0
30,00	17,0
35,00	20,0
50,00	28,0

Пункты 4.1.1 (второй абзац), 4.1.2 (первый абзац). Заменить значение: 13 см³ на 14 см³.

Пункты 4.1.1 (второй абзац), 4.1.2 (первый абзац). Заменить значение: 25 г на 25,00 г.

Пункты 4.2, 4.2.1, 4.2.2 (первые абзацы), 4.4.6 (второй абзац) дополнить словами: «и МОК-1М».

(Продолжение см. с. 70)

Пункт 4.2.3 дополнить словами: «с точностью до второго десятичного знака».

Пункт 4.3.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Отжатую клейковину взвешивают с точностью до второго десятичного знака, затем еще раз промывают в течение 5 мин, вновь отжимают и взвешивают»;

примечание дополнить словами: «МОК-1, МОК-1М или ручную, считают «неотмываемой»».

Пункт 4.4. Наименование дополнить словами: «или ИДК-2».

Пункт 4.4.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «После отлежки шарик клейковины вынимают из кюветы или чашки и помещают его основанием в центр столика прибора ИДК-1 (ИДК-1М) или ИДК-2. При этом с шарика, сформованного на приспособлении УМ-УФК, снимают зажим».

Для измерения упругих свойств клейковины на приборе ИДК-1 (ИДК-1М) нажимают кнопку «Пуск» и, удерживая в нажатом состоянии 2—3 с, отпускают ее. По истечении 30 с перемещение пуансона автоматически прекращается, загорается лампочка «Отсчет». Записав показания прибора, нажимают кнопку «Тормоз» и поднимают пуансон в верхнее исходное положение. Клейковину снимают со столика прибора».

Для измерения упругих свойств клейковины на приборе ИДК-2 нажимают клавишу «Пуск». При загорании индикатора «Результат» с табло снимают и записывают показания прибора. После автоматического возвращения пуансона в верхнее положение загорается индикатор «Готов» и клейковину снимают со столика прибора».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.2а: «5.2а. Снятие показаний со шкалы прибора ИДК-2 осуществляют с точностью до одной целой условной единицы. Затем результат измерения выражают числом, кратным Б».

Пункт 5.3. Второй абзац дополнить словами: «и ИДК-2».

(ИУС № 5 1995 г.)