

Изменение № 1 ГОСТ 28735—90 Обувь. Метод определения массы

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 16 от 08.10.99)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3484

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь

(Продолжение см. с. 68)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

Пункты 2, 3 изложить в новой редакции:

«2. Для испытания обуви (кроме специальной) применяют весы лабораторные по ГОСТ 24104 4-го класса точности с наибольшим пределом

(Продолжение см. с. 69)

взвешивания 2 кг. Допустимая погрешность взвешивания — не более 1 г.

3. Для испытания специальной обуви применяют весы механические или электронные с наибольшим пределом взвешивания до 15 кг включительно, изготовленные по нормативному документу, утвержденному в установленном порядке. Допустимая погрешность взвешивания в диапазоне от 0,01 до 2,0 кг — не более 5 г».

(ИУС № 5 2001 г.)