

Группа ЛЗ9

Изменение № 3 ГОСТ 9951—73 Пек каменноугольный. Метод определения выхода летучих веществ

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2705
Дата введения 01.06.91

Пункт 4.2. Последний абзац исключить.

Раздел 4 дополнить пунктами— 4.3, 4.4: «4.3. Абсолютные допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений, проведен-

(Продолжение см. с. 134)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9951—73)

ных в одной лаборатории, при доверительной вероятности $P = 0,95$ не должны превышать 1,0 %.

4.4. Абсолютные допускаемые расхождения между результатами анализа одной пробы, полученными в разных лабораториях, не должны превышать 2,0%».

(ИУС № 1 1991 г.)