

Группа Б49

Изменение № 2 ГОСТ 25771—83 Парафины и церезины нефтяные. Метод определения пенетрации иглой

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.94)

Дата введения 1995—07—01

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 1498—79).

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Раздел 1. Девятый абзац изложить в новой редакции: «Секундомер по нормативной документации при работе с ручным пенетрометром»;

(Продолжение см. с. 26)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 25771—83)

десятый абзац изложить в новой редакции: «Термометры ртутные лабораторные для измерения температуры воды в водяных банях по нормативной документации с диапазоном измерения от 0 до 55 °С и ценой деления 0,1 °С»;

двенадцатый абзац изложить в новой редакции: «Стакан номинальной вместимостью не менее 50 см³ в любом исполнении по ГОСТ 25336—82 или стакан 2 (3,4) по ГОСТ 9147—80».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а (перед п. 2.1): «2.1а. Пробу отбирают по ГОСТ 2517—85».

Пункты 3.4, 3.5. Заменить слово: «определения» на «измерения» (3 раза).
Пункт 5.1. Заменить слово: «испытаний» на «определений».

(ИУС № 4 1995 г.)