

Изменение № 4 ГОСТ 10782—85 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 25.12.91 № 2122

Дата введения 01.07.92,

с 01.01.97

в части пп. 2.4; 2.5.2; 2.15.2

Пункт 1.2 дополнить чертежом — 11а. (см. с. 262)

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.


Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 7376—89, ГОСТ 7933—75 на ГОСТ 7933—89.

Пункт 5.2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 16536—84 на ГОСТ 16536—90, ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 7376—89.

Пункт 5.5. Заменить слова: «Осторожно, хрупкое» на «Хрупкое — осторожно», «Верх, не кантовать» на «Верх».

(Продолжение см. с. 262)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10782—85)
Тип II



Номинальная вместимость, см³ — 500; полная вместимость, см³ — 540; масса бутылки, г, не более — 340.

Черт. 11а
(ИУС № 4 1992 г.)