

**Изменение № 1 ГОСТ 8398—80 Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.01.83 № 37 срок введения установлен**

**с 01.07.83**

Вводная часть. Заменить ссылки: «рекомендациям МОЗМ 3—73 и 5—73» на «рекомендациям МОЗМ № 37, 38, 39».

Пункт 1.1. Таблица. Графа «Обязательность проведения операции при эксплуатации и хранении». Для операций «Проверка несовпадения оси рабочего

*(Продолжение см. стр. 244)*

стола прибора с осью наконечника» и «Определение твердости шарика» (2 раза) заменить слово: «Да» на «Нет».

Примечание 4 изложить в новой редакции: «4. При эксплуатации прибор поверку по п. 3.4.6 проводят не реже одного раза в год, а также при в очередной поверке. В этом случае допускается не проводить поверку по пп. 3.4 и 3.4.5».

Пункт 3.4.5. В экспликации к формуле для  $L_0$  заменить слово: «нагруженного» на «ненагруженного».

Пункт 3.5.3. Заменить обозначения: ДОС-0,5 на ДОС-0,05, ДОС-1 ДОС-0,1.

(ИУС № 5 1983 г.)

---