

Изменение № 3 ГОСТ 12697.4—77 Алюминий. Метод определения натрия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.88 № 1551

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.1 дополнить ссылкой: «и ГОСТ 25086—87».

Раздел 2. Первый абзац дополнить словами: «ПЖ-1 или аналогичного типа»;

дополнить абзацем (после первого): «Весы лабораторные по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с погрешностью взвешивания 0,0002 г»;

седьмой абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 4658—73»;

восьмой абзац. Заменить значение: 10 г/дм³ на «с массовой долей 1 %»;

десятый абзац. Заменить значение: 300 см³ на 400 см³;

двенадцатый абзац дополнить словами: «в два раза»;

двадцатый абзац после слов «кварцевой» дополнить словами: «или полиэтиленовой».

(Продолжение см. с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12697.4—77)

Пункт 3.1. Второй абзац после слова «кварцевую колбу» дополнить словами: «емкостью 100—200 см³»; после слов: «кварцевый стакан» дополнить словами: «емкостью 100—200 см³».

Пункт 3.4. Заменить слова: «известного содержания» на «известной массовой доли», «содержание» на «массовую долю».

Пункт 3.5. Таблицу изложить в новой редакции:

| Массовая доля натрия, % | Допускаемые расхождения, % | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | сходности, отн. | воспроизводимости, отн. |
| От 0,001 до 0,004 включ. | 40 | 60 |
| Св. 0,004 » 0,01 » | 30 | 45 |
| » 0,01 » 0,03 » | 20 | 30 |
| » 0,03 » 0,05 » | 15 | 25 |

(ИУС № 8 1988 г.)