

**Изменение № 1 ГОСТ 25599.3—83 Сплавы твердые спеченные. Методы определения титана**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.88 № 1184**

**Дата введения 01.01.89**

Пункт 2.2 дополнить абзацем: «Весы аналитические типа ВЛР-200 или любого другого типа, обеспечивающие погрешность взвешивания не более  $\pm 0,0002$  г».

*(Продолжение см. с. 98)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 25599.3—83)*

Пункт 2.3.1. Четвертый абзац дополнить словами: «Если раствор мутный, то часть раствора отфильтровывают через сухой фильтр в сухой стакан»;  
пятый абзац дополнить словами: «не содержащий перекиси водорода».

(ИУС № 7 1988 г.)