

Изменение № 1 ГОСТ 1367.9—83 Сурьма. Метод определения теллура

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 03.89 № 624

Дата введения 01.01.90

Вводная часть Исключить ссылку «по ГОСТ 1089—82»

Раздел 2 Заменить обозначение, слова и ссылки М на моль/дм³, «10%-ный раствор» на «раствор с массовой долей 10 %» (3 раза), ГОСТ 11125—78 на ГОСТ 11125—84, СТ СЭВ 223—75 на ГОСТ 27068—86, ГОСТ 18428—81 на ТУ 48—6—99—87

Пункт 4.2 изложить в новой редакции «4.2 Разность двух результатов

(Продолжение см. с. 88)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13679—83)

параллельных определений и разность двух результатов анализа при доверительной вероятности $P=0,95$ не должна превышать абсолютного допускаемого расхождения сходимости и воспроизводимости, приведенных в таблице.

Массовая доля теллура, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %	
	сходимости	воспроизводимости
От 0,000005 до 0,000010 включ.	0,000004	0,000005
Св. 0,000010 » 0,000020 »	0,000005	0,000006
» 0,00002 » 0,00005 »	0,00001	0,00002

(ИУС № 6 1989 г.)