

Группа Н09

Изменение № 1 ГОСТ 4151—72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 № 2534

Дата введения 01.01.89

По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на см³.

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Погрешность при титровании 100 см³ пробы составляет 0,05 моль/м³»;

(Продолжение см. с. 264)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4151—72)

третий абзац. Заменить слова: «Суммарное содержание ионов кальция и магния во взятом объеме воды не должно превышать 0,5 мг-экв» на «Суммарное количество вещества эквивалента ионов кальция и магния во взятом объеме не должно превышать 0,5 моль»;

четвертый абзац. Заменить слова: «Суммарное содержание ионов кальция и магния больше 0,5 мг-экв» на «Суммарное количество вещества эквивалента ионов кальция и магния больше 0,5 моль».

Пункт 5.1. Заменить единицу: мг-экв/л на моль/м³.

(ИУС № 11 1988 г.)