

Группа Б49

Изменение № 2 ГОСТ 25337—82 Парафины нефтяные. Метод определения цвета на колориметре КНС-2

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26.04.95)

Дата введения 1996—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 32)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 25337—82)

Раздел I изложить в новой редакции (кроме черт. 1, 2):

«1. Аппаратура, реактивы и материалы

Колориметр типа КНС-2 (черт. 1, 2). Значения координат цветности шкалы приведены в приложении.

Стакан номинальной вместимостью не менее 250 см³ в любом исполнении по ГОСТ 25336—82 или стакан 3 (4, 5) по ГОСТ 9147—80.

Термометры по нормативной документации.

Нефрас-С 50/170 по ГОСТ 8505—80.

Любой бесцветный бензин или бензиновые алкилатные фракции (для мойки кюветы).

Вода дистиллированная с pH 5,4—6,6.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—87.

Бумага фильтровальная лабораторная марок ФНБ или ФНС по ГОСТ 12026—76».

(ИУС № 11 1995 г.)