

Группа Б49

Изменение № 1 ГОСТ 25337—82 Парaffины нефтяные. Метод определения цвета на колориметре КНС-2

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.10.87 № 3870

Дата введения 01.03.88

Заменить код: ОКП 025511 и 025512 на ОКСТУ 0209.

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 9147—80.

Пункты 4.3, 4.3.1, 4.4, 4.4.1 исключить.

Стандарт дополнить разделом — 5:

«5. Точность метода испытаний

5.1. Сходимость

Два результата испытания, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает одну условную единицу цветовой шкалы колориметра КНС-2.

5.2. Воспроизводимость

(Продолжение см. с. 74)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25337—82)

Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает двух условных единиц цветовой шкалы колориметра КНС-2».

(ИУС № 1 1988 г.)