

ООО «Сиб-СТРИМ»

	Методика (метод) измерений	МУ 08-47/355
---	-------------------------------	---------------------

**ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.
ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ**

Аттестована аккредитованной
метрологической службой ТПУ

Аттестат аккредитации

№ 01.00143-2013 от 11.12.2013


Регистрационный номер
в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства
измерений ФР.1.31.2014.17902

Томск
2014

ООО «Сиб-СТРИМ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Сиб-СТРИМ»



В. В. Мошキン

30 апреля 2014 г.

Методика (метод) измерений

МУ 08-47/355

ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.

**ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ**

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ

РАЗРАБОТАНА

ООО «Сиб–СТРИМ»

634055, г. Томск, ул. Вавилова, 16-52

тел/факс (3822) 49-31-74

e-mail: sibstream@mail.ru

ТОО «МАНГИСТАУСКИЙ АТОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ-КАЗАТОМПРОМ»

130000, Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, Промзона, а/я 248,

тел/факс 8 (7292) 31-43-64

СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ

АТТЕСТОВАНА аккредитованной метрологической службой

Томского политехнического университета,

аттестат об аккредитации № 01.00143–2013 от 11.12.2013

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30

e-mail: metrolog@tpu.ru

Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений

№ 08–47/355.01.00143-2013.2014,


выдано 04.04.2014

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде

по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2014.17902

Введена впервые



Национальный исследовательский
Томский Политехнический Университет

Россия, 634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30

http://tpu.ru
e-mail: metrolog@tpu.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ
№ 08-47/355.01.00143-2013.2014

Методика измерений массовой концентрации серной кислоты в воздухе рабочей зоны,
разработанная ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром»
(Казахстан, 130000, Мангистауская обл., г. Актау, Промзона) и ООО «Сиб-СТРИМ»
(Россия, 634055, г. Томск, ул. Вавилова, 16-52)

и регламентированная в МУ 08-47/355 Воздух рабочей зоны. Турбидиметрический
метод измерений массовой концентрации серной кислоты, 2014 г., 15 с.

аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 (ГОСТ 8.010)

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы и
теоретических исследований методики измерений.

В результате аттестации методики измерений установлено, что методика измерений
соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает
следующими основными метрологическими характеристиками:

Диапазон измерений, $\text{мг}/\text{м}^3$	Показатели прецизионности (относительные значения), %				Показатель точности (границы относительной погрешности при $P=0,95$), $\pm \delta_{\text{п}} \%$
	Стандартное отклонение повторяемости σ_r	Стандартное отклонение внутриметодической прецизионности, σ_{R_l}	Предел повторяемости при $P=0,95$, r	Предел внутриметодической прецизионности при $P=0,95$, R_l	
От 0,2 до 2 включ.	10	11	28	25	

Проректор по научной работе и инновациям М.А. Сонкин

Директор Центра метрологии Т.В. Данилова

Дата выдачи: 04.04.2014 г.

Рекомендуемый срок пересмотра
методики (метода) измерений 04.04.2019 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ (МУ 08-47/355) предназначен для определения массовой концентрации аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны и устанавливает турбидиметрический метод измерений в диапазоне концентраций от 0,2 до 2 мг/м³.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике измерений использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009–83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4108-72 Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия

ГОСТ 4145-74 Калий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4204 – 77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4212–76 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная

ГОСТ 10164-75 Реактивы. Этиленгликоль. Технические условия

ГОСТ 14262-78 Реактивы. Кислота серная особой чистоты

ГОСТ 18300 -72 Спирт этиловый ректифицированный

ГОСТ 20903–75 Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров
Основные размеры. Технические требования

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования^{*)}

^{*)} В РФ действует ГОСТ Р 53228–2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1.

Метрологические и технические требования

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры. Размеры

ГОСТ 27025– 86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

ГОСТ 29227–91 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

П р и м е ч а н и е - При использовании настоящей методики целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории РФ (РК) по соответствующему указателю стандартов, составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими методическими указаниями, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей методике применены термины и определения по ГОСТ 12.1.005.

4 ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДИКИ

Методика измерений массовой концентрации серной кислоты в воздухе рабочей зоны обеспечивает получение результатов с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Относительные значения приписанных характеристик случайной (показатель внутрилабораторной прецизионности, показатель повторяемости) и общей (показатель точности) погрешности методики при $P = 0,95$

Диапазон измеряемых концентраций, $\text{мг}/\text{м}^3$	Показатели прецизионности		точность (границы относительной погрешности), $\pm \delta_L, \%$
	повторяемость (стандартное отклонение повторяемости), $\sigma_r, \%$	внутрилабораторная прецизионность (стандартное отклонение внутрилабораторной прецизионности), $\sigma_{Rl}, \%$	
От 0,2 до 2,0 включ.	4	10	25

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При выполнении измерений соблюдают следующие требования:

5.1 При выполнении измерений необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные при работе с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005.

5.2 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

5.3 Лаборатория должна иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

5.4 При работе с электроприборами необходимо соблюдать правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019

6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА

К выполнению измерений и (или) обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие опыт работы в химической лаборатории, владеющие техникой фотометрического анализа, освоившие методику измерений и получившие удовлетворительные результаты оперативного контроля процедуры измерений.

7 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При приготовлении растворов и подготовки проб к анализу соблюдают следующие внешние условия:

- температура окружающей среды (15 – 30) °C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при 25 °C;

Выполнение измерений проводят в условиях, рекомендуемых в руководстве по эксплуатации к прибору.

8 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСУДА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

8.1 Средства измерений

Концентрационный фотоколориметр (КФК) или спектрофотометр, позволяющие измерять оптическую плотность при $\lambda = 365$ нм

Кюветы с длиной оптического пути 10 мм

Весы лабораторные аналитические с ценой деления

не более 0,1 мг

ГОСТ 24104

Дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз 0,01–1,0 см ³	[1]
Средства измерений для определения микроклиматических условий (температура, давление во время отбора) с техническими характеристиками в соответствии с ГОСТ 12.1.005	
Аспиратор, обеспечивающий отбор проб воздуха с указанными в данной методике параметрами, например, ПУ-4Э	[2]
Пипетки стеклянные вмест. 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 см ³	
2 класса точности	ГОСТ 29227
Колбы мерные вместимостью 100 и 1000 см ³	
2 класса точности	ГОСТ 1770
Пробирки мерные вместимостью не менее 15 см ³	ГОСТ 1770
pH-метр, обеспечивающий измерения в диапазоне от 3 до 10 ед. pH с погрешностью ±0,05 ед. pH	

8.2 Государственные стандартные образцы

При выполнении измерений используют государственные стандартные образцы состава сульфат-ионов со следующими метрологическими характеристиками:

- Массовая концентрация сульфат-ионов, г/дм³
(интервал аттестованных значений) 0,95 – 1,05
- Границы значений относительной погрешности, %
при Р = 0,95 ±1,0

8.3 Вспомогательные устройства

Патроны для фильтров

Фильтры АФА-ХП-20, АФА-ХА -20

Пробирки колориметрические плоскодонные из бесцветного стекла, высота 150 мм, внутренний диаметр 15 мм

Стаканы химические термостойкие вместимостью 50 см³ ГОСТ 25336

Стеклянные палочки

Сменные наконечники к дозаторам на (0,01–10,0) см³

Фильтры бумажные обеззоленные «синяя лента»

П р и м е ч а н и я

1 Допускается использование других средств измерений утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью.

2 Допускается использование другого оборудования, материалов и реагентов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

8.4 Реактивы

Кислота серная ос. ч.	ГОСТ 14262
или кислота серная х. ч.	ГОСТ 4204
Калий сернокислый	ГОСТ 4145
Барий хлористый 2-водный	ГОСТ 4108
Этиленгликоль	ГОСТ 10164
Кислота соляная, х. ч.	ГОСТ 3118
Спирт этиловый (этанол), ректификат	ГОСТ 18300
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709

9 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Массовую концентрацию сульфат-ионов определяют турбидиметрическим методом, считая, что присутствие сульфат-ионов обусловлено аэрозолем серной кислоты. Метод турбидиметрии основан на измерении ослабления интенсивности светового потока, прошедшего через раствор, содержащий взвешенные вещества. Для получения взвеси – нерастворимого сульфата бария – в пробу, содержащую серную кислоту, добавляют раствор хлорида бария. Светорассеяние в направлении падающего луча (в единицах оптической плотности), пропорциональное массовой концентрации сульфата бария, измеряют при длине волны 365 нм.

Чувствительность определения серной кислоты составляет 4,0 мкг в пробе.

10 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

Перед выполнением измерений должны быть проведены следующие работы: подготовка лабораторной посуды, приготовление растворов, установление градуировочной характеристики, отбор проб воздуха.

10.1 Подготовка лабораторной посуды

Новую лабораторную стеклянную посуду, пипетки, фарфоровые стаканы промывают хромовой смесью и многократно дистиллированной водой. Посуду после мытья прокаливают, высушивают в сушильном шкафу. Рабочие поверхности кювет промывают в соответствии с РЭ на фотоколориметр.

10.2 Приготовление растворов

10.2.1 Раствор хлорида бария с массовой долей 5 %

В мерную колбу вместимостью 100 см³ вносят (5,9 ± 0,1) г хлористого бария и доводят до метки дистиллированной водой.

10.2.2 Раствор соляной кислоты с массовой долей приблизительно 0,3 %

В мерную колбу вместимостью 100 см³ с небольшим количеством дистиллированной воды вносят 0,3 см³ концентрированной соляной кислоты и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор устойчив в течение месяца, сохраняют в склянке с плотно закрывающейся пробкой.

10.2.3 Составной реактив

1 часть раствора хлорида бария с массовой долей 5 % смешивают с 3 частями этиленгликоля и 3 частями этилового спирта. pH раствора доводят раствором соляной кислоты 0,3 % до значения pH 2,5 – 2,8 (контролируют pH-метром) и оставляют на 2 суток. После выстаивания реактив при наличии осадка фильтруют через фильтр "синяя лента". Раствор устойчив, хранят в склянке с плотно закрывающейся пробкой. Срок хранения раствора 2 месяца.

10.2.4 Основной раствор, содержащий 100 мг/дм³ сульфат-ионов готовят из государственного стандартного образца состава сульфат-ионов с аттестованной концентрацией 1,0 мг/см³:

в мерную колбу вместимостью 25,0 см³ вносят 2,5 см³ раствора ГСО и доводят объем до метки дистиллированной водой.

Рекомендуется использовать инструкцию по применению государственных стандартных образцов.

При отсутствии ГСО основной раствор готовят из калия сернокислого.

Калий сернокислый сушат при температуре (120 – 150) °C в течение 2 ч. Навеску (0,1776 ± 0,0002) г вносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³ и

доводят до метки дистиллированной водой. 1 см³ раствора содержит 0,1 мг сульфат-ионов. Срок хранения раствора 3 месяца.

Относительная погрешность приготовления данных растворов не превышает 3 % отн.

10.3 Установление градуировочной характеристики

Подготовку фотоэлектролориметра или спектрофотометра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

В восемнадцать пробирок (по 3 пробирки для каждого градуировочного раствора) мерной пипеткой или с помощью дозатора вносят рабочий раствор, содержащий 100 мг/дм³ супфат-ионов и дистиллированную воду в соответствии с рекомендациями таблицы 2.

Таблица 2 – Растворы для установления градуировочной характеристики

№ градуировочного раствора	Объем раствора сульфат-ионов (100 мг/дм ³), см ³	Объем дистиллированной воды, см ³	Содержание серной кислоты, мкг
1	0	3	0
2	0,04	2,96	4,0
3	0,06	2,94	6,0
4	0,08	2,92	8,0
5	0,10	2,90	10,0
6	0,20	2,80	20,0

В каждую пробирку добавляют по 2 см³ составного реактива и осторожно перемешивают, избегая образования воздушных пузырьков. Получают шкалу градуировочных растворов, соответствующих содержанию супфат-ионов, приведенному в таблице 2. Через 10 мин измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора в порядке возрастания массовой концентрации супфат-ионов в кюветах с толщиной слоя 10 мм при длине волны 365 нм в сравнении с холостым раствором (рассвр № 1). Перед помещением в кювету фотоэлектролориметра содержимое пробирки необходимо взболтать. Проводят измерения каждого раствора. Вычисляют среднее арифметическое полученных значений оптической плотности в трех пробирках и строят градуировочный график в координатах «оптическая плотность – содержание серной кислоты, мкг».

10.4 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в 3 месяца или при смене партии реагентов, или после ремонта прибора. Средствами контроля являются вновь приготовленные градуировочные растворы, массовая концентрация сульфат-ионов в которых соответствует разным точкам диапазона измерений. Например, растворы с содержанием сульфат-ионов 6,0; 8,0 и 10,0 мкг. Измеряют оптическую плотность (по два измерения для каждой точки диапазона) и находят среднее арифметическое полученных значений. При помощи имеющейся градуировочной характеристики находят содержание сульфат-ионов в образце для контроля. Рассчитывают относительное отклонение по формуле: $\delta_{\text{откл}} = \frac{|C_{\text{измер}} - C_{\text{аммес}}|}{C_{\text{аммес}}} \cdot 100\%$.

Градуировочный график считается стабильным, если относительное отклонение среднего результата измерений от истинного значения не превышает 10 %. В противном случае строят новый градуировочный график.

10.5 Отбор и хранение проб воздуха

Воздух аспирируют через аналитические аэрозольные фильтры АФА-ХП или АФА-ХА со скоростью от 5 до 10 дм³/мин. Одновременно проводят отбор двух параллельных проб, подключенных к одному аспиратору. Отобранные пробы транспортируют в полиэтиленовых пакетах, в лаборатории хранят в эксикаторе. Срок хранения проб в герметичной упаковке не ограничен.

Для определения 0,2 мг/м³ серной кислоты необходимо отобрать 60 дм³ воздуха.

10.6 Предварительная подготовка проб

Одновременно проводят подготовку двух параллельных отобранных проб и холостую пробу (используют чистый фильтр той же марки из упаковки.)

Фильтр с пробой помещают в стакан (фарфоровый или стеклянный термостойкий) вместимостью не менее 50 см³, наносят на фильтр 1 см³ этилового спирта и добавляют 6 см³ горячей дистиллированной воды, промывают фильтр и тщательно отжимают стеклянной палочкой. Промывку дистиллированной водой повторяют дважды. Промывные растворы помещают в мерную пробирку и измеряют суммарный объем. К 3 см³ пробы добавляют 2 см³ составного реагента и осторожно перемешивают, избегая образования воздушных пузырьков.

Измерения оптической плотности проводят через 10 минут, перед помещением в кювету фотоэлектроколориметра содержимое пробирки взбалтывают. Взвесь оптически устойчива в течение нескольких часов.

11 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

11.1 Раствор переливают в кювету с расстоянием между гранями 10 мм и измеряют оптическую плотность анализируемой пробы и холостой пробы при длине волны 365 нм в сравнении с дистиллированной водой.

11.2 Вычисляют оптическую плотность анализируемой пробы с учетом холостой пробы.

12.3. Аналогично проводят измерения для второй параллельной анализируемой пробы.

11.4 По градуировочному графику находят содержание серной кислоты в анализируемом растворе G , мкг.

Концентрацию серной кислоты в $\text{мг}/\text{м}^3$ воздуха X вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G \cdot V_1}{V \cdot V_{20}},$$

где G – количество серной кислоты, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг;

V_1 – общий объем пробы воздуха, см^3 ;

V – объем аликвоты, взятый для анализа, см^3 ;

V_{20} – объем воздуха, взятый для анализа, дм^3 , приведенный к стандартным условиям по формуле:

$$V_{20} = \frac{V_1 \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101.33},$$

где P – барометрическое давление, кПа;

t – температура воздуха на месте отбора пробы.

12 ВЫЧИСЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ

12.1 За результат измерения \bar{X} принимают среднее арифметическое значение двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости X_1 , X_2 (параллельных определений), для которых выполняется условие:

$$|X_1 - X_2| \leq 0,01 \cdot r \cdot \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad (1)$$

где r - предел повторяемости.

Значения предела повторяемости приведены в таблице 3.

12.2 При невыполнении условия (1) отбирают еще одну аликвоту подготовленной пробы и получают дополнительно еще один результат измерения. За результат измерений принимают среднее арифметическое трех результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, для которых выполняется условие:

$$|X_{\max} - X_{\min}| \leq 0,01 \cdot CR_{0,95}(3) \cdot \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}, \quad (2)$$

где $CR_{0,95}(3)$ - критический диапазон.

Значения критического диапазона приведены в таблице 3.

12.3 При невыполнении условия (2) в качестве окончательного результата измерений принимают медиану трех результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (параллельных определений). Дополнительно выявляют и устраняют причины, приводящие к невыполнению условия (1).

Таблица 3 – Относительные значения пределов повторяемости для двух результатов единичного анализа и критической разности для трех результатов анализа, $P = 0,95$

Диапазон концентраций, мг/м ³	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в одной лаборатории в условиях повторяемости), r , %	Критический диапазон (относительное значение допускаемого расхождения между наибольшим и наименьшим трех результатов измерений, полученных в одной лаборатории в условиях повторяемости), $CR_{0,95}(3)$, %
От 0,2 до 2,0 включ.	11	14

13 ПРОВЕРКА ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ

13.1 Расхождение между результатами измерений, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости:

$$\left| \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \right| \leq 0,01 \cdot R \cdot \frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2}{2}, \quad (3)$$

где \bar{X}_1 и \bar{X}_2 – результаты измерений массовой концентрации сульфат-ионов, полученные в разных лабораториях – средние арифметические двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, для которых выполняется условие (1).

13.2 При выполнении условия (3) приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного может быть использовано их среднее арифметическое значение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 – Относительное значение предела внутрилабораторной прецизионности

Диапазон измерений, мг/м ³	Предел внутрилабораторной прецизионности (допускаемое расхождение между двумя результатами измерений, полученными в условиях внутрилабораторной прецизионности) R_n , мг/м ³
От 0,2 до 2,0 включ.	28

14 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

14.1 Результат анализа представляют в виде:

$$(\bar{X} \pm \Delta), \text{ мг/м}^3, P = 0,95,$$

где \bar{X} – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим документом;

$\pm\Delta$ – абсолютное значение показателя точности методики.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

$$\Delta = 0,01 \cdot (\pm\delta) \cdot \bar{X}, \text{ мг/м}^3, \quad (4)$$

где $\pm\delta$ – относительное значение показателя точности методики, приведенное в таблице 1.

14.2 Результат анализа в документах, выдаваемых лабораторией, допустимо представлять в виде:

$$(\bar{X} \pm \Delta_n), \text{ мг/м}^3,$$

где $\pm\Delta_n$ абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечивающее контролем стабильности результатов измерений.

Примечание – Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) Δ_n может быть установлена на основе выражения:

$$\Delta_n = 0,84 \cdot \Delta, \text{ мг/м}^3 \quad (5)$$

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

14.3 При представлении результатов анализа указывают:

- количество результатов единичных определений, использованных для расчёта результатов анализа;
- способ определения результата анализа: среднее арифметическое значение или медиана результатов единичного анализа.

15 ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Обеспечение достоверности измерений в пределах лаборатории организуют и проводят путем проведения оперативного контроля процедуры измерений и контроля стабильности результатов измерений в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6 и РМГ 76.

Периодичность получения результатов контрольных процедур и формы их регистрации приводят в документах лаборатории, устанавливающих порядок и содержание работ по организации методов контроля стабильности результатов измерений в пределах лаборатории.

15.1 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

15.1.1 Оперативный контроль процедуры измерений проводит исполнитель измерений с целью проверки готовности лаборатории к проведению измерений рабочих проб или оперативной оценки качества результатов измерений, полученных совместно с результатом контрольного измерения. Оперативный контроль проводят в следующих случаях:

- при внедрении методики;
- при появлении факторов, которые могут повлиять на стабильность результатов измерений (смена реактивов, использование средств измерений после ремонта и т.д.);
- при получении двух из трёх последовательных результатов измерений рабочих проб в виде медианы.

15.1.2 Оперативный контроль процедуры измерений проводит непосредственно исполнитель измерений на основе оценки отдельно взятой контрольной процедуры (K_k) и сравнения результата процедуры с нормативом контроля (K)

15.1.3 Оперативный контроль процедуры измерений проводят по следующей схеме:

- проведение контрольного измерения и получение результата контрольной процедуры;

– расчёт результата контрольной процедуры (K_k);

– расчет норматива контроля (K);

Реализация решающего правила контроля – сопоставление результата контрольной процедуры с нормативом контроля и выводы по результатам контроля.

15.1.4 Оперативный контроль процедуры измерений может быть проведён с применением метода добавок.

Применение метода добавок используют при наличии условий для создания проб с введенными добавками, адекватных анализируемым пробам и при отсутствии ОК (ОК воздуха отсутствуют).

15.2 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДОБАВОК

15.3.1 Средствами контроля являются:

– пробы исследуемого по методике воздуха (отобранного на фильтры, рабочие пробы);

– пробы исследуемого по методике воздуха (отобранного на фильтры) с известной добавкой определяемого компонента (рабочие пробы с добавкой). Пробы с добавкой готовят следующим образом: фильтр с отобранной пробой воздуха помещают в химический стакан, на поверхность фильтра дозируют раствор с известной концентрацией сульфат-ионов.

Рабочие пробы для проведения оперативного контроля выбирают таким образом, чтобы массовая концентрация сульфат-ионов в пробе с добавкой не превышала верхней границы диапазона измерений. Величина добавки должна составлять (50 – 100)% от содержания в пробе.

15.3.2 В соответствии с данной методикой в условиях повторяемости получают результаты контрольных измерений массовой концентрации сульфат-ионов в рабочей пробе – X_n и в рабочей пробе с внесённой известной добавкой аттестованной смеси ионов сульфат-ионов – $X_{n+\delta}$.

Результаты контрольных измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробе и в пробе с добавкой представляют собой средние арифметические двух результатов параллельных определений, для которых выполняется условие (1).

15.3.3. Результат контрольной процедуры K_k рассчитывают по формуле:

$$K_k = \bar{X}_{n+\delta} - \bar{X}_n - C_\delta, \text{ мг/м}^3. \quad (10)$$

15.3.4. Норматив контроля К рассчитывают по формуле:

$$K = \sqrt{\Delta_{\bar{X}_{n+\delta}}^2 + \Delta_{\bar{X}_n}^2}, \text{ мг/м}^3, \quad (11)$$

где $\pm \Delta_{\bar{X}_{n+\delta}}$ – характеристика погрешности результатов контрольного измерения, соответствующая массовой концентрации сульфат-ионов в пробе с добавкой, рассчитанная по формуле:

$$\Delta_{\bar{X}_{n+\delta}} = 0,01 \cdot \delta_{\bar{X}_1} \cdot \bar{X}_{n+\delta}, \text{ мг/м}^3, \quad (11)$$

$\pm \Delta_{\bar{X}_n}$ – характеристика погрешности результатов контрольного измерения, соответствующая массовой концентрации сульфат-ионов в пробе, рассчитанная по формуле:

$$\Delta_{\bar{X}_n} = 0,01 \cdot \delta_{\bar{X}_2} \cdot \bar{X}_n, \text{ мг/м}^3, \quad (12)$$

$\pm \delta_{\bar{X}}$ – относительное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

15.3.5. Реализация решающего правила контроля:

$$|K_k| \leq K \quad (13)$$

При невыполнении этого условия контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (13) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительному результату, и принимают меры к их устранению.

Примечание – Если в рабочей пробе установлено отсутствие содержания сульфат-ионов на уровне нижней границы диапазона измерений, установленного методикой измерений, то эта рабочая проба с введённой добавкой ионов сульфат-ионов C_d может служить образцом для контроля с аттестованным значением C_d . При этом оперативный контроль процедуры измерений проводят в соответствии с разделом 15.2. В этом случае результат контрольной процедуры K_k рассчитывают по формуле:

$$K_k = \bar{X} - C_o, \text{ мг/м}^3, \quad (14)$$

где \bar{X} – результат контрольного измерения массовой концентрации в образце для контроля;

C_d – массовая концентрация введенной добавки, мг/м^3 .

Приложение А

(справочное)

Нормативные ссылки

[1] Дозаторы пипеточные с дискретностью установки

доз (0,001–1) см³

ТУ 64-1-3329-81

[2] Электроаспиратор ПУ-4Э

ТУ 25-11-1413-78