



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**  
(Росстандарт)

## **П Р И К А З**

22 октября 2019 г.

№ \_\_\_\_\_ 2499

Москва

**Об утверждении государственной поверочной схемы  
для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы  
бета-излучения в тканеэквивалентном материале, направленного  
и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей**

В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734, Временным порядком разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2017 г. № 1832, изменениями, внесенными во Временный порядок разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем, утвержденными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2018 г. № 2793,а также Планом разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем на 2019 год, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 2819, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Государственную поверочную схему для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей (далее – ГПС).

2. Установить, что ГПС применяется для Государственного первичного эталона единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале (ГЭТ 9-2018), эталонов и средств измерений поглощенной дозы бета-излучения в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-6}$

до 100 Гр, мощности поглощенной дозы бета-излучения в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-9}$  до  $1 \cdot 10^{-8}$  Гр/с, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения от  $1 \cdot 10^{-8}$  до 100 Зв, мощности направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения от  $3 \cdot 10^{-10}$  до 1 Зв/с и вводится в действие с 1 января 2020 г.

3. Управлению технического регулирования и стандартизации (И.А.Киреева) совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (А.Н.Пронин) обеспечить прекращение применения в качестве национального стандарта Российской Федерации межгосударственного стандарта ГОСТ 8.035-82 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения».

4. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (А.Н.Пронин) направить сведения о ГПС в ФГУП «ВНИИФТРИ» (С.И.Донченко) для их внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

5. Управлению метрологии (Д.В.Гоголев) обеспечить размещение информации об утверждении ГПС на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

С.С.Голубев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федеральное агентство по техническому регулированию и  
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036EE32711EB80E9E0071BFC5DD276  
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич  
Действителен: с 08.11.2018 до 08.11.2019

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «22» октября 2019 г. № 2499

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА  
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ, МОЩНОСТИ  
ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ  
В ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНОМ МАТЕРИАЛЕ, НАПРАВЛЕННОГО  
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТОВ ДОЗЫ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ  
И ИХ МОЩНОСТЕЙ**

## 1. Область применения

1.1. Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканезквивалентном материале, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей устанавливает порядок передачи единиц поглощенной дозы – грея (Гр), мощности поглощенной дозы – грея в секунду (Гр/с), направленного и индивидуального эквивалентов дозы – зиверта (Зв), мощностей направленного и индивидуального эквивалентов дозы – зиверта в секунду (Зв/с) бета-излучения от государственного первичного эталона единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканезквивалентном материале при помощи вторичных и рабочих эталонов средствами измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи единиц.

1.2. Допускается проводить аттестацию эталонов и поверку средств измерений с помощью эталонов более высокой точности, чем предусмотрено поверочной схемой.

1.3. Графическая часть государственной поверочной схемы для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканезквивалентном материале, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей приведена в приложении А.

## 2. Сокращения и обозначения

### 2.1. Сокращения:

ГПЭ – государственный первичный эталон;  
МПД – мощность поглощенной дозы бета-излучения в тканезквивалентном материале;

НСП – неисключенная систематическая погрешность;

ПД – поглощенная доза бета-излучения в тканезквивалентном материале;

СКО – среднее квадратическое отклонение.

### 2.2. Обозначения:

$S_o$  – относительное СКО;

$\Theta_o$  – относительная НСП;

$S_{\Sigma o}$  – суммарное относительное СКО;

$\delta_o$  – допускаемые значения доверительных границ относительной погрешности;

$\Delta_o$  – предел допускаемой относительной погрешности.

## 3. Государственный первичный эталон

3.1. ГПЭ предназначен для воспроизведения и хранения единиц ПД и МПД и передачи этих единиц, а также единиц операционных величин бета-излучения: направленного, индивидуального эквивалентов дозы и их мощностей с помощью вторичных и рабочих эталонов средствами

измерений, применяемым в Российской Федерации, с целью обеспечения единства измерений в стране в области ионизирующих излучений.

3.2. В основу измерений ПД и МПД в диапазоне энергий от 60 до 3500 кэВ, а также операционных величин – индивидуального и направленного эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей, должны быть положены единицы, воспроизводимые указанным государственным эталоном.

3.3. ГПЭ состоит из комплекса следующих средств измерений:

измерительная установка УЭДАБ-1 с ионизационной экстраполяционной автоматизированной камерой МЭК-1 для воспроизведения единиц ПД в диапазоне от  $3 \cdot 10^{-4}$  до  $1 \cdot 10^{-1}$  Гр и МПД в диапазоне от  $5 \cdot 10^{-6}$  до  $1 \cdot 10^{-3}$  Гр/с;

измерительная установка УЭДБ-2 с ионизационной экстраполяционной камерой ЭК-2М для воспроизведения единиц ПД в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-1}$  до  $1 \cdot 10^2$  Гр и МПД в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-3}$  до 1 Гр/с;

транспортируемый комплект ТЭБ-1 с ионизационной плоскопараллельной камерой фиксированного объема;

набор источников бета-излучения переменного состава на основе радионуклидов: криптон-85, стронций-90+иттрий-90, прометий-147.

3.4. Диапазоны значений, в которых воспроизводятся единицы ПД и МПД,  $S_0$  при 15 независимых измерениях,  $\theta_0$ , стандартная неопределенность, оцененная по типу А,  $u_{0A}$ , стандартная неопределенность, оцененная по типу В,  $u_{0B}$ , суммарная стандартная неопределенность,  $u_{0C}$ , и расширенная неопределенность,  $U_0$ , при  $k = 2$  приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики первичного эталона

Характеристики	Наименование физической величины	
	ПД	МПД
Диапазон измерений	$3 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^2$ Гр	$5 \cdot 10^{-6} - 1$ Гр/с
$S_0$	$1 \cdot 10^{-2}$	
$\theta_0$	$2,0 \cdot 10^{-2} - 2,8 \cdot 10^{-2}$	
$u_{0A}$	$1 \cdot 10^{-2}$	
$u_{0B}$	$8,3 \cdot 10^{-3} - 1,2 \cdot 10^{-2}$	
$u_{0C}$	$1,3 \cdot 10^{-3} - 1,6 \cdot 10^{-2}$	
$U_0$	$2,6 \cdot 10^{-2} - 3,2 \cdot 10^{-2}$	

3.5. Для обеспечения воспроизведения единиц ПД и МПД с указанной точностью должны быть соблюдены правила содержания и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

3.6. Государственный первичный эталон применяют для передачи единиц:

ПД и МПД вторичным эталонам методом прямых измерений и сличением при помощи эталона сравнения, а также источникам бета-излучения медицинского назначения методом прямых измерений;

ПД и МПД рабочим эталонам методом непосредственного сличения; индивидуального и направленного эквивалентов дозы и мощностей индивидуального и направленного эквивалентов дозы бета-излучения вторичным эталонам методом косвенных измерений.

#### Примечания

1. Метод косвенных измерений операционных величин основан на измерении поглощенной дозы в тканэквиалентном материале в опорной точке поля бета-излучения и переходе к значению операционной величины с учетом конверсионных коэффициентов, установленных для радионуклидных источников бета-излучения в нормативных документах.

2. В качестве эталона сравнения используется транспортируемый комплект ТЭБ-1 с ионизационной плоскопараллельной камерой фиксированного объема из состава государственного первичного эталона.

### 4. Вторичные эталоны

4.1. В качестве вторичных эталонов единиц ПД, индивидуального и направленного эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей применяют:

измерительные установки с ионизационными экстраполяционными камерами, укомплектованные источниками бета-излучения на основе радионуклидов протетий-147, таллий-204, криптон-85, стронций-90+иттрий-90, рутений-106+родий-106, водными или твердотельными фантомами ИСО стандартных размеров, эталонами сравнения на основе ионизационных камер фиксированного объема в диапазонах измерений ПД от  $1 \cdot 10^{-3}$  до  $1 \cdot 10^2$  Гр, МПД от  $5 \cdot 10^{-6}$  до 1 Гр/с, направленного и индивидуального эквивалентов дозы от  $1 \cdot 10^{-3}$  до  $1 \cdot 10^2$  Зв, мощностей направленного и индивидуального эквивалентов дозы от  $5 \cdot 10^{-6}$  до 1 Зв/с;

меры МПД - источники бета-излучения на основе радионуклидов протетий-147, таллий-204, криптон-85, стронций-90+ иттрий-90, рутений-106+родий-106 в диапазоне мощности поглощенной дозы от  $5 \cdot 10^{-6}$  до 1 Гр/с.

4.2. Суммарное СКО  $S_{\Sigma}$  вторичных эталонов единиц ПД и МПД составляет от 2,5 до 3,0 %.

4.3. Суммарное СКО  $S_{\Sigma}$  вторичных эталонов единиц направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей составляет от 3,5 до 4,5 %.

4.4. Вторичные эталоны применяют для аттестации рабочих эталонов: дозиметров ПД и МПД методом непосредственного сличения; установок дозиметрических поверочных бета-излучения методом сличения при помощи эталона сравнения;

мер МПД методами прямых измерений и сличения при помощи компаратора;

источников бета-излучения медицинского назначения методом сличения при помощи компаратора.

## 5. Рабочие эталоны

5.1. В качестве рабочих эталонов применяют:

дозиметры ПД и МПД в диапазонах измерений ПД от  $1 \cdot 10^{-3}$  до  $1 \cdot 10^2$  Гр и МПД от  $1 \cdot 10^{-5}$  до 1 Гр/с;

дозиметрические поверочные установки бета-излучения в диапазонах измерений ПД от  $3 \cdot 10^{-6}$  до  $1 \cdot 10^2$  Гр, МПД от  $1 \cdot 10^{-7}$  до 1 Гр/с, направленного и индивидуального эквивалентов дозы от  $3 \cdot 10^{-6}$  до  $1 \cdot 10^2$  Зв, мощностей направленного и индивидуального эквивалентов дозы от  $1 \cdot 10^{-7}$  до 1 Зв/с;

меры МПД на основе закрытых источников бета-излучения на основе радионуклидов криптон-85, стронций-90+иттрий-90, рутений-106+родий-106, прометий-147, таллий-204 в диапазоне МПД от  $5 \cdot 10^{-6}$  до 1 Гр/с.

5.2. Доверительные границы относительных погрешностей,  $\delta_0$ , рабочих эталонов единиц ПД и МПД при доверительной вероятности  $P = 0,95$  составляют от 4 до 8 %.

5.3. Доверительные границы относительных погрешностей,  $\delta_0$ , рабочих эталонов единиц направленного и индивидуального эквивалентов дозы и мощностей направленного и индивидуального эквивалентов дозы при доверительной вероятности  $P = 0,95$  составляют от 7 до 10 %.

5.4. Рабочие эталоны применяют для проверки средств измерений:

радионуклидных источников бета-излучения медицинского назначения методом сличения при помощи компаратора;

радионуклидных источников и облучательных установок бета-излучения методом прямых измерений;

дозиметров ПД бета-излучения методом прямых измерений;

дозиметров направленного эквивалента дозы бета-излучения методом прямых измерений;

индивидуальных дозиметров бета-излучения методом прямых измерений.

## 6. Средства измерений

6.1. В качестве средств измерений применяют:

радионуклидные источники бета-излучения медицинского назначения в диапазоне измерений МПД от  $5 \cdot 10^{-6}$  до  $1 \cdot 10^{-1}$  Гр/с;

радионуклидные источники и облучательные установки бета-излучения в диапазонах измерений МПД от  $1 \cdot 10^{-5}$  до 1 Гр/с и ПД от  $1 \cdot 10^{-4}$  до  $1 \cdot 10^2$  Гр;

дозиметры МПД и ПД в диапазонах измерений МПД от  $1 \cdot 10^{-9}$  до 1 Гр/с и ПД от  $1 \cdot 10^{-6}$  до  $1 \cdot 10^2$  Гр;

дозиметры направленного эквивалента дозы бета-излучения в диапазонах измерений мощности направленного эквивалента дозы бета-излучения от  $3 \cdot 10^{-10}$  до  $3 \cdot 10^{-3}$  Зв/с и направленного эквивалента дозы бета-излучения от  $1 \cdot 10^{-8}$  до  $1 \cdot 10^1$  Зв;

дозиметры, системы и комплексы для индивидуального дозиметрического контроля в диапазонах измерений мощности индивидуального эквивалента дозы бета-излучения от  $3 \cdot 10^{-9}$  до  $3 \cdot 10^{-3}$  Зв/с и индивидуального эквивалента дозы бета-излучения от  $1 \cdot 10^{-7}$  до  $1 \cdot 10^1$  Зв.

6.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей,  $\Delta_0$ , дозиметров ПД, направленного эквивалента дозы и индивидуальных дозиметров составляют от 15 до 40 %.

6.3. Доверительные границы относительных погрешностей,  $\delta_0$ , источников бета-излучения медицинского назначения при доверительной вероятности  $P = 0,95$  составляют от 5 до 10 %.

6.4. Доверительные границы относительных погрешностей,  $\delta_0$ , радионуклидных источников и установок дозиметрических облучательных при доверительной вероятности  $P = 0,95$  составляют от 10 до 15 %.



Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей

