

*Методика выполнения измерений зарегистрирована в
Федеральном реестре методик выполнения измерений, применяемых в сферах
распространения государственного метрологического контроля и надзора
регистр. код ФР.1.31.2011.09196*

МУ 08-47/247

*(по реестру аккредитованной метрологической службы
Томского политехнического университета)*


**ЗЕРНО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, СИЛОС ИЗ
ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ, КОРМА, КОМБИКОРМА,
КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ.
ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЖЕЛЕЗА, ЙОДА, КОБАЛЬТА, МАРГАНЦА,
МЫШЬЯКА, НИКЕЛЯ, РТУТИ и СЕЛЕНА**

ТОМСК

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
АККРЕДИТОВАННАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТПУ
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по НР и И ТПУ



В.А. Власов

« ____ »

2010 г.



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ

№ 08-47/247-01.00143.2008

**ЗЕРНО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, СИЛОС ИЗ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ,
КОРМА, КОМБИКОРМА, КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ.
ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ (ЖЕЛЕЗА, ЙОДА, КОБАЛЬТА, МАРГАНЦА,
МЫШЬЯКА, НИКЕЛЯ, РТУТИ И СЕЛЕНА)**

разработанной в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30) и ООО «ЮМХ» (634050, г. Томск, пр. 43 а), регламентированной в МУ 08-47/247 (по реестру аккредитованной метрологической службы) (2010 г., 62 с.) аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563 (ГОСТ 8.010).

Аттестация осуществлена по результатам теоретического и экспериментального исследования методики (метода) измерений. В результате аттестации установлено, что методика (метод) измерений соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:



1 Диапазоны измерений, относительные значения показателей повторяемости, воспроизводимости и точности методики при доверительной вероятности $P=0,95$

Определяемый элемент	Диапазон измерений массовой концентрации элемента, мг/кг	Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости), σ_n , %	Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σ_R , %	Показатель точности (границы, в которых находится погрешность методики), δ , %
Железо	От 10,0 до 1000 включ.	8	10	25
Йод	От 0,1 до 50 включ.	10	14	31
Кобальт	От 0,1 до 30 включ.	12	16	32
Марганец	От 1,0 до 2500 включ.	10	16	32
Мышьяк	От 0,007 до 7,0 включ.	12	17	35
Никель	От 0,1 до 30 включ.	12	16	34
Ртуть	От 0,01 до 5,0 включ.	8	16	32
Селен	От 0,05 до 10 включ.	10	16	32

2 Диапазоны измерений, значения пределов повторяемости и воспроизводимости при доверительной вероятности $P=0,95$

Определяемый элемент	Диапазон измерений массовой концентрации элемента, мг/кг	Предел повторяемости (для двух параллельных результатов измерений), r	Предел воспроизводимости (для двух результатов измерений), R
Железо	От 10,0 до 1000 включ.	$0,22 \cdot \bar{X}$	$0,28 \cdot \bar{X}$
Йод	От 0,1 до 50 включ.	$0,28 \cdot \bar{X}$	$0,39 \cdot \bar{X}$
Кобальт	От 0,1 до 30 включ.	$0,34 \cdot \bar{X}$	$0,45 \cdot \bar{X}$
Марганец	От 1,0 до 2500 включ.	$0,28 \cdot \bar{X}$	$0,45 \cdot \bar{X}$
Мышьяк	От 0,007 до 7,0 включ.	$0,34 \cdot \bar{X}$	$0,48 \cdot \bar{X}$
Никель	От 0,1 до 30 включ.	$0,34 \cdot \bar{X}$	$0,45 \cdot \bar{X}$
Ртуть	От 0,01 до 5,0 включ.	$0,22 \cdot \bar{X}$	$0,45 \cdot \bar{X}$
Селен	От 0,05 до 10 включ.	$0,28 \cdot \bar{X}$	$0,42 \cdot \bar{X}$
\bar{X} - среднее арифметическое значение результатов параллельных определений; $\bar{\bar{X}}$ - среднее арифметическое значение результатов анализа, полученных в двух лабораториях.			

3 Дата выдачи свидетельства 26 октября 2010 г

«СОГЛАСОВАНО»
Главный метролог ТПУ

 Л.А.Хустенко
 « 4 » октября 2010 г.
Метролог аккредитованной
метрологической службы ТПУ

 Н.П.Пикула
 « 26 » октября 2010 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

АККРЕДИТОВАННАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТПУ

(аттестат аккредитации № РОСС RU 01.00143 от 03.04.2008 действителен до 03.04.2013)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по НРИИ ТПУ


В.А. Власов
« » 2010 г.


УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЮМХ»



Г.Б. Слепченко
« » 2010 г.


МУ 08-47/247

(по реестру аккредитованной метрологической службы
Томского политехнического университета)

**Зерно и продукты его переработки, силос из
зеленых растений, корма, комбикорма,
комбикормовое сырье и кормовые добавки.
Инверсионно-вольтамперометрический метод
определения содержания элементов
(железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка,
никеля, ртути и селена)**

Метролог аккредитованной метро-
логической службы ТПУ

 Пикула Н.П.
" 26 " октября 2010 г.

ТОМСК

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ (МУ 08-47/247) устанавливает методику выполнения измерений массовых концентраций железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути и селена при анализе проб следующих объектов:

- *зерно и продукты его переработки;*
- *корма, включая корма растительного происхождения (фуражное зерно, соевые бобы, тапиоки, шроты и др.);*
- *корнеплоды кормовые;*
- *силос из зеленых растений;*
- *комбикорма, кормовые смеси, белково-витаминные добавки, премиксы, минеральное сырье;*
- *корма животного происхождения;*
- *корма микробиологического синтеза.*

Диапазоны определяемых массовых концентраций элементов и показатели точности методики приведены в таблице 1.

Если содержание элементов в пробе выходит за верхнюю границу диапазонов определяемых содержаний допускается дополнительное разбавление (до 10 раз) подготовленной к измерению пробы или взятие меньшей аликвоты подготовленной пробы.

Если содержание элементов выходит за нижнюю границу (не более, чем на порядок), допускается взятие большей аликвоты или увеличение времени электронакопления.

Химические помехи, влияющие на результаты определения элементов, устраняются в процессе пробоподготовки.

Настоящий документ соответствует требованиям ГОСТ Р 8.563 с учетом ГОСТ Р ИСО 5725-1 и ГОСТ Р ИСО 5725-6. Алгоритмы оперативного контроля качества результатов измерений приведены в приложении А.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2156-76 Реактивы. Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4217-77 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4658-73 Реактивы. Ртуть. Технические условия

ГОСТ 5841-74 Реактивы. Гидразин серноокислый. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 10852-86 Семена масляные. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия

ГОСТ 11088-75 Реактивы. Магний нитрат 6-водный. Технические условия
 ГОСТ 11125-84 Реактивы. Кислота азотная особой чистоты. Технические условия
 ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
 ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб
 ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб
 ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб
 ГОСТ 14261-77 Реактивы. Кислота соляная особой чистоты. Технические условия
 ГОСТ 14262-78 Реактивы. Кислота серная особой чистоты. Технические условия
 ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия
 ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний
 ГОСТ 20264.0-74 Препараты ферментные. Правила приемки и методы отбора проб
 ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия
 ГОСТ 23638-90 Силос из зеленых растений. Технические условия
 ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
 ГОСТ 24147-80 Реактивы. Аммиак водный особой чистоты. Технические условия
 ГОСТ 24596.1-81 Фосфаты кормовые. Методы отбора и подготовки проб для анализа
 ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
 ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб
 ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб
 ГОСТ 27978-88 Корма зеленые. Технические условия
 ГОСТ 28165-89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования
 ГОСТ 28736-90 Корнеплоды кормовые. Технические условия
 ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
 ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений
 ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения
 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
 РМГ 60-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке
 РМГ 76-2004 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

3 ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДИКИ

3.1 Методика измерений массовых концентраций железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути, селена в пробах зерна и продуктов его переработки; кормах, включая корма растительного происхождения (фуражное зерно, соевые бобы, тапиоки, шроты и др.); корнеплодах кормовых; силосе из зеленых растений; комбикормов, кормовых смесей, белково-витаминных добавок, премиксов, минерального сырья; кормов животного происхождения; кормов микробиологического синтеза методом инверсионной вольтамперометрии обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Диапазоны измерений, относительные значения показателей повторяемости, воспроизводимости и точности методики при доверительной вероятности $P=0,95$

Наименование определяемого элемента	Диапазон определяемых концентраций, мг/кг	Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости), σ_r , %	Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σ_R , %	Показатель точности (границы, в которых находится погрешность методики), δ , %
Железо	От 10 до 1000 включ.	8	10	25
Йод	От 0,1 до 50 включ.	10	14	31
Кобальт	От 0,1 до 30 включ.	12	16	32
Марганец	От 1,0 до 2500 включ.	10	16	32
Мышьяк	От 0,007 до 7,0 включ.	12	17	35
Никель	От 0,1 до 30 включ.	12	16	34
Ртуть	От 0,01 до 50 включ.	8	16	32
Селен	От 0,05 до 10 включ.	10	16	32

3.2 Значения показателей точности методики используют при:

- оценке деятельности лабораторий на качество проведения испытаний;
- оценке возможности использования результатов измерений при реализации методики выполнения измерений в конкретной лаборатории.

4 СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Количественный химический анализ проб **зерна, кормов, корнеплодов, силоса, комбикормов** на содержание токсичных элементов (железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути и селена) основан на инверсионно-вольтамперометрическом методе (ИВ) определения массовых концентраций элементов в растворе подготовленной пробы.

Метод ИВ измерений основан на способности элементов, сконцентрированных на индикаторном электроде, электрохимически растворяться при определенном потенциале, характерном для каждого элемента. Регистрируемый максимальный анодный (катодный) ток каждого элемента прямо пропорционально зависит от концентрации определяемого элемента. Процесс электроосаждения элементов из раствора подготовленной пробы на индикаторном электроде проходит при потенциале электролиза в течение заданного времени электролиза.

Массовые концентрации элементов в пробе определяются по методу добавок аттестованных смесей (АС) соответствующих элементов.

Общая схема анализа методом ИВ представлена на рисунке 1.



Рисунок 1. Общая схема анализа методом ИВ

Мышьяк и железо

Методика основана на проведении инверсионно-вольтамперометрических измерений с линейной разверткой потенциала в постоянно-токовом режиме регистрации для мышьяка и в дифференциальном режиме (1-я производная) для железа в одном растворе пробы после ее предварительной подготовки.

Йод

Для перевода всех форм йода (без потерь йода элементарного) в одну форму и устранения мешающего влияния органических веществ проводят щелочное окислительное плавление с последующей нейтрализацией раствора и восстановлением окисленных форм йода до иодида аскорбиновой кислотой.

Методика основана на способности иодид-ионов накапливаться на поверхности ртутно-пленочного электрода в виде малорастворимого соединения со ртутью при определенном потенциале с последующим катодным восстановлением осадка при изменении потенциала.

Кобальт и никель

Измерение массовых концентраций кобальта и никеля выполняют методом адсорбционной катодной дифференциально-импульсной инверсионной вольтамперометрии. Метод основан на предварительной адсорбции диметилглиоксимата кобальта и никеля на индикаторном ртутнопленочном электроде с последующим восстановлением данного комплекса.

Марганец

Методика состоит из двух основных стадий: процесса электронакопления на поверхности индикаторного электрода и процесса электрорастворения. Процесс электронакопления проводят при определенном потенциале в течение заданного времени. Процесс электрорастворения с поверхности электрода и регистрацию аналитического сигнала на вольтамперограмме выполняют при линейно меняющемся потенциале. Регистрируемый при электрорастворении ток имеет максимум. Потенциал максимума (пика) характеризует природу элемента, а величина максимального тока пропорциональна концентрации элемента.

Ртуть

Процесс электроосаждения ртути из раствора подготовленной пробы на индикаторном золото-графитовом электроде проходит при потенциале электролиза, равном 0,0 В относительно хлорсеребряного электрода, в течение заданного времени электролиза. Процесс электрорастворения элемента с поверхности электрода и регистрация аналитического сигнала элемента (анодного пика) на вольтамперограмме (ВА кривой) проводится при линейно-меняющемся (в сторону положительных значений) потенциале при заданной чувствительности прибора.

Селен

Методика анализа основана на проведении инверсионно-вольтамперометрических (ИВ) измерений раствора пробы после ее предварительной подготовки.

Для получения электроактивной формы селена (4+) и устранения органической составляющей матрицы пробы проводят предварительную пробоподготовку: сначала окисляют все формы селена до селена (6+) методом мокрого озонения и прокаливания в присутствии солей магния, а затем химически восстанавливают Se (6+) до Se (4+) раствором соляной кислоты концентрации 6 моль/дм³ (рисунок 2).




Рисунок 2. Этапы пробоподготовки для измерения общей концентрации селена методом катодной ИВ

Для получения аналитических сигналов (пиков) селена в методе катодной ИВ проводят электронакопление селена (4+) в форме малорастворимого соединения - селенида меди (Cu₂Se) на ртутно-графитовом электроде (*in situ*), затем проводят катодное восстановление концентрата и измеряют протекающий ток при наложении меняющегося потенциала по реакции:

$$Cu_2Se + 2e + 2H^+ \rightarrow 2Cu^0 + H_2Se$$

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Условия безопасного проведения работ

5.1.1 К работе с вольтамперометрическим анализатором, нагревательными приборами и химическими реактивами допускается персонал, изучивший инструкцию по эксплуатации прибора, правила работы с химическими реактивами и химической посудой.

5.1.2 Приборы в процессе эксплуатации должны быть надежно заземлены.

5.1.3 При выполнении аналитических измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами.

5.1.4 Электробезопасность при работе с электроустановками - по ГОСТ 12.1.019.

5.1.5 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

5.1.6 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

5.1.7 Запрещается работать без защитного экрана (на анализаторе), не пропускающего ультрафиолетовое излучение.

5.1.8 Металлическую ртуть (не более 1 мл) хранят под слоем воды в бюксе, помещенном в толстостенную склянку.

5.1.9 Необходимо иметь средства сбора и нейтрализации ртути (амальгамированную медную пластинку, раствор хлорного железа).

5.1.10 Проанализированные растворы собирают в специальные емкости (бутыли) для дальнейшей утилизации.

5.2 Требования к квалификации исполнителя

К измерениям и обработке результатов по данной методике допускаются лица, владеющие техникой вольтамперометрического метода анализа и изучившие инструкцию по эксплуатации вольтамперометрического анализатора.

5.3 Условия выполнения измерений

Измерения проводятся в нормальных лабораторных условиях:

- ✓ температура окружающего воздуха $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
- ✓ атмосферное давление $(760 \pm 30) \text{ мм.рт.ст}$;
- ✓ относительная влажность воздуха $(65 \pm 15) \%$;
- ✓ частота переменного тока $(50 \pm 5) \text{ Гц}$;
- ✓ напряжение питания в сети $(220 \pm 22) \text{ В}$

6 ОТБОР ПРОБ

Отбор проб для проведения анализа проводят в соответствии с национальным стандартом или другим нормативным документом, регламентирующим отбор проб конкретных видов и типов проб зерна и продуктов его переработки, кормов, комбикормов, комбикормового сырья и кормовых добавок, например: по ГОСТ 13496.0 - проб комбикормов; по ГОСТ 13586.3, ГОСТ 27668 - проб зерна и продуктов его переработки; по ГОСТ 13979.0 - проб жмыхов, шротов и горчичного порошка; по ГОСТ 17681 - проб муки животного происхождения; по ГОСТ 20264.0 - проб препаратов ферментных; по ГОСТ 24596.1 - проб фосфатов кормовых; по ГОСТ 27262 - кормов растительного происхождения; по ГОСТ 27668 – проб муки и отрубей; по ГОСТ 27978 – проб кормов зеленых; по ГОСТ 28736 – проб корнеплодов кормовых и т.д.

7 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСУДА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

При выполнении измерений используют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, посуду, материалы и реактивы:

7.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование

7.1.1 Комплекс аналитический вольтамперометрический СТА [1] в комплекте с IBM-совместимым компьютером.

Порядок проведения измерений с использованием данного комплекса изложен в приложениях Б - Ж.

7.1.2 Электролитическая ячейка, в состав которой входят:

- электроды:

➤ индикаторный электрод:

- *ртутно-пленочный (РПЭ) на серебряной подложке с толщиной пленки ртути (10 – 15) мкм и рабочей поверхностью (0,2 - 0,3) см³ (рабочий электрод для определения йода, кобальта, марганца и никеля);*

- *графитовый (ГЭ) на основе графита с рабочей поверхностью 0,3 - 0,5 см³ и сопротивлением не более 1,0 кОм (рабочий электрод для определения селена);*

- *золотографитовый (ЗГЭ) на основе графитового (ГЭ) с рабочей поверхностью (0,3 - 0,5) см³ и сопротивлением не более 1,0 кОм с предварительно электрохимически нанесенной на торец графитового электрода пленкой хлорида золота (рабочий электрод для определения мышьяка, железа);*

- *золотографитовый (ЗГЭ) на основе графитового (ГЭ) с рабочей поверхностью (0,3 - 0,5) см³ и сопротивлением не более 1,0 кОм с нанесенной в процессе анализа на торец графитового электрода (in situ) пленкой хлорида золота (рабочий электрод для определения ртути).*

➤ электрод сравнения – *хлорсеребряный (ХСЭ)*, заполненный хлоридом калия концентрации 1,0 моль/дм³, с сопротивлением не более 3,0 кОм;

- вспомогательный - *хлорсеребряный (ХСЭ)*, заполненный хлоридом калия концентрации $1,0 \text{ моль/дм}^3$, с сопротивлением не более $3,0 \text{ кОм}$.
- Сменные стаканчики из кварцевого стекла вместимостью $15 - 20 \text{ см}^3$.
- Трубка для подвода инертного газа с целью удаления растворенного кислорода и перемешивания раствора.

7.1.3 Государственные стандартные образцы состава растворов определяемых элементов (ионов железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути и селена) с погрешностью не более $1,0 \%$ отн. при $P = 0,95$. Концентрация элемента в стандартном образце должна быть не менее $0,01 \text{ г/дм}^3$ и не более $10,0 \text{ мг/см}^3$.

Например:

- ГСО 7254-96 – раствор ионов железа с концентрацией $1,0 \text{ мг/см}^3$
- ГСО 6088-91 – раствор иодид-ионов концентрации $1,0 \text{ мг/см}^3$ (1000 мг/дм^3).
- ГСО 7268-96 - раствор ионов кобальта с концентрацией $1,0 \text{ мг/см}^3$;
- ГСО 8089-94 - раствор ионов кобальта с концентрацией $1,0 \text{ мг/см}^3$;
- ГСО 8090-94 - раствор ионов кобальта с концентрацией $0,5 \text{ мг/см}^3$;
- ГСО 8091-94 - раствор ионов кобальта с концентрацией $0,1 \text{ мг/см}^3$;
- ГСО 8056-94 - раствор ионов марганца (II) концентрации $1,0 \text{ мг/см}^3$;
- ГСО 3397-86 - раствор ионов мышьяка с концентрацией $0,100 \text{ г/дм}^3$ (100 мг/дм^3);
- ГСО 7265-96 - раствор ионов никеля с концентрацией 1 мг/см^3 ;
- ГСО 3395 (МСО 0345) - раствор ионов ртути (II) с концентрацией $0,1 \text{ мг/см}^3$;
- ГСО 8004 или ГСО 3497 (МСО 0028) - раствор ионов ртути (II) с концентрацией $1,0 \text{ мг/см}^3$;
- ГСО 7340-96 - раствор ионов селена с концентрацией $1,0 \text{ г/дм}^3$
- ГСО 5233-90 - раствор ионов селена с концентрацией $0,1 \text{ г/дм}^3$.

7.1.4 Стандартный образец состава раствора ионов золота (ГСОРМ-14) ГСО 3398-90П концентрации $0,10 \text{ мг/см}^3$ (100 мг/дм^3).

7.1.5 Весы лабораторные аналитические общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г , 2-го класса точности по ГОСТ 24104.

7.1.6 Дозаторы типа ДП-1-5-40; ДП-1-40-200; ДП-1-100-1000 или другого типа с дискретностью установки доз $1,0$ или $2,0 \text{ мкл}$ и погрешностью не более 5% отн.

7.1.7 Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919 или других марок.

7.1.8 Комплекс пробоподготовки "Темос-Экспресс" с диапазоном рабочих температур от 50°C до 650°C с погрешностью измерений $\pm 15^\circ\text{C}$ (изготовитель ООО "ИТМ", г.Томск); или муфельная печь типа ПМ - 8 или МР-64-0215 по ГОСТ 9736; или электропечь сопротивления камерная лабораторная, обеспечивающая поддержание заданного температурного режима от 150°C до 600°C с погрешностью $\pm 25^\circ\text{C}$.

7.1.9 Аппарат для бидистилляции воды (стеклянный) АСД-4 по ГОСТ 28165 или [2].

7.1.10 Щипцы тигельные [3].

Допускается использование другого оборудования и приборов, позволяющих воспроизводить технические и метрологические характеристики, указанные в данной методике анализа.

7.2 Посуда

7.2.1 Пипетки мерные лабораторные стеклянные 2-го класса точности вместимостью $0,1$; $1,0$; $2,0$; $5,0$; $10,0 \text{ см}^3$ по ГОСТ 29227.

7.2.2 Посуда мерная лабораторная стеклянная 2-го класса точности по ГОСТ 1770: колбы наливные вместимостью $25,0$; $50,0$ и $100,0 \text{ см}^3$; цилиндры вместимостью $10,0 \text{ см}^3$ или пробирки мерные вместимостью $10,0$; $15,0 \text{ см}^3$.

7.2.3 Эксикатор по ГОСТ 25336.

7.2.4 Крышки-дефлегматоры для стаканчиков из термостойкого стекла конусообразной формы диаметром $25 - 35 \text{ мм}$ высотой $20 - 25 \text{ мм}$.

7.2.5 Сборник для слива отработанных растворов.

7.3 Реактивы и материалы

7.3.1 Диметилглиоксим по ГОСТ 5828.

- 7.3.2 Кислота серная концентрированная по ГОСТ 14262 ос.ч или по ГОСТ 4204 х.ч.
 - 7.3.3 Кислота соляная концентрированная по ГОСТ 14261 ос.ч или по ГОСТ 3118 х.ч.
 - 7.3.4 Кислота азотная концентрированная по ГОСТ 11125 ос.ч или по ГОСТ 4461 х.ч.
 - 7.3.5 Водорода пероксид по ГОСТ 10929.
 - 7.3.6 Натрий двууглекислый по ГОСТ 2156 (сода пищевая).
 - 7.3.7 Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.
 - 7.3.8 Вода бидистиллированная [4] или дистиллированная по ГОСТ 6709, перегнанная в присутствии серной кислоты и перманганата калия (5,0 см³ концентрированной серной кислоты и 3,0 см³ 3%-ного раствора перманганата калия на 1,0 дм³ дистиллированной воды).
 - 7.3.9 Калий хлористый [5].
 - 7.3.10 Соль динатриевая этилендиамина–N, N, N', N'–тетрауксусной кислоты 2–водная (трилон Б) по ГОСТ 10652, хч.
 - 7.3.11 Магний нитрат 6-водный по ГОСТ 11088, х.ч.
 - 7.3.12 Аммоний хлористый по ГОСТ 3773, х.ч.
 - 7.3.13 Аммиак водный по ГОСТ 24147, х.ч.
 - 7.3.14 Ртуть металлическая по ГОСТ 4658.
 - 7.3.15 Калий азотнокислый по ГОСТ 4217, х.ч.
 - 7.3.16 Гидразин сернокислый по ГОСТ 5841,ч.
 - 7.3.17 Бумага индикаторная универсальная pH (1-14) [6].
 - 7.3.18 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026 или фильтры обеззоленные.
- Все реактивы должны быть квалификации ос.ч или х.ч.

8 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка приборов к работе

Подготовку и проверку вольтамперометрического анализатора (типа СТА и др.), компьютера производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому описанию соответствующего прибора.

Режим работы прибора устанавливают согласно таблице 2.

8.2 Подготовка и проверка лабораторной посуды

Новую и загрязненную лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники дозаторов, пипетки промывают раствором азотной или соляной кислоты концентрации 0,1 моль/дм³, затем раствором серной кислоты концентрации 0,1 моль/дм³ и многократно бидистиллированной водой.

Новые кварцевые стаканчики, а также стаканчики после проведения измерений, протирают сухой пищевой содой при помощи фильтровальной бумаги, многократно ополаскивают сначала водопроводной, затем бидистиллированной водой. Затем в каждый стаканчик добавляют по (0,1 - 0,2) см³ концентрированной серной кислоты, стаканчики помещают в комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» (при открытой крышке) при температуре (300 – 350) °С. После полного прекращения выделения паров серной кислоты со стенок стаканчиков их прокаливают при температуре (500 - 600) °С в течение 15 мин в комплексе пробоподготовки «Темос-Экспресс» (при закрытой крышке).

Сменные кварцевые стаканчики хранят в эксикаторе.

Таблица 2 – Задаваемый режим работы прибора при определении массовых концентраций железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути и селена методом инверсионной вольтамперометрии

Режим работы прибора	Определяемые элементы							
	Железо	Мышьяк	Йод	Кобальт	Никель	Марганец	Ртуть	Селен
Система измерений	2-х электродная		2-х электродная	3-х электродная			2-х электродная	3-х электродная
Электроды: - рабочий - сравнения - сравнения	ЗГЭ ХСЭ —		РПЭ ХСЭ —	РПЭ ХСЭ ХСЭ	РПЭ ХСЭ ХСЭ	РПЭ ХСЭ ХСЭ	ГРЭ ХСЭ —	ГРЭ ХСЭ ХСЭ
Развертка	Анодная		Катодная	Катодная		Анодная	Анодная	Катодная
Режим регистрации вольтамперограмм	Постоянно-токовая 1-ая производная	Постоянно-токовая	Дифференциально-импульсная	Дифференциально-импульсная		Постоянно-токовая		Дифференциально-импульсная
Поляризующее напряжение для электронакопления, В	-1,0	-1,0	0,0	- 0,90	- 0,70	- 1,90	0,0	-0,2
Потенциал начала регистрации вольтамперной кривой, В	-0,6	-0,6	0,0	- 0,90	- 0,70	- 1,75	0,0	-0,2
Конечное напряжение развертки, В	+0,6	+0,6	-1,2	- 1,50	-1,30	- 0,10	+ 0,85	-1,2
Потенциал очистки электрода, В	+0,6	+0,6	-1,2	- 1,50	-1,30	- 0,10	+ 0,85	-1,2
Время очистки электрода, с	20	20	20	30	30	20	20	30
Время электролиза (в зависимости от содержания элемента в пробе), с	30	60 - 120	60	15	30	60	60	60...300
Скорость линейного изменения потенциала, мВ/с	90	90	35	30	30	50	90	90
Потенциал аналитического пика, В (ориентировочное значение)	- 0,150	+ 0,05	-0,30	- 1,185	- 1,08	- 1,43	+ 0,6	-0,70
Фоновый электролит	Трилон Б концентрации 0,02 моль/дм ³		Калий азотнокислый 0,1 моль/дм ³	Хлоридно-аммиачный (рН 9,2) + диметилглиоксим		Хлорид натрия концентрации 0,1 моль/дм ³	Азотная кислота концентрации 1 моль/дм ³	Соляная кислота 0,7 моль/дм ³

8.3 Подготовка и хранение электродов

8.3.1 Подготовка индикаторного ртутно-пленочного электрода (РПЭ) для определения йода, кобальта, марганца, никеля

Индикаторный ртутно-пленочный электрод представляет собой полиэтиленовый стержень с запрессованной серебряной проволокой диаметром (0,8 – 1,1) мм, длиной (5 – 10) мм, площадь поверхности составляет (0,2 – 0,3) см². Для подготовки электрода к работе проводят амальгамирование, то есть нанесение на поверхность серебра пленки ртути толщиной (10 -15) мкм. Покрытие ртутью производят путем опускания рабочей части электрода (серебряной проволоки) в металлическую ртуть на (2 – 3) с, затем ртуть растирают фильтровальной бумагой для равномерного распределения по поверхности серебра. В том случае, если на конце серебряной проволоки "свисает" избыточное количество ртути в виде капли, ее удаляют мокрой фильтровальной бумагой или стряхиванием в бюкс со ртутью. Электрод промывают бидистиллированной водой.

Процедуру амальгамирования рабочей поверхности электрода повторяют при появлении не амальгамированных участков на поверхности электрода. При образовании серого налета на поверхности, электрод протирают фильтровальной бумагой.

После проведения анализа рабочую поверхность электродов ополаскивают бидистиллированной водой.

Хранят электроды, погрузив рабочую часть в бидистиллированную воду.

8.3.2 Подготовка индикаторного графитового электрода (ГЭ) для определения ртути

ГЭ представляет собой графитовый торцевой электрод, изготовленный из пропитанного различными веществами графитового стержня с диаметром рабочей поверхности 3-5 мм. Рабочую поверхность графитового электрода перед работой предварительно отшлифовывают на фильтре. Электрохимическое нанесение пленки золота на рабочую поверхность ГЭ – торец графитового электрода – производят непосредственно в процессе электролиза ртути и золота (*in situ*) в исследуемом растворе.

После проведения анализов ГЭ ополаскивают и хранят в сухом виде.

8.3.3 Подготовка индикаторного золотографитового электрода (ЗГЭ) для определения мышьяка и железа

ЗГЭ представляет собой графитовый торцевой электрод с нанесенной на него пленкой золота. Графитовый торцевой электрод (ГЭ) изготавливают из пропитанного различными веществами графитового стержня с диаметром рабочей поверхности 3 мм.

Для получения ЗГЭ рабочую поверхность графитового электрода, предварительно отшлифованную на фильтре, обезжиривают электрохимической очисткой. Для этого стаканчик (бюкс) с раствором серной кислоты концентрации 0,1 моль/дм³ (около 10 см³) помещают в электролитическую ячейку, опускают в раствор индикаторный электрод (катод) и электрод сравнения (анод) и подключают их к соответствующим клеммам прибора. Включают газ и пропускают его через раствор в течение 60 с*. Затем проводят катодную (при минус 1,0 В) и анодную (при 1,2 В) поляризацию попеременно через 1 – 2 с в течение 60 с.

Ополаскивают рабочую поверхность электрода бидистиллированной водой и сразу проводят нанесение на поверхность золотой пленки электрохимически из раствора AuCl₃. Для этого в электрохимической ячейке стаканчик (бюкс) с раствором серной кислоты заменяют стаканчиком (бюксом) с раствором хлористого золота (около 10 см³) концентрации 100 мг/дм³. Включают газ и пропускают его через раствор в течение 60 с*. Затем проводят процесс накопления золота при потенциале минус 0,5 В в течение 180 с (при перемешивании раствора). Промывают рабочую поверхность электрода бидистиллированной водой. На торце электрода должна быть видна желтая пленка золота.

После проведения анализов ЗГЭ хранят в сухом виде. Перед работой (в последующие дни) рабочую поверхность электрода очищают в растворе серной кислоты концентрации 0,1 моль/дм³, по параметрам обработки графитового электрода.

* Необходимы в анализаторах, где не предусмотрено автоматическое вычитание фонового тока.

8.3.4 Подготовка к работе электрода сравнения

Новый электрод сравнения заполняют одномолярным раствором хлорида калия, закрывают пробкой отверстие и выдерживают не менее 2-х ч для установления равновесного значения потенциала при первом заполнении. После проведения анализов электрод следует хранить, погрузив его в одномолярный раствор хлорида калия. Дозаполнение электродов производят ежедневно перед работой.

8.3.5 Подготовка к работе вспомогательного электрода

В случае использования трехэлектродной системы измерений в качестве вспомогательного электрода применяют хлорсеребряный электрод, который готовят по 8.3.4.

8.4 Приготовление растворов

8.4.1 Основные растворы, содержащие по 100,0 мг/дм³ ионов железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути, селена готовят из государственных стандартных образцов (ГСО) состава растворов определяемых элементов с аттестованными концентрациями элементов 1,0 мг/см³.

В мерные колбы вместимостью 50,0 см³ вводят по 5,0 см³ стандартного образца состава ионов железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути, селена (каждого элемента в отдельную колбу) и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

Рекомендуется использовать инструкцию по применению ГСО. Основные растворы хранят не более 1 года.

Аттестованные смеси серий АС-1, АС-2, АС-3 и АС-4 с содержанием по 10,0; 5,0; 1,0 и 0,5 мг/дм³ железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути, селена готовят соответствующими разбавлениями растворов в мерных колбах вместимостью 25,0 и 10,0 см³ бидистиллированной водой согласно таблице 3. При повторном приготовлении растворы сливают в специальный сборник, колбы не промывают водой, а заполняют свежеприготовленным раствором той же концентрации.

Т а б л и ц а 3 - Приготовление аттестованных смесей (АС) железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути, селена

Концентрация исходного раствора для приготовления АС, мг/дм ³	Отбираемый объем, см ³	Объем мерной посуды, см ³	Концентрация приготовленного раствора АС, мг/дм ³	Код полученного (АС) раствора
100,0	2,50	25,0	10,0	АС-1
100,0	1,25	25,0	5,0	АС-2
10,0	2,50	25,0	1,0	АС-3
10,0	1,25	25,0	0,5	АС-4

АС-1 устойчивы в течение 60 дней, АС-2 - в течение 30 дней, АС-3 – в течение 14 дней, АС-4 – в течение 7 дней.

8.4.3 Азотную кислоту перегоняют при температуре 120 °С. Перегнанная азотная кислота должна быть концентрации не менее 9 моль/дм³.

8.4.4 Соляную кислоту перегоняют при температуре 120 °С. Перегнанная соляная кислота должна быть концентрации не менее 6 моль/дм³.

8.4.5 Раствор соляной кислоты концентрации 0,6 моль/дм³ - фоновый электролит (при определении селена) готовят одним из способов:

а) В мерную колбу вместимостью 100 см³, наполовину заполненную бидистиллированной водой, вносят 10,0 см³ раствора соляной кислоты концентрации 6 моль/дм³ и, после перемешивания, доводят объем до метки бидистиллированной водой.

б) готовят непосредственно в электрохимической ячейке.

В кварцевый стаканчик вместимостью (20 – 25) см³, наливают 9 см³ бидистиллирован-

ной воды и $1,0 \text{ см}^3$ соляной кислоты концентрации $6,0 \text{ моль/дм}^3$.

8.4.6 Раствор азотной кислоты концентрации $0,1 \text{ моль/дм}^3$

В мерную колбу вместимостью 1 дм^3 , наполовину заполненную бидистиллированной водой, вносят $10,0 \text{ см}^3$ раствора азотной кислоты концентрации 10 моль/дм^3 и, после перемешивания, доводят объем до метки бидистиллированной водой.

8.4.7 Раствор серной кислоты концентрации $1,0 \text{ моль/дм}^3$

В мерную колбу вместимостью 100 см^3 , наполовину заполненную бидистиллированной водой, вносят $5,0 \text{ см}^3$ концентрированной серной кислоты, перемешивают и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

8.4.8 Раствор серной кислоты концентрации $0,1 \text{ моль/дм}^3$

В мерную колбу вместимостью 1 дм^3 , наполовину заполненную бидистиллированной водой, вносят $5,0 \text{ см}^3$ концентрированной серной кислоты, перемешивают и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

8.4.9 Рабочий раствор трилона Б концентрации $0,2 \text{ моль/дм}^3$ фоновый электролит при определении мышьяка, железа готовят одним из следующих способов:

а) Переносят содержимое фиксаля $0,1 \text{ моль-эквивалент}$ (массой $18,6 \text{ г}$) в мерную колбу вместимостью $500,0 \text{ см}^3$, добавляют $(250 - 300) \text{ см}^3$ теплой бидистиллированной воды, после растворения охлаждают и доводят объем до метки бидистиллированной водой;

б) Навеску ($74,45 \pm 0,01$) г трилона Б помещают в колбу вместимостью $1000,0 \text{ см}^3$, растворяют в теплой бидистиллированной воде, охлаждают и доводят объем колбы до метки бидистиллированной водой.

8.4.10 Раствор хлорида калия концентрации $1,0 \text{ моль/дм}^3$

На аналитических весах берут навеску ($7,46 \pm 0,01$) г хлорида калия, переносят в мерную колбу вместимостью $100,0 \text{ см}^3$, растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

8.4.11 Раствор азотнокислого калия концентрации $0,10 \text{ моль/дм}^3$

На аналитических весах берут навеску ($2,53 \pm 0,01$) г калия азотнокислого, переносят в мерную колбу вместимостью $250,0 \text{ см}^3$, растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

8.4.12 Раствор азотнокислого калия концентрации $0,50 \text{ моль/дм}^3$

На аналитических весах берут навеску ($5,05 \pm 0,01$) г калия азотнокислого, переносят в мерную колбу вместимостью $100,0 \text{ см}^3$, растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

8.4.13 Раствор диметилглиоксима концентрации $0,1 \text{ моль/дм}^3$

На аналитических весах берут навеску ($0,29 \pm 0,01$) г диметилглиоксима, переносят в мерную колбу вместимостью 25 см^3 , растворяют в небольшом количестве этилового спирта, перемешивают и доводят объем до метки этиловым спиртом.

8.4.14 Хлоридно-аммиачный буферный раствор – фоновый электролит при определении никеля и кобальта.

На аналитических весах берут навеску аммония хлористого массой ($1,06 \pm 0,01$) г, переносят в колбу вместимостью $200,0 \text{ см}^3$, приливают бидистиллированной воды (приблизительно $1/3$ объема колбы), перемешивают. К растворенной навеске приливают $(2 - 2,5) \text{ см}^3$ водного раствора аммиака и доводят объем в колбе до метки бидистиллированной водой, pH раствора (pH 9) контролируют по индикаторной бумаге.

8.4.15 Рабочим раствором хлорида золота для приготовления ЗГЭ является ГСО раствора золота концентрации $100,0 \text{ мг/дм}^3$. Рабочий раствор золота хранят в бюксах с при-

тертыми крышками в темном месте для использования их в качестве электрохимических ячеек при формировании ЗГЭ.

8.4.16 Раствор натрия гидроокиси концентрации 2,5 моль/дм³

На аналитических весах берут навеску ($10,0 \pm 0,1$) г натрия гидроокиси, помещают в колбу вместимостью 100,0 см³, растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

8.5 Подготовка проб

При проведении количественного химического анализа одновременно используют две параллельные пробы, используя две навески пробы




Рисунок 3. Блоки пробоподготовки

8.5.1 Подготовка проб для определения МЫШЬЯКА и ЖЕЛЕЗА

Подготовка проб зерна и продуктов его переработки, кормов, комбикормов, комбикормового сырья и кормовых добавок для анализа на определение массовой концентрации МЫШЬЯКА И ЖЕЛЕЗА проводится одним из двух вариантов:




Рисунок 4. Этапы пробоподготовки для измерения массовых концентраций мышьяка и железа

ВАРИАНТ 1

Пробу анализируемого продукта навеской (0,050 – 0,100) г, взвешенной на аналитических весах с точностью до 0,001 г, помещают в чистый кварцевый стаканчик объемом 20,0 см³, добавляют (2,0 ± 0,5) см³ концентрированной перегнанной азотной кислоты и несколько кристаллов Mg(NO₃)₂. Стаканчик с пробой помещают на плитку или в комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» с температурой (90 – 95) °С и выдерживают 30 мин до растворения пробы (при открытой крышке комплекса).

После растворения пробу упаривают при температуре (120 – 125) °С до влажных солей. Повторно обрабатывают пробу раствором азотной кислоты объемом 1,5 см³ с добавлением 0,5 см³ пероксида водорода. Эту операцию повторяют четыре – пять раз. Последний раз упаривают пробу до сухого остатка.

Помещают стаканчик с сухим остатком пробы в разогретую до (450 ± 15) °С муфельную печь или нагревают до этой же температуры комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» при закрытой крышке и выдерживают в течение 30 мин. После прокаливании остаток в стаканчике не должен содержать черных включений, в противном случае, операцию обработки концентрированной азотной кислотой и пероксидом водорода повторяют.

После получения остатка белого цвета пробу вынимают, охлаждают, в стаканчик добавляют 0,5 см³ бидистиллированной воды, 0,5 см³ концентрированной серной кислоты и несколько кристаллов сернокислого гидразина (примерно 0,01 г).

Стаканчик помещают в разогретую до (300 ± 10) °С муфельную печь или нагретый до этой же температуры комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» и упаривают досуха (до полного прекращения выделения паров SO₃ со стенок стаканчика).

Стаканчик охлаждают, добавляют (1,0 - 2,0) см³ трилона Б концентрации 0,2 моль/дм³; (8,0 - 9,0) см³ бидистиллированной воды.

Проба готова к измерению.

ВАРИАНТ 2

Пробу анализируемого продукта навеской (0,200 – 0,500) г, взвешенной на аналитических весах с точностью до 0,001 г, помещают в чистый кварцевый стаканчик объемом 20,0 см³, добавляют (3 – 5) см³ концентрированной перегнанной азотной кислоты и несколько кристаллов Mg(NO₃)₂. Стаканчик с пробой помещают на плитку или в комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» с температурой (90 – 95) °С и выдерживают 30 мин до растворения пробы (при открытой крышке комплекса).

Стаканчик вынимают, немного охлаждают и берут аликвоту равную (0,5 – 1,0) см³, переносят в чистый кварцевый стаканчик вместимостью 20 см³ добавляют (1,0 – 2,0) см³ концентрированной перегнанной азотной кислоты и 1,0 см³ перекиси водорода.

Помещают стаканчик с пробой в разогретую до (120 – 125) °С муфельную печь или комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» и упаривают до влажных солей. Повторно обрабатывают пробу добавлением 1,0 см³ концентрированной перегнанной азотной кислоты и 0,5 см³ перекиси водорода. Эту операцию повторяют три – четыре раза. Последний раз упаривают пробу в стаканчике до сухого остатка.

Помещают стаканчик с сухим остатком пробы в разогретую до (450 ± 15) °С муфельную печь или нагревают до этой же температуры комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» при закрытой крышке и выдерживают в течение 30 мин. После прокаливании остаток в стаканчике не должен содержать черных включений, в противном случае, операцию обработки концентрированной азотной кислотой и пероксидом водорода повторяют.

После получения остатка белого цвета пробу вынимают, охлаждают, в стаканчик добавляют 0,5 см³ бидистиллированной воды, 0,5 см³ концентрированной серной кислоты и несколько кристаллов сернокислого гидразина (примерно 0,01 г).

Стаканчик помещают в разогретую до (300 ± 10) °С муфельную печь или нагретый до этой же температуры комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» и упаривают досуха (до полного прекращения выделения паров SO₃ со стенок стаканчика).

Стаканчик охлаждают, добавляют (1,0 - 2,0) см³ трилона Б концентрации 0,2 моль/дм³, (8,0 - 9,0) см³ бидистиллированной воды.

Проба готова к измерению.

Примечание: При анализе данных продуктов «холостую» пробу делать не обязательно, так как мышьяк ни в реактивах, ни в воде не обнаружен. Посуда отмывается от мышьяка очень легко. Исключение составляет случай, когда мышьяк присутствует в реактивах, тогда «холостую» пробу анализировать необходимо.

8.5.2 Подготовка проб для определения йода




Рисунок 5. Этапы пробоподготовки для измерения массовой концентрации йода

В каждый чистый кварцевый стаканчик объемом (20 – 25) см³ помещают навески тщательно гомогенизированного образца массой (0,050 – 0,200) г, взятые с точностью до 0,001 г, добавляют по 1,0 см³ раствора натрия гидроксида концентрации 2,5 моль/дм³ и 2,0 см³ раствора калия азотнокислого концентрации 0,5 моль/дм³. Тщательно перемешивают стеклянной палочкой.

Стаканчики помещают на плитку или в комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» при температуре 140 °С и выдерживают до полного высушивания пробы.

Увеличивают температуру в комплексе до 180 °С (или переносят стаканчики в муфельную печь разогретую до той же температуры) и выдерживают 10 мин, снова увеличивают температуру до 250 °С и выдерживают 10 мин, затем увеличивают температуру до 320 °С и выдерживают (5 – 10) мин (крышка у комплекса Темос-Экспресс должна быть открыта), поднимают температуру до 580 °С (крышка у комплекса Темос-Экспресс должна быть закрыта), и выдерживают при данной температуре 30 мин до получения золы белого цвета.

Открывают крышку комплекса пробоподготовки «Темос-Экспресс», вынимают стаканчики с пробой, охлаждают при комнатной температуре.

Добавляют 1,0 см³ калия азотнокислого концентрации 0,5 моль/дм³. Снова помещают стаканчики в комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» (или муфель) при температуре (140 – 150) °С, раствор упаривают досуха, поднимают температуру до 580 °С и спекают пробу в течение 15 мин. Если в пробе остаются темные вкрапления, то операцию повторяют еще раз.

Стаканчик охлаждают, добавляют 8,0 см³ бидистиллированной воды, (1,5 - 2,0) см³ серной кислоты концентрации 1,0 моль/дм³ и 0,02 г аскорбиновой кислоты, тщательно перемешивают стеклянной палочкой и проверяют pH раствора индикаторной бумажкой. Значение pH пробы должно быть от 2 до 3. Проба готова к измерению.

Подготовку холостой пробы проводят аналогично, добавляя те же реактивы, в тех же количествах и последовательности, но без анализируемой пробы, используя вместо нее бидистиллированную воду

8.5.3 Подготовка проб для определения кобальта, никеля и марганца




Рисунок 6. Этапы пробоподготовки для измерения массовых концентраций кобальта, марганца и никеля

Пробу анализируемого продукта навеской 0,250 г, взвешенной на аналитических весах с точностью 0,001 г помещают в чистые кварцевые стаканчики вместимостью (20 – 25) см³. Добавляют (2 – 3) см³ концентрированной перегнанной азотной кислоты. Стаканчики помещают в комплекс пробоподготовки «Темос-экспресс» или на плитку с температурой (100 – 120) °С, выдерживают до полного растворения пробы. Затем увеличивают температуру в комплексе «Темос-экспресс» или переносят стаканчики в муфель разогретый до температуры 140 °С, упаривают раствор в стаканчике досуха. Стаканчики вынимают, охлаждают до комнатной температуры, осадок растворяют, приливая 4 см³ концентрированной азотной кислоты.

В шесть чистых кварцевых стаканчиков из приготовленной пробы берут по 0,25 см³ пробы, добавляют в каждый стаканчик 1 см³ концентрированной азотной кислоты и 0,5 см³ перекиси водорода. Стаканчики помещают в комплекс пробоподготовки или муфель при температуре (135 – 140) °С, раствор упаривают до влажных солей. Эту процедуру (т.е. добавку азотной кислоты и перекиси водорода) повторяют не менее четырех раз. После четвертой обработки раствор упаривают досуха.

Температуру в комплексе (при закрытой крышке) или в муфеле повышают до 580 °С, пробу выдерживают 30 мин.

Затем стаканчики вынимают из комплекса (или муфеля), охлаждают до комнатной температуры, добавляют в каждый стаканчик по 0,5 см³ разбавленной соляной кислоты (примерная концентрация кислоты 6 моль/дм³).

Помещают стаканчики в комплекс пробоподготовки при (120 – 140) °С и упаривают досуха.

Три стаканчика вынимают из комплекса, охлаждают, добавляют (11 – 12) см³ фоновый раствор (хлоридно-аммиачный буферный раствор с pH 9,2) и 0,03 см³ диметилглиоксима концентрации 0,1 моль/дм³. Проба готова для определения **кобальта и никеля**.

В три оставшиеся в комплексе пробоподготовки (или муфеле) стаканчика добавляют (1,5 – 2,0) см³ бидистиллированной воды и упаривают досуха при температуре (120 – 140) °С, операцию повторяют еще раз (добавляют воду и выпаривают). Стаканчики вынима-

ют из комплекса (или муфеля), добавляют в каждый стаканчик по (9 – 10) см³ хлорида натрия концентрации 0,1 моль/дм³. Проба готова для определения марганца.

8.5.4 Подготовка проб для определения ртути




Рисунок 7. Этапы пробоподготовки для измерения массовой концентрации ртути

Пробу анализируемого продукта навеской 0,250 г, взвешенной на аналитических весах с точностью 0,001 г помещают в чистые кварцевые стаканчики вместимостью (20 – 25) см³. Добавляют 4 см³ концентрированной перегнанной азотной кислоты. Стаканчики накрывают крышками-дефлегматорами, в углубление крышки наливают бидистиллированную воду помещают в комплекс пробоподготовки «Темос-экспресс» или на плитку с температурой (100 – 110) °C, выдерживают до полного растворения пробы.

Из этого раствора в три чистых стаканчика (накрытых крышками-дефлегматорами) берут по 0,5 см³ аликвоты пробы. Добавляют в каждый стаканчик по 1,0 см³ концентрированной азотной кислоты и 0,5 см³ перекиси водорода. Стаканчики помещают на плитку или комплекс и выдерживают при температуре 120 °C в течение 3 час, добавляя перекись водорода через (40 – 45) мин по 0,4 см³. Воду в крышках меняют через (10 – 15) мин.

Стаканчики вынимают, охлаждают, ополаскивают бидистиллированной водой кончик крышки-дефлегматора, который был опущен в стаканчик, доводят объем раствора в стаканчике до объема 10 см³. Добавляют в каждый стаканчик по 0,02 см³ раствора хлорида золота концентрации 100 мг/дм³ и по 0,05 г хлорида натрия. Проба готова для анализа.

Подготовку «холостой» пробы проводят аналогично предыдущему разделу, добавляя те же реактивы, в тех же количествах и последовательности, но без анализируемой пробы, используя вместо нее бидистиллированную воду.

8.5.5 Подготовка проб для определения селена




Рисунок 8. Этапы пробоподготовки для измерения общей концентрации селена

Навески пробы анализируемого продукта массой (0,100 – 0,200) г, взятые с точностью до 0,001 г, помещают в чистые кварцевые стаканчики объемом (20 – 25) см³, добавляют по 2,0 см³ перегнанной азотной кислоты, по 0,01 г магния азотнокислого в каждый стаканчик.

Стаканчики с пробами помещают на плитку или в комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» с температурой (90 – 95) °С и выдерживают в течение 30 мин. После растворения пробы упаривают при температуре (120 – 125) °С до влажных солей.

Повторно обрабатывают пробу, добавляя по 1 см³ перегнанной азотной кислоты и по 0,5 см³ пероксида водорода в каждый стаканчик. Пробы упаривают при температуре (120 – 125) °С до влажных солей. Эту операцию повторяют три – пять раз. Последний раз упаривают пробу до сухого остатка.

Примечание: Все реактивы добавляют в стаканчики с пробой, предварительно вынув их из комплекса.

Повышают температуру в комплексе «Темос-Экспресс» или муфельной печи до (450 ± 10) °С и прокалывают стаканчики с пробой при этой температуре течение 30 мин. После прокалывания остаток в стаканчиках не должен содержать черных включений. В противном случае операцию обработки азотной кислотой и пероксидом водорода повторяют при температуре 130 °С.

После получения белого остатка однородного цвета стаканчики охлаждают, добавляют в них по (1,0 - 1,5) см³ перегнанной соляной кислоты. Стаканчики вновь помещают на плитку либо в комплекс пробоподготовки «Темос-экспресс» при температуре 90 °С и проводят химическое восстановление селена (6+) до селена (4+) соляной кислотой концентрации 6 моль/дм³ в течение 30 мин. Затем стаканчики охлаждают, добавляют по 10,0 см³ бидистиллированной воды, 0,3 см³ азотнокислой ртути (2+) концентрации 100 мг/дм³ и 0,2 см³ сернокислой меди концентрации 100 мг/дм³. Пробы готовы к измерению.

Так как селен обычно отсутствует в используемых реактивах, холостую пробу делают только при смене реактивов.

Подготовку "холостой" пробы проводят аналогично, добавляя те же реактивы, в тех же количествах и последовательности, но без анализируемой пробы, используя вместо нее бидистиллированную воду.

9 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Выполнение измерений с использованием **аналитического вольтамперометрического комплекса СТА** проводят по соответствующим приложениям (приложения Б – Ж).

При проведении анализа **проб** зерна и продуктов его переработки; кормах, включая корма растительного происхождения (фуражное зерно, соевые бобы, тапиоки, шроты и др.); корнеплодах кормовых; силосе из зеленых растений; комбикормов, кормовых смесей, белково-витаминных добавок, премиксов, минерального сырья; кормов животного происхождения; кормов микробиологического синтеза для определения массовой концентрации железа, йода, кобальта, марганца, мышьяка, никеля, ртути, селена методом ИВ выполняют следующие операции:

- устанавливают параметры ИВ измерений согласно таблицы 2;
- проводят проверку электрохимической ячейки на чистоту;
- проводят проверку правильности работы рабочих электродов (метод «введено-найден»);
- проводят регистрацию вольтамперограммы – аналитического сигнала (I_1) элемента в растворе подготовленной пробы;
- проводят регистрацию вольтамперограммы – аналитического сигнала (I_2) элемента в растворе пробы с введенной добавкой АС элемента.

Измерения выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации, паспортом на прибор или по приложениям;

Величина аналитического сигнала (пика) элемента пропорциональна массовой концентрации определяемого элемента.

10 ВЫЧИСЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

При использовании вольтамперометрического анализатора в комплекте с компьютером регистрацию и обработку результатов измерений аналитических сигналов и расчет массовых концентраций элементов в пробе (мг/кг) выполняет система сбора и обработки данных анализатора.

В случае использования оборудования, не имеющего системы сбора и обработки данных, обработку результатов измерений аналитических сигналов определяемых элементов, расчет массовых концентраций элементов в пробе (мг/кг) проводят следующим образом:

10.1 Расчет массовой концентрации элемента в пробе

10.1.1 Для каждого определяемого элемента рассчитывают среднее арифметическое (I_1) не менее чем из трех значений воспроизводимых аналитических сигналов, полученных при регистрации вольтамперограмм раствора пробы.

Такой же расчет проводят и для вольтамперограмм при регистрации раствора анализируемой пробы с добавкой АС соответствующего элемента, получают значение I_2 .

10.1.2. Вычисляют массовую концентрацию каждого определяемого элемента (X_i) в пробе по формуле (1)

$$X_i = \frac{I_1 \cdot C_{AC} \cdot V_{AC} \cdot V_{мин}}{(I_2 - I_1) \cdot V_{ал} \cdot m}, \quad (1)$$

где: X_i – содержание элемента в анализируемой пробе, мг/кг;

C_{AC} – концентрация аттестованной смеси (АС) элемента, из которой делается добавка к анализируемой пробе, мг/дм³;

V_{AC} – объем добавки АС элемента, см³;

I_1 – величина максимального анодного тока элемента, в анализируемой пробе, А или мА;

I_2 – величина максимального анодного тока элемента в пробе с добавкой АС, А или мА;

m – масса анализируемой пробы, г;

$V_{мин}$ – объем минерализата, см³;

$V_{ал}$ – объем аликвоты раствора пробы, взятой для ВА измерения, см³.

10.1.3 Вычисления проводят по 10.1.2. для каждой из двух параллельных анализируемых проб; получают соответственно значения X_1 и X_2

10.2 Проверка приемлемости результатов измерений

10.2.1 Проверяют приемлемость полученных результатов параллельных определений. Расхождение между полученными результатами двух параллельных анализируемых проб не должно превышать предела повторяемости r . Значение предела повторяемости для двух результатов параллельных определений приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Диапазон измерений, значения пределов повторяемости и критической разности при доверительной вероятности $P=0,95$

Наименование определяемого элемента	Диапазон измеряемых концентраций, мг/кг	Предел повторяемости (для двух результатов параллельных определений), r	Критическая разность (для четырех результатов параллельных определений), $CR_{(4)}$
Железо	От 10 до 1000 включ.	$0,22 \cdot \bar{X}$	$0,29 \cdot \bar{X}$
Йод	От 0,1 до 50 включ.	$0,28 \cdot \bar{X}$	$0,36 \cdot \bar{X}$
Кобальт	От 0,1 до 30 включ.	$0,34 \cdot \bar{X}$	$0,43 \cdot \bar{X}$
Марганец	От 1,0 до 2500 включ.	$0,28 \cdot \bar{X}$	$0,36 \cdot \bar{X}$
Мышьяк	От 0,007 до 7,0 включ.	$0,34 \cdot \bar{X}$	$0,43 \cdot \bar{X}$
Никель	От 0,1 до 30 включ.	$0,34 \cdot \bar{X}$	$0,43 \cdot \bar{X}$
Ртуть	От 0,01 до 50 включ.	$0,22 \cdot \bar{X}$	$0,29 \cdot \bar{X}$
Селен	От 0,05 до 10 включ.	$0,28 \cdot \bar{X}$	$0,36 \cdot \bar{X}$

\bar{X} - среднее арифметическое значение результатов параллельных определений массовой концентрации элемента.

Результаты считают приемлемыми при выполнении условия

$$|X_1 - X_2| \leq r. \quad (2)$$

Абсолютное значение предела повторяемости рассчитывается для среднеарифметического значения результатов двух параллельных определений

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2} \quad (3)$$

по выражению, приведенному в таблице 3.

При выполнении условия (2) значение \bar{X} принимается за результат измерения массовой концентрации определяемого элемента в пробе.

10.2.2 При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно получить еще два результата параллельных определений. Если при этом размах ($X_{\max} - X_{\min}$) результатов четырех параллельных определений равен или меньше критической разности $CR_{(4)}$, то в качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое значение результатов четырех параллельных определений. Значения критической разности для четырех результатов параллельных определений приведены в таблице 3.

Если размах ($X_{\max} - X_{\min}$) больше $CR_{(4)}$, выясняют причины появления неприемлемых результатов параллельных определений. При этом проводят оперативный контроль повторяемости по РМГ 76 или по разделу А.2 приложения А настоящего документа на методику.

10.3 Числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение предела повторяемости результатов параллельных определений. Значение предела повторяемости должно содержать не более двух значащих цифр.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

11.1 Результаты измерений хранят в памяти компьютера (при использовании компьютеризированного вольтамперометрического анализатора) или оформляют запись в журнале. При этом приводят сведения об анализируемой пробе, условиях измерений, дате получения результатов измерений. Запись в журнале удостоверяет лицо, проводившее измерения.

11.2 Результат измерения (анализа) в протоколах, выдаваемых лабораторией, представляют в следующих видах:

$$(\bar{X} \pm \Delta), \text{ мг/кг}, P=0,95, \quad \text{или} \quad (\bar{X} \pm \Delta_{\text{Л}}), \text{ мг/кг}, P=0,95, \text{ при условии } \Delta_{\text{Л}} \leq \Delta,$$

где: \bar{X} – результат измерения, полученный в соответствии с настоящим документом на методику выполнения измерений;

$\pm \Delta_{\text{Л}}$ – значения характеристики погрешности результатов измерений, установленные при реализации методики в лаборатории;

$\pm \Delta$ – значения характеристики погрешности настоящей методики выполнения измерений, которые рассчитываются по формуле

$$\Delta_{\text{Л}} = 0,01 \cdot \delta \cdot X, \quad (4)$$

где относительное значение показателя точности (характеристики погрешности - δ) методики, приведенное в таблице 1.

Примечание: Характеристику погрешности результатов измерений при реализации методики в лаборатории допускается устанавливать по формуле

$$\Delta = 0,84 \cdot \Delta, \quad (5)$$

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений по разделам 12.3 и 12.4 настоящего документа.

12 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ В ЛАБОРАТОРИИ

12.1 **Контроль качества результатов измерений** при реализации методики в лаборатории предусматривает:

- оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки погрешности результатов анализа при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

- контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности, среднеквадратического отклонения повторяемости).

12.2 **Оперативный контроль процедуры анализа (измерений)** проводят:

- при внедрении методики измерений в лаборатории;
- при появлении факторов, которые могут повлиять на стабильность процесса анализа (например, при смене партии реактивов, после ремонта прибора, при длительном промежутке времени между анализами и т.д.).

Оперативный контроль процедуры анализа проводит сам исполнитель с целью проверки его готовности к проведению анализа рабочих проб.

Оперативный контроль процедуры анализа проводят по РМГ 76 или по приложению А настоящего документа на методику.

12.3 Одной из форм **контроля стабильности результатов анализа** является контроль стабильности результатов анализа в пределах лаборатории с использованием контрольных карт, реализуемый:

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне погрешности результатов измерений;
- путем контроля и поддержания на требуемом уровне внутрилабораторной прецизионности;
- путем контроля и поддержания на требуемом уровне повторяемости результатов параллельных определений.

12.4 **Процедуры и периодичность контроля точности** (контроля стабильности) получаемых результатов измерений в пределах лаборатории проводят с учетом требований раздела 6 ГОСТ Р ИСО 5725-6 или по РМГ 76.

Ответственность за организацию проведения контроля стабильности результатов анализа возлагают на лицо, ответственное за систему качества в лаборатории.

12.5 **Периодичность контроля** исполнителем процедуры измерений, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

13 ПРОВЕРКА ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ДВУХ ЛАБОРАТОРИЙ

13.1 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости (в двух лабораториях), проводят с учетом требований 5.3.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-6 по отношению к пределу воспроизводимости, приведенному в таблице 4, или к критической разности для двух среднеарифметических результатов измерений в соответствии с 5.3.2.2 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Расхождение между результатами измерений, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 4.

При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее значение.

При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Таблица 4 - Диапазон измерений, значения предела воспроизводимости при доверительной вероятности $P=0,95$

Наименование определяемого элемента	Диапазон определяемых концентраций, мг/кг	Предел воспроизводимости (для двух результатов измерений), R
Железо	От 10 до 1000 включ.	$0,28 \cdot \bar{\bar{X}}$
Йод	От 0,1 до 50 включ.	$0,39 \cdot \bar{\bar{X}}$
Кобальт	От 0,1 до 30 включ.	$0,45 \cdot \bar{\bar{X}}$
Марганец	От 1,0 до 2500 включ.	$0,45 \cdot \bar{\bar{X}}$
Мышьяк	От 0,007 до 7,0 включ.	$0,48 \cdot \bar{\bar{X}}$
Никель	От 0,1 до 30 включ.	$0,45 \cdot \bar{\bar{X}}$
Ртуть	От 0,01 до 50 включ.	$0,45 \cdot \bar{\bar{X}}$
Селен	От 0,05 до 10 включ.	$0,45 \cdot \bar{\bar{X}}$
$\bar{\bar{X}}$ - среднее арифметическое значение результатов анализа, полученных в двух лабораториях		

13.2 Разрешение противоречий между результатами двух лабораторий проводят в соответствии с 5.3.3 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Алгоритмы оперативного контроля процедуры анализа

А.1 Общие положения

А.1.1 Оперативный контроль процедуры анализа осуществляет непосредственно исполнитель на основе информации, получаемой при реализации отдельно взятой контрольной процедуры с использованием средств контроля.

А.1.2 Роль средств контроля выполняют:

- образцы для контроля (АС по РМГ 60);
- рабочие пробы с известной добавкой определяемого элемента;
- рабочие пробы стабильного состава.

А.1.3 Схема оперативного контроля процедуры анализа предусматривает:

- реализацию контрольной процедуры;
- расчет результата контрольной процедуры;
- расчет норматива контроля;
- сравнение результата контрольной процедуры с нормативом контроля;
- принятие решения по результатам контроля.

А.2 Алгоритм оперативного контроля повторяемости результатов контрольных измерений

А.2.1 Получают два результата параллельных определений любого средства контроля (по А.1.2).

А.2.2 Реализуют схему контроля повторяемости (по А.1.3), получая два результата параллельных определений. Результат контрольной процедуры равен

$$r_K = |X_1 - X_2|. \quad (\text{А.1})$$

Норматив контроля повторяемости равен пределу повторяемости r при $n=2$, значение которого приведено в таблице 4.

Проверяют условие

$$r_K \leq r. \quad (\text{А.2})$$

А.2.3 Если условие (А.2) выполняется, то рассчитывают результат контрольной процедуры анализа как среднее арифметическое из результатов двух параллельных определений.

Если $r_K > r$, то делают повторную контрольную процедуру, получая заново два результата параллельных определений.

При повторном превышении предела повторяемости процедуру анализа прекращают и выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

А.3 Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа в условиях внутрилабораторной прецизионности

А.3.1 Образцами для выполнения данной процедуры являются средства контроля по А.1.2. Масса отобранной пробы для контроля должна соответствовать удвоенной массе, необходимой для проведения измерений. Отобранную массу делят на две части и анализируют в соответствии с требованиями настоящего стандарта в условиях внутрилабораторной прецизионности (или различными операторами, или в разное время, или с использованием различных средств измерений и т.д.), при соблюдении условий и сроков хранения проб. Получают соответственно \overline{X}_1 и \overline{X}_2 .

А.3.2 Рассчитывают результат контрольной процедуры

$$R_K = |\overline{X}_1 - \overline{X}_2|. \quad (\text{А.3})$$

Для среднего арифметического значения результатов, полученных в условиях внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности ($\overline{\overline{X}}$) рассчитывают или устанавливают норматив контроля внутрилабораторной прецизионности

$$R_{\text{Л}} = 0,84 \cdot R, \quad (\text{А.4})$$

где R – значение предела воспроизводимости, приведенное в таблице 5.

А.3.3 Результаты, полученные в условиях внутрилабораторной прецизионности ($\overline{X}_1, \overline{X}_2$), считают удовлетворительными при выполнении условия

$$R_{\text{ЛК}} \leq R_{\text{Л}}. \quad (\text{А.5})$$

А.3.4 При выполнении условия (А.5) общее среднее арифметическое $\overline{\overline{X}}$ представляют в качестве результата контрольной процедуры.

При невыполнении условия (А.5) измерения повторяют.

При повторном невыполнении условия (А.5) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

А.4 Алгоритм контроля процедуры выполнения измерений с использованием метода добавок

А.4.1 Образцами для контроля являются рабочие пробы и рабочие пробы с точной добавкой АС определяемого элемента. Добавка АС элемента вводится до стадии пробоподготовки.

А.4.2 Контроль исполнителем процедуры выполнения измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры K_k с нормативом контроля K_d .

А.4.3 Результат контрольной процедуры K_k рассчитывают по формуле:

$$K_k = \left| \overline{X'} - \overline{X} - C \right|, \quad \text{где} \quad (A.6)$$

$\overline{X'}$ - результат контрольного измерения массовой концентрации элемента в пробе с известной добавкой – среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости r . Значение r приведено в таблице 4.

\overline{X} - результат контрольного измерения массовой концентрации элемента в пробе без добавки - среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости r ;

C - величина добавки АС элемента.

Примечание. Величина добавки должна составлять от 50 до 150 % от массовой концентрации элемента в пробе без добавки.

А.4.4 Норматив оперативного контроля K_d рассчитывают по формуле

$$K_d = \sqrt{\left(\Delta_{\overline{X'}} \right)^2 + \left(\Delta_{\overline{X}} \right)^2}, \quad \text{где} \quad (A.7)$$

$\Delta_{\overline{X'}}$, $\Delta_{\overline{X}}$ – значения характеристики погрешности результатов измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой концентрации элемента в пробе с добавкой и в пробе без добавки соответственно.

При установлении Δ_d можно использовать примечание в разделе 11.2 настоящего документа.

А.4.5 Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при выполнении условия:

$$K_k \leq K_d. \quad (A.8)$$

При невыполнении условия (А.8) эксперимент повторяют.

При повторном невыполнении условия (А.8) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

А.5 Алгоритм оперативного контроля процедуры выполнения измерений с использованием образцов для контроля

А.5.1 Образцами для контроля являются ГСО анализируемых объектов с аттестованными концентрациями элементов. Образцами также могут служить рабочие пробы анализируемых объектов с отсутствием данного элемента или с очень малой концентрацией элемента, в которые введена точная концентрация искомого элемента (аттестованная характеристика – C). Концентрацию C элемента вводят в пробу до стадии пробоподготовки.

А.5.2 Алгоритм проведения контроля точности с применением образцов для контроля состоит в сравнении результата контрольной процедуры K_k , равного разности между результатом контрольного измерения аттестованной характеристики в образце для контроля – X и его аттестованным значением – C , с нормативом оперативного контроля точности – K .

Результат контрольной процедуры равен

$$K_K = |\bar{X} - C|. \quad (\text{A.9})$$

Норматив контроля точности K рассчитывают по формуле:

$$K = \Delta_{\text{л}} = 0,84 \cdot \Delta = 0,0084 \cdot \delta \cdot \bar{X}, \quad (\text{A.10})$$

где значение δ , % приведено в таблице 1.

А.5.3 Точность контрольного измерения признают удовлетворительной, если:

$$K_K \leq K. \quad (\text{A.11})$$

При невыполнении условия (А.11) эксперимент повторяют.

При повторном невыполнении условия (А.11) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

Приложение Б

выполнение измерений с использованием
вольтамперометрического анализатора СТА для определения массовых концентраций
мышьяка и железа (с программным обеспечением Windows)

Определение массовых концентраций мышьяка и железа с использованием анализатора СТА на фоне раствора трилона Б концентрации $0,02 \text{ моль/дм}^3$ с **применением инертного газа**.


Анализатор СТА готовят к работе в соответствии с «Руководством пользователя» и паспортом на данный прибор.

Электроды:

- индикаторный электрод – золотографитовый (графитовый торцевой электрод с электрохимически нанесенной на него пленкой золота);
- электрод сравнения – хлорсеребряный, заполненный раствором хлорида калия концентрации 1 моль/дм^3 с сопротивлением не более $3,0 \text{ кОм}$.
- **сменные стаканчики** из кварцевого стекла вместимостью $20 - 25 \text{ см}^3$;
- **трубки для подвода инертного газа** с целью удаления растворенного кислорода и перемешивания раствора.

Подготовка графитового электрода, проверка стаканчиков, раствора фонового электролита на чистоту

Для получения золотографитового электрода (ЗГЭ) поверхность графитового электрода, предварительно отшлифованного на фильтре, обезжиривают электрохимической очисткой. Для этого стаканчики с раствором серной кислоты концентрации $0,1 \text{ моль/дм}^3$ (объемом около 10 см^3) помещают в электролитическую ячейку, устанавливают соответствующую систему электродов.

Загружают файл созданной заранее методики «Обработка ГЭ в серной кислоте» (в главном меню выбирают пункт  **МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ**) или создают новый файл.

Создание новой методики (см. «Руководство пользователя» раздел.3.1 «Создание новой методики»).

В главном меню выбирают пункт  **Методика / Новая методика**. Вводят следующие параметры.

Трасса

Методика						
Наименование [Обработка ГЭ в серной кислоте]						
Трасса		Развертка	Режим		Элемент	
		Время, с	Потенциал, В		УФО	Газ
У	Подготовка раствора	30	0,000		-	У
	Обработка раствора	0	0,000		-	
У	Обработка электрода	60	-1,000	+1,000	-	У
	Очистка электрода	0	0,000		-	
	Накопление	0	0,000		-	
	Успокоение	0	0,000			
	Развертка	0 мВ/с	0,000			

Развертка



Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки	[Ступенчатая]	[Форма развертки]		
Диапазон тока	3,0 мА	↓	↓	↓
Шаг развертки	1 мВ			
Задержка 1	75 %			
Задержка 2				
Начало импульса				
Окончание импульса				
Амплитуда				
Накопление	1 раз			

Режим

Трасса		Развертка	Режим		Элемент	Контроль
Y	Ячейка 1	Число опытов [5]	Фильтр 0			
Y	Ячейка 2					
Y	Ячейка 3	Схема [2-х электродная]		Инверсия по току		
				Инверсия по потенциалу		
				Первая производная		
Разметка			Форма разметки			
[Ручная]		[Автомат]	[Линия]		Сплайн	

Элемент


Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ	
1		0,000	0,000	
2		0,000	0,000	

Сохраняют методику: в команде главного меню **«Сохранить методику»** или панели управления  (например «Обработка ГЭ в серной кислоте»). Запускают команду  **«Запуск подготовки раствора»**.

Ополаскивают рабочую поверхность электрода бидистиллированной водой и сразу проводят **нанесение на поверхность золотой пленки** электрохимически из раствора хлористого золота.

Нанесение на поверхность графитового электрода золотой пленки

Для этого в электрохимической ячейке стаканчик (бюкс) с раствором серной кислоты заменяют стаканчиком (бюксом) с раствором хлористого золота (около 10 см³) концентрации 100 мг/дм³.

Загружают файл созданной заранее методики **«Формирование ЗГЭ»** (в главном меню выбирают пункт  **МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ**) или создают новую.

Создание новой методики (см. «Руководство пользователя» раздел.3.1 «Создание новой методики»).

В главном меню выбирают пункт  **Методика / Новая методика**. Вводят следующие параметры.

Трасса

Методика						
Наименование Формирование ЗГЭ						
Трасса		Развертка	Режим		Элемент	
		Время, с	Потенциал, В		УФО	Газ
Y	Подготовка раствора	60	0,000		-	Y
	Обработка раствора	0	0,000		-	
	Обработка электрода	0	0,000	0,000	-	
Y	Очистка электрода	20	0,800		-	
Y	Накопление	180	-0,500		-	Y
	Успокоение	0	0,000			
	Развертка	0 мВ/с	0,000			

Развертка

Трасса	Развертка		Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки		[Ступенчатая]	[Форма развертки]		
Диапазон тока		3,0 мА			
Шаг развертки		4 мВ			
Задержка 1		75 %	↓	↓	↓
Задержка 2					
Начало импульса					
Окончание импульса					
Амплитуда					
Накопление		1 раз			


Режим

Трасса		Развертка	Режим		Элемент	Контроль	
Y	Ячейка 1	Число опытов [1]	Фильтр 0				
Y	Ячейка 2						
Y	Ячейка 3	Схема [2-х электродная]		Инверсия по току			
				Инверсия по потенциалу			
				Первая производная			
Разметка			Форма разметки				
[Ручная]		[Автомат]	[Линия]		Сплайн		

Элемент

Трасса	Развертка	Режим	Элемент		Контроль
	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ		
1		0,000	0,000		
2		0,000	0,000		

Сохраняют методику: в команде главного меню «Сохранить методику» или панели управления (например «Формирование ЗГЭ»).

Запускают команду  «Запуск подготовки раствора». Комплекс проводит 1 измерение. Промывают рабочую поверхность электрода бидистиллированной водой. На торце электрода должна быть видна желтая пленка золота.

Перед работой (в последующие дни) электрод не протирают, а ополаскивают бидистиллированной водой и проводят обработку в серной кислоте, как и перед нанесением золотой пленки. Электроды готовы к работе.

МЫШЬЯК

Проверка работы ЗГЭ по контрольной пробе мышьяка

После приготовления нового золотографитового электрода или при сомнении в хорошем качестве золотой пленки проверяют работу золотографитового электрода по контрольным пробам.

Для этого в окне выбора файла выбирают необходимый файл методики и нажимают кнопку **ОТКРЫТЬ ФАЙЛ «As»** или создают новую методику (см. «Руководство пользователя» раздел «Создание новой методики») со следующими параметрами:

Трасса

Методика						
Наименование [Мышьяк]						
Трасса		Развертка	Режим	Элемент		Контроль
		Время, с	Потенциал, В	УФО	Газ	Мешалка
Y	Подготовка раствора	60	+0,600	-	Y	Y
	Обработка раствора	0	0,000	-		
	Обработка электрода	0	0,000 0,000	-		
Y	Очистка электрода	20	0,600	-	Y	
Y	Накопление	60	-1,000	-	Y	Y
Y	Успокоение	5	-0,600			
Y	Развертка	80 мВ/с	-0,600...0,600			

Развертка


Трасса	Развертка		Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки	[Ступенчатая]		[Форма развертки]		
Диапазон тока	0,3	мА			
Шаг развертки	4	мВ			
Задержка 1	80	%			
Задержка 2					
Начало импульса					
Окончание импульса					
Амплитуда					
Накопление	1	раз	↓	↓	↓

Режим


Трасса		Развертка	Режим		Элемент	Контроль
Y	Ячейка 1	Число опытов [5]	Фильтр 30			
Y	Ячейка 2					
Y	Ячейка 3	Схема [2-х электродная]		Инверсия по току		
				Инверсия по потенциалу		
				Первая производная		
Разметка			Форма разметки			
[Ручная]		[Автомат]	[Линия]		Сплайн	

Элемент

Трасса	Развертка	Режим	Элемент		Контроль
	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ		
1	As	0,050	100		
2		0,000	0,000		

Сохраняют методику: в команде главного меню **«Сохранить методику»** или в панели управления  (файл «As») (См. «Руководство пользователя» раздел «Сохранение методики в виде нового файла»).

Измерение фона


В чистый кварцевый стаканчик вместимостью (20 – 25) см³ пипеткой или дозатором вносят (1 – 2) см³ раствора трилона Б концентрации 0,2 моль/дм³ и (8 – 9) см³ бидистиллированной воды, стаканчик помещают в ячейку, опускают электроды и запускают команду « **ФОН**» (см. «Руководство пользователя» раздел «Запуск анализа фонового раствора»).

Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел 4.3 «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых» (см. «Руководство пользователя», раздел 4.4 «Обработка вольтамперных кривых»,).

При наличии на вольтамперных кривых пиков определяемых элементов высотой более 0,2 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды так, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,2 мкА).

Вводят в стаканчик с раствором фонового электролита 0,02 см³ аттестованного раствора мышьяка концентрации 10,0 мг/дм³. Полученный раствор будет являться контрольной пробой с содержанием мышьяка 0,02 мг/дм³ при объеме пробы 10,0 см³.

Измерение пробы

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. раздел «Обработка вольтамперных кривых»).

В окне «Результаты измерения сигналов»  отображаются результаты разметки для всех типов вольтамперограмм.


Например:

Результаты измерения сигнала	
Ячейка 1	Ячейка 2
Добавка 1	As
График1	0,413
График2	0,413
Среднее значение	0,413
Средний по фону	0,003
Средний по пробе	0,2
Средний по 1-й добавке	0,413
Средний по 2-й добавке	
Все значения приведены к мкА	

Результаты измерения сигнала	
Ячейка 1	Ячейка 2
Добавка 1	As
График1	0,404
График2	0,393
Среднее значение	0,398
Средний по фону	0,002
Средний по пробе	0,201
Средний по 1-й добавке	0,398
Средний по 2-й добавке	
Все значения приведены к мкА	

Результаты измерения сигнала	
Ячейка 1	Ячейка 2
Добавка 1	As
График1	0,414
График2	0,412
Среднее значение	0,413
Средний по фону	0,011
Средний по пробе	0,213
Средний по 1-й добавке	0,413
Средний по 2-й добавке	
Все значения приведены к мкА	

Расчет массовой концентрации мышьяка в контрольной пробе

Заполняют таблицу «Количество»  , например:

Количество

Ячейка 1 | Ячейка 2 | Ячейка 3

Регистрационный номер пробы: 107

Масса навески: 0,0 (г)

Объем пробы: 10,0 (см³)

Объем минерализата: 0,01 (см³)

Объем аликвоты: 0,01 (см³)

Добавка 1 | Добавка 2

№	Элемент	Объем добавки АС (см ³)	Концентрация АС (мг/дм ³)
1	As	0,02	10,0

Применить для всех

Ok Омена

Для перехода в таблицу «Концентрация» в главном окне на панели управления нажимают кнопку – **Окно просмотра результатов анализа.** (См. «Руководство пользователя», раздел «Вычисление концентрации»)

Например, получают

Элементы	Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3
As	0,01857 (мг/дм ³)	0,01988 (мг/дм ³)	0,02019 (мг/дм ³)

☒ Учитывать фон

☐ Учитывать Добавку 2

☐ Вычислять по усредненным вольтамперограммам

Ok

Приемлемость

Элементы	Результаты анализа	Доверительная вероятность
As	0,01955 ± 0,00586 (мг/дм ³)	P = 0,95

Если расхождение между полученными и введенными концентрациями не превышает 30%, золото-графитовый электрод считают пригодным к работе. После этого можно приступать к измерению проб в такой же последовательности. Электроды готовы к работе. В противном случае подготовку и проверку золото-графитовых электродов следует повторить еще раз.

Анализ пробы на содержание мышьяка


Одновременно рекомендуется проводить анализ двух параллельных и одной резервной пробы в трех стаканчиках.

Стаканчик с пробой анализируемого объекта, подготовленный для измерения по разделу методики количественного химического анализа, помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды.



Запускают команду «**Получение вольтамперограмм пробы**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм, проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых».

В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавки АС мышьяка в таких объемах, чтобы высоты пиков на вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза (например, 0,02 см³ аттестованного раствора мышьяка концентрации 10,0 мг/дм³).


Запускают команду «**Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.


В окне «Просмотр результатов измерения сигнала»  смотрят результаты разметки для всех типов вольтамперограмм во всех 3-х ячейках.

Вычисление массовых концентраций определяемых элементов

В таблице «Количество»  для каждой активной ячейки указывают: массу навески, объем добавки и её концентрацию, объем аликвоты, объем минерализата ставят одинаковые числа. Нажимают кнопку  **Окно просмотра результатов анализа** в главном окне на панели управления.

Сохранение документа

Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт документ/сохранить в архиве.

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ / Печать графиков**.

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft® Word по существующему шаблону отчета (См. «Руководство пользователя»). Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета.




Рисунок 9. Вольтамперограммы измерения массовой концентрации мышьяка в фоне, в пробе и в пробе с добавкой АС мышьяка

ЖЕЛЕЗО

Выполнение измерений при определении массовой концентрации железа в пробах почв

Для определения массовой концентрации железа берут стаканчики с подготовленной по разделу пробой, выбирают необходимый файл методики «Fe» или создают новую методику со следующими параметрами (обратить внимание, что используется режим первой производной и время накопления 30 с):

Трасса

Методика						
Наименование [Железо]						
Трасса		Развертка	Режим	Элемент		Контроль
		Время, с	Потенциал, В	УФО	Газ	Мешалка
Y	Подготовка раствора	60	+0,600	-	Y	Y
	Обработка раствора	0	0,000	-		
	Обработка электрода	0	0,000 0,000	-		
Y	Очистка электрода	20	0,600	-	Y	
Y	Накопление	30	-1,000	-	Y	Y
Y	Успокоение	5	-0,600			
Y	Развертка	80 мВ/с	-0,600.....0,600			

Развертка

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки	[Ступенчатая]	[Форма развертки]		
Диапазон тока	0,3 мА			
Шаг развертки	4 мВ			
Задержка 1	80 %			
Задержка 2				
Начало импульса				
Окончание импульса				
Амплитуда				
Накопление	1 раз	↓	↓	↓


Режим

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Y	Ячейка 1	Число опытов [5]	Фильтр 30	
Y	Ячейка 2			
Y	Ячейка 3			
		Схема [2-х электродная]	Инверсия по току	
			Инверсия по потенциалу	
			Y Первая производная	
Разметка		Форма разметки		
[Ручная]	[Автомат]	[Линия]	Сплайн	


Элемент


Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ	
1	Fe	-0,150	100	
2		0,000	0,000	

Сохраняют методику: в команде главного меню «Сохранить методику» или в панели управления  (файл «Fe»).


Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм, проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых.


В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавки АС железа в таких объемах, чтобы высоты пиков на вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза (например, 0,02 см³ аттестованного раствора железа концентрации 1000,0 или 500,0 мг/дм³).

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.


В окне «Просмотр результатов измерения сигнала»  смотрят результаты разметки для всех типов вольтамперограмм во всех 3-х ячейках.


Вычисление массовой концентрации определяемого элемента (железа)

В таблице «**Количество**»  для каждой активной ячейки указывают: массу навески, объем добавки и её концентрацию, объем аликвоты и минерализата.

Нажимают кнопку –  **Окно просмотра результатов анализа** в главном окне на панели управления.

Сохранение документа

Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт документ/сохранить в архиве.

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ / Печать графиков**.

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft® Word по существующему шаблону отчета. Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета.




Рисунок 10. Вольтамперограммы (первая производная) при регистрации аналитических сигналов (первая производная) определения железа в пробе и в пробе с добавкой АС железа

ПРИЛОЖЕНИЕ В

выполнение измерений при определении массовой концентрации
иода с использованием вольтамперометрического анализатора СТА
(с программным обеспечением Windows)

Анализатор СТА должен быть предварительно подготовлен к работе в соответствии с «Руководством пользователя» на данный вольтамперометрический комплекс.

Фоновой электролит – раствор калия азотнокислого концентрации 0,1 моль/дм³

Потенциал электролиза – 0,0 В.

Диапазон развертки потенциала – от 0,0 В до минус 1,2 В.

Режим развертки потенциала – дифференциально-импульсный.

Скорость развертки потенциала – 35 мВ/с.

Потенциал катодного пика – (минус 0,30 ± 0,05) В.

Электроды:

- рабочий электрод – ртутно-пленочный;
- электрод сравнения – хлорсеребряный в 1,0 моль/дм³ растворе хлорида калия с сопротивлением не более 3,0 кОм.


Стаканчики из кварцевого стекла вместимостью 20 – 25 см³.


Тефлоновые трубочки для подвода инертного газа с целью удаления растворенного кислорода и перемешивания раствора.

Проверка стаканчиков, фонового раствора и электродов на чистоту (электрохимическая очистка индикаторного электрода)

В три чистых кварцевых стаканчика вместимостью 20 – 25 см³ наливают по 9 – 10 см³ бидистиллированной воды, добавляют по 0,1 см³ концентрированной азотной кислоты (ос.ч.). Этот раствор служит для очистки поверхности ртутнопленочного электрода.

Опускают в раствор индикаторные электроды, электроды сравнения, тефлоновые трубочки для инертного газа и подключают их к соответствующим клеммам прибора в каждой ячейке.

Загружают файл созданной заранее методики (полностью подходит файл «Электрохимическая обработка электрода для определения Ni»), в главном меню выбирают пункт  **МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ**) или создают новую методику для очистки поверхности индикаторного электрода.

Создание новой методики (см. «Руководство пользователя» раздел «Создание новой методики»). В главном меню выбирают пункт  **Методика / Новая методика**. Вводят следующие параметры:

Методика							
Наименование: Электрохимическая обработка электрода для определения Ni							
Трасса	Развертка	Режим	Элементы	Контроль			
	Время, с		Потенциал, В	УФО	ГАЗ	Мешалка	Скорость
<input checked="" type="checkbox"/> Подготовка раствора	60		-1,200	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Обработка раствора	0		0,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Обработка электрода	60		-1,500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/> Очистка электрода	20		-1,200	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Накопление	1		-0,500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/> Успокоение	5		-0,500				
<input checked="" type="checkbox"/> Развертка	20 мВ/с		-0,500				0,000
Ok Отмена							

Методика [X]

Наименование: Электрохимическая обработка электрода для определения Ni

Трасса | Развертка | Режим | Элементы | Контроль

Тип развертки: Ступенчатая

Диапазон тока: 0.03 мА

Шаг развертки: 4 мВ

Задержка 1: 95 %

Задержка 2: 99 %

Начало импульса: 25 %

Окончание импульса: 85 %

Амплитуда импульса: 1 мВ

Накопление: 1 раз

Форма развертки

Ok Отмена

Методика [X]

Наименование: Электрохимическая обработка электрода для определения Ni

Трасса | Развертка | Режим | Элементы | Контроль

☒ Ячейка 1 Число опытов

☒ Ячейка 2 5

☒ Ячейка 3

Фильтр: 20

☐ Инверсия по току

☐ Инверсия по потенциалу

☐ Первая производная

Схема: 2-х электродная

Разметка: Ручная Автомат

Форма разметки: Линия Слайн

Ok Отмена


Методика [X]

Наименование: Электрохимическая обработка электрода для определения Ni

Трасса | Развертка | Режим | Элементы | Контроль

	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ
1		0,000	50
2		0,000	0
3		0,000	0
4		0,000	0

Ok Отмена

Сохраняют методику: или в команде главного меню «Сохранить методику» или панели управления  (например «Электрохимическая обработка электрода»).

Оценка качества приготовленных электродов

Загружают файл созданной заранее методики (например, «Иод»), в главном меню вы-

Создание новой методики


Методика

Наименование:

Трасса | Развертка | Режим | Элементы | Контроль

	Время, с	Потенциал, В	УФО	ГАЗ	Мешалка	Скорость
<input checked="" type="checkbox"/> Подготовка раствора	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="-1,200"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Обработка раствора	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-1,200"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Обработка электрода	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-1,500"/> ... <input type="text" value="0,000"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Очистка электрода	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="-1,200"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Накопление	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Успокоение	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0,000"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Развертка	<input type="text" value="35"/> мВ/с	<input type="text" value="0,000"/> ... <input type="text" value="-1,200"/>				

Ok Отмена



Методика

Наименование:

Таблица:


Таблица	Развертка	Режим	Элементы	Контроль
<input checked="" type="checkbox"/> Ячейка 1	Число опытов <input type="text" value="5"/>	Фильтр <input type="text" value="20"/>	<input type="checkbox"/> Инверсия по току	<input checked="" type="checkbox"/> Инверсия по потенциалу
<input checked="" type="checkbox"/> Ячейка 2				
<input checked="" type="checkbox"/> Ячейка 3				
Схема <input type="text" value="2-х электродная"/>		<input type="checkbox"/> Первая производная		
Разметка <input type="button" value="Ручная"/> <input type="button" value="Автомат"/>		Форма разметки <input type="button" value="Линия"/> <input type="button" value="Сплайн"/>		
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Отмена"/>				

Методика


Наименование:

Таблица:

Таблица	Развертка	Режим	Элементы	Контроль
1	Имя <input type="text" value="J"/>	Потенциал, В <input type="text" value="-0,300"/>	Зона, мВ <input type="text" value="50"/>	
2	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0"/>	

Сохраняют методику: в команде главного меню «**Сохранить методику**» или панели управления  (например «**Определение йода в кормах**»).

Измерение фона


В чистые стаканчики наливают по 10 см³ раствора калия азотнокислого концентрации 0,1 моль/дм³, стаканчики помещают в ячейку, опускают электроды и запускают команду « **ФОН**» (см. «Руководство пользователя» раздел «Запуск анализа фонового раствора»).

Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. «Руководство пользователя», раздел «Обработка вольтамперных кривых»),).


При наличии на вольтамперных кривых пиков определяемого элемента высотой более 0,2 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды так, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,2 мкА).

Измерение контрольной пробы


В стаканчик с фоновым электролитом вносят пипеткой или дозатором по 0,01 см³ АС–3 иодид-ионов концентрации 10,0 мг/дм³. Полученный раствор является контрольной пробой с содержанием 0,01 мг/дм³ при объеме пробы 10 см³.

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. раздел «Обработка вольтамперных кривых»).

Измерение пробы с добавкой

Вносят в стаканчики с пробой добавки АС йодид-ионов объемом 0,01 см³ АС–3 иодид-ионов концентрации 10,0 мг/дм³. Запускают команду  **Получение вольтамперограмм**

пробы с добавкой. Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку аналогично.

В окне «Результаты измерения сигналов»  отображаются результаты разметки для всех типов вольтамперограмм.

Расчет массовой концентрации йодид-ионов в контрольной пробе

Заполняют таблицу «Количество» , например:

Количество

Ячейка 1 | Ячейка 2 | Ячейка 3

Регистрационный номер пробы:

Масса навески: (г)

Объем пробы: (см³)


Объем минерализата: (см³)

Объем аликвоты: (см³)

Добавка 1 | Добавка 2

№	Элемент	Объем добавки АС (см ³)	Концентрация АС (мг/дм ³)
1	J	0,01	10,0

Применить для всех Ok Отмена

Для перехода в таблицу «Концентрация» в главном окне на панели управления нажимают кнопку –  **Окно просмотра результаты анализа.**


Элементы	Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3
J	0,00860 (мг/дм ³)	0,01246 (мг/дм ³)	0,01036 (мг/дм ³)
<input checked="" type="checkbox"/> Учитывать фон Ok <input type="checkbox"/> Учитывать Добавку 2 <input checked="" type="checkbox"/> Вычислять по усредненным вольтамперограммам Приемлемость			
Элементы	Результаты анализа	Доверительная вероятность	
J	0,00948 ± 0,00190 (мг/дм ³)	P = 0,95	

Если расхождение между полученными и введенными концентрациями не превышает 20 %, ртутно-пленочные электроды считают пригодными к работе. После этого приступают к измерению при анализе проб в такой же последовательности.


Выполнение измерений при анализе реальной пробы анализируемого продукта на содержание йода

Одновременно рекомендуется проводить измерения при анализе двух параллельных и одной резервной пробы в трех стаканчиках.

Стаканчики с пробой анализируемого объекта, подготовленные для измерения по разделу методики количественного химического анализа, помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды.

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**» (см. Руководство пользователя раздел «Запуск анализа пробы»). Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм, проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых» (см. «Руководство пользователя», раздел «Обработка вольтамперных кривых»).


В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавки АС йодид-ионов в таких объемах, чтобы высоты пиков на вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза.

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.

Выполнение измерений при анализе реальной пробы анализируемого продукта на содержание йода


Одновременно рекомендуется проводить измерения при анализе двух параллельных и одной резервной пробы в трех стаканчиках.

Проводят измерение фона


В чистые стаканчики наливают по 10 см³ раствора калия азотнокислого концентрации 0,1 моль/дм³, стаканчики помещают в ячейку, опускают электроды и запускают команду « **ФОН**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых».

При наличии на вольтамперных кривых пиков определяемого элемента высотой более 0,2 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды так, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,2 мкА).


Далее в стаканчик с раствором фоновое электролита добавляют аликвоту пробы подготовленной по разделу «Подготовка проб» помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды.


Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм, проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых».

В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавки АС йодид-ионов в таких объемах, чтобы высоты пиков на вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза (по 0,01 см³ АС–3 йодид-ионов концентрации 10,0 мг/дм³).

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.


Вычисление массовых концентраций определяемого элемента


В таблице «Количество»  для каждой активной ячейки указывают: массу навески или объем пробы, объем минерализата, пошедший на растворение озолённой пробы, и объем аликвотной части подготовленной к анализу пробы.

Нажимают кнопку –  **Окно просмотра результатов анализа** в главном окне на панели управления.

В таблице представлены значения массовых концентраций йода для каждой из параллельных проб. Нажимают кнопку [Приемлемость], в случае, когда результаты измерений параллельных проб приемлемы, вычисляется среднее арифметическое значение, которое принимают за результат анализа.

Сохранение документа

Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ/Сохранить в архиве**.

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ / Печать графиков**.

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft® Word по существующему шаблону отчета. Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета.




Рисунок 11. Вольтамперограммы измерения массовой концентрации йодид-ионов в пробе и в пробе с добавкой АС йодид-ионов

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

*выполнение измерений при определении массовых концентраций
никеля и кобальта с использованием комплекса аналитического вольтамперомет-
рического СТА (с программным обеспечением Windows)*

Комплекс СТА должен быть предварительно подготовлен к работе в соответствии с «Руководством пользователя» и паспортом на данный вольтамперометрический комплекс.

Фоновой электролит – хлоридно-аммиачный (рН 9,2) + диметилглиоксим

Диапазон развертки потенциала – от минус 0,90 В до минус 1,50 В (для кобальта)

от минус 0,70 В до минус 1,30 В (для никеля).

Режим развертки потенциала – дифференциально-импульсный.

Потенциал катодного пика – минус 1,185 В (для кобальта); минус 1,08 В (для никеля).

Электроды (3-х электродная система измерений):

- рабочий электрод – ртутно-пленочный;
- электрод сравнения – хлорсеребряный в 1,0 моль/дм³ растворе хлорида калия с сопротивлением не более 3,0 кОм.
- электрод вспомогательный – хлорсеребряный в 1,0 моль/дм³ растворе хлорида калия с сопротивлением не более 3,0 кОм.

Стаканчики из кварцевого стекла вместимостью 20 – 25 см³.


Тефлоновые трубочки для подвода инертного газа с целью удаления растворенного кислорода и перемешивания раствора.

Проверка стаканчиков, фонового раствора и электродов на чистоту

Электрохимическая очистка индикаторного электрода

В три чистых кварцевых стаканчика вместимостью (20 – 25) см³ наливают по (9 – 10) см³ бидистиллированной воды, добавляют по 0,1 см³ концентрированной азотной кислоты, ос.ч.. Этот раствор служит для очистки поверхности ртутно-пленочного электрода.

Опускают в раствор индикаторные электроды, электроды сравнения, вспомогательные электроды, азотные трубочки и подключают их к соответствующим клеммам прибора в каждой ячейке.

Загружают файл созданной заранее методики («Электрохимическая обработка электрода»), в главном меню выбирают пункт  МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ) или создают новую методику для очистки поверхности индикаторного электрода.

Создание новой методики

В главном меню выбирают пункт  Методика / Новая методика. Вводят следующие параметры.

Трасса

 Методика							
Наименование Электрохимическая обработка электрода для опред. Ni							
Трасса		Развертка		Режим		Элемент	Контроль
		Время, с	Потенциал, В		УФО	Газ	Мешалка
Y	Подготовка раствора	60	-1,200		-	Y	Y
	Обработка раствора	0	0,000		-		
Y	Обработка электрода	60	-1,500	0,000	-	Y	Y
Y	Очистка электрода	20	-1,200		-	Y	Y
Y	Накопление	1	-0,500		-	Y	Y
Y	Успокоение	5	-0,500				
Y	Развертка	20 мВ/с	-0,500 ...0,000				

Развертка


Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки	[Ступенчатая]	[Форма развертки]		
Диапазон тока	0,03 мВ	↓	↓	↓
Шаг развертки	4 мВ			
Задержка 1	95 %			
Задержка 2	- %			
Начало импульса	- %			
Окончание импульса	- %			
Амплитуда	- мВ			
Накопление	1 раз			

Режим

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Y	Ячейка 1	Число опытов	Фильтр 20	
Y	Ячейка 2	[5]		
Y	Ячейка 3	Схема	Инверсия по току	
		[3-х электродная]	Инверсия по потенциалу	
			Первая производная	
	Разметка		Форма разметки	
[Ручная]	[Автомат]	[Линия]	Сплайн	

Элемент


Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ	
1		0,000	50	
2		0,000	0,000	

Сохраняют методику: или в команде главного меню «Сохранить методику» или панели управления  (например «Электрохимическая обработка электрода для определения никеля и кобальта»).

Убирают стаканчики с азотной кислотой, раствор выливают, ополаскивают электроды бидистиллированной водой. Электроды готовы для определения ионов никеля и кобальта.

Оценка качества приготовленных электродов (метод введено-найден)

Для оценки качества приготовленных электродов проводят следующие операции:

Загружают файл созданной заранее методики (например, «Определение никеля»), в главном меню выбирают пункт  МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ) или создают новую методику.

Создание новой методики

В главном меню выбирают пункт Методика / Новая методика. Вводят следующие параметры.

Трасса

<div><div><div></div><div>Методика</div></div></div>								
Наименование Определение никеля и кобальта								
Трасса		Развертка		Режим	Элемент		Контроль	
		Время, с	Потенциал, В		УФО	Газ	Мешалка	
Y	Подготовка раствора	60	-1,300		-	Y	Y	
	Обработка раствора	0	0,050		-	Y	Y	
Y	Обработка электрода	20	-1,300	0,100	-	Y	Y	
Y	Очистка электрода	30	-1,300		-	Y	Y	
Y	Накопление	30	-0,700		-	Y	Y	
Y	Успокоение	5	-0,700					
Y	Развертка	30 мВ/с	-0,700 ... -1,300					

Развертка

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки	[Импульсная]	[Форма развертки]		
Диапазон тока	0,3 мВ			
Шаг развертки	8 мВ			
Задержка 1	10 %			
Задержка 2	60 %			
Начало импульса	1 %			
Окончание импульса	50 %			
Амплитуда	40 мВ			
Накопление	100			

Режим


Трасса		Развертка		Режим		Элемент		Контроль		
Y	Ячейка 1	Число опытов [5]		Фильтр 10						
Y	Ячейка 2									
Y	Ячейка 3	Схема [3-х электродная]				Инверсия по току				
						Инверсия по потенциалу				
						Первая производная				
Разметка				Форма разметки						
[Ручная]		[Автомат]		[Линия]		Сплайн				

Элемент


Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ	
1	Ni	-1,085	70	
2	Co	-1,185	70	

Контроль

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Элемент	Относительный предел повторяемости, г, %		Характеристика погрешности, σ, %
1	Ni	34		34
2	Co	34		32

Сохраняют методику: в команде главного меню «Сохранить методику» или панели управления  (например ««Определение никеля и кобальта»»).


Измерение фона

В чистые стаканчики наливают по 10 см³ раствора фоновое электролита (хлоридно-аммиачный буферный раствор с pH 9,2) и по 0,03 см³ диметилглиоксима концентрации 0,1 моль/дм³, стаканчики помещают в ячейку, опускают электроды и запускают команду « ФОН».


Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых». При наличии на вольтамперных кривых пиков определяемого элемента высотой более 0,001 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды так, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,001 мкА).

Измерение контрольной пробы

В стаканчик с фоновым электролитом вносят пипеткой или дозатором по 0,01 см³ никеля концентрации 2,0 мг/дм³. Полученный раствор является контрольной пробой с содержанием 0,002 мг/дм³ при объеме пробы 10 см³.

Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку, удаление «выпадающих».

Измерение контрольной пробы с добавкой

Вносят в стаканчики с пробой добавки АС никеля объемом 0,01 см³ никеля концентрации 2,0 мг/дм³. Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы с добавкой». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку.

Результаты измерения сигналов

В окне «Результаты измерения сигналов»  отображаются результаты разметки для всех типов вольтамперограмм.

Расчет массовой концентрации никеля в контрольной пробе

Заполняют таблицу «Количество» , например:

Количество

Ячейка 1Ячейка 2Ячейка 3

Регистрационный номер пробы

1

Масса навески

0,0

(г)

Объем пробы

10,0

(см3)

Объем минерализата

10,0

(см3)

Объем аликвоты

10,0

(см3)

Добавка 1Добавка 2

№	Элемент	Объем добавки АС (см3)	Концентрация АС (мг/дм3)
1	Ni	0,01	2,0

Применить для всех

Ok

Отмена


Для перехода в таблицу «Концентрация» в главном окне на панели управления нажимают кнопку –  **Окно просмотра результатов анализа.**

Если расхождение между полученными и введенными концентрациями не превышает 30 %, ртутно-пленочные электроды считают пригодными к работе. После этого приступают к анализу проб в такой же последовательности.


Примечание: По кобальту оценку качества приготовленных электродов делать не обязательно.


Выполнение измерений при анализе реальной пробы на содержание никеля и кобальта

Стаканчики с реальной пробой помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды.


Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы» (см. Руководство пользователя раздел «Запуск анализа пробы»). Снимают по 2 – 3 вольтамперограмм, проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. «Руководство пользователя», раздел «Обработка вольтамперных кривых»).


В стаканчики с реальной пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавку **никеля** в таком объеме, чтобы высоты пиков на вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза.

Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы с добавкой». Снимают по 2 – 3 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.


В окне «Просмотр результатов измерения сигнала»  смотрят результаты разметки для всех типов вольтамперограмм во всех 3-х ячейках.

Вычисление массовых концентраций никеля

В таблице «Количество»  для каждой активной ячейки указывают: массу навески пробы, объем минерализата, пошедший на растворение озолённой пробы, и объем аликвотной части подготовленной к анализу пробы.

Нажимают кнопку –  **Окно просмотра результатов анализа** в главном окне на панели управления.

Нажимают кнопку [Приемлемость], в случае, когда результаты измерений параллельных проб приемлемы, вычисляется среднее арифметическое значение, которое принимают за результат анализа.



Элементы	Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3
Ni	2.08300 (мг/кг)	2.10900 (мг/кг)	2.84200 (мг/кг)

☒ Учитывать фон
☐ Учитывать Добавку 2
☐ Вычислять по усредненным вольтамперограммам

Ok

Приемлемость

Элементы	Результаты анализа	Доверительная вероятность
Ni	2.09600 ± 0.62870 (мг/кг)	P = 0.95

Сохранение документа

Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ/Сохранить документ**. (См. «Руководство пользователя», раздел 5 «Работа с документом»).

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ / Печать графиков**.

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft® Word по существующему шаблону отчета. Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета.

После проведения оценки массового содержания никеля содержимое стаканчиков не выливают, изменяют параметры трассы согласно таблице 2, проводят определение массового содержания кобальта.

Трасса



КОМЕТЕК СТАЛИН

Методика

Наименование Определение кобальта								
Трасса		Развертка		Режим	Элемент		Контроль	
		Время, с	Потенциал, В			УФО	Газ	Мешалка
Y	Подготовка раствора	60	-1,300			-	Y	Y
	Обработка раствора	0	0,050			-		
Y	Обработка электрода	20	-1,300	0,100		-	Y	Y
Y	Очистка электрода	30	-1,300			-	Y	Y
Y	Накопление	30	-0,900			-	Y	Y
Y	Успокоение	5	-0,900					
Y	Развертка	30 мВ/с	-0,900 ... -1,500					

Развертка

Трасса	Развертка		Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки		[Импульсная]	[Форма развертки]		
Диапазон тока		0,3 мВ			
Шаг развертки		8 мВ			
Задержка 1		10 %			
Задержка 2		60 %			
Начало импульса		1 %			
Окончание импульса		50 %			
Амплитуда		40 мВ			
Накопление		100			

Режим


Трасса		Развертка	Режим		Элемент	Контроль
Y	Ячейка 1	Число опытов [5]	Фильтр 10			
Y	Ячейка 2					
Y	Ячейка 3	Схема [3-х электродная]		Инверсия по току		
				Инверсия по потенциалу		
				Первая производная		
Разметка			Форма разметки			
[Ручная]		[Автомат]	[Линия]		Сплайн	

Элемент

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ	
1	Ni	-1,085	70	
2	Co	-1,185	70	


Контроль

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Элемент	Относительный предел повторяемости, г, %		Характеристика погрешности, σ, %
1	Ni	34		35
2	Co	34		32


Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм, проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых».

В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавки **кобальта** в таких объемах, чтобы высоты пиков на вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза.

Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы с добавкой». Снимают по 3 – 5 вольтамперограммы. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.

В окне «Просмотр результатов измерения сигнала»  смотрят результаты разметки для всех типов вольтамперограмм во всех 3-х ячейках.


Вычисление массовых концентраций кобальта


В таблице «Количество»  для каждой активной ячейки указывают: массу навески пробы, объем минерализата, пошедший на растворение озолённой пробы, и объем аликвотной части подготовленной к анализу пробы.

Нажимают кнопку –  **Окно просмотра результатов анализа** в главном окне на панели управления.

Нажимают кнопку **[Приемлемость]**, в случае, когда результаты измерений параллельных проб приемлемы, вычисляется среднее арифметическое значение, которое принимают за результат анализа.

Сохранение документа

Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ/Сохранить файл архива**.

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ / Печать графиков**.

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft® Word по существующему шаблону отчета. Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета.




Рисунок 12. Вольтамперограммы определения никеля в фоновом электролите, в пробе и в пробе с добавкой стандартного раствора




Рисунок 13. Вольтамперограммы определения кобальта в фоновом электролите, в пробе и в пробе с добавкой стандартного раствора

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
 выполнение измерений с использованием
 комплекса аналитического вольтамперометрического СТА
 (с программным обеспечением WINDOWS)
 при определении массовой концентрации **марганца**

Определение массовой концентрации **марганца** с использованием анализатора СТА на фоне раствора хлорида натрия концентрации 0,1 моль/дм³ с применением инертного газа.

Анализатор СТА готовят к работе в соответствии с «Руководством пользователя» и паспортом на данный прибор.

Подготовка электродов и стаканчиков


Устанавливают электроды по **трехэлектродной** схеме подключения:

- ртутно-плёночный электрод (катод) – в гнездо РЭ;
- хлорсеребряный электрод (анод) – в гнездо ХСЭ;
- хлорсеребряный электрод (вспомогательный) – в гнездо ВЭ;
- кварцевые стаканчики объемом 20,0 – 25,0 см³;
- трубочки для подачи газа.

Перед анализом каждой пробы проводят «отмывку» электродов и стаканчиков, для этого помещаем стаканчики, наполненные бидистиллированной водой в электрохимическую ячейку. С помощью потока азота и включенной мешалки проводим «отмывку» электродов и стаканчиков, меняя бидистиллированную воду в стаканчиках 2 – 3 раза через 30 с.

Проверка стаканчиков, раствора фонового электролита и электродов на чистоту при определении содержания марганца

Для загрузки существующей методики в главное меню выбирают пункт «МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ». В окне выбора файла выбирают необходимый файл методики и нажимают кнопку «ОТКРЫТЬ» (например, «Определение Mn»).




Создание новой методики. В главном меню выбирают пункт « Методика / Новая». В окне редактирования вводят параметры согласно методике проведения количественного химического анализа.

Например, вводят следующие параметры для определения **марганца в пробах**:

Трасса

Методика						
Наименование Определение Mn						
Трасса		Развертка	Режим		Элемент	
		Время, с	Потенциал, В		УФО	Газ
У	Подготовка раствора	60	-0,1000		-	У
	Обработка раствора	0	0,000		-	
У	Обработка электрода	10	-1.400	-0,100	-	У
У	Очистка электрода	10	-0.600		-	У
У	Накопление	60	-1,900		-	У
У	Успокоение	10	-1,750			
У	Развертка	50 мВ/с	-1,750-0,10			


Развертка

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки	[Ступенчатая]	[Форма развертки]		
Диапазон тока	0,3 мВ			
Шаг развертки	4 мВ			
Задержка 1	95 %			
Задержка 2	%			
Начало импульса	%			
Окончание импульса	%			
Амплитуда	мВ			
Накопление	1 раз	↓		

Режим										
Трасса		Развертка		Режим		Элемент		Контроль		
У	Ячейка 1		Число опытов [5]			Фильтр 30				
У	Ячейка 2									
У	Ячейка 3		Схема [3-х электродная]				Инверсия по току			
							Инверсия по потенциалу			
							Первая производная			
Разметка						Форма разметки				
Ручная			[Автомат]			[Линия]		Сплайн		

Элемент				
Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Имя	Потенциал, В		Зона, мВ
1	Mn	-1,450		100
2		0,000		0,000


Контроль				
Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Элемент	Относительный предел повторяемости, г, %		Характеристика погрешности, σ, %
1	Mn	28		32

Сохраняют методику: в команде главного меню «Сохранить методику» или на панели управления «» (например, «Определение Mn»).

Измерение фона

В чистые кварцевые стаканчики, подготовленные по 8.1, с помощью дозатора или пипетки вносят по 10 см³ раствора хлорида натрия концентрации 0,1 моль/дм³.

Стаканчики с полученным раствором помещают в ячейку, опускают электроды.

Запускают команду « ФОН» (см. «Руководство пользователя» раздел «Запуск анализа фонового раствора»). Снимают 5 вольтамперограмм.

Проводят разметку полученных вольтамперограмм (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. «Руководство пользователя», раздел «Обработка вольтамперных кривых»).

При наличии на вольтамперных кривых пиков определяемого элемента (марганца) высотой более 0,1 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды бидистиллированной водой так, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,1 мкА).

Проверка работы ртутно-плёночных электродов по контрольной пробе

Проверку работы ртутно-плёночных электродов (РПЭ) проводят:

- 1) после нанесения пленки ртути на поверхность РПЭ;
- 2) при неудовлетворительной сходимости результатов анализа.


Проводят проверку стаканчиков, раствора фонового электролита и электродов на чистоту.

После проведения измерений фоновый электролит из стаканчиков не выливают.

В стаканчики с раствором фонового электролита с помощью пипетки или дозатора вносят по 0,02 см³ аттестованного раствора **марганца** концентрации 10,0 мг/дм³.


Полученный раствор будет являться контрольной пробой с содержанием марганца 0,02 мг/дм³ при объеме пробы 10,0 см³.


Измерение пробы

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых.

Измерение пробы с добавкой


Вносят в стаканчики с пробой такие же добавки АС марганца - по $0,02 \text{ см}^3$ аттестованного раствора **марганца** концентрации $10,0 \text{ мг/дм}^3$.

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку аналогично пробы.

В окне «**Результаты измерения сигналов** » отображаются результаты разметки для всех типов вольтамперограмм:

Результаты измерения сигналов	
Ячейка 1	Ячейка 2
Добавка 1	Mn
График1	1,341
График2	1,362
График3	1,34
График4	1,304
График5	1,288
Среднее значение	1,327
Средний по фону	
Средний по пробе	0,695
Средний по 1-й добавке	1,315
Средний по 2-й добавке	
Все значения приведены к мкА	
Ok	

Расчет массовой концентрации марганца в контрольной пробе

Заполняют таблицу «**Количество** », например:


Количество			
Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3	
Регистрационный номер пробы	1		
Масса навески	0,0	(г)	
Объем пробы	10,0	(см ³)	
Объем минерализата	0,01	(см ³)	
Объем аликвоты	0,01	(см ³)	
Добавка 1	Добавка 2		
№	Элемент	Объем добавки АС (см ³)	Концентрация АС (мг/дм ³)
1	Mn	0,02	10,0
Применить для всех		Ok	Отмена

Для перехода в таблицу «**Концентрация**» в главном окне на панели управления нажимают кнопку « **Окно просмотра результатов анализа**».

Если расхождения между полученными и введенными концентрациями не превышают 30 %, ртутно-пленочные электроды считают пригодными к работе. В противном случае проверку ртутно-пленочных электродов следует повторить еще раз.


Анализ проб на содержание марганца


Одновременно рекомендуется проводить анализ двух параллельных и одной резервной пробы в трех стаканчиках.

Стаканчики с пробами, помещают в ячейку. Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм, проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых.


В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавки АС марганца в таких объемах, чтобы высоты пиков на вольтамперограммах увеличились примерно в 2 раза.

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.

В окне «**Просмотр результатов измерения сигнала** 


В таблице «**Количество** 


Вычисление массовой концентрации марганца

Нажимают кнопку « **Окно просмотра результатов анализа**» в главном окне на панели управления.

В таблице представлены значения массовых концентраций марганца для каждой из параллельных проб. Нажимают кнопку «**Приемлемость**», в случае, когда результаты измерений параллельных проб приемлемы, вычисляется среднее арифметическое значение, которое принимают за результат анализа.

Сохранение документа

Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку « **Сохранить файл архива**» или в главном меню выбирают пункт «**Документ/Сохранить файл архива**».

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку « **печать кривых вольтамперограмм**» или в главном меню выбирают пункт «**Документ / Печать**».

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft ® Word по существующему шаблону отчета. Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета.




Рисунок 14. Вольтамперограммы при регистрации аналитических сигналов определения марганца в фоновом электролите, в пробе и в пробе с добавкой АС марганца

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

*выполнение измерений с использованием комплекса вольтамперометрического СТА для определения массовой концентрации **ртути***

Анализатор СТА должен быть предварительно подготовлен к работе в соответствии с «Руководством пользователя» на данный вольтамперометрический комплекс.

Состав электрохимической ячейки:

- **электроды:**


индикаторный электрод – графитовый;

электрод сравнения – хлорсеребряный, заполненный раствором хлорида калия концентрации 1 моль/дм³ с сопротивлением не более 3,0 кОм.


- **сменные стаканчики** из кварцевого стекла вместимостью 20 – 25 см³;

Подготовка графитового электрода, проверка стаканчиков, фонового раствора и электродов на чистоту

Загружают файл созданной заранее методики (например, «**Определение ртути**»), в

главном меню выбирают пункт  **МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ**) или создают новую.


Создание новой методики

В главном меню выбирают пункт  **Методика / Новая методика**. Вводят следующие параметры.

Трасса

Методика						
Наименование Определение ртути						
Трасса		Развертка	Режим		Элемент	
		Время, с	Потенциал, В		УФО	Газ
	Подготовка раствора	0	0,000		-	
	Обработка раствора	0	0,000		-	
Y	Обработка электрода	20	0,000	0,000	-	Y
Y	Очистка электрода	20	0,850		-	Y
Y	Накопление	60	0,000		-	Y
Y	Успокоение	5	0,000			
Y	Развертка	90 мВ/с	0,000.....0,850			

Развертка


Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки	[Ступенчатая]	[Форма развертки]		
Диапазон тока	0,03 мВ			
Шаг развертки	4 мВ			
Задержка 1	10 %			
Задержка 2				
Начало импульса				
Окончание импульса				
Амплитуда				
Накопление	100 раз			

Режим

Трасса		Развертка	Режим		Элемент	Контроль
Y	Ячейка 1	Число опытов [5]	Фильтр 0			
Y	Ячейка 2					
Y	Ячейка 3	Схема [2-х электродная]		Инверсия по току		
				Инверсия по потенциалу		
				Первая производная		
Разметка			Форма разметки			
[Ручная]		[Автомат]	[Линия]		Сплайн	


Элемент				
Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Имя	Потенциал, В		Зона, мВ
1	Hg	0,600		50
2		0,000		0,000

Контроль				
Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Элемент	Относительный предел повторяемости, г, %		Характеристика погрешности, σ, %
1	Hg	22		32

Сохраняют методику: в команде главного меню «Сохранить методику» или панели управления  (например «Определение ртути»).

Проверка правильности работы электродов (метод введено-найдено)

Измерение фона


В стаканчики наливают по 10,0 см³ бидистиллированной воды, добавляют по 0,2 см³ концентрированной азотной кислоты и по 0,04 см³ раствора иона золота (3+) концентрации 100,0 мг/дм³. Стаканчики помещают в каждую из трех электрохимических ячеек анализатора СТА, опускают электроды и запускают команду « **ФОН**».

Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых.

При наличии на вольтамперных кривых пиков ртути высотой более 0,2 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды так, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,2 мкА).


Измерение контрольной пробы

В стаканчики с фоновым электролитом вносят пипеткой или дозатором по 0,01 см³ АС ртути концентрации 0,50 мг/дм³. Полученный раствор является контрольной пробой с содержанием ртути 0,0005 мг/дм³ при объеме пробы 10,0 см³.

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. раздел «Обработка вольтамперных кривых»).


Измерение контрольной пробы с добавкой

Программой предусмотрена возможность оценки концентрации по одной или двум добавкам АС ртути.

Вносят в стаканчики с пробой добавки АС ртути объемом 0,01 см³ концентрации 0,50 мг/дм³. Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку.

В окне «Результаты измерения сигналов»  отображаются результаты разметки для всех типов вольтамперограмм.

Расчет массовой концентрации ртути в контрольной пробе

Заполняют таблицу «Количество» , например:

Количество

Ячейка 1 | Ячейка 2 | Ячейка 3

Регистрационный номер пробы:

Масса навески: (г)

Объем пробы: (см³)


Объем минерализата: (см³)

Объем аликвоты: (см³)

Добавка 1 | Добавка 2

№	Элемент	Объем добавки АС (см ³)	Концентрация АС (мг/дм ³)
1	Hg	<input type="text" value="0,01"/>	<input type="text" value="0,5"/>

Применить для всех | Ok | Отмена


Для перехода в таблицу «Концентрация» в главном окне на панели управления нажимают кнопку –  **Окно просмотра результаты анализа.** (См. «Руководство пользователя», раздел «Вычисление концентрации»)

Если расхождение между полученными и введенными концентрациями не превышает 30%, графитовый электрод считают пригодным к работе. После этого можно приступать к измерению проб в такой же последовательности. Электроды готовы к работе. В противном случае подготовку и проверку графитовых электродов следует повторить еще раз.


Измерения при анализе реальной пробы на содержание ртути

Одновременно рекомендуется проводить анализ двух параллельных и одной резервной пробы в трех стаканчиках.


Стаканчики с пробой анализируемого объекта, подготовленные для измерения по разделу 8.5.4 методики количественного химического анализа, помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды.


Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм, проводят их разметку, удаление «выпадающих» кривых».

В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавки АС ртути в таких объемах, чтобы высоты пиков на вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза (например, объемом 0,01 см³ концентрации 0,50 мг/дм³).

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.


Вычисление массовых концентраций ртути


В таблице «Количество»  для каждой активной ячейки указывают: массу навески или объем пробы, объем минерализата, пошедший на растворение озолённой пробы, и объем аликвотной части подготовленной к анализу пробы.

Нажимают кнопку –  **Окно просмотра результатов анализа** в главном окне на панели управления.

В таблице представлены значения массовых концентраций ртути для каждой из параллельных проб. Нажимают кнопку [Приемлемость], в случае, когда результаты измерений параллельных проб приемлемы, вычисляется среднее арифметическое значение, которое принимают за результат анализа.

Сохранение документа

Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ/Сохранить в архиве.**

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ / Печать графиков**.

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft® Word по существующему шаблону отчета. Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета.




Рисунок 15. Вольтамперограмма ртути в растворе пробы и в пробе с добавкой АС ртути

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

выполнение измерений с использованием комплекса вольтамперометрического СТА для определения массовой концентрации селена

Определение массовой концентрации **селена** с использованием анализатора СТА на фоне раствора соляной концентрации 0,6 моль/дм³ **с применением инертного газа.**

Анализатор СТА готовят к работе в соответствии с «Руководством пользователя» и паспортом на данный прибор.

Устанавливают электроды по трехэлектродной схеме подключения:


- **электроды:**

- графитовый (катод) – в гнездо РЭ,
- хлорсеребряный (анод), подготовленный по 8.3.5 – в гнездо ХСЭ;
- хлорсеребряный (вспомогательный), подготовленный по 8.3.6– в гнездо ВЭ;
- **сменные стаканчики** из кварцевого стекла вместимостью 20 – 25 см³;
- **трубки для подвода инертного газа** с целью удаления растворенного кислорода и перемешивания раствора.

Подготовка ртутно-графитового электрода, проверка стаканчиков, фоновго раствора и электродов на чистоту

В три чистых стаканчика вместимостью (15 – 20) см³ вносят 10,0 см³ соляной кислоты концентрации (0,6 – 0,8) моль/дм³, 0,3 см³ азотной кислоты концентрации 100 мг/дм³ и 0,2 см³ сернокислой меди концентрации 100 мг/дм³. Стаканчики помещают в каждую из трех электрохимических ячеек анализатора СТА. Опускают в раствор индикаторные электроды (графитовые), электроды сравнения, вспомогательные электроды, азотные трубочки и подключают их к соответствующим клеммам прибора в каждой ячейке.


Загружают файл созданной заранее методики (например, «**Определение Se**»), в главном меню выбирают пункт **МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ**) или создают новую методику.

Создание новой методики (см. «Руководство пользователя» раздел «Создание новой методики»). В главном меню выбирают пункт  **Методика / Новая методика.**

Трасса

Методика					
Наименование [Определение селена]					
Трасса		Развертка	Режим	Элемент	
		Время, с	Потенциал, В	УФО	Газ
Y	Подготовка раствора	60	0,000	-	Y
	Обработка раствора	0	0,000	-	Y
Y	Обработка электрода	10	-1,200 0,050	-	Y
Y	Очистка электрода	30	-1,200	-	Y
Y	Накопление	120	-0,200	-	Y
Y	Успокоение	5	-0,200		
Y	Развертка	50 мВ/с	-0,200...-1,200		

Развертка

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
Тип развертки	[Импульсная]	[Форма развертки]		
Диапазон тока	0,03 мВ			
Шаг развертки	8 мВ			
Задержка 1	15 %			
Задержка 2	85 %			
Начало импульса	1 %			
Окончание импульса	50 %			
Амплитуда	40 мВ			
Накопление	10			

Режим


Трасса		Развертка	Режим		Элемент	Контроль
У	Ячейка 1	Число опытов [5]	Фильтр 30			
У	Ячейка 2					
У	Ячейка 3					
		Схема [3-х электродная]	<input type="checkbox"/>	Инверсия по току		
			<input type="checkbox"/>	Инверсия по потенциалу		
			<input type="checkbox"/>	Первая производная		
Разметка		Форма разметки				
Ручная		[Автомат]	[Линия]		Сплайн	

Элемент


Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Имя	Потенциал, В	Зона, мВ	
1	Se	-0,700	100	
2		0,000	0,000	

Контроль

Трасса	Развертка	Режим	Элемент	Контроль
	Элемент	Относительный предел повторяемости, г, %		Характеристика погрешности, σ, %
1	Se	28		32

Сохраняют методику: или в команде главного меню «Сохранить методику» или на панели управления  (например «Se почвы»).


Измерение фона

Запускают команду « ФОН» (см. «Руководство пользователя» раздел «Запуск анализа фоновых растворов»). Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых» (см. «Руководство пользователя», раздел «Обработка вольтамперных кривых»).

При наличии на вольтамперных кривых пиков определяемого элемента высотой более 0,001 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды так, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,001 мкА).

Проверка работы ртутно-графитового электрода по контрольной пробе селена


Вводят в чистые стаканчики, проверенные на чистоту, по 0,02 см³ аттестованной смеси селена концентрации 10,0 мг/дм³. Полученный раствор будет являться контрольной пробой с содержанием селена 0,020 мг/дм³ при объеме пробы 10,0 см³.

Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. раздел «Обработка вольтамперных кривых»).

Измерение пробы с добавкой

Вносят в стаканчики с пробой еще одну добавку АС селена объемом 0,02 см³ той же концентрации. Запускают команду « Получение вольтамперограмм пробы с добавкой». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку аналогично обработке кривых пробы.

Расчет массовой концентрации селена в контрольной пробе

Заполняют таблицу «Количество» , например:

Количество

Ячейка 1 | Ячейка 2 | Ячейка 3

Регистрационный номер пробы:

Масса навески: (г)

Объем пробы: (см³)


Объем минерализата: (см³)

Объем аликвоты: (см³)

Добавка 1 | Добавка 2

№	Элемент	Объем добавки АС (см ³)	Концентрация АС (мг/дм ³)
1	Se	0,02	10,0

Применить для всех | |


Для перехода в таблицу «Концентрация» в главном окне на панели управления нажимают кнопку –  **Окно просмотра результат анализа.** (См. «Руководство пользователя», раздел «Вычисление концентрации»).

Результаты анализа

Элементы	Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3
Se	0,01281 (мг/дм ³)	0,01078 (мг/дм ³)	0,00985 (мг/дм ³)

☒ Учитывать фон

☐ Учитывать Добавку 2

☒ Вычислять по усредненным вольтамперограммам  Приемлемость

Элементы	Результаты анализа	Доверительная вероятность
Se	0,01115 ± 0,00334 (мг/дм ³)	P = 0,95

Если расхождение между полученными и введенными концентрациями не превышает 20 %, ртутно-графитовые электроды считают пригодными к работе. После этого приступают к измерению при анализе проб в такой же последовательности.

Если расхождение между результатами в ячейках составляет более 20%, ртутно-графитовый электрод зачищают на фильтровальной бумаге, ополаскивают бидистиллированной водой и повторяют операции.

Растворы с контрольной пробой селена выливают из стаканчиков; электроды промывают; стаканчики промывают.


Результаты измерения сигналов

В окне «Результаты измерения сигналов»  отображаются результаты разметки для всех типов вольтамперограмм.


ИБ измерения при анализе реальной пробы на содержание селена


Одновременно рекомендуется проводить измерения двух параллельных и одной холостой пробы в трех стаканчиках.

Стаканчики с пробой анализируемого объекта, подготовленные для измерения по разделу «Подготовка пробы», помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды.


Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы**» (см. Руководство пользователя раздел 4.6 «Запуск анализа пробы»). Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм, проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел 4.3 «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых» (см. «Руководство пользователя», раздел 4.4 «Обработка вольтамперных кривых»).

В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят добавки по $0,02 \text{ см}^3$ аттестованной смеси селена концентрации $10,0 \text{ мг/дм}^3$ или другой АС в зависимости от предполагаемой концентрации селена в пробе, чтобы высоты пиков на вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза.

Запускают команду « **Получение вольтамперограмм пробы с добавкой**». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.

В окне «Просмотр результатов измерения сигнала»  смотрят результаты разметки для всех типов вольтамперограмм во всех 3-х ячейках (после добавки).


Вычисление массовых концентраций элемента


В таблице «**Количество**»  для каждой активной ячейки указывают: массу навески, объем минерализата, пошедший на растворение озолённой пробы, и объем аликвотной части подготовленной к анализу пробы.

Нажимают кнопку –  **Окно просмотра результатов анализа** в главном окне на панели управления.

Нажимают кнопку [Приемлемость], в случае, когда результаты измерений параллельных проб приемлемы, вычисляется среднее арифметическое значение, которое принимают за результат анализа.

Сохранение документа

Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ/Сохранить в архиве**.

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку  или в главном меню выбирают пункт **Документ / Печать графиков**.

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft® Word по существующему шаблону отчета (См. «Руководство пользователя»). Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета.




Рисунок 16. Вольтамперограмма селена в растворе фонового электролита, пробы и в пробе с добавкой АС селена

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(Информационное)
Библиография

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- [1] ТУ 4215-001-20694097-98 Анализатор вольтамперометрический СТА-1. Технические условия
- [2] ТУ 25-1173.103-84 Аппарат для бидистилляции воды. Технические условия
- [3] ТУ 64-1.973-76 Щипцы тигельные. Технические условия
- [4] ТУ 6-09-2502-77 Вода бидистиллированная. Технические условия
- [5] ТУ 6-09-3678-74 Калия хлорид ос.ч. Технические условия
- [6] ТУ 2642-008-11764404-99 Бумага индикаторная универсальная. Технические условия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТЧИКИ:

- Пичугина В.М.** – с.н.с. НИЛ микропримесей Томского политехнического университета; сотрудник ООО «ЮМХ»
- Филичкина О.Г.** - с.н.с. НИЛ микропримесей Томского политехнического университета; сотрудник ООО «ЮМХ»
- Пикула Н.П.** - доцент кафедры физической и коллоидной химии ТПУ, к.х.н., эксперт-аудитор Системы аккредитации аналитических лабораторий (центров);
- Щукина Т.И.** – н.с. НИЛ микропримесей Томского политехнического университета; сотрудник ООО «ЮМХ»
- Слепченко Г.Б.** – д.х.н., с.н.с., зав. НИЛ микропримесей ТПУ.

© ООО «ЮМХ»

(3822) 563-860

microlab@tpu.ru, <http://www.microlab.tpu.ru/>