

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Определение химических соединений
в биологических средах**

Сборник методических указаний
МУК 4.1.763—4.1.779—99

Издание официальное

Минздрав России
Москва • 2000

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Определение химических соединений
в биологических средах**

Сборник методических указаний

МУК 4.1.763—4.1.779—99

ББК 51.20+51.244

О60

О60 **Определение химических соединений в биологических средах: Сборник методических указаний.—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.—152 с.**

ISBN 5—7508—0194—2

1. Разработаны под редакцией академика РАЕН, д. м. н., проф. Зайцевой Н. В., к. б. н. Улановой Т. С., к. б. н. Нурисламовой Т. В., Карнажицкой Т. Д., Сутиной Г. Н., Поповой Н. В., Митрофановой В. М., Плаховой Л. В., Рудаковой Е. А. (ПНИКИ детской экопатологии).

2. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 июля 1999 г.

ББК 51.20+51.244

Ответственный редактор Акопова Н. Е.

Верстка Юшкова Т. Г.

Технический редактор Смирнов В. В.

Подписано в печать 10.03.00

Формат 60x88/16

Печ. л. 9,5

Тираж 3000 экз.

Зак. 6705

ЛР № 021232 от 23.06.97 г.

Министерство здравоохранения Российской Федерации
101431, Москва, Рахмановский пер., д. 3

Оригинал-макет подготовлен к печати Издательским отделом
Федерального центра госсанэпиднадзора Минздрава РФ
125167, Москва, проезд Аэропорта, 11.
Отделение реализации, тел. 198-61-01

Отпечатано с готового оригинал-макета в филиале Государственного ордена
Октябрьской революции, ордена Трудового Красного Знамени
Московского предприятия "Первая Образцовая типография"
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
113114, Москва, Шлюзовая наб., 10
Тел.: 235-20-30

© Федеральный центр госсанэпиднадзора
Минздрава России, 2000

Содержание

Область применения	4
Газохроматографический метод количественного определения ацетона в биосредах (моча): МУК 4.1.763—99	4
Газохроматографический метод количественного определения предельных (гексан, гептан) и ароматических (бензол, толуол, этилбензол, о-,м-,п-ксилол) углеводородов в биосредах (моча): МУК 4.1.764—99	4
Газохроматографический метод количественного определения ароматических (бензол, толуол, этилбензол, о-,м-,п-ксилол) углеводородов в биосредах (кровь): МУК 4.1.765—99	4
Газохроматографический метод количественного определения ароматических аминосоединений (анилин, N-метиланилин, о-толуидин, N,N-диметиланилин, N-этиланилин, N,N-диэтиланилин) в биосредах (моча): МУК 4.1.766—99	4
Газохроматографический метод количественного определения ароматических аминосоединений (анилин, N-метиланилин, о-толуидин, N,N-диметиланилин, N-этиланилин, N,N-диэтиланилин) в биосредах (кровь): МУК 4.1.767—99	4
Методика количественного определения экзогенного фенола в биосредах (моча): МУК 4.1.768—99	4
Количественное определение формальдегида в моче методом высокоеффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.769—99	4
Количественное определение формальдегида в крови методом высокоеффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.770—99	4
Газохроматографическое определение концентраций метилового, этилового, изопропилового, пропилового, изобутилового и бутилового спиртов в моче: МУК 4.1.771—99	4
Газохроматографическое определение концентраций метилового, этилового, изопропилового, пропилового, изобутилового и бутилового спиртов в крови: МУК 4.1.772—99	4
Количественное определение ионов фтора в моче с использованием ионселективного электрода: МУК 4.1.773—99	4

МУК 4.1.763—4.1.779—99

Определение содержания железа, цинка, никеля в моче методом атомной абсорбции: МУК 4.1.774—99	106
Определение содержания железа, цинка, никеля в желчи методом атомной абсорбции: МУК 4.1.775—99	113
Определение содержания железа, цинка, никеля, меди и хрома в волосах методом атомной абсорбции: МУК 4.1.776—99	120
Определение содержания цинка, никеля, меди и хрома в крови методом атомной абсорбции: МУК 4.1.777—99	128
Определение содержания цинка, никеля, меди и хрома в женском молоке методом атомной абсорбции: МУК 4.1.778—99	136
Определение содержания марганца, свинца в моче методом атомной абсорбции: МУК 4.1.779—99	144
Приложение А	151
Приложение Б	152
Приложение В	152

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации
Г. Г. Онищенко

6 июля 1999 г.

МУК 4.1.773—99

Дата введения: 6 сентября 1999 г.

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Количественное определение ионов фтора в моче с использованием ионселективного электрода

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями ГОСТа 8.563—96 «Методики выполнения измерений», ГОСТа Р 1.5—92 «Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает определение фторид-иона в диапазоне концентраций 0,19—20,0 мкг/см³.

F⁻

Мол. масса – 19,01

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погрешностью результата измерений 15 % при доверительной вероятности 0,95.

Сущность метода

Методика основана на измерении потенциала электрода, селективного к ионам фтора. По величине электродного потенциала из градуировочной зависимости находят концентрацию в пробе ионов фтора.

Издание официальное

Нижний предел измерения в объеме пробы – 0,285 мг.

Определению не мешают фосфат-ионы, хлорид-ионы, сульфат-ионы, ионы кальция, магния и другие ионы. Мешающее влияние высоких концентраций гидроксил-ионов, ионов железа (III) и алюминия устраняют введением в анализируемую пробу буферного раствора – 20 мин.

Средства измерений, вспомогательные устройства, реагенты и материалы

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реагенты.

Средства измерений

Иономер лабораторный автоматизированный ИЛА-2 или аналогичный

Магнитная мешалка

Электрод фторид-селективный

твердоконтактный ЭК120102 или другого типа с аналогичными характеристиками

Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный ЭВЛ-1М3.1 или другого типа с аналогичными характеристиками

Весы аналитические 2 класса точности

Весы технические лабораторные 4 класса точности с пределом взвешивания 200 г

Разновесы Г₂—210

Разновесы Г₄—1111,10

Колбы мерные вместимостью 100, 250, 1000 см³

Пипетка градуированная вместимостью 10 см³

Пипетки с одной меткой вместимостью 10, 20 см³

Цилиндры мерные вместимостью 25 см³

Стаканы химические вместимостью 50 и 500 см³

Стаканчики для взвешивания (бюксы)

КСРШ.418422.006 ТУ

ТУ 25.05.2181—77
ГОСТ 24104

ГОСТ 73208—82
ГОСТ 73208—82

ГОСТ 1770—74
ГОСТ 20292

ГОСТ 20292
ГОСТ 1770—74

ГОСТ 25336
ГОСТ 25336

Вспомогательные устройства

Шкаф сушильный ШСС 80П УХЛ4.2

ТУ 64—1—909—80

Дистиллятор

ТУ 61—1—721—79

Реактивы

Стандартный образец фторид-ионов или натрия фторид NaF , ч. д. а.	ГОСТ 44632.2.2
Натрия хлорид NaCl , х. ч.	ГОСТ 4233
Натрия ацетат, тригидрат $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, х. ч.	ГОСТ 199
Натрия цитрат, гидрат $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, ч. д. а.	ГОСТ 122280
Калия хлорид KCl , х. ч.	ГОСТ 4234
Кислота уксусная	ГОСТ 61
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709—72

Требования к безопасности

Помещение для проведения измерений должно соответствовать требованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий» (СН-245-71) и СНиП-74.

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.004—85 и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТом 12.1.007—76.

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989).

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТу 12.1.005—88.

При выполнении измерений на иономере должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в «Руководстве по правилам эксплуатации иономера» и правила электробезопасности в соответствии с ГОСТом 12.1.019—79.

Требования к квалификации оператора

К выполнению определений допускаются лица, прошедшие обучение методам анализа на иономере, имеющие опыт работы в данной области и ознакомленные с инструкцией по эксплуатации иономера и методикой анализа биологических сред.

Условия измерений

При подготовке проб к анализу и приготовлении растворов соблюдают следующие условия:

- температура воздуха $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление 630—800 мм рт. ст.;
- влажность воздуха — не более 80 % при температуре 25°C .

Выполнение измерений на иономере проводят в условиях, рекомендуемых технической документацией по прибору.

Подготовка к выполнению измерений

Перед выполнением измерений должны быть проведены следующие работы: приготовление растворов и реагентов, подготовка иономера к работе, установление градуировочной характеристики.

Приготовление растворов и реагентов

Буферный раствор (рН 5,5). 58,5 г хлорида натрия NaCl , 0,36 г цитрата натрия $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 102 г ацетата натрия трехводного $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и добавляют 14,4 см³ уксусной кислоты. Раствор перемешивают и доводят дистиллированной водой до метки. Хранят в полиэтиленовой посуде не более 1 мес.

Насыщенный раствор хлорида калия. 60 г хлорида калия растворяют в 200 см³ дистиллированной воды при температуре 50—60 °C. После охлаждения используют раствор над осадком для заполнения вспомогательного электрода.

Приготовление градуировочных растворов

Раствор фторида натрия $1 \cdot 10^{-1}$ моль/дм³ (рF = 1,0). Раствор готовят из стандартного образца фторид-ионов в соответствии с инструкцией по его применению или 1,0497 г фторида натрия, предварительно высушенного при 110 °C в течение 2 ч, растворяют в мерной колбе вместимостью 250 см³, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Раствор фторида натрия $1 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ (рF = 2,0). Отбирают 10 см³ раствора фторида натрия с концентрацией ионов фтора $1 \cdot 10^{-1}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Раствор фторида натрия $1 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ (рF = 3,0). Отбирают 10 см³ раствора фторида натрия с концентрацией ионов фтора $1 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Раствор фторида натрия $1 \cdot 10^{-4}$ моль/дм³ (рF = 4,0). Отбирают 10 см³ раствора фторида натрия с концентрацией ионов фтора $1 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Раствор фторида натрия $6 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³ (рF = 4,2). Отбирают 6 см³ раствора фторида натрия с концентрацией ионов фтора $1 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Раствор фторида натрия $2 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³ (рF = 4,7). Отбирают 20 см³ раствора фторида натрия с концентрацией ионов фтора $1 \cdot 10^{-4}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Раствор фторида натрия $1 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³ (рF = 5,0). Отбирают 10 см³ раствора фторида натрия с концентрацией ионов фтора $1 \cdot 10^{-4}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Градуировочные растворы фторида натрия с концентрацией ионов фтора $1 \cdot 10^{-1}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ хранят в полистиленовой посуде не более 1 месяца, растворы с концентрацией ионов фтора $1 \cdot 10^{-3}$ — $1 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³ готовят непосредственно перед использованием.

Подготовка прибора, измерительного и вспомогательного электродов к работе

Подготовку прибора, измерительного и вспомогательного электродов к работе осуществляют в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

Установление градуировочной зависимости

В стаканы вместимостью 50 см³ вносят по 15 см³ растворов фторида натрия с концентрацией $1 \cdot 10^{-5}$; $2 \cdot 10^{-5}$; $6 \cdot 10^{-5}$; $1 \cdot 10^{-4}$; $1 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ и добавляют по 15 см³ буферного раствора. Стаканы устанавливают на магнитную мешалку, погружают в раствор электроды и проводят измерение потенциала в градуировочных растворах от меньшей концентрации фторид-ионов ($1 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³) к большей ($1 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³). Глубина погружения электродов и ско-

рость перемешивания должна быть одинаковыми во всех измерениях. Показания прибора записывают после установления постоянного значения потенциала.

Для каждой концентрации градуировочного раствора проводят по 3 параллельных измерения потенциала и за результат принимают среднее арифметическое. Градуировочную зависимость строят в координатах: значения pF градуировочных растворов (отрицательный логарифм концентрации ионов фтора $-\lg [F^-]$, моль/дм³) – соответствующие им значения потенциала, мВ.

Градуировочную зависимость проверяют 1 раз в месяц по концентрации ионов фтора $1 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³, при замене измерительного или вспомогательного электродов устанавливают новую градуировочную зависимость.

Отбор и хранение проб

Отобранные пробы объемом 100 см³ хранят в полиэтиленовой посуде, не консервируют. Хранят в холодильнике не более 3 суток.

Выполнение измерений

15 см³ анализируемой пробы (мочи) вносят в стакан, вместимостью 50 см³, приливают 15 см³ буферного раствора, перемешивают и выдерживают 15 мин, замеряют pH исследуемого раствора, измерения проводят при pH 6,5—7,5. Стакан устанавливают на магнитную мешалку, погружают в раствор электроды, ожидают установления равновесного значения потенциала и записывают показания прибора. После окончания измерения потенциала в анализируемой пробе электроды отмывают дистиллированной водой. Отмывка электродов происходит достаточно быстро при трехкратной замене дистиллированной воды.

Вычисление результатов измерений

Значения pF в анализируемых пробах находят по градуировочной зависимости. Концентрацию фторидов (мг/дм³) рассчитывают по следующим соотношениям:

Таблица

Пересчет значений рF в концентрацию ионов фтора в моче

pF	C, мг/дм ³						
4,00	1,89	4,25	1,09	4,50	0,60	4,75	0,34
4,01	1,85	4,26	1,04	4,51	0,58	4,76	0,33
4,02	1,81	4,27	1,01	4,52	0,57	4,77	0,32
4,03	1,77	4,28	0,99	4,53	0,56	4,78	0,32
4,04	1,73	4,29	0,97	4,54	0,54	4,79	0,31
4,05	1,69	4,30	0,95	4,55	0,53	4,80	0,30
4,07	1,61	4,32	0,90	4,57	0,51	4,82	0,29
4,08	1,57	4,33	0,88	4,58	0,49	4,83	0,29
4,09	1,54	4,34	0,86	4,59	0,48	4,84	0,27
4,10	1,50	4,35	0,84	4,60	0,47	4,85	0,27
4,11	1,47	4,36	0,82	4,61	0,46	4,86	0,26
4,12	1,44	4,37	0,81	4,62	0,45	4,87	0,26
4,13	1,40	4,38	0,79	4,63	0,44	4,88	0,25
4,14	1,37	4,39	0,77	4,64	0,43	4,89	0,24
4,15	1,34	4,40	0,75	4,65	0,42	4,90	0,24
4,16	1,31	4,41	0,73	4,66	0,41	4,91	0,23
4,17	1,28	4,42	0,72	4,67	0,41	4,92	0,23
4,18	1,25	4,43	0,70	4,68	0,40	4,93	0,22
4,19	1,22	4,44	0,68	4,69	0,39	4,94	0,22
4,20	1,19	4,45	0,67	4,70	0,38	4,95	0,21
4,21	1,17	4,46	0,65	4,71	0,37	4,96	0,21
4,22	1,14	4,47	0,64	4,72	0,36	4,97	0,20
4,23	1,11	4,48	0,62	4,73	0,35	4,98	0,20
4,24	1,09	4,49	0,61	4,74	0,34	4,99	0,19

$pF = -\lg [F^-]$, $C_F = 10^{pF}$ моль/дм³, $C_F = 10^{pF} \cdot 18,99 \cdot 10^3$ мг/дм³, или находят из таблицы для значений рF в диапазоне 4—5. Для перевода в мг/дм³ значений рF в диапазоне 3—4 увеличивают табличные значения в 10 раз. Например, рF, равный 4,46, соответствует 0,65 мг/дм³, рF, равный 3,46, соответствует 6,5 мг/дм³.

Внутренний оперативный контроль

Внутренний оперативный контроль качества результатов контрольного химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве анализов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению (МИ 2335—95).

Оперативный контроль сходимости

Периодичность контроля сходимости измерений зависит от количества рабочих измерений (2 параллельные пробы). Отбирают 2 пробы мочи и каждую из них анализируют в точном соответствии с прописью методики.

Результаты признаются удовлетворительными, если выполняется условие:

$$|C_1 - C_2| \leq 0,01 d \cdot C_{cp}, \text{ где}$$

C_1 и C_2 — результаты анализа 1 и 2 проб;

d — допустимое расхождение между двумя результатами одной и той же пробы ($d = 42\%$);

C_{cp} — среднее значение между двумя определениями.

Оперативный контроль точности

Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количества рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами контроля.

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их содержание увеличилось по сравнению с исходным на 50—150 %. Каждую пробу анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X' . Результаты анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X' получают не по возможности, а в одинаковых условиях, т. е. их получает один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной партии реагентов и т. д.

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выполняется условие:

$$|X' - X - C| < K_d, \text{ где}$$

С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией мкг/см³;
 K_d – норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см³.

При внешнем контроле ($P = 0,95$) принимают

$$K_d = \sqrt{\Delta_{x'}^2 + \Delta_x^2}, \text{ где}$$

$\Delta_{x'}$ и Δ_x – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы с добавкой, мкг/см³.

$$\Delta_{x'} = 0,165 \cdot X' \text{ и } \Delta_x = 0,165 \cdot X$$

При внутрилабораторном контроле ($P = 0,90$) принимают, что

$$K'_d = 0,84 \cdot K_d$$

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их устраняют.

Приложение А




Рис. 1. Установка для создания равновесной паровой фазы.
1 – термометр; 2 – накидная гайка; 3 – шприц; 4 – резиновая мембрана;
5 – равновесный сосуд; 6 – проба; 7 – термостатируемая жидкостная баня.





Рис. 2. Стакан с навинчивающейся крышкой для фиксации пробки на фляконе.


Приложение Б



Прибор для анализа равновесной паровой фазы:

1 – термометр; 2 – накидная гайка; 3 – шприц; 4 – резиновая мембрана;
5 – равновесный сосуд; 6 – проба; 7 – термостатируемая жидкостная баня

Приложение В



Установка для перегонки с водяным паром