

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

Выпуск 23

Москва 1988

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Выпуск 23

Москва 1966

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для санитарно-эпидемиологических станций и санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения СССР и других заинтересованных министерств и ведомств.


Методические указания разрабатываются и утверждаются с целью обеспечения контроля соответствия физических концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны их предельно допустимым концентрациям (ПДК) - санитарно-гигиеническим нормативам, утверждаемым Министерством здравоохранения СССР, оценки эффективности внедренных санитарно-гигиенических мероприятий, установления необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, оценки влияния вредных веществ на состояние здоровья работающих и др.

Включенные в данный выпуск методические указания подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 "ССБГ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и ГОСТ 12.1.016-79 "ССБГ. Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения концентраций вредных веществ" и одобрены Проблемной комиссией "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии". Методические указания являются обязательными при осуществлении вышеуказанного контроля.

Ответственные за выпуск: А.А.Перцовский, Н.С.Иргер,
В.А.Присмотров, М.Д.Набинь,
Г.А.Дьянова, В.Г.Овечкин

(Методические указания разрешается размножать в необходимом количестве экземпляров)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного
государственного
санитарного врача СССР

 А.И. Захченко
 "13" 12 1988 г.
 № 4730-88

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ
АНАБАЗИНА ГИДРОХЛОРИДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



И.м. 197, 69

Анабазин гидрохлорид - белый с желтоватым оттенком, кристаллический порошок. Тпл. 216-220°C. Хорошо растворим в воде, хлороформе, спирте, гигроскопичен. Нерастворим в эфире и ацетоне.

В воздухе находится в виде аэрозоля.

В небольших дозах обладает возбуждающим, а в значительных дозах - тормозящим действием на центральную нервную систему, является контактным нервно-мышечным ядом.

ПДК вещества в воздухе 0,5 мг/м³.

Характеристика метода

Метод основан на использовании газожидкостной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектора.

Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр.

Нижний предел измерения в хроматографируемом объеме 0,05 мкг.

Нижний предел измерения в воздухе $0,25 \text{ мг/м}^3$ (при отборе 100 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций вещества в воздухе от $0,25$ до $2,5 \text{ мг/м}^3$.

Измерения не мешают хлороформ, нитрозоанабазин, полиакриламид, лутинин.

Суммарная погрешность измерения не превышает $\pm 20\%$.

Время выполнения измерений, включая отбор проб, около 25 минут.

Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка стеклянная или из нержавеющей стали длиной 1 м и диаметром 3 мм.

Аспирационное устройство.

Микрошприц МШ-10, ГОСТ 8043 75, вместимостью 10 мкл.

Пробирки с пришлифованными пробками, ГОСТ 10615-75, вместимостью 5 мл.

Набор сит "Физприбор", ТУ 26-09-262-69.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1, 2, 5 и 10 мл.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25, 50 и 100 мл.

Реактивы, растворы и материалы

Анабазин гидрохлорид, ФС 42-2091-83.

Углерод четыреххлористый, ГОСТ 20288-74, хч.

Хлороформ, ТУ 6-09-4263-76, хч.

Калия гидроокись, СТ СЭВ 1439-78, чда, 30%-ный водный раствор.

Целит 545 или хроматон -М-АН (0,16-0,20 мм) (ЧССР).

Апиезон I.

Спирт этиловый, ГОСТ 5963-67, 95%-ный.

Газообразный водород, ГОСТ 3022-80, азот, ГОСТ 9293-74, едс, воздух, ГОСТ 11882-73, в баллонах с редукторами.

Стандартный раствор с концентрацией анабазина гидрохлорида 10 мг/мл готовят растворением 250 мг вещества в мерной колбе вместимостью 25 мл дистиллированной водой. Стандартный раствор устойчив в течение месяца.

Фильтры обеззоленные "Синяя лента" ТУ 6-09-1678-77.

Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 10 л/мин аспирирует через фильтр "Синяя лента". Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 100 л воздуха. Пробы устойчивы в течение недели.

Подготовка к измерению

Гидроксид калия в количестве 2 г растворяют в 30 мл этилового спирта. Заливают этим раствором 10 г целита 545 или хроматона И-Ан. Растворитель отгоняют на кипящей водяной бане при помешивании до получения сухого сорбента.

Навеску амезона L 0,5 г растворяют в 30 мл хлороформа. Заливают этим раствором 10 г полученного сорбента. Растворитель отгоняют на кипящей водяной бане при помешивании до получения сухого сорбента. Готовой насадкой по вакуумом заполняют хроматографическую колонку. Кондиционирование колонки проводят в токе газа-носителя при 220°C в течение 12 часов.

Градуировочные растворы с содержанием анабазина гидрохлорида от 250 до 2500 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора дистиллированной водой. Градуировочные растворы устойчивы в течение 3 суток.

На фильтры "синяя лента" наносят по 0,1 мл каждого градуировочного раствора и подсушивают на воздухе. Затем фильтр помещают в пробирку вместимостью 5 мл с припаянной пробкой,

заливают 3 мл 30%-ного раствора гидроокиси калия и энергично встряхивают в течение 3 минут. Затем добавляют 1 мл четыреххлористого углерода и энергично встряхивают еще 3 минуты. После этого фильтр извлекают из раствора, отжимают стеклянной палочкой и отбрасывают. Вводят 2 мкл каждого экстракта (нижний слой) в хроматограф через самоуплотняющуюся мембрану. Строят градуировочный график, выражающий зависимость площади пика (мм^2) от количества компонента (мкг). Построение градуировочной кривой необходимо проводить не менее чем по 6 точкам, проводя 5 параллельных измерений для каждой концентрации.

Условия хроматографирования градуировочных смесей и анализируемых проб:

| | |
|--|------------|
| Температура термостата колонок | 190°C |
| Температура испарителя | 300°C |
| Температура термостата детектора | 250°C |
| Скорость потока газа-носителя | 70 мл/мин |
| Скорость потока водорода | 30 мл/мин |
| Скорость потока воздуха | 300 мл/мин |
| Скорость движения диаграммной ленты | 600 мм/час |
| Время удерживания анабазина ^х | 2 мин 42 с |

Проведение измерений

Фильтр с отобранной пробой помещают в пробирку вместимостью 5 мл с притертой пробкой и обрабатывают последовательно раствором гидроокиси калия и четыреххлористого углерода аналогично градуировочным растворам. 2 мкл экстракта вводится с помощью микрошприца в хроматограф через самоуплотняющуюся мембрану. Записывают хроматограмму, вычисляют площадь пика и по градуировочному графику находят количество измеряемого компонента.

^х Анабазин гидрохлорид при обработке проб щелочным раствором переходит в анабазин основание.

Расчет концентрации

Концентрация вещества в воздухе в мг/м³ (С) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a}{V}, \text{ где}$$

- a** - количество вещества, найденное в анализируемом объеме раствора по градуировочному графику, мкг;
V - объем воздуха, отобраный для анализа, приведенный к стандартным условиям, л (см. приложение I).

Приложение I

Приведение объема воздуха к температуре 20°C и давлению 760 мм рт.ст. проводят по следующей формуле:

$$20 = \frac{V_{\xi} \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + \varphi^{\circ}) \cdot 101,33}, \text{ где}$$

V_{ξ} - объем воздуха, отобраный для анализа, л;

P - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа =
= 760 мм рт.ст.);

φ° - температура воздуха в месте отбора пробы, °C.

Для удобства расчета 20 следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к температуре 20°C и давлению 760 мм рт.ст. надо умножить на соответствующий коэффициент.

Коэффициент К для приведения объема воздуха к стандартным условиям

| °C | Давление P, кПа/мм рт.ст. | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 97,33/730:97,86/734:98,4/738:98,93/742:99,46/746:100/750:100,53/754:101,06/758:101,33/760:101,86/764 | | | | | | | | | |
| -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 | 1,1899 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2058 | 1,2122 |
| -26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 | 1,1705 | 1,1768 | 1,1831 | 1,1862 | 1,1925 |
| -22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1735 |
| -18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1158 | 1,1218 | 1,1278 | 1,1339 | 1,1399 | 1,1400 | 1,1490 | 1,1551 |
| -14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 |
| -10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0936 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 |
| -6 | 1,0540 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 | 1,0829 | 1,0887 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 |
| -2 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 |
| 0 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 |
| +2 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 |
| +6 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 |
| +10 | 0,9944 | 0,9999 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 |
| +14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 |
| +18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9830 | 0,9884 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 |
| +20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9763 | 0,9816 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 |
| +22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 |
| +24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 |
| +26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9799 | 0,9851 |
| +28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9555 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 |
| +30 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9391 | 0,9440 | 0,9432 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9645 | 0,9670 | 0,9723 |
| +34 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 |
| +38 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9198 | 0,9248 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 |

Приложение 3.

Перечень учреждений,
представивших методические указания по измерению
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| № п/п | Методические указания | Учреждения, представив- шее методические ука- зания |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Хроматографическое измерение м-аминофенола | Армянский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ереван |
| 2. | Фотометрическое измерение п-аминофенола | Харьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 3. | Фотометрическое измерение аммония роданистого | Донецкий медицинский институт |
| 4. | Газохроматографическое измерение анабазина гидрохлорида | Белорусский НИ сангигиеститут, г.Минск. Армянский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ереван |
| 5. | Фотометрическое измерение анилина | Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний Ленинградский НИИ гигие- ны труда и профзаболе- ваний. |
| 6. | Измерение соединений бария методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии | Харьковский НИИОХИМ. |
| 7. | Фотометрическое измерение винилоксиэтилметакрилата | Ярославский НИИ МСК |
| 8. | Фотометрическое измерение гексаметилдисульфана | Ленинградский НИИ гигие- ны и профпатологии |
| 9. | Хроматографическое измерение гексахлорпарахлорола и тетра- дюртерфталондихлорида | НИИТИ гербицидов и ре- гуляторов роста расте- ний, г. Уфа. |
| 10. | Газохроматографическое измерение гексахлорфена (2,2-дигидрокси- -3,3;5,5;6,6;-гексахлордифенил- метана) | Институт биофизики, г.Москва |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 11. | Фотометрическое измерение диангидрида 1,1-динафтил-4,4,5,5,8,8-гексакарбоновой кислоты (ДЛУК) и его производных - кубогенов. | Донецкий медицинский институт |
| 12. | Газохроматографическое измерение 2,5-дивинилпиридина | ГорСЭС, г.Москва |
| 13. | Фотометрическое измерение N, N -диметил- N'-(3-аминопропил)-пропандиамина-1,3(диметилдипропилентриамин) и N, N -диметил- N'-(3-диметиламинопропил)-пропандиамина-1,3 (тетраметилдипропилентриамин) | Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 14. | Газохроматографическое измерение N, N -диэтил-м-толуамид | ВНИИХИМПроект, г.Москва |
| 15. | Газохроматографическое измерение диэтилового эфира малеиновой кислоты | ВНИИ хим.средств защиты растений, г.Москва |
| 16. | Хроматографическое измерение энамидина | ВНИТИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа |
| 17. | Фотометрическое измерение карбамида (мочевина) | НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва |
| 18. | Фотометрическое измерение карбамида, карбамидо-формальдегидного удобрения (КФУ) и сложного полимерного удобрения (СПУ-1) | НИИ химии АН Уз.ССР, г.Ташкент |
| 19. | Фотометрическое измерение ингибитора КИМ-3 | Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 20. | Измерение хлорофора ДР-1 методом атомно-абсорбционной спектrophотометрии | Ставропольский медицинский институт |
| 21. | Фотометрическое измерение меланина и цингурата меланина | Дзержинский филиал НИИ азотной промышленности и продуктов органического синтеза |

| I | 2 | 3 |
|--|---|---|
| 22. Хроматографическое измерение <i>o</i> -метилдихлортиофосфата, <i>o</i> -этилдихлортиофосфата, <i>o</i> -этил- <i>o</i> -фенилхлортиофосфата и <i>o</i> -этил-0,2,4-дихлорфенилхлортиофосфата | Львовский медицинский институт | |
| 23. Хроматографическое измерение димера метилдианкарбомата (<i>o</i> /N -метокси-гиданкарбонимидализомочевины) | - " - | |
| 24. Газохроматографическое измерение концентрации монохлорацетилхлорида | НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва | |
| 25. Фотометрическое измерение оксида и диоксида азота | Донецкий НИИ гигиены труда и профзаболеваний | |
| 26. Газохроматографическое измерение оксида этилена | Уфимский НИИ гигиены труда и профзаболеваний | |
| 27. Хроматографическое измерение N-оксиэтилбензотриазола и 5-метилбензотриазола | Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний | |
| 28. Газохроматографическое измерение 2-(2-оксиптил)-5-винилпиридина | ГорСЭС г.Москвы | |
| 29. Фотометрическое измерение ортофена | Кулавинский филиал ВНИИЖИ | |
| 30. Фотометрическое измерение пербората натрия | Уральский НИИЖИ г. Свердловск | |
| 31. Фотометрическое измерение ратиндана | Грузинский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Тбилиси | |
| 32. Фотометрическое измерение стеариновой кислоты, стеаратов магния, бария и алюминия в воздухе рабочей зоны | Белорусский Госуниверситет, г.Минск | |
| 33. Газохроматографическое измерение стирола | Белорусский НИ сангигиеститут, г.Минск | |
| 34. Фотометрическое измерение танина | Грузинский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Тбилиси | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 35. Фотометрическое измерение тетрабромдифенилпропана | | ВНИИГИТОКС, г. Киев |
| 36. Газохроматографическое измерение тетрафторэтилена | | НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва |
| 37. Фотометрическое измерение толуилендиизоцианата | | Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 38. Фотометрическое измерение трибутиламина | | Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 39. Хроматографическое измерение трилана (4,5,6-трихлорбензоксазолинона-2) | | Львовский медицинский институт |
| 40. Хроматографическое измерение о-фенилендиамина | | - " - |
| 41. Газохроматографическое измерение фенола | | Белорусский НИ сангигинститут, г. Минск |
| 42. Фотометрическое измерение фосгена | | Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 43. Газохроматографическое измерение хладонов 11, 12, 113, 114 | | Тульский филиал ВНИИХИПроекта |
| 44. Газохроматографическое измерение хлорангирида хризантемовой кислоты | | Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, г. Москва |
| 45. Газохроматографическое измерение п-хлорбензальдегида и α , α -дихлор- α -фтортолуола | | НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва |
| 46. Газохроматографическое измерение 2-хлор-1-этоксиметил-2-метил-6-этилацетановида (ацеталя) | | - " - |
| 47. Фотометрическое измерение 10-хлорфеноксарида, бис(10-дигидрофенарсазинил)оксида | | Одесский филиал НИИ гигиены водного транспорта |
| 48. Газохроматографическое измерение хризантемовой кислоты и этилового эфира хризантемовой кислоты | | Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, г. Москва |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 49. Газохроматографическое измерение цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты | Белорусский НИ сангигинститут, г.Минск | |
| 50. Фотометрическое измерение циануровой кислоты | Дзержинский филиал ЦИМ азотной промышленности и продуктов органического синтеза | |
| 51. Хроматографическое измерение циклогексилмочевины | ВНИИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа | |
| 52. Газохроматографическое измерение циклододекана и циклододекатриена-1,5,9 | ГорСЭС, г.Москва | |
| 53. Газохроматографическое измерение этилкарбитола | Организация Минхимпром, г.Киев | |
| 54. Газохроматографическое измерение N-этил-N ^б -цианэтиланилина (ЭЦЭА) и N-ацетоксэтил-N ^б -цианэтиланилина (АОЭЦЭА) | Харьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний | |
| 55. Газохроматографическое измерение бензилового спирта, бензилацетата и бензальдегида | I-ый Московский мединститут | |
| 56. Полярографическое измерение нитрата и основного карбоната цинка | - " - | |

Приложение 4.

Вещества, определяемые по ранее утвержденным
и опубликованным Методическим указаниям

| Наименование вещества | Опубликованные Методические указания |
|--|---|
| I | 2 |
| Трехселенистый мышьяк | МУ на фотометрическое измерение арсенипирита в воздухе, вып.21.М.,1986,с.19 |
| Трисульфид мышьяка | "- |
| Дибромдифторметан | МУ на фотометрическое измерение фторорганических соединений. М.,1981,с.187 (переизданный сборник МУ, вып. I-5.) |
| Асбестопородная пыль | МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок. М.,1981,с.235 (переизданный сборник МУ, вып. I-5) |
| Сополимер АК-624 | - " - |
| - " - лакрис 215 ЗС | - " - |
| - " - ВХ-ВД-40 | - " - |
| - " - лакрис-95 | - " - |
| - " - лакрис-20 | - " - |
| Сополимер акриловой кислоты в бутилакрилата с диэтиламино | - " - |
| Полифениленоксид | - " - |
| Арилокс 100 | - " - |
| Арилокс 200 | - " - |
| Арилокс 300 | - " - |
| Природные углеродные волокнистые материалы | - " - |
| Водорастворимый загуститель | - " - |

Приложение 5.

Указатель определяемых веществ

| | |
|---|--|
| m-Аминофенол 3 | Диоксид азота . . . 133 |
| p-Аминофенол 7 | д,д-Дихлор-д-фтортолуол 240 |
| Аммоний роданистый 12 | и,и-Диэтил-м-толуамид 76 |
| Анабазина гидрохлорид 17 | Диэтиловый эфир малеиновой кислоты 81 |
| Анилин 22 | Енамин 86 |
| Ацетал 246 | Карбамид 91 |
| и-Ацетоксиэтил-и ^в -цианэтил-анилин (АОЭЦА) 294 | Карбамидо-формальдегидное удобрение (КФУ) 96 |
| Бария соединения 30 | КПИ-3(ингибитор) 103 |
| Бис(10-дигидрофенарсазинил)-оксид 250 | Лямнофор ЛР-1 108 |
| Винилоксиэтилметакрилат 36 | Меламин 113 |
| Гексаметилдисилазан 41 | 5-Метилбензотриазол 144 |
| Гексахлорпарахлорид 47 | o-Метилдихлортиофосфат 118 |
| Гексахлорфен 53 | Метилцианкарбамат 125 |
| 2,2-Дигидроокси-3,3,5,5,6,6-гексахлордифенилметан (см.гексахлорфен) | (О/М -метоксицианкарбонимидализомочевина) |
| Диангидрид 1,1-динафтил-4,4,5,5,8,8-гексакарбоновая кислота (ДАГК) 58 | Монохлорацетилхлорид 129 |
| 2,5-Дивинилпиримидин 64 | Мочевина(см.карбамид) |
| и,и-Диметил-и ^с -(3-аминопропил)-пропандиамин-1,3(диметилдипропилентриамин) 69 | Нитрил акриловой кислоты 264 |
| и,и-Диметил-и ^с -(3-диметиламинопропил)-пропандиамин-1,3 69 | Оксид азота 133 |
| | Оксид этилена 139 |
| | и-Оксиэтилбензотриазол 144 |
| | 2-(2'-оксиэтил)-5-винилпиримидин 154 |
| | Ортофен 156 |
| | Перборат натрия 161 |

- Ратиндан 166
 Сложное полимерное
 удобрение (СПУ-1) 96
 Стеарат алюминия 170
 Стеарат бария 170
 Стеарат магния 170
 Стеариновая кислота 170
 Стирол 179
 Танин 184
 Тетрабромдифенилпропан 189
 Тетраметилдипропилентри-
 амин (см. N,N-диметил-N'-
 -(3-диметиламинопропил-
 пропандиамин-1,3)
 Тетрафторэтилен 194
 Тетрахлортерефталонил-
 дихлорид 47
 Толулендиизоцианат 199
 Трибутиламин 204
 Трилан(4,5,6-трихлорбензокс-
 азолинон-2) 209
 o-Фенилендиамин 214
 Фенол 219
 Фосген 225
 Хладоны II, I2, I13, I14 230
 Хлорангидрид хризантемовой
 кислоты 236
 n-Хлорбензальдегид 240
 2-Хлор-N-этоксиметил-2-ме-
 тил-6-этилацетанилид
 (см. ацетал)
 IO-Хлорфеноксарсин 250
 Хризантемовая кислота 257
 Цианистый водород 264
 Цианурат меламина I13
 Циануровая кислота 272
 Циклогексилмочевина 277
 Циклододекан 282
 Циклододекатриен-1,5,9 282
 o-Этилдихлортиофосфат I18
 o-Этил-0,2,4-дихлорфенил-
 хлортиофосфат I18
 o-Этил-o-фенилхлортио-
 фосфат I18
 Этилкарбитол 288
 Этиловый эфир хризантемовой
 кислоты 257
 N-этил-N'-цианэтил-
 анилин (ЭЦЭА) 294
 Бензиловый спирт 299
 Бензилацетат 299
 Бензальдегид 299
 Нитрат цинка 305
 Основной карбонат цинка 305

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | Стр. |
|--|------|
| I. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации м-аминофенола в воздухе рабочей зоны..... | 3 |
| 2. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации п-аминофенола в воздухе рабочей зоны..... | 7 |
| 3. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации аммония роданистого в воздухе рабочей зоны | 12 |
| 4. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации анабазина гидрохлорида в воздухе рабочей зоны | 17 |
| 5. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации анилина в воздухе рабочей зоны | 22 |
| 6. Методические указания по измерению концентраций соединений бария в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии | 30 |
| 7. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации винилоксиэтилметакрилата в воздухе рабочей зоны. | 36 |
| 8. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации гексаметилдисилазана в воздухе рабочей зоны | 41 |
| 9. Методические указания по измерению концентраций гексахлорпарахлорола и тетрахлортерефталонилдихлорида в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии | 47 |
| 10. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации гексахлорфена (2,2-дигидроокси-3,3,5,5,6,6-гексахлордифенилметана) в воздухе рабочей зоны | 53 |
| II. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диангидрида I, I-динафта-4,4,5,5,8,8-гексакарбонной кислоты (ДАГК) и его производных - кубенов в воздухе рабочей зоны | 58 |

| | |
|---|-----|
| 12. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 2,5-дивинилпиридина в воздухе рабочей зоны | 64 |
| 13. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации N,N-диметил-N'-(3-аминопропил)-пропандиамина-I,3(диметилдипропилентриамин) и N,N-диметил-N'-(3-диметил-аминопропил-пропандиамина-I,3(тетраметилдипропилентриамин) в воздухе рабочей зоны | 69 |
| 14. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации N,N-диметил-N-толуаида в воздухе рабочей зоны | 76 |
| 15. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диэтилового эфира малеиновой кислоты в воздухе рабочей зоны..... | 81 |
| 16. Методические указания по измерению концентрации сенаманна в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии..... | 86 |
| 17. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации карбамида (мочевина) в воздухе рабочей зоны... | 91 |
| 18. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций карбамида, карбамидо-формальдегидного удобрения (КФУ) и сложного полимерного удобрения (СПУ-I) в воздухе рабочей зоны | 96 |
| 19. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации ингибитора КПИ-3 в воздухе рабочей зоны | 108 |
| 20. Методические указания по измерению концентрации люминофора ЛР-I в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектроскопии..... | 108 |

| | |
|---|-----|
| 21. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации меламина и цианурата меламина в воздухе рабочей зоны | 113 |
| 22. Методические указания по измерению концентраций о-метилдихлортиофосфата, о-этилдихлортиофосфата, о-этил-о-фенилхлортиофосфата и о-этил-0,2,4-дихлорфенилхлортиофосфата в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии..... | 118 |
| 23. Методические указания по измерению концентрации димера метилцианкарбамата (о/И -метоксипианкарбонимидализомочевины) в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии..... | 125 |
| 24. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации монохлорэтилхлорида в воздухе рабочей зоны | 129 |
| 25. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций оксида и диоксида азота в воздухе рабочей зоны.. | 133 |
| 26. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации оксида этилена в воздухе рабочей зоны.. | 139 |
| 27. Методические указания по измерению концентраций п-оксиэтилбензотриазола и 5-метилбензотриазола в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии..... | 144 |
| 28. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 2-(2-оксиэтил)-5-винилпиридина в воздухе рабочей зоны | 151 |
| 29. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации ортофена в воздухе рабочей зоны | 156 |
| 30. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации пербората натрия в воздухе рабочей зоны | 161 |

Стр.

| | |
|--|-----|
| 31. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации ратиндана в воздухе рабочей зоны | 166 |
| 32. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций стеариновой кислоты, стеаратов магния, бария и алюминия в воздухе рабочей зоны | 170 |
| 33. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации стирола в воздухе рабочей зоны | 179 |
| 34. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации танина в воздухе рабочей зоны | 184 |
| 35. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации тетрабромдифенилпропана в воздухе рабочей зоны. | 189 |
| 36. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации тетрафторэтилена в воздухе рабочей зоны. | 194 |
| 37. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации толуиленидиизоцианата в воздухе рабочей зоны | 199 |
| 38. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации трибутиламина в воздухе рабочей зоны | 204 |
| 39. Методические указания по измерению концентрации триллана (4,5,6-трихлорбензоксазолинона-2) в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии | 209 |
| 40. Методические указания по измерению концентрации о-фенилендиамина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии..... | 214 |
| 41. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации фенола в воздухе рабочей зоны | 219 |
| 42. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации фосгена в воздухе рабочей зоны | 225 |

| | |
|---|-----|
| 43. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хлоронов II, I2, II3, II4 в воздухе рабочей зоны | 230 |
| 44. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации хлорангидрида хризантемовой кислоты в воздухе рабочей зоны | 236 |
| 45. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций п-хлорбензальдегида и α, α -дихлор- α -фтортолуола в воздухе рабочей зоны | 240 |
| 46. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 2-хлор-н-этоксиметил-2-метил-6-этилцетанилида (ацетала) в воздухе рабочей зоны | 246 |
| 47. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 10-хлорфеноксарсина, бис(10-дигидрофенарсазинил)оксида и бис(10-феноксарсинил)оксида в воздухе рабочей зоны. | 250 |
| 48. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хризантемовой кислоты и этилового эфира хризантемовой кислоты в воздухе рабочей зоны | 257 |
| 49. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты в воздухе рабочей зоны | 264 |
| 50. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций циануровой кислоты в воздухе рабочей зоны | 272 |
| 51. Методические указания по измерению концентраций циклогексилмочевины в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии | 277 |
| 52. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций циклододекана и циклододекатриена-1,5,9 в воздухе рабочей зоны | 282 |

| | |
|---|-----|
| 53. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации этилкарбита в воздухе рабочей зоны ... | 288 |
| 54. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций <i>н</i> -этил- <i>н</i> ^в -цманетиламина (ЭЦЭА) и <i>н</i> -ацетоксиметил- <i>н</i> ^в -цманетиламина (АОЭЦЭА) в воздухе рабочей зоны | 294 |
| 55. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензилового спирта, бензилацетата и бензальдегида в воздухе рабочей зоны | 29 |
| 56. Методические указания по полярографическому измерению концентраций нитрата и основного карбоната цинка в воздухе рабочей зоны | 30 |
| Приложение 1 | 310 |
| Приложение 2 | 311 |
| Приложение 3 | 31 |
| Приложение 4 | 317 |
| Приложение 5 .. | 318 |