
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56720—
2015

НЕФТЕПРОДУКТЫ И КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

Определение фракционного состава
методом газовой хроматографии

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Газпром» и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий» – Газпром ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 г. № 1848-ст

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих стандартов:

ИСО 3924:2010 «Нефтепродукты. Определение распределения компонентов по температурам кипения. Метод газовой хроматографии» (ISO 3924:2010 «Petroleum products — Determination of boiling range distribution — Gas chromatography method», NEQ);

ASTM D 2887—15 «Стандартный метод определения распределения фракций нефти по температурам кипения методом газовой хроматографии» (ASTM D 2887—15 «Standard test method for boiling range distribution of petroleum fractions by gas chromatography», NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НЕФТЕПРОДУКТЫ И КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ**Определение фракционного состава методом газовой хроматографии**

Petroleum products and stable gas condensate. Determination of boiling range distribution by gas chromatography method

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает два метода (А и Б) определения фракционного состава (распределения углеводородных компонентов по температурам кипения) нефтепродуктов и стабильного газового конденсата (СГК) с использованием газовой хроматографии.

1.2 Метод А предназначен для определения фракционного состава нефтепродуктов с температурой кипения в диапазоне от 55 °С до 545 °С.

1.3 Метод Б предназначен для определения индивидуальных углеводородов C_1 — C_5 и фракционного состава углеводородов C_6 — C_{44} (далее — компонентно-фракционного состава) СГК с учетом нелетучего остатка, выкипающего при температуре выше 545 °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2477—2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

ГОСТ 2517—2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 3022—80 Водород технический. Технические условия

ГОСТ ISO 7886-1—2011 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1.

Шприцы для ручного использования

ГОСТ 9293—74 (ИСО 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 17323—71 Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием

ГОСТ 17433—80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 17567—81 Хроматография газовая. Термины и определения

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.

Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31873—2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р 50779.42—99 (ИСО 8258—91) Статистические методы. Контрольные карты Шухарта

ГОСТ Р 50802—95 Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов

ГОСТ Р 52501—2005 (ИСО 3696:1987) Вода для лабораторного анализа. Технические условия

ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный

стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17567, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1

стабильный газовый конденсат: Газовый конденсат, получаемый путем очистки нестабильного газового конденсата от примесей и выделения из него углеводородов C_1 — C_4 , отвечающий требованиям соответствующего нормативного документа.

[ГОСТ Р 53521—2009, статья 9]

3.2

дистиллят (газового конденсата): Жидкая углеводородная смесь, получаемая в результате конденсации паров при перегонке газового конденсата при атмосферном или пониженном давлении.

[ГОСТ Р 53521—2009, статья 34]

3.3 хроматограмма: Графическое представление сигнала газохроматографического детектора как функции времени.

3.4 пик: Участок хроматограммы, соответствующий выходу из колонки одного из компонентов пробы.

3.5 площадь пика: Площадь, ограниченная контуром пика и его основанием.

3.6 ширина пика: Длина отрезка базовой линии, ограниченного двумя касательными, которые проведены через точку перегиба каждой из сторон хроматографического пика.

3.7 скорректированная площадь хроматограммы пробы: Разность площадей хроматограмм пробы и холостого опыта.

3.8 имитированная дистилляция: Метод определения фракционного состава углеводородных проб с использованием газовой хроматографии; для разделения углеводородов в соответствии с их температурами кипения применяют колонку с неполярной неподвижной фазой.

3.9 температура начала кипения $T_{нк}$: Температура, соответствующая времени удерживания, при котором скорректированная площадь хроматограммы пробы составляет 0,5 % ее суммарной площади (или теоретической общей площади на хроматограмме СГК).

3.10 температура конца кипения $T_{кк}$: Температура, соответствующая времени удерживания, при котором скорректированная площадь хроматограммы пробы составляет 99,5 % ее суммарной площади (или теоретической общей площади на хроматограмме СГК).

3.11 метод внутреннего стандарта: Способ вычисления концентраций определяемых компонентов пробы, основанный на добавлении к ней определенного количества известного соединения (внутреннего стандарта), которое регистрируется на хроматограмме в виде хорошо разрешенного пика.

3.12 доля отгона: Массовая доля пробы, выкипающая к определенному значению температуры, в процентах.

3.13 нелетучий остаток: Часть анализируемой пробы, выкипающая при температуре выше 545 °С.

3.14 теоретическая общая площадь хроматограммы T : Площадь хроматограммы, которая была бы получена при элюировании из колонки всей пробы.

4 Сущность методов

4.1 При проведении анализа по методу А пробу нефтепродукта с температурой кипения до 545 °С анализируют на газовом хроматографе с пламенно-ионизационным детектором в режиме программирования температуры термостата колонок. Используют газохроматографическую колонку, обеспечивающую разделение углеводородов в соответствии с их температурами кипения. Для установления зависимости между значениями времен удерживания и температурами кипения углеводородов на этой же колонке хроматографируют смесь углеводородов известного состава, охватывающую диапазон температур кипения компонентов пробы. Полученную зависимость используют для определения фракционного состава пробы с помощью метода внутренней нормализации.

4.2 При проведении анализа по методу Б компонентно-фракционный состав пробы СГК определяют по процедуре, аналогичной приведенной в 4.1, с учетом содержания индивидуальных углеводородов С₁—С₅ и нелетучего остатка — тяжелой части пробы, выкипающей при температуре выше 545 °С. Долю нелетучего остатка определяют путем проведения дополнительного анализа пробы с добавлением внутреннего стандарта.

5 Условия выполнения измерений

Измерения проводят при:

- температуре окружающей среды (20 ± 5) °С;
- относительной влажности окружающей среды от 30 % до 80 %;
- атмосферном давлении от 80,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- напряжении переменного тока ($220 \pm_{33}^{22}$) В;
- частоте переменного тока (50 ± 1) Гц;
- отсутствии механических воздействий, внешних электрических и магнитных полей, влияющих на работу аппаратуры;
- отсутствии агрессивных газов и паров.

6 Отбор проб

Отбор и хранение проб нефтепродуктов и СГК — по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873.

Метод А. Определение фракционного состава нефтепродуктов

7 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

7.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

7.1.1 Газовый хроматограф, включающий:

- блок управления;
- пламенно-ионизационный детектор (ПИД) с пределом детектирования не более $2 \cdot 10^{-12}$ г/с (по углероду), способный работать в непрерывном режиме при максимальной температуре используемой колонки (детектор должен быть подсоединен к колонке таким образом, чтобы между ними не было холодных зон);
- систему ввода пробы в изотермическом режиме при температуре, соответствующей максимальной температуре колонки, или в режиме температурно-программируемого нагрева, или обеспечивающую прямой ввод пробы в колонку;
- термостат, обеспечивающий программируемое регулирование скорости подъема температуры и поддержание заданной температуры с погрешностью не более 0,1 °С во всем интервале рабочих температур [воспроизводимость скорости нагрева термостата должна быть достаточной для обеспечения повторяемости времени удерживания для каждого компонента градуировочной смеси (см. 7.2.18) в пределах 6 с];
- систему охлаждения термостата колонок (для анализа проб с начальной температурой кипения ниже 90 °С);
- программное обеспечение для сбора, обработки и хранения хроматографической информации.

П р и м е ч а н и е — Используемый программный комплекс должен обеспечивать:

- преобразование непрерывно интегрируемого сигнала детектора в площади узких участков хроматограммы шириной не более 0,1 с;
- вычитание площади узкого участка нулевой линии из площади соответствующего участка хроматограммы анализируемой пробы.

7.1.2 Капиллярная хроматографическая колонка с полидиметилсилоксаном в качестве неподвижной фазы (НФ):

- DB-1 или CP-Sil 5 CB длиной 30 м, внутренним диаметром 0,53 мм (толщина пленки НФ — 1,5 мкм) или
- HP-1 длиной 10 м, внутренним диаметром 0,53 мм (толщина пленки НФ — 2,65 мкм), или
- HP-1 длиной 5 м, внутренним диаметром 0,53 мм (толщина пленки НФ — 0,88 мкм).

ГОСТ Р 56720—2015

7.1.3 Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228 высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 0,2 кг.

7.1.4 Микрошприц фирмы SGE, Hamilton или аналогичного типа вместимостью 1 или 10 мм³ с ценой деления 0,01 мм³.

7.1.5 Газонепроницаемый шприц фирмы Agilent, Hamilton или аналогичного типа из стекла и политетрафторэтилена вместимостью 250 мм³ с ценой деления 5 мм³, вместимостью 500 и 1000 мм³ с ценой деления 10 мм³.

7.1.6 Шприц медицинский по ГОСТ ISO 7886-1 вместимостью 1 и 2 см³.

7.1.7 Пипетки вместимостью 10, 15, 20 см³ по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29169.

7.1.8 Флаконы стеклянные медицинские вместимостью 40 см³ по стандарту [1] с навинчивающимися крышками с высверленным отверстием диаметром 2 мм, оснащенными прокладками из силиконовой резины.

7.1.9 Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

Примечание — Допускается использовать другие средства измерений и вспомогательные устройства, технические характеристики которых не уступают указанным, если их применение не ухудшает метрологические характеристики метода.

7.2 Материалы и реактивы

7.2.1 Гелий газообразный очищенный марки А с содержанием гелия не менее 99,99 % по [2].

7.2.2 Водород газообразный высокой чистоты по [3], водород марки А по ГОСТ 3022.

7.2.3 Воздух сжатый класса 0 (свободный от углеводородов) по ГОСТ 17433.

7.2.4 Азот технический по ГОСТ 9293.

7.2.5 Пентан квалификации х. ч. по [4].

7.2.6 Гексан квалификации х. ч. по [5].

7.2.7 *n*-Гексан квалификации х. ч. по [6].

7.2.8 Гептан квалификации х. ч. по [7].

7.2.9 Октан квалификации х. ч. по [8].

7.2.10 Нонан квалификации х. ч. по [9].

7.2.11 Декан квалификации х. ч. по [10].

7.2.12 Додекан квалификации х. ч. по [11].

7.2.13 Тетрадекан квалификации х. ч. по [12].

7.2.14 Пентадекан квалификации х. ч. по [13].

7.2.15 Гексадекан квалификации х. ч. по [14].

7.2.16 Гептадекан квалификации х. ч. по [15].

7.2.17 Индивидуальные *n*-алканы для приготовления градуировочных смесей — октадекан C₁₈H₃₈, эйкозан C₂₀H₄₂, тетракозан C₂₄H₅₀, октокозан C₂₈H₅₈, дотриаконтан C₃₂H₆₆, гексатриаконтан C₃₆H₇₄, тетракоктан C₄₀H₈₂, тетратетракоктан C₄₄H₉₀ с массовой долей основного вещества не менее 97 %.

7.2.18 Градуировочная смесь — смесь *n*-алканов от пентана C₅H₁₂ до тетратетракоктана C₄₄H₉₀ в соответствии со стандартом [16] с температурой кипения до 545 °С.

Примечание — В градуировочной смеси должны присутствовать одно или несколько соединений с температурой кипения, равной (или ниже) начальной температуре кипения пробы. При необходимости в герметично закрытый сосуд с градуировочной смесью можно с помощью газового шприца незначительно добавить небольшие объемы пропана и бутана.

7.2.19 Стандартный образец фракционного состава нефтепродукта в соответствии со стандартом [16].

7.2.20 Вода дистиллированная по ГОСТ Р 52501.

7.2.21 Дисульфид углерода с содержанием основного вещества не менее 99 %.

Примечание — Допускается использовать другие материалы и реактивы, характеристики которых не уступают указанным, если их применение не ухудшает метрологические характеристики метода. Можно использовать генераторы водорода и азота для получения чистых газов, соответствующих требованиям 7.2.

8 Подготовка к проведению измерений

8.1 Подключение хроматографа к электрической сети, проверку на герметичность и вывод на режим выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации хроматографа.

8.2 Капиллярную колонку устанавливают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, кондиционируют в потоке газа-носителя (гелия) с расходом от 5 до 10 см³/мин, повышая температуру со скоростью 5–10 °С/мин до 340 °С — 350 °С. При этой температуре колонку выдерживают в течение 30 мин.

После кондиционирования колонку охлаждают до температуры окружающей среды, подсоединяют к ПИД, проверяют герметичность газовой линии и записывают нулевую линию в рабочем режиме (см. таблицу 1). При стабильной нулевой линии определяют разрешающую способность колонки в соответствии с 8.3.

Т а б л и ц а 1 — Условия проведения измерений

Параметр	Значение		
	DB-1	HP-1	HP-1
Капиллярная колонка	DB-1	HP-1	HP-1
Длина колонки, м	30	5	10
Диаметр колонки (внутренний), мм	0,53		
Неподвижная фаза капиллярной колонки	Полидиметилсилоксан		
Толщина пленки неподвижной фазы, мкм	1,5	0,88	2,65
Детектор	ПИД		
Расход газа-носителя (азота/гелия), см ³ /мин	10	12	10—20
Расход добавочного газа через детектор, см ³ /мин	20		
Расход водорода, см ³ /мин	30		
Расход воздуха, см ³ /мин	300		
Начальная температура термостата колонки* (время выдерживания — 1—2 мин), °С	0-35		
Скорость нагрева термостата колонки, °С /мин	15—20	10	15-20
Конечная температура термостата колонки (время выдерживания 6 мин), °С	340—350	350	350
Условия ввода пробы в хроматограф	Температура испарителя 320 °С—340 °С	Прямой ввод пробы в колонку	Температурно-программируемый нагрев испарителя от 40 °С до 340 °С
Температура детектора, °С	340--350	380	350
Разбавление пробы (стандартного образца) дисульфидом углерода	1:4	1:10	Без разбавления
Объем вводимой пробы, мм ³	0,5—1,0	1	0,2

* Как правило, чем ниже температура начала кипения пробы, тем ниже значение начальной температуры термостата колонки.

П р и м е ч а н и е — Можно использовать другие колонки, в том числе насадочные, элюирование компонентов с которых происходит в порядке возрастания температур кипения компонентов, а значение разрешающей способности колонки *R* — не менее трех по 8.3.

8.3 Перед проведением анализа хроматографируют смесь, содержащую от 0,1 % масс. до 0,5 % масс. гексадекана и октадекана в дисульфиде углерода (см. рисунок 1). Вычисляют разрешающую способность колонки *R* по формуле

$$R = \frac{2(t_2 - t_1)}{1,699(y_1 + y_2)}, \quad (1)$$

где t_1 и t_2 — время удерживания для пиков гексадекана и октадекана соответственно, с;


y_1 — ширина пика гексадекана на половине его высоты, с;

y_2 — ширина пика октадекана на половине его высоты, с.

При значении разрешающей способности *R* не менее трех колонка готова к работе.

8.4 Хроматографируют градуировочную смесь (см. 7.2.18), содержащую известные количества *n*-алканов при условиях, приведенных в таблице 1. Для пика самой большой высоты определяют коэффициент асимметрии как отношение *A/B* (см. рисунок 2). В соответствии со стандартом [17] значение коэффициента асимметрии пика должно быть от 0,5 до 2,0. Если значение коэффициента асимметрии выходит за указанный предел, уменьшают объем смеси *n*-алканов, вводимой в хроматограф, или повышают степень разбавления смеси дисульфидом углерода.

П р и м е ч а н и е — Асимметрия пика(ов) часто указывает на перегрузку колонки пробой. Это может привести к искажению значений времен удерживания компонентов и соответственно ошибке в определении значений их температуры кипения.



1 — гексадекан; 2 — октадекан; а — ввод пробы

Рисунок 1 — Типовая хроматограмма смеси гексадекана и октадекана для определения разрешающей способности колонки



A — ширина передней части пика на уровне 5 % его высоты; B — ширина задней части пика на уровне 5 % его высоты

Рисунок 2 — Параметры, характеризующие асимметрию хроматографического пика

8.5 Для сведения к минимуму изменения чувствительности детектора (ПИД) следует регулярно удалять образующиеся на нем отложения.

Примечание — Отложения образуются при сгорании неподвижной фазы, частично уносимой потоком газ-носителя из колонки при высокой температуре. Удаление отложений проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

8.6 Регенерация хроматографической колонки

Регенерацию колонки проводят:

- при превышении значения уровня шумов нулевой линии, приведенного в методике поверки или в руководстве по эксплуатации хроматографа;
 - при разрешающей способности хроматографической колонки менее трех по 8.3.
- Хроматографическую колонку регенерируют по 8.2, не снимая с хроматографа.

9 Проведение измерений

9.1 Процедура проведения измерений

9.1.1 После установки условий хроматографирования в соответствии с таблицей 1 повышают температуру колонки до максимального значения и выдерживают не менее чем 10 мин. Затем охлаждают колонку до температуры начала анализа и выдерживают при этой температуре не менее 3 мин для установления равновесия.

9.1.2 После ввода в хроматограф градуировочной смеси по 7.2.18, анализируемой пробы или чистого дисульфида углерода (холостой опыт) запускают температурную программу термостата колонки (см. таблицу 1). Условия выполнения измерений (см. таблицу 1) и их продолжительность при проведении холостого опыта, градуировке хроматографа и анализе проб должны быть одинаковыми.

9.2 Проведение холостого опыта

9.2.1 После выхода хроматографа на рабочий режим вводят в него от 0,1 до 1,0 мм³ дисульфида углерода и регистрируют нулевую линию при условиях, приведенных в таблице 1.

Примечания

1 Холостой опыт следует проводить для учета эффекта повышения нулевой линии вблизи максимума температуры колонки. Факторы, влияющие на стабильность нулевой линии, — фон колонки, точность контроля температуры детектора, степень стабильности потоков газа-носителя и газов, питающих детектор, утечки, инструментальный дрейф и т.д.

2 При анализе неразбавленных проб холостой опыт проводят без введения в хроматограф дисульфида углерода.

9.2.2 Перед проведением вычислений из хроматограммы пробы или градуировочной смеси вычитают хроматограмму холостого опыта.

Примечание — Холостой опыт позволяет получить дополнительную информацию о работе оборудования и проконтролировать остаточное содержание в системе компонентов предыдущей пробы. Холостой опыт выполняют перед анализом градуировочной смеси и проб, но также рекомендуется проводить его в конце серии анализов.

9.3 Градуировка хроматографа

9.3.1 Для построения градуировочного графика используют зависимость времени удерживания углеводородов от их температуры кипения, которую получают в день проведения анализа. Для этого используют смесь *n*-алканов от C₅ до C₄₄ по 7.2.18 или смесь, приготовленную по 9.3.3.

9.3.2 При использовании смеси *n*-алканов по 7.2.18 содержимое ампулы разбавляют дисульфидом углерода (см. примечание), тщательно перемешивают и вводят аликвоту полученного раствора в испаритель хроматографа при условиях, приведенных в таблице 1. Объем раствора вводимой в хроматограф смеси *n*-алканов (от 0,2 до 1,0 мм³) подбирают таким образом, чтобы получаемые пики имели правильную форму (см. 8.4).

Примечание — Рекомендуется на насадочных колонках анализировать растворы с объемным отношением смеси углеводородов к дисульфиду углерода 1:10, а на капиллярных — 1:100.

9.3.3 Смесь индивидуальных *n*-алканов от C₅ до C₄₄ по 7.2.5—7.2.17 в дисульфиде углерода с массовой долей каждого *n*-алкана от 0,05 % до 0,50 % готовят следующим образом. В стеклянный сосуд вместимостью от 15 до 40 см³ с завинчивающейся крышкой с отверстием, оснащенной прокладкой из силиконовой резины, поочередно вносят от 6,5 до 200 мг твердых *n*-алканов (C₄₄, C₄₀, C₃₆, C₃₂, C₂₈, C₂₄, C₂₀, C₁₈). Сосуд взвешивают до и после внесения каждого компонента, результаты взвешиваний в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Затем в сосуд пипеткой добавляют дисульфид углерода (от 10 до 30 см³); сосуд герметично закрывают и взвешивают. Далее в сосуд вводят микрошприцем через прокладку в крышке от 6,5 до 200 мг жидких

n-алканов. По разности результатов двух последовательных взвешиваний вычисляют массу каждого *n*-алкана и рассчитывают его массовую долю в смеси X_{C_n} , %, по формуле

$$X_{C_n} = \frac{m_{C_n} 100}{\sum m_{C_n} + m_{CS_2}}, \quad (2)$$

где m_{C_n} — масса навески *n*-алкана с числом углеродных атомов *n*;

m_{CS_2} — масса дисульфида углерода.

9.3.4 По хроматограмме смеси *n*-алканов определяют значения их времен удерживания, соответствующие времени регистрации максимума пиков индивидуальных *n*-алканов. По результатам анализа составляют таблицу, в которую вносят время удерживания и температуру кипения для каждого компонента смеси. Температуры кипения *n*-алканов приведены в таблице 2.

9.3.5 Строят график зависимости времени удерживания углеводородов от их температуры кипения. Типовой градуировочный график приведен на рисунке 3. При проведении анализов полученный градуировочный график используют для перевода шкалы времени удерживания в шкалу температуры кипения.

Т а б л и ц а 2 — Температуры кипения *n*-алканов

<i>n</i> -Алкан	Температура кипения, °С	<i>n</i> -Алкан	Температура кипения, °С
C ₂ H ₆	— 89	C ₂₄ H ₅₀	391
C ₃ H ₈	— 42	C ₂₅ H ₅₂	402
C ₄ H ₁₀	0	C ₂₆ H ₅₄	412
C ₅ H ₁₂	36	C ₂₇ H ₅₆	422
C ₆ H ₁₄	69	C ₂₈ H ₅₈	430
C ₇ H ₁₆	98	C ₂₉ H ₆₀	440
C ₈ H ₁₈	126	C ₃₀ H ₆₂	449
C ₉ H ₂₀	151	C ₃₁ H ₆₄	458
C ₁₀ H ₂₂	174	C ₃₂ H ₆₆	466
C ₁₁ H ₂₄	196	C ₃₃ H ₆₈	474
C ₁₂ H ₂₆	216	C ₃₄ H ₇₀	481
C ₁₃ H ₂₈	235	C ₃₅ H ₇₂	489
C ₁₄ H ₃₀	254	C ₃₆ H ₇₄	496
C ₁₅ H ₃₂	271	C ₃₇ H ₇₆	503
C ₁₆ H ₃₄	287	C ₃₈ H ₇₈	509
C ₁₇ H ₃₆	302	C ₃₉ H ₈₀	516
C ₁₈ H ₃₈	316	C ₄₀ H ₈₂	522
C ₁₉ H ₄₀	330	C ₄₁ H ₈₄	528
C ₂₀ H ₄₂	344	C ₄₂ H ₈₆	534
C ₂₁ H ₄₄	356	C ₄₃ H ₈₈	540
C ₂₂ H ₄₆	369	C ₄₄ H ₉₀	545
C ₂₃ H ₄₈	380	—	—

9.3.6 Область градуировки должна охватывать нижнюю и верхнюю границы температуры кипения пробы. Градуировочный график имеет линейный характер, однако на практике возможно отклонение графика от линейности.

П р и м е ч а н и я

1 Наибольшее отклонение от линейности наблюдают для низкокипящих *n*-алканов, для которых характерны небольшие значения времен удерживания и значительные различия в температурах кипения.

2 Если содержание *n*-алканов в анализируемой пробе достаточно для идентификации их пиков на хроматограмме, такую пробу можно использовать для построения графика зависимости температуры кипения от времени удерживания *n*-алканов (см. рисунок 3).




Рисунок 3 — Типовой график зависимости времени удерживания от температуры кипения *n*-алканов

9.4 Анализ стандартного образца

9.4.1 Правильность проведения имитированной дистилляции проверяют путем анализа стандартного образца (см. 7.2.19), разбавленного дисульфидом углерода (9.3.2) в соответствии с таблицей 1. После тщательного перемешивания раствор стандартного образца анализируют при условиях, приведенных в таблице 1. Отклонение полученных значений температуры, соответствующих фиксированным значениям доли отгона стандартного образца, от паспортных данных (таблица 3) не должно превышать значений воспроизводимости, приведенных в таблице 5. При несоблюдении приведенных требований готовят новый раствор стандартного образца.

Примечание — Раствор стандартного образца в дисульфиде углерода хранят в холодильнике в стеклянном сосуде с притертой пробкой или с навинчивающейся крышкой, оснащенной прокладкой из силиконовой резины.

9.4.2 Правильность проведения имитированной дистилляции с использованием стандартного образца проверяют не реже одного раза в неделю.

9.5 Анализ пробы

9.5.1 Количество пробы, вводимой в хроматограф (см. таблицу 1), не должно приводить к перегрузке колонки.

Примечание — Пробы с узким диапазоном температур кипения требуют введения в хроматограф меньшего объема пробы по сравнению с пробами с широким диапазоном температур кипения.

9.5.2 Пробы с достаточно низкой вязкостью при комнатной температуре можно вводить в хроматограф без разбавления дисульфидом углерода. Пробы вязких или парафинистых нефтепродуктов следует разбавлять дисульфидом углерода; степень разбавления и объем вводимого в хроматограф раствора пробы — в соответствии с таблицей 1.

9.5.3 Пробу нефтепродукта (или раствор пробы в дисульфиде углерода по 9.5.2) вводят в хроматограф и анализируют при условиях, приведенных в таблице 1.

Т а б л и ц а 3 — Доля отгона в зависимости от температуры для типовых стандартных образцов по стандарту [17]

Доля отгона, %	Температура, °С	
	Партия № 1	Партия № 2
Н. к.	114	115
5	143	151
10	169	176
15	196	201
20	221	224
30	258	259
40	287	289
50	312	312
60	332	332
70	354	354
80	376	378
90	404	407
95	425	428
К. к.	475	475

П р и м е ч а н и е — Н. к. — температура начала кипения; К. к. — температура конца кипения.

10 Обработка результатов

10.1 На полученной хроматограмме нефтепродукта проводят идентификацию пиков *n*-алканов сравнением значений их времени удерживания со значениями времени удерживания, полученными при анализе смеси *n*-алканов от C₅ до C₄₄ (см. 9.3).

10.2 По разности площадей хроматограмм анализируемой пробы и холостого опыта вычисляют скорректированную площадь хроматограммы пробы (далее — суммарная скорректированная площадь). Для этого необходимо, чтобы времена регистрации вышеуказанных хроматограмм было одинаковыми.

10.3 Определяют значение времени, при котором площадь хроматограммы составляет 99,5 % ее суммарной площади. Температура, соответствующая этому значению времени, является температурой конца кипения пробы $T_{\text{КК}}$.

Примечание — Определение точки конца кипения пробы является достаточно сложной проблемой. Хроматограммы некоторых проб имеют весьма длинный «хвост», обусловленный наличием в пробе малых содержаний высококипящих углеводородов. В сочетании с тенденцией повышения нулевой линии вблизи максимума температуры колонки, а также элюирования из колонки следов компонентов от предыдущих проб это приводит к невозможности снижения сигнала детектора до исходного уровня базовой линии. Поэтому ближе к концу анализа рекомендуется вычислять площадь каждого участка хроматограммы для установления точки, в которой скорость изменения хроматографического сигнала в секунду достигает постоянного значения, не превышающего 0,00001 % общей площади хроматограммы. Это точку принимают за конечную точку хроматограммы.

10.4 Затем определяют значение времени (в начале хроматограммы), при котором площадь хроматограммы равна 0,5 % ее суммарной площади. Температура, соответствующая данному времени, является температурой начала кипения пробы $T_{\text{НК}}$. При анализе пробы, растворенной в дисульфиде углерода, сигнал растворителя исключают из расчетов.

10.5 Обработку результатов имитированной дистилляции проводят в соответствии с рекомендациями разработчиков используемого программного обеспечения. Методом нормализации вычисляют значение доли отгона пробы, соответствующее каждой точке временной шкалы хроматограммы. Для этого умножают скорректированную площадь хроматограммы пробы, соответствующую каждой точке временной шкалы, на 100 и делят на суммарную скорректированную площадь.

10.6 Затем, используя линейную интерполяцию, в диапазоне между 1 % отгона пробы и долей отгона, достигаемой к температуре кипения *n*-C₄₄ (545 °С), определяют значения времени удерживания, соответствующие увеличению доли отгона пробы на 1 %.

10.7 По графику зависимости времени удерживания углеводородов от их температуры кипения (см. рисунок 3) полученные данные пересчитывают в зависимость доли отгона пробы от температуры и представляют в виде таблицы, аналогичной таблице 3. Таблица должна содержать значения температуры (с точностью до 0,5 °С), соответствующие доле отгона пробы от 1 % до 99 % с шагом 1 %, а также значения температур начала и конца кипения пробы.

11 Прецизионность метода

11.1 Повторяемость

Расхождение результатов двух измерений температуры T (°С) для фиксированного значения доли отгона пробы, полученных одним и тем же оператором на одном и том же приборе при постоянных рабочих условиях в течение длительного времени, может превышать значения, приведенные в таблице 4, только в одном случае из двадцати.

Т а б л и ц а 4 — Значения повторяемости

Доля отгона, %	Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ_r , °С	Предел повторяемости r , °С, $P = 0,95, n = 2$
0,5 (начало кипения)	$0,004 T_{\text{ср}}$	$0,011 T_{\text{ср}}$
5—40	0,29	0,8
50—90	0,36	1,0
95	0,43	1,2
99,5 (конец кипения)	1,2	3,3

П р и м е ч а н и е — $T_{\text{ср}}$ — среднеарифметическое значение результатов двух измерений (°С).

11.2 Воспроизводимость

Расхождение результатов двух единичных независимых измерений температуры T (°С) для фиксированной доли отгона одной и той же пробы, полученных разными операторами в разных лабораториях в течение длительного времени, может превышать значения, приведенные в таблице 5, только в одном случае из двадцати.

Т а б л и ц а 5 — Значения воспроизводимости

Доля отгона, %	Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) σ_R , °С	Предел воспроизводимости R , °С, $P = 0,95, n = 2$
0,5 (начало кипения)	$0,024 T_{\text{ср}}$	$0,066 T_{\text{ср}}$
5—30	$0,0054 (T_{\text{ср}} + 100)$	$0,015 (T_{\text{ср}} + 100)$
40—90	1,5	4,3
95	1,8	5
99,5 (конец кипения)	4,2	12

П р и м е ч а н и е — $T_{\text{ср}}$ — среднеарифметическое значение результатов двух единичных независимых измерений (°С).

Метод Б. Определение компонентно-фракционного состава газового конденсата

12 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы — в соответствии с разделом 7, а также внутренний стандарт — смесь четырех углеводородов с числом атомов углерода от C_{14} до C_{17} , взятых приблизительно в равных количествах*.

* Например, смесь углеводородов «Internal Standard Mixture 20» фирмы Agilent, США, состоящая из n -алканов (% масс.): 33,3 % тетрадекана, 13,3 % пентадекана, 26,7 % гексадекана, 26,7 % гептадекана.

13 Проведение измерений

13.1 Подготовку к проведению измерений проводят по 9.1.

13.2 Холостой опыт проводят по 9.2.

13.3 Градуировку хроматографа проводят по 9.3.

13.4 Подготовка пробы

13.4.1 Для обеспечения однородности пробу СГК перемешивают, при необходимости нагревают до комнатной температуры и отбирают в отдельный сосуд примерно 100 см³ пробы.

13.4.2 Подготовка пробы с внутренним стандартом

Взвешивают стеклянный сосуд вместимостью приблизительно 40 см³ с крышкой с отверстием, оснащенной прокладкой из силиконовой резины. Пипеткой вносят в сосуд примерно 10—15 см³ дисульфида углерода, быстро его закрывают и снова взвешивают. Затем в сосуд вносят от 10 до 15 см³ пробы, закрывают, взвешивают и добавляют внутренний стандарт. Для этого через прокладку из силиконовой резины медицинским шприцем в сосуд вводят последовательно 0,3—0,4 см³ каждого из четырех *n*-алканов от C₁₄ до C₁₇. После внесения последнего *n*-алкана сосуд взвешивают. При наличии готового внутреннего стандарта его вводят медицинским шприцем в сосуд с пробой в количестве от 1,0 до 1,5 см³, затем сосуд взвешивают. Результаты взвешиваний в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Массы пробы СГК и внутреннего стандарта определяют по разности масс сосуда до и после их внесения. Содержимое сосуда энергично перемешивают в течение 2—3 мин до полного растворения пробы.

13.4.3 Подготовка пробы без внутреннего стандарта

Во втором сосуде такое же количество пробы анализируемого СГК разбавляют таким же объемом дисульфида углерода без добавления внутреннего стандарта и тщательно перемешивают до растворения пробы.

13.5 Анализ пробы

13.5.1 Микрошприцем вводят в испаритель хроматографа раствор СГК с внутренним стандартом (13.4.2) и хроматографируют при тех же условиях, при которых проводят холостой опыт и анализ градуировочной смеси *n*-алканов (см. таблицу 1). Регистрируют хроматограмму до конца анализа [до времени удерживания, соответствующего температуре кипения *n*-C₄₄ (545 °C)].

13.5.2 Затем микрошприцем вводят в испаритель хроматографа раствор СГК без внутреннего стандарта (13.4.3) и проводят анализ по 13.5.1.

13.5.3 Допускается проводить анализ пробы СГК с внутренним стандартом и без него в любой последовательности.

Типовые хроматограммы растворов СГК с внутренним стандартом и без него приведены на рисунке 4.



14 Обработка результатов

14.1 Корректировка площади

14.1.1 Хроматограммы проб СГК обрабатывают аналогично хроматограммам нефтепродуктов по разделу 10.

14.1.2 Для каждой полученной хроматограммы пробы СГК (см. рисунок 4) вычисляют скорректированные площади ее узких участков вычитанием площадей соответствующих узких участков хроматограммы холостого опыта (см. 13.2).

14.1.3 Суммированием скорректированных площадей узких участков хроматограммы определяют суммарную скорректированную площадь каждой хроматограммы до времени удерживания, соответствующего температуре кипения *n*-C₄₄ (545 °C) (см. площади *A* и *B* на рисунке 4).



А — проба СГК с внутренним стандартом; Б — проба СГК без внутреннего стандарта
Рисунок 4 — Типовые хроматограммы стабильного газового конденсата (СГК)

14.2 Теоретическая общая площадь

14.2.1 Используя значения времени удерживания, полученные для смеси *n*-алканов от C₅ до C₄₄, выбирают время удерживания, на 5 % меньшее, чем время удерживания компонента внутреннего стандарта, регистрируемого первым (*n*-C₁₄), и время удерживания, на 5 % большее, чем для компонента внутреннего стандарта, регистрируемого последним (*n*-C₁₇).

Выбранные значения времени удерживания соответствуют участку хроматограммы, на котором регистрируются пики внутреннего стандарта. Далее определяют общую площадь этого участка на хроматограмме анализируемой пробы с внутренним стандартом (площадь AIS, см. рисунок 4, хроматограмма А). Также определяют общую площадь соответствующего участка на хроматограмме пробы СГК без внутреннего стандарта (площадь BIS, см. рисунок 4, хроматограмма Б).

14.2.2 Массовую долю внутреннего стандарта в его смеси с СГК, $X_{ст}$, вычисляют по формуле

$$X_{ст} = \frac{m_{ст}}{m_{СГК} + m_{ст}}, \quad (3)$$

где $m_{ст}$ — масса внутреннего стандарта, г;

$m_{СГК}$ — масса СГК, г.

14.2.3 Отношение суммы площадей пиков всех углеводородов на обеих хроматограммах до времени удерживания, соответствующего температуре кипения *n*-C₄₄ (545 °С), полученных при анализе пробы СГК с добавлением и без добавления внутреннего стандарта, за вычетом площадей участков с пиками внутреннего стандарта z вычисляют по формуле

$$z = \frac{B - BIS}{A - AIS}, \quad (4)$$

где B — сумма площадей всех пиков на хроматограмме Б до температуры кипения *n*-C₄₄ (545 °С), единицы счета;

BIS — площадь участка на хроматограмме Б, соответствующего положению пиков внутреннего стандарта, единицы счета;

A — сумма площадей всех пиков на хроматограмме А (см. рисунок 4) до температуры кипения *n*-C₄₄ (545 °С), единицы счета;

AIS — площадь участка на хроматограмме А с пиками внутреннего стандарта, единицы счета.

14.2.4 Теоретическую общую площадь S_T хроматограммы пробы СГК с учетом нерегистрируемых компонентов нелетучего остатка (площадь $B + B'$; см. рисунок 4, хроматограмма Б) вычисляют по формуле

$$S_T = (AISz - BIS) \frac{1 - X_{ст}}{X_{ст}}, \quad (5)$$

где AIS — площадь участка хроматограммы А с пиками внутреннего стандарта, единицы счета;

z — отношение суммы площадей пиков углеводородов на хроматограммах, полученных при анализе СГК с добавлением и без добавления внутреннего стандарта, вычисленное по формуле (4);

BIS — площадь участка хроматограммы Б, соответствующего положению пиков внутреннего стандарта, единицы счета;

$X_{ст}$ — массовая доля внутреннего стандарта в смеси с СГК по формуле (3).

14.2.5 Массовую долю нелетучего остатка RES , выкипающего при температурах выше 545 °С, вычисляют по формуле

$$RES = 100 - \left(\frac{B}{S_T} 100 \right), \quad (6)$$

где B — сумма площадей пиков всех углеводородов до *n*-C₄₄ на хроматограмме Б (рисунок 4), единицы счета;

S_T — теоретическая общая площадь хроматограммы СГК, единицы счета, по формуле (5).

14.3 Вычисление распределения углеводородов пробы по температурам кипения

14.3.1 На хроматограмме пробы СГК (рисунок 4, хроматограмма Б) определяют точку на оси абсцисс, соответствующую 0,5 % теоретической общей площади S_T по формуле (5). Температура, соответствующая данному времени, является температурой начала кипения пробы $T_{НК}$.

14.3.2 Затем вычисляют зависимость доли отгона пробы от времени. Для этого умножают значение скорректированной площади хроматограммы пробы, соответствующее каждой точке временной шкалы, на 100 и делят на значение теоретической общей площади S_T .

14.3.3 Полученные данные представляют в виде таблицы, отражающей зависимость доли отгона от времен удерживания.

14.3.4 Затем, используя линейную интерполяцию, в диапазоне между 1 % отгона пробы и долей отгона, достигаемой к температуре кипения *n*-C₄₄ (545 °С), определяют значения времени удерживания, соответствующие увеличению доли отгона пробы на 1 %.

14.3.5 По графику зависимости времени удерживания углеводородов от их температуры кипения (см. рисунок 3) полученные данные пересчитывают в зависимость доли отгона пробы от температуры и представляют в виде таблицы. Таблица должна содержать значения температуры (с точностью до 0,5 °С), соответствующие доле отгона пробы от 1 % до 99 % с шагом 1 %, значения температур начала и конца кипения пробы, а также значение массовой доли нелетучего остатка, выкипающего при температуре выше 545 °С.

14.4 Вычисление компонентно-фракционного состава стабильного газового конденсата

14.4.1 Суммарное содержание всех углеводородов, зарегистрированных на хроматограмме, принимают равным 100 %. Для вычисления содержания индивидуальных легких углеводородов C₁—C₅ используют значения массовых коэффициентов чувствительности, приведенные в таблице 6. При этом значения массовых коэффициентов чувствительности углеводородов от гексанов и выше принимают равными 1,00.

Таблица 6 — Массовые коэффициенты чувствительности *K* (газ-носитель — гелий) по стандарту [18])

Компонент	<i>K</i>
Метан	1,114
Этан	1,047
Пропан	1,023
Изобутан, <i>n</i> -бутан	1,012
Изопентан, <i>n</i> -пентаны	1,005
<i>n</i> -Гексан	1,000

14.4.2 Массовую долю индивидуальных углеводородов C₁—C₅ и фракций углеводородов до C₄₄ в пробе СГК X_i (%) вычисляют методом нормализации площадей пиков всех углеводородов на хроматограмме пробы СГК по формуле

$$X_i = \frac{S_i K_i 100}{\sum (S_i K_i)}, \quad (7)$$

где S_i — площадь пика *i*-го индивидуального углеводорода C₁—C₅ или фракций углеводородов до температуры кипения *n*-C₄₄ (545 °С), единицы счета;

K_i — относительные массовые коэффициенты чувствительности (см. таблицу 6).

14.4.3 Полученные значения массовых долей индивидуальных углеводородов C₁—C₅ и фракций углеводородов до C₄₄ корректируют для учета массовой доли нелетучего остатка по формуле

$$X'_r = \frac{X_r (100 - RES)}{100}, \quad (8)$$

где X'_r — массовая доля индивидуальных углеводородов C₁—C₅ и фракций углеводородов до C₄₄ в пробе СГК с учетом содержания нелетучего остатка, %;

X_r — массовая доля индивидуальных углеводородов C₁—C₅ и фракций углеводородов до C₄₄ в пробе СГК, вычисленная по формуле (7), без учета содержания нелетучего остатка, %;

RES — массовая доля нелетучего остатка, выкипающего при температуре выше 545 °С, вычисленная по формуле (6), %.

П р и м е ч а н и е — Если проба СКГ содержит серосодержащие соединения и воду, то вычисленные по формуле (8) результаты хроматографического анализа корректируют для учета содержания компонентов, не регистрируемых с помощью ПИД, по формуле

$$X''_r = \frac{X'_r (100 - X_{H_2S} - X_{RSH} - X_{H_2O})}{100}, \quad (9)$$

где X''_r — массовая доля индивидуальных углеводородов C₁—C₅ и фракций углеводородов до C₄₄ в пробе СГК с учетом содержания нелетучего остатка, серосодержащих соединений и воды, %;

X_{H_2S} — массовая доля сероводорода по ГОСТ Р 50802 или ГОСТ 17323, %;

X_{RSH} — массовая доля меркаптановой серы по ГОСТ 17323, %;

X_{H_2O} — массовая доля воды по ГОСТ 2477, %.

15 Метрологические характеристики

15.1 За результат определения температуры кипения T , °С, для фиксированной доли отгона пробы принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости

$$|T_1 - T_2| \leq r_i, \quad (10)$$

где T_1, T_2 — результаты параллельных определений температуры кипения для фиксированной доли отгона пробы, °С;

r_i — значение предела повторяемости для фиксированной доли отгона пробы по таблице 7, °С.

Т а б л и ц а 7 — Метрологические характеристики результатов определения температур кипения, соответствующих фиксированным долям отгона пробы

Доля отгона, %	Показатель точности (границы абсолютной погрешности) $\pm \Delta$, °С, при $P = 0,95$	Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ_r , °С	Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) σ_R , °С	Предел повторяемости r , °С, при $P = 0,95$, $n = 2$
0,5 (начало кипения)	7	1,8	3,6	5,0
5	8	2,0	4,0	5,5
10	10	2,4	4,8	7,0
20	11	2,7	5,4	7,5
30	12	3,0	6,0	8,0
40	13	3,3	6,6	9,0
50	15	3,8	7,6	11
60	17	4,2	8,4	12
70	20	5,0	10	14
80	22	5,5	11	15
90	24	6,0	12	17
95	26	6,5	13	18
99,5 (конец кипения)	28	7,0	14	19

15.2 Если условие (10) не выполняется, то выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и повторяют измерение по разделу 13.

15.3 Результат анализа представляют в виде:

$$\begin{aligned} \text{начало кипения} & \dots\dots\dots T_{\text{cp}} \pm \Delta, \text{ } ^\circ\text{C} \\ \text{от 5 \% до 95 \% отгона (с шагом 5 \%)} & \text{получено при температуре} \dots\dots\dots T_{\text{cp}} \pm \Delta, \text{ } ^\circ\text{C} \\ \text{конец кипения} & \dots\dots\dots T_{\text{cp}} \pm \Delta, \text{ } ^\circ\text{C}, \end{aligned} \quad (11)$$

где T_{cp} — среднеарифметическое значение результатов параллельных определений температуры кипения (признанных приемлемыми по 15.1), соответствующее фиксированной доле отгона пробы, °С;

$\pm \Delta$ — границы абсолютной погрешности по таблице 7, °С.

15.4 За результат определения массовой доли индивидуальных углеводородов C_1 — C_5 и фракций углеводородов C_6 — C_{44} в СГК принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если выполняется условие

$$\frac{2 \cdot |X_{i1} - X_{i2}| 100}{(X_{i1} + X_{i2})} \leq r_i, \quad (12)$$

где X_{i1}, X_{i2} — результаты двух параллельных определений массовой доли i -го компонента (индивидуальных углеводородов C_1 — C_5 , фракции углеводородов C_6 — C_{44} , нелетучего остатка) в СГК;

r_i — предел повторяемости для соответствующего значения массовой доли i -го компонента (индивидуальных углеводородов C_1 — C_5 , фракции углеводородов C_6 — C_{44} , нелетучего остатка) по таблицам 8, 9, %.

Т а б л и ц а 8 — Метрологические характеристики результатов определения массовой доли индивидуальных углеводородов, фракций углеводородов в СГК

Диапазон измерений массовой доли углеводородов (температурных фракций) в нефтепродуктах и СГК, %	Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm \delta$, % при $P = 0,95$	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ_r , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) σ_R , %	Предел повторяемости r , % отн., $P = 0,95$, $n = 2$
От 0,005 до 0,10 включ.	51 — 126 X	10 — 31 X	20 — 63 X	28 — 87 X
Св. 0,10 до 1,0 включ.	38	7	14	19
Св. 1,0 до 2,0 включ.	32	6	12	17
Св. 2,0 до 5,0 включ.	22	4	8	11
Св. 5,0 до 25 включ.	17	3	6	8

Т а б л и ц а 9 — Метрологические характеристики результатов определения массовой доли нелетучего остатка

Диапазон измерений массовой доли нелетучего остатка, %	Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm \delta$, % при $P = 0,95$	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ_r , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) σ_R , %	Предел повторяемости r , % отн., $P = 0,95$, $n = 2$
От 0,50 до 10 включ.	17	3	6	8

Метрологические характеристики результатов измерений по настоящему стандарту не должны превышать значений, приведенных в таблицах 8 и 9, для соответствующих диапазонов измерений.

15.5 Если условие по формуле (12) не выполняется, то проводят еще одно измерение по разделу 13. За результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов трех измерений, если выполняется условие

$$\frac{3|X_{i \max} - X_{i \min}|100}{(X_{i1} + X_{i2} + X_{i3})} \leq CR_{0,95}, \quad (13)$$

где $X_{i \max}$, $X_{i \min}$ — максимальное и минимальное значения результатов трех параллельных определений массовой доли i -го компонента (индивидуальных углеводородов C_1 — C_5 , фракции углеводородов C_6 — C_{44} , нелетучего остатка), %;

$CR_{0,95}$ — значение критического диапазона для уровня вероятности $P = 0,95$ и n результатов определений, вычисляемое по формуле

$$CR_{0,95} = f(n)\sigma_r, \quad (14)$$

где $f(n)$ — коэффициент критического диапазона, $f(n) = 3,3$ для $n = 3$ по ГОСТ Р ИСО 5725-6;

σ_r — показатель повторяемости определения для соответствующего значения массовой доли i -го компонента (индивидуальных углеводородов C_1 — C_5 , фракции углеводородов C_6 — C_{44} , нелетучего остатка) по таблицам 8, 9, %.

15.6 Если условие по формуле (13) не выполняется, то выясняют причины превышения критического диапазона, устраняют их и повторяют измерение по разделу 13.

15.7 Результат определения массовой доли i -го компонента (индивидуальных углеводородов C_1 — C_5 , фракции углеводородов C_6 — C_{44} , нелетучего остатка), %, при $P = 0,95$ представляют в виде $\bar{X}_i \pm 0,01\delta\bar{X}_i$, где \bar{X}_i — среднеарифметическое значение результатов n определений, признанных приемлемыми в соответствии с 15.4 или 15.5, %; $\pm \delta$ — границы относительной погрешности, %, соответствующие значению X для i -го компонента, — см. таблицы 8, 9.

При массовой доле i -го компонента (индивидуальных углеводородов $C_1—C_5$, фракции углеводородов $C_6—C_{44}$, нелетучего остатка) ниже нижней или выше верхней границы концентраций, охватываемых настоящим методом, полученный результат представляют в виде: «массовая доля i -го компонента (индивидуальных углеводородов $C_1—C_5$, фракции углеводородов, нелетучего остатка) менее (более) _____%» (приводят нижнюю или верхнюю границу определяемых концентраций по таблицам 8, 9).

16 Контроль качества результатов измерений

16.1 Качество результатов измерений проверяют по ГОСТ Р ИСО 5725-6 с помощью контроля стабильности среднеквадратического (стандартного) отклонения промежуточной прецизионности и показателя правильности. Стабильность результатов измерений проверяют с помощью контрольных карт Шухарта по ГОСТ Р 50779.42 или в соответствии с рекомендациями [19].

16.2 Периодичность контроля стабильности результатов измерений устанавливают в Руководстве по качеству лаборатории. Контролируемый период рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы количество результатов контрольных измерений находилось в интервале 20—30.

16.3 При неудовлетворительных результатах контроля, например при превышении предела действия или регулярном превышении предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проверяют качество работы оператора.

Библиография

- | | | |
|------|---|---|
| [1] | ОСТ 64-2-71—80 | Банки и флаконы из стекломассы с винтовой горловиной. Типы и размеры |
| [2] | ТУ 0271-135-31323949—2005 | Гелий газообразный (сжатый). Технические условия |
| [3] | ТУ 301-07-27—91 | Водород газообразный высокой чистоты. Технические условия |
| [4] | ТУ 6-09-922—76 | Пентан для хроматографии. Технические условия |
| [5] | ТУ 6-09-4521—77 | Гексан для хроматографии. Технические условия |
| [6] | ТУ 2631-003-05807999—98 | <i>n</i> -Гексан. Технические условия |
| [7] | ТУ 6-09-4520—77 | Гептан для хроматографии. Технические условия |
| [8] | ТУ 6-09-661—76 | Октан для хроматографии. Технические условия |
| [9] | ТУ 6-09-660—76 | Нонан для хроматографии. Технические условия |
| [10] | ТУ 6-09-659—77 | Декан для хроматографии. Технические условия |
| [11] | ТУ 6-09-4518—77 | Додекан для хроматографии. Технические условия |
| [12] | ТУ 6-09-3705—74 | Тетрадекан. Технические условия |
| [13] | ТУ 6-09-3689—74 | Пентадекан. Технические условия |
| [14] | ТУ 6-09-3659—74 | Гексадекан. Технические условия |
| [15] | ТУ 6-09-3660—74 | Гептадекан. Технические условия |
| [16] | ASTM D 2887—15 | Стандартный метод определения распределения фракций нефти по температурам кипения методом газовой хроматографии
(Standard test method for boiling range distribution of petroleum fractions by gas chromatography) |
| [17] | ИСО 3924:2010 | Нефтепродукты. Определение распределения компонентов по температурам кипения. Метод газовой хроматографии |
| | ISO 3924:2010 | (Petroleum products — Determination of boiling range distribution — Gas chromatography method) |
| [18] | IP 344:1988 | Определение легких углеводородов в стабилизированных сырых нефтях. Метод газовой хроматографии |
| | IP 344:1988 | (Determination of light hydrocarbons in stabilized crude oils — Gas chromatography method) |
| [19] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 76—2004 | Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |

ГОСТ Р 56720—2015

УДК 661.715:543.544.3:006.354

ОКС 75.160.30

Ключевые слова: нефтепродукты, стабильный газовый конденсат, определение фракционного состава, метод газовой хроматографии

Редактор *А.А. Бражников*

Корректор *П.М. Смирнов*

Компьютерная вёрстка *Е.К. Кузиной*

Подписано в печать 08.02.2016. Формат 60х84^{1/8}.
Усл. печ. л. 2,79. Тираж 37 экз. Зак. 4232.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru