


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФБУ «Федеральный центр
анализа и оценки техногенного вредо-
действия»

В.В. Новиков

2014 г.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ ДИБЕНЗО-*p*-ДИОКСИНОВ
И ДИБЕНЗОФУРАНОВ В ПРОБАХ ПИТЬЕВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ
ПРИРОДНЫХ И ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ
ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

ПНД Ф 14.1:2:4.251-08
(Ф.Р.1.31.2014.17406)

Методика допущена для целей государственного
экологического контроля”

МОСКВА
(издание 2014 г.)



Скопировано с оригинала
ФБУ «НПО «Тайфун»
Начальник ЦМТР

Г.В. Царин

Право тиражирования и реализации принадлежит разработчикам.

Методика рассмотрена и одобрена федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФБУ «ФЦАО»).

Настоящее издание методики действует до выхода нового издания.

Главный инженер ФБУ «ФЦАО»

Е.Е. Троицкая

Разработчики:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН)

Адрес: 119071, г. Москва, В-71, Ленинский пр., д. 33

Телефон: (499) 135 13 80

ФГУП Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России

Адрес: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 40

Телефон: (499) 720 43 24

ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Адрес: 243020, Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д. 4

Телефон: (48439) 4 39 20

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**“УТВЕРЖДАЮ”
Директор ФБУ «Федеральный
центр анализа и оценки
техногенного воздействия»**

_____ B.B. Новиков

“ ____ ” 2014 г.

**Методика измерений массовой концентрации
полихлорированных дibenзо-п-диоксинов и дibenзофуранов
в пробах питьевых, поверхностных природных и очищенных
сточных вод методом хромато-масс-спектрометрии**

Москва, 2014 г.

Разработчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН)
Адрес: 119071, г. Москва, В-71, Ленинский пр., д. 33
Телефон: (499) 135 13 80

Разработчик: ФГУП Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России (правопреемник Российского научно-исследовательского центра чрезвычайных ситуаций)
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Шукинская, д. 40
Телефон: (499) 720 43 24

Разработчик: ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Адрес: 243020, г. Обнинск, ул. Победы, д.4
Телефон: (48439) 4 39 20

Методика измерений аттестована Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»), Свидетельство об аттестации № № 01.00225/205-3-14 от 19 февраля 2014 г., порядковый номер регистрации в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Содержание

1 Назначение и область применения	4
2 Требования к показателям точности измерений	4
3 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам.....	4
3.1 Средства измерений	5
3.2 Вспомогательные устройства.....	7
3.3 Реактивы и материалы.....	8
4 Метод измерений.....	9
5 Требования безопасности, охраны окружающей среды.....	9
6 Требования к квалификации операторов.....	10
7 Требования к условиям измерений.....	10
8 Отбор, хранение и транспортировка проб.....	10
9 Подготовка к выполнению измерений	10
9.1 Подготовка растворителей и сорбентов.....	11
9.2 Приготовление рабочих растворов	11
9.3 Подготовка проб.....	14
9.4 Экстракция	15
9.5. Очистка экстрактов и подготовка к анализу.....	15
9.6 Подготовка прибора.....	16
9.7 Установление градуировочной характеристики.....	18
10 Порядок выполнения измерений	19
11 Обработка результатов измерений	19
12 Оформление результатов измерений.....	20
13 Оценка приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости	21
14 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории.....	21
Приложение 1 (справочное). Термины и определения	22
Приложение 2 (справочное). Условные обозначения и сокращения	23
Приложение 3 (обязательное). Перечень ПХДД ПХДФ и их изотопно-меченыи аналгов, коэффициенты токсичности, масса пробы, предел определения, состав стандартов, массы регистрируемых ионов, соотношения интенсивностей молекулярных ионов	24
Приложение 4 (рекомендуемое). Форма представления результатов анализа.....	26

1 Назначение и область применения

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовых концентраций (далее концентраций) 17 высокотоксичных полихлорированных дibenзо-*p*-диоксинов (ПХДД) и дibenзофuranов (ПХДФ): 2,3,7,8-ТетраХДД; 1,2,3,7,8-ПентаХДД; 1,2,3,4,7,8-ГексаХДД; 1,2,3,6,7,8-ГексаХДД; 1,2,3,7,8,9-ГексаХДД; 1,2,3,4,6,7,8-ГептаХДД; ОктаХДД; 2,3,7,8-ТетраХДФ; 1,2,3,7,8-ПентаХДФ; 2,3,4,7,8-ПентаХДФ; 1,2,3,4,7,8-ГексаХДФ; 1,2,3,6,7,8-ГексаХДФ; 2,3,4,6,7,8-ГексаХДФ; 1,2,3,7,8,9-ГексаХДФ; 1,2,3,4,6,7,8-ГептаХДФ; 1,2,3,4,7,8,9-ГептаХДФ; ОктаХДФ в пробах питьевой воды, поверхностных природных и очищенных сточных вод методом хромато-масс-спектрометрии и расчета на их основе содержания токсичных полихлорированных дibenзо-*p*-диоксинов и дibenзофuranов с помощью установленных диоксиновых эквивалентов токсичности. Методика позволяет определять и другие изомеры ПХДД и ПХДФ, а также суммарные концентрации ПХДД и ПХДФ со степенью хлорирования от четырех до восьми.

Всего существуют 75 различных ПХДД и 135 ПХДФ, отличающихся количеством и местом присоединения атомов хлора. Наиболее токсичными являются перечисленные выше 17 изомеров ПХДД и ПХДФ, имеющие атомы хлора, в том числе и в 2,3,7,8-положениях. Самым токсичным является 2,3,7,8-тетрахлордibenzo-*p*-диоксин (2,3,7,8-ТХДД). Токсичность других ПХДД и ПХДФ выражается в коэффициентах токсичности (диоксиновых эквивалентах токсичности, ДЭ) –олях от токсичности 2,3,7,8-ТХДД, принятой за единицу (таблицы 2,3 приложения 3).

Диапазон измерений массовой концентрации ПХДД и ПХДФ составляет от 0,50 до 100 пг/дм³ при объеме анализируемой пробы воды 1-20 дм³. Предельно допустимая концентрация 2,3,7,8-ТетраХДД в воде составляет 1 пг/дм³.

Влияние возможных мешающих соединений устраняется в процессе подготовки пробы к анализу.

2 Требования к показателям точности измерений

При соблюдении всех регламентированных условий и проведении анализа в точном соответствии с данной методикой значения погрешности (и её составляющих) результатов измерений не превышают значений, приведённых в таблице 1.

Таблица 1 Показатели точности методики (границы стносительной погрешности, относительное стандартное отклонение повторяемости, относительное стандартное отклонение воспроизводимости, предел повторяемости, предел воспроизводимости)

Диапазон измерений массовой концентрации полихлорированных дibenзо- <i>p</i> -диоксинов и дibenзофuranов, пг/дм ³	Показатель точности (границы относительной погрешности), $\pm \delta, \%$, при $P = 0,95$	Показатель повторяемости (относительное стандартное отклонение повторяемости), $\sigma_n, \%$	Показатель воспроизводимости (относительное стандартное отклонение воспроизводимости), $\sigma_R, \%$	Предел повторяемости, $r, \%, P = 0,95, n = 2$	Предел воспроизводимости, $R, \%, P = 0,95, n = 2$
от 0,50 до 20,0 включ.	72	18	36	50	100
св. 20,0 до 100 включ.	40	10	20	28	55

3 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

3.1 Средства измерений

3.1.1 Хромато-масс-спектрометрическая система, включающая:

– газовый хроматограф со следующими характеристиками: температура термостата до 400 °C, скорость программирования температуры от 1 до 50 °C/мин, температура инжектора до 350 °C, температура интерфейса до 350 °C, работа с колонками диаметром от 0,1 до 0,53 мм, детектор split-splitless и/или on-column

– масс-спектрометр высокого или низкого разрешения, с диапазоном масс 50-600 а.е.м. электронной или химической ионизацией с детектированием отрицательных ионов, позволяющий регистрировать ионные масс-хроматограммы по номинальным (в случае низкого разрешения) или точным (до 10⁻³ Да в случае высокого разрешения) массам

– капиллярные хроматографические колонки длиной 25-60 м, и внутренним диаметром 0,15-0,32 мм с неполярной или слабополярной неподвижной фазой типа DB-5ms, SGE BPX5, Ultra-2 и др. или высокополярной неподвижной фазой типа SP 2331, CP Sil 88, DB-DIOXIN, (допускается использование и других колонок с неподвижными фазами, обеспечивающими разделение определяемых компонентов)

– компьютерную систему управления и обработки данных.

Чувствительность должна обеспечивать регистрацию не менее 0,2 пг 2,3,7,8 ТХДД при отношении сигнал/шум равном 3.

3.1.2 Весы лабораторные специального или высокого класса точности с ценой деления не более 0,1 mg, наибольшим пределом взвешивания не более 210 g по ГОСТ Р 53228-2008

3.1.3 Микрошлизы вместимостью 10 mm³, с ценой деления 0,1 mm³ фирмы «Hamilton»

3.1.4 Термометр лабораторный с диапазоном измеряемой температуры от 0°C до 100°C и ценой деления 1°C по ТУ 25-2022.0006.90

3.1.5 Термометр лабораторный с диапазоном измеряемой температуры от 0°C до 500°C и ценой деления 2°C по ТУ 25-2022.0006.90

3.1.6 Автоматические дозаторы вместимостью от 100 до 1000 mm³, приведённая погрешность ± 0,8 %

3.1.7 Автоматические дозаторы вместимостью от 10 до 100 mm³, приведённая погрешность ± 0,6 %

3.1.8 Цилиндры мерные исполнения 3 вместимостью 25 см³, 50 см³, 100 см³, 1000 см³ по ГОСТ 1770-74

3.1.9 Колбы мерные наливные 2-25-2, 2-50-2 по ГОСТ 1770-74

3.1.10 Пигетки мерные 1-2-1, 2-2-5 по ГОСТ 29227-91

3.1.11 ГСО 9631-2010 состава раствора полихлорированных дibenзофuranов в нонане (ДФ-2), с погрешностью содержания каждого компонента не более ± 10 % (стандартный раствор изотопно-меченых ПХДД и ПХДФ – стандарт-имитатор (СИ), используется как дополнительный стандарт на любой стадии подготовки проб); состав приведён в таблице 2.

Таблица 2 Состав стандарта-имитатора ДФ-2

Конгенеры ПХДФ	Концентрация, нг/см ³
2,3,4,7,8-Пентахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (2,3,4,7,8-ПeХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,7,8-Гексахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,7,8- ГкХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,7,8,9-Гептакхлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000

3.1.12 ГСО 9630-2010 состава раствора полихлорированных дibenzo-p-диоксинов и дibenзофuranов в нонане (ДФ-1) или ГСО 9632-2010 состава раствора полихлорированных дibenzo-p-диоксинов и дibenзофuranов в нонане (ДФ-3) с погрешностью содержания каждого компонента не более ± 10 %, (стандартный раствор изотопно-меченых ПХДД и

ПХДФ – внутренний стандарт-имитатор (ВСИ), вводится на стадия подготовки проб к анализу; состав приведён в таблицах 3, 4.

Таблица 3 Состав внутреннего стандарта-имитатора ДФ-:

Конгенеры ПХДД/ПХДФ	Концентрация, нг/см ³
2,3,7,8-тетрахлордibenзодиоксин- ¹³ C ₁₂ (2,3,7,8-ТХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,7,8-пентахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,7,8-ПеХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,6,7,8-гексахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,6,7,8-ГкХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,7,8-гексахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,7,8-ГкХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,6,7,8-гептакхлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
Октахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (ОХДД- ¹³ C ₁₂)	2000
2,3,7,8-тетрахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (2,3,7,8-ТХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,7,8-пентахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,7,8-ПеХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
2,3,4,7,8-пентахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (2,3,4,7,8-ПеХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,7,8-гексахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,7,8-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,6,7,8-гексахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,6,7,8-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,7,8,9-гексахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,7,8,9-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
2,3,4,6,7,8-гексахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (2,3,4,6,7,8-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,6,7,8-гептакхлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,7,8,9-гептакхлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000

Таблица 4 Состав внутреннего стандарта-имитатора ДФ-3

Конгенеры ПХДД/ПХДФ	Концентрация, нг/см ³
2,3,7,8-Тетрахлордibenзодиоксин- ¹³ C ₁₂ (2,3,7,8-ТХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,7,8-Пентахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,7,8-ПеХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,6,7,8-Гексахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,6,7,8-ГкХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,7,8-Гексахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,7,8-ГкХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,6,7,8-Гептакхлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД- ¹³ C ₁₂)	1000
Октахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (ОХДД- ¹³ C ₁₂)	2000
2,3,7,8-Тетрахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (2,3,7,8-ТХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,7,8-Пентахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,7,8-ПеХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,6,7,8-Гексахлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,6,7,8-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000
1,2,3,4,6,7,8-Гептакхлордibenзофуран- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000

3.1.13 ГСО 9633-2010 состава раствора полихлорированных дibenзо-п-диоксинов и дibenзофuranов в нонане (ДФ-4) с погрешностью содержания каждого компонента не более $\pm 10\%$, (стандартный раствор изотопно-мечённых ПХДД и ПХДФ – инструментальный внутренний стандарт (ИВС), вводится в подготовленный очищенный экстракт непосредственно перед измерением); состав приведён в таблице 5.

Таблица 5 Состав стандартного раствора ДФ-4

Конгенеры ПХДД	Концентрация, нг/см ³
1,2,3,4-Тетрахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4-ТХДД- ¹³ C ₁₂)	500
1,2,3,7,8,9-Гексахлордibenзо-п-диоксин- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,7,8,9-ГкХДД- ¹³ C ₁₂)	500

3.1.14 ГСО 9634-2010 состава раствора полихлорированных дibenзо-п-диоксинов и дibenзофuranов в нонане (ДФ-5) с погрешностью содержания каждого компонента не

более $\pm 10\%$ (стандартный раствор используется для приготовления градуировочных растворов); состав приведён в таблице 6

Таблица 6 Состав стандартного раствора ДФ-5

Конгнены ПХДД/ПХДФ	Концентрация, нг/см ³
2,3,7,8-Тетрахлордибензодиоксин (2,3,7,8-ТХДД)	400
1,2,3,7,8-пентахлордибензо-п-диоксин (1,2,3,7,8-ПеХДД)	2000
1,2,3,6,7,8-гексахлордибензо-п-диоксин (1,2,3,6,7,8- ГкХДД)	2000
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензо-п-диоксин (1,2,3,7,8,9- ГкХДД)	2000
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензо-п-диоксин (1,2,3,4,7,8-ГкХДД)	2000
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензо-п-диоксин (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД)	2000
Октахлордибензо-п-диоксин (ОХДД)	2000
2,3,7,8-тетрахлордибензофуран (2,3,7,8-ТХДФ)	400
1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран (1,2,3,7,8-ПеХДФ)	2000
2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран (2,3,4,7,8-ПеХДФ)	2000
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофуран (1,2,3,4,7,8- ГкХДФ)	2000
1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофуран (1,2,3,6,7,8- ГкХДФ)	2000
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофуран (1,2,3,7,8,9- ГкХДФ)	2000
2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофуран (2,3,4,6,7,8- ГкХДФ)	2000
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофуран (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ)	2000
1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофуран (1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ)	2000
Октахлордибензофуран (ОХДФ)	2000

Допускается использование других средств измерений, изотопно-меченых веществ, а также чистых веществ, произведенных другими фирмами, с содержанием основного компонента не менее 98 % и метрологическими и техническими характеристиками не хуже приведенных выше.

3.2 Вспомогательные устройства

- 3.3.1 Ротационный испаритель типа ИР-1 М2 по ТУ 25-1173.102-84
- 3.3.2 Сушильный шкаф типа 2В- 151 по МРТУ 42-1411-61
- 3.3.3 Плитка электрическая с закрытой спиралью мощностью 800 Вт типа ЭПШ-1-0,8/200 по ГОСТ 14919-83
- 3.3.4 Устройство для встряхивания жидкостей любого типа
- 3.3.5 Концентратор Кудерна-Даниша с испарительной колбой вместимостью 50 см³, концентрирующей пробиркой вместимостью 10 см³ и трехшариковой колонкой Снайдера фирмы Supelco
- 3.3.6 Эксикатор 2-250 по ГОСТ 25336-82
- 3.3.7 Аппарат Сокслета 45/40 250
- 3.3.8 Колонка стеклянная длиной 500 мм и внутренним диаметром 25 мм
- 3.3.9 Колонка стеклянная длиной 200 мм и внутренним диаметром 14 мм
- 3.3.10 Колонка стеклянная длиной 150 мм и внутренним диаметром 10 мм
- 3.3.11 Флаконы для образцов с коническим дном и герметичной пробкой типа Wheaton Mini-Vials вместимостью 1, 3, 5 и 10 см³
- 3.3.12 Флаконы для образцов с герметичной пробкой вместимостью 1, 3, 5 ,10 и 30 см³
- 3.3.13 Пробирки кварцевые 10x100 мм по ГОСТ 19908-90.
- 3.3.14 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336-82:
воздушки лабораторные В-36-50, В-100-150
насадки для экстрагирования (аппарат Сокслета) НЭТ-500ТС
дефлектиор 250-14/23-29/32-ТС
когбы конические Кн-1-100-14/23 ТС, Кн-1-250-24/29 ТС

- колбы круглодонные К-1-500-29/32 ТС, К-1-1000-29/32 ТС, К-1-2000-29/32 ТС
 колбы грушевидные К-1-50-14/23, К-1-100-14/23, К-1-250-29/32
 насос водоструйный
 стаканы В-1-50 ТС, В-1-100 ТС
 хладильник ХПТ-1-300-14/23 ХС
- 3.3.15 Трубки полиэтиленовые с внешним диаметром 2 мм
- 3.3.16 Трубки силиконовые
- 3.3.17 Резистор ПЭВ-15 8200 Ом по ОЖО467546 ТУ
- 3.3.18 Воздух сжатый кл. 1 по ГОСТ 17433-80
- 3.3.19 Редуктор кислородный по ГОСТ 5.1381-72
- 3.3.20 Электропечь муфельная (t_{\max} 800°C) по ТУ 79-337-72
- 3.3.21 Флаконы для образцов с коническим дном и герметичной тefлонированной пробкой типа Waters Allinice Total Recovery вместимостью 1 см³
- 3.3.22 Трубка стеклянная длиной 100 мм, внешним диаметром 7 мм, внутренним диаметром 3,5 мм (для колонки с активированным углем)
- 3.3.23 Фильтры из стекловолокна, марки GF/D производства фирмы «Whatman Ltd»
- 3.3.24 Специализированная посуда и оборудование. Методика предусматривает использование для очистки проб специально изготавливаемой посуды и оборудования:
- колонка внутренним диаметром 18 мм, длиной 250 мм с шлифовым соединением 14/23 сверху сужением снизу,
 - колонка внутренним диаметром 18 мм, длиной 300 мм с шлифовым соединением 14/23 сверху сужением снизу,
 - колонка внутренним диаметром 10 мм, длиной 100 мм с шлифовым соединением 14/23 сверху сужением снизу,
 - резервуар вместимостью около 100 см³ с шлифовыми соединениями 14/23 снизу (керн) и сверху (муфта),
 - нагреватель для стеклянных трубок диаметром до 9 мм и температурой нагревания до 110°C, изготовленный на базе резистора ПЭВ-15, 8200 ом, по ТУ ОЖО467546.

3.3 Реактивы и материалы

- 3.3.1 Ацетон, квалификация «ос.ч.» по ТУ-6-09-3513-86
- 3.3.2 Толуол, квалификация «х.ч.» по ТУ 2631-002-29483781-2005
- 3.3.3 Метанол, квалификация «х.ч.» по ГОСТ 6995-77
- 3.3.4 н-Гексан производства фирмы НПК «Криохром», по ТУ-2631-001-04715285-2012
- 3.3.5 Метилен хлористый, квалификация «ос.ч.» по ТУ 6-09-66-856-71
- 3.3.6 Спирт этиловый по ГОСТ 18300-87
- 3.3.7 н-Тридекан, квалификация «ч.» по ТУ 6-09-3732-74
- 3.3.8 н-Гептан квалификация «эталонный» по ТУ 2631-023-44493179-98
- 3.3.9 Кислота серная, квалификация «х.ч.» по ГОСТ 4204-77
- 3.3.10 Натрий сернокислый безводный, квалификация «х.ч.» по ГОСТ 4166-76
- 3.3.11 Натрий хлористый, квалификация «х.ч.» по ГОСТ 4233-77
- 3.3.12 Кальций хлористый безводный, квалификация «ч.» по ТУ 6-09-4711-81
- 3.3.13 Калия гидроокись, квалификация «х.ч.» по ГОСТ 24363-80
- 3.3.14 Кислота соляная квалификация «ос.ч.» по ГОСТ 14261-77
- 3.3.15 Алюминия оксид для хроматографии, активированный основной по Брокманну 1 производства фирмы «Sigma-Aldrich»
- 3.3.16 Уголь AX-21 производства фирмы «Anderson Development»
- 3.3.17 Гелий газообразный, марка «А» по ТУ 0271-135-31323949
- 3.3.18 Азот сжатый высокой чистоты по ТУ 2114-009-45905715-2011
- 3.3.19 Целит 545 производства фирмы «Alltech»
- 3.3.20 Силикагель Kieseigel 60, 70-230 мкм производства фирмы «Merck»

- 3.3.21 Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556-81
- 3.3.22 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72
- 3.3.23 н-Декан, для следового анализа, производства фирмы «Merck», № 803405.0250 по нормативным документам.
- 3.3.24 Мембранные фильтры с размером пор 0,45 мкм (Dugopore membrane filters) фирмы «MerkMillipore»
- 3.3.25 Волокнистый кварцевый материал по ТУ 6-11-15-191-81

Примечание – Допускается применение других вспомогательных устройств, материалов и реагентов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже приведённых выше.

4 Метод измерений

Метод основан на экстракции ПХДД/ПХДФ из пробы, в которую предварительно внесен изотопно-меченный внутренний стандарт-имитатор ПХДД/ПХДФ (ВСИ-1) (таблицы 6,7), органическим растворителем, очистке экстракта от сопутствующих соединений, мешающих определению ПХДД/ПХДФ, внесении инструментального изотопно-меченого внутреннего стандарта (ИВС-1) (таблица 8), концентрировании экстракта и последующем его анализе с помощью сочетания высокозэффективной капиллярной газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ-МС) высокого или низкого разрешения.

Идентификацию конгенеров ПХДД/ПХДФ осуществляют по хроматографическим временам удерживания, наличию характеристических ионов в масс-спектрах хроматографически выделенного конгенера и соотношению интенсивностей (площадей) пиков, отвечающих характеристическим ионам идентифицируемых компонентов и стандартовых имитаторов, на регистрируемых ионных масс-хроматограммах.

Концентрации конгенеров ПХДД/ПХДФ определяют по площадям соответствующих хроматографических пиков на ионных масс-хроматограммах по методу изотопного разбавления и внутреннего стандарта.

5 Требования безопасности, охраны окружающей среды

5.1 При выполнении измерений с использованием хромато-масс-спектрометра соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-2009 и инструкций по эксплуатации хромато-масс-спектрометра.

5.2. При выполнении измерений соблюдаают требования техники безопасности при работе с химическими реагентами по ГОСТ 12.1.007-76

5.3 При работе с диоксинами соблюдаают правила техники безопасности в соответствии со специальными инструкциями по работе с диоксином ("Инструкция по технике безопасности по работе с 2,3,7,8-ТХДД", утверждена ЗГУ при МЗ СССР от 02.12.1986 г.).

5.4. Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и оснащено средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

5.5 Помещения, в которых проводится подготовка проб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью обмена воздуха не менее 10 час⁻¹. Реактивы для приготовления градуировочных и рабочих растворов должны храниться в морозильной камере при температуре не выше минус 18 °C.

5.6 Все операции по приготовлению аттестованных смесей, градуировочных растворов, подготовке образца к анализу следует проводить в вытяжном шкафу.

5.7 Пробы, подготовленные к анализу, градуировочные и контрольные растворы, аттестованные смеси хранят в ампулах, закрытых завинчивающейся или запрессованной крышкой с тefлонированной резиновой прокладкой, прокалываемой микроприцом.

5.8 Меры по оказанию первой помощи при попадании ПХДД/ПХДФ и их растворов на кожу, в глаза и желудок проводят в соответствии с "Временной инструкцией по

лечению отравлений диоксином", утвержденной заместителем Министра здравоохранения СССР от 10 сентября 1986 г.

5.9 Организацию обучения работников технике безопасности труда проводят по ГОСТ 12.0.004-90

6 Требования к квалификации операторов

К работам по подготовке проб допускают специалистов с образованием не ниже среднего, прошедших соответствующую подготовку и имеющих навыки работы в химической лаборатории. К проведению анализов допускают специалистов с образованием не ниже среднего, имеющих опыт работы на газовом хроматографе и масс-спектрометре. Все работающие должны быть проинструктированы о правилах работы с веществами 1-2 класса опасности, органическими растворителями, правилах работы в химической лаборатории, со сжатыми газами и с электроустановками.

7 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| – температура окружающего воздуха | (20 ± 5)°C |
| – атмосферное давление | от 84 до 106 кПа |
| – относительная влажность | от 40 % до 75 % |
| – напряжение в сети | (220 ± 22) В |

8 Отбор, хранение и транспортировка проб

Отбор проб воды проводят согласно ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», а также «Методике отбора проб воды для определения полихлорированных дibenзо-п-диоксинов», утвержденной Госстандартом РФ 11.12.92 г. Пробы отбирают в количестве от 1 до 20 дм³ в стеклянные бутыли темного стекла (или защищенные от попадания света) с притертой пробкой или с пробкой, снабженной тефлоновой прокладкой. Объем пробы, необходимый для анализа, зависит от реальной чувствительности хромато-масс-спектрометра. Если чувствительность равна 0,1 пг, то при инъектировании 0,2 частей экстракта для достижения чувствительности детектирования 0,1 пг/дм³ необходим объем пробы 5 дм³. Если чувствительность равна 1 пг, то при инъектировании 0,5 частей экстракта для достижения чувствительности детектирования 0,1 пг/дм³ необходим объем пробы 20 дм³.

Если период от отбора пробы до экстракции составляет более 4 часов, то пробу необходимо консервировать добавлением 0,5-1 см³ бензола или 0,2-0,5 г азida натрия в зависимости от объема пробы. Консервированные пробы, защищенные от попадания света, могут храниться до семи суток при комнатной температуре. Пробы без консервации могут храниться до 30 суток при температуре не выше 4°C.

При отборе проб составляют акт отбора, который представляют в лабораторию.

В акте указывают:

- наименование пробы,
- место, дату и время отбора проб,
- наименование Заказчика,

а также все условия и обстоятельства, которые могли повлиять на отбор проб.

Акт должен быть подписан специалистом, отбиравшим пробу, и представителями заинтересованных сторон, если они при этом присутствовали.

9 Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы.

9.1 Подготовка растворителей и сорбентов

9.1.1 Органические растворители перегоняют в стеклянной посуде с ректификационной колонкой длиной 50 см, отбрасывая предгон (~ 5 %) и кубовый остаток (~ 10 %). Растворители с маркой "pesticide grade" (для анализа пестицидов) могут использоваться без дополнительной очистки.

9.1.2 Активирование силикагеля

Силикагель активируют в сушильном шкафу при 150°C в течение 16 ч.

9.1.3 Подготовка силикагеля, импрегнированного серной кислотой (40 %)

Взвешивают 1,00 кг (результат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака) активированного силикагеля в стеклянной банке вместимостью около 3 дм³, добавляют 362 см³ концентрированной серной кислоты ($\rho = 1,84 \text{ г/см}^3$), закрывают крышкой и перемешивают содержимое до полной гомогенизации содержимого. Для приготовления силикагеля, содержащего 30 и 44% серной кислоты, используют 233 и 427 см³ концентрированной серной кислоты, соответственно. Приготовленный сорбент хранят до использования в герметично закрытой ёмкости.

9.1.4 Активирование оксида алюминия

Оксид алюминия активируют при 550-600°C в течение 16 ч в кварцевых пробирках по 4,00 г (результат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака) в каждой, затем охлаждают до 100°C и пробирки помещают в герметично закрытую стеклянную банку или эксикатор, содержащие безводный хлорид кальция. После активирования сорбент необходимо использовать в течение 5 суток, по истечении которых процедуру активации следует повторить.

9.1.5 Подготовка угля.

В стеклянный цилиндр диаметром 6 см вносят 100 см³ метанола и 10,00 г угля АХ-21 (результат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака), смесь встряхивают и оставляют на 10 мин, затем жидкость с не осевшей на дно фракцией угля декантируют, осадок высушивают при 80°C и активируют при 150°C в течение 12 часов.

9.1.6 Подготовка силикагеля, импрегнированного гидроксидом калия

В 2 дм³ метанола растворяют 300,0 г гидроксида калия (результат взвешивания записывают с точностью до первого десятичного знака), затем при непрерывном перемешивании добавляют 1,0 кг силикагеля (результат взвешивания записывают с точностью до первого десятичного знака). Смесь перемешивают до гомогенного состояния. Реакционную смесь оставляют в герметичной ёмкости на сутки. Полученный продукт помещают в стеклянную колонку и промывают смесью метанола и метиlena хлористого (1:1). Остаток растворителей вытесняют сжатым воздухом, полученный силикат калия активируют при 200-250°C в течение 17 часов.

9.1.7 Подготовка сульфата натрия

Сульфат натрия прокаливают при температуре 500-550 °C в течение 16 часов. После охлаждения до температуры 60-70 °C его переносят в банку с герметичной крышкой и хранят до использования.

9.2 Приготовление рабочих растворов

9.2.1. Приготовление рабочего раствора изотопно-меченого стандарта-имитатора (СИ-1)

В мерную колбу вместимостью 20 см³ вносят с помощью автоматического дозатора 0,1 см³ стандартного раствора ДФ-2 (3.1.11) и доводят объем раствора в колбе до метки н-деканом. Массовые концентрации конгенеров-имитаторов в рабочем растворе (в нг/см³) приведены в таблице 7.

Таблица 7 Массовые концентрации конгенеров-имитаторов в рабочем растворе СИ-1 (в нг/см³)

Конгенеры ПХДФ	СИ	СИ-1
2,3,4,7,8-Пентахлордibenзофuran- ¹³ C ₁₂ (2,3,4,7,8-ПeХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000	5
1,2,3,4,7,8-Гексахлордibenзофuran- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,7,8- ГкХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000	5
1,2,3,4,7,8,9-Гептахлордibenзофuran- ¹³ C ₁₂ (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ- ¹³ C ₁₂)	1000	5

9.2.2 Приготовление рабочего раствора изотопно-меченого стандарта-имитатора (ВСИ-1, ВСИ-1а)

В мерную колбу вместимостью 50 см³ вносят с помощью автоматического дозатора 0,1 см³ стандартного раствора ДФ-1 или ДФ-3 (3.1.11) и доводят объем раствора в колбе до метки н-деканом. Массовые концентрации конгенеров-имитаторов в рабочем растворе (в нг/см³) приведены в таблицах 8,9 соответственно.

Таблица 8 Массовые концентрации конгенеров-имитаторов в рабочем растворе ВСИ-1 (в нг/см³)

Конгенеры ПХДД/ПХДФ	ВСИ	ВСИ-1
2,3,7,8-ТХДД- ¹³ C ₁₂	1000	2
1,2,3,7,8-ПeХДД- ¹³ C ₁₂	1000	2
1,2,3,6,7,8-ГкХДД- ¹³ C ₁₂	1000	2
(1,2,3,4,7,8-ГкХДД- ¹³ C ₁₂)	1000	2
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД- ¹³ C ₁₂	1000	2
(ОХДД- ¹³ C ₁₂)	2000	4
2,3,7,8-ТХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2
1,2,3,7,8-ПeХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2
2,3,4,7,8-ПeХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2
1,2,3,7,8,9-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2
2,3,4,6,7,8-ГкХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2
1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ- ¹³ C ₁₂	1000	2

Таблица 9 Массовые концентрации конгенеров-имитаторов в рабочем растворе ВСИ-1а (в нг/см³)

Конгенер ПХДД/ПХДФ	ВСИ	ВСИ-1а
2,3,7,8- ТХДД (¹³ C ₁₂ 99%)	1000	2
1,2,3,7,8-ПeХДД (¹³ C ₁₂ 99%)	1000	2
1,2,3,6,7,8-ГкХДД (¹³ C ₁₂ 99%)	1000	2
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД (¹³ C ₁₂ 99%)	1000	2
ОХДД (¹³ C ₁₂ 99%)	2000	4
2,3,7,8 - ТХДФ (¹³ C ₁₂ 99%)	1000	2
1,2,3,7,8 - ПeХДФ (¹³ C ₁₂ 99%)	1000	2
1,2,3,6,7,8 - ГкХДФ (¹³ C ₁₂ 99%)	1000	2
1,2,3,4,6,7,8 - ГпХДФ (¹³ C ₁₂ 99%)	1000	2

Приготовленный раствор перемешивают в ультразвуковой бане в течение 10 мин, расфасовывают в стеклянные ампулы вместимостью 1 см³. Ампулы запаивают и хранят до использования, избегая попадания солнечного света, не более 2 лет.

9.2.3 Приготовление рабочего раствора инструментального внутреннего стандарта (ИВС-1)

В мерную колбу вместимостью 10 см³ с помощью автоматического дозатора вносят 1000 мм³ стандартного раствора изотопно-меченого инструментального внутреннего стандарта (3.3.1.4) и доводят объем раствора в колбе до метки н-тридеканом. Массовые концентрации конгенеров в рабочем растворе внутреннего стандарта ИВС-1 (в нг/см³, приведены в таблице 10.

Таблица 10 Массовые концентрации конгенеров в рабочем растворе ИВС-1 (в нг/см³)

Конгенер ПХДД/ПХДФ	ИВС	ИВС-1
1,2,3,4 – ТХДД (¹³ C ₁₂ 99%)	500	50
2,3,7,8,9 – ГхХДД (¹³ C ₁₂ 99%)	500	50

Приготовленный раствор перемешивают в ультразвуковой бане в течение 10 мин, расфасовывают в стеклянные ампулы вместимостью 1 см³. Ампулы запаивают и хранят до использования, избегая попадания солнечного света не более 2 лет.

9.2.4 Приготовление контрольного раствора ПХДД/ПХДФ (С-1)

С помощью автоматических дозаторов вместимостью от 100 до 1000 мм³ и от 10 до 100 мм³ последовательно вносят во флакон вместимостью 4 см³ 1950 мм³ н-декана, 50 мм³ стандартного раствора ДФ-5 (3.1.14). Полученный раствор содержит 10 нг/см³, 2,3,7,8-ТХДД, по 100 нг/см³ ОХДД и ОХДФ и по 50 нг/см³ остальных конгенеров ПХДД/ПХДФ.

Приготовленный раствор перемешивают в ультразвуковой бане в течение 10 мин, расфасовывают в стеклянные ампулы вместимостью 1 см³. Раствор используют для приготовления контрольных проб.

9.2.4.1 Приготовление градуировочных растворов

9.2.4.1.1 Приготовление раствора CS1

С помощью автоматических дозаторов вместимостью от 100 до 1000 мм³ и от 10 до 100 мм³ последовательно вносят во флакон вместимостью 4 см³ 3830 мм³ н-декана, 10 мм³ стандартного раствора ДФ-5 (3.1.14) и 160 мм³ стандартного раствора ДФ-3 (3.1.12).

9.2.4.1.2 Приготовление раствора CS2

С помощью автоматических дозаторов вместимостью от 100 до 1000 мм³ и от 10 до 100 мм³ последовательно вносят во флакон вместимостью 4 см³ 1870 мм³ н-декана, 50 мм³ стандартного раствора ДФ-5 (3.1.14) и 80 мм³ стандартного раствора ДФ-3 (3.1.12).

9.2.4.1.3 Приготовление раствора CS3

С помощью автоматических дозаторов вместимостью от 100 до 1000 мм³ и от 10 до 100 мм³ последовательно вносят во флакон вместимостью 2 см³ 910 мм³ н-декана, 50 мм³ стандартного раствора ДФ-5 (3.1.14) и 40 мм³ стандартного раствора ДФ-3 (3.1.12).

9.2.4.1.4 Приготовление раствора CS4

С помощью автоматических дозаторов вместимостью от 100 до 1000 мм³ и от 10 до 100 мм³ последовательно вносят во флакон вместимостью 2 см³ 860 мм³ н-декана, 100 мм³ стандартного раствора ДФ-5 (3.1.14) и 40 мм³ стандартного раствора ДФ-3 (3.1.12).

9.2.4.1.5 Приготовление раствора CS5

С помощью автоматических дозаторов вместимостью от 100 до 1000 мм³ и от 10 до 100 мм³ последовательно вносят во флакон вместимостью 2 см³ 760 мм³ н-декана, 200 мм³ стандартного раствора ДФ-5 (3.1.14) и 40 мм³ стандартного раствора ДФ-3 (3.1.12).

Концентрации определяемых веществ в полученных растворах (в нг/см³) приведены в таблице 11.

Хранят растворы в герметично закрытых флаконах при температуре не выше минус 10°C, избегая попадания солнечного света, не более 6 месяцев, а в стеклянных запаянных ампулах не более 2 лет.

Таблица 11 Массовые концентрации диоксинов в градуировочных растворах (в $\text{нг}/\text{см}^3$)

Конгенер ПХДД/ПХДФ	CS1	CS2	CS3	CS4	CS5
2,3,7,8-ТХДД	1	10	20	40	80
1,2,3,7,8-ПеХДД	5	50	100	200	400
1,2,3,4,7,8-ГкХДД	5	50	100	200	400
1,2,3,5,7,8-ГкХДД	5	50	100	200	400
1,2,3,7,8,9-ГкХДД	5	50	100	200	400
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД	5	50	100	200	400
ОХДД	10	100	200	400	800
2,3,7,8-ТХДФ	5	50	100	200	400
1,2,3,7,8-ПеХДФ	5	50	100	200	400
2,3,4,7,8-ПеХДФ	5	50	100	200	400
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ	5	50	100	200	400
1,2,3,5,7,8-ГкХДФ	5	50	100	200	400
2,3,4,5,7,8-ГкХДФ	5	50	100	200	400
1,2,3,5,7,8-ГкХДФ	5	50	100	200	400
2,3,4,5,7,8-ГкХДФ	5	50	100	200	400
1,2,3,7,8,9-ГкХДФ	5	50	100	200	400
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ	5	50	100	200	400
ОХДФ	10	100	200	400	800
2,3,7,8-ТХДД ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	40	40	40	40	40
1,2,3,7,8-ПеХДД ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	40	40	40	40	40
1,2,3,6,7,8-ГкХДД ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	40	40	40	40	40
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	40	40	40	40	40
ОХДД ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	80	80	80	80	80
2,3,7,8-ТХДФ ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	40	40	40	40	40
1,2,3,7,8-ПеХДФ ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	40	40	40	40	40
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	40	40	40	40	40
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ ($^{13}\text{C}_{12}$ 99%)	40	40	40	40	40

9.3 Подготовка проб

9.3.1 Объем анализируемой пробы должен быть не менее 1 дм^3 .

9.3.2 Перед экстракцией в пробу должны быть внесены изотопно-меченные внутренние стандарты-имитаторы (СИ-1 и ВСИ-1а или ВСИ-1) (таблицы 7, 8, 9).

9.3.3 Количество добавляемых внутренних стандартов (ориентировочно 100-200 $\mu\text{г}$) должно быть таким, чтобы отношение сигнал / шум соответствующих им пиков на масс-хроматограммах было не менее 250:1 по всем веществам.

9.3.4 Смеси внутренних стандартов разбавляют ацетоном в день использования таким образом, чтобы в каждую пробу было внесено не менее 1 см^3 раствора с объемной долей ацетона не менее 95 %.

9.3.5 Пробы воды, содержащие более 1 % взвешенных частиц, фильтруют через стекловолокнистый фильтр с размером пор 0,45 мм. Перед фильтрацией к пробе добавляют смесь изотопно-меченных стандартов. Фильтрат экстрагируют в соответствии с 9.4.2, а фильтр с остатком – в аппарате Сокслета в соответствии с 9.4.3.

9.3.6 Часть пробы, достаточная для проведения повторного анализа, должна храниться при температуре не выше 10°C.

9.4 Экстракция

В пробу воды объёмом 1 дм³ с помощью дозатора, пипетки или микрошприца вводят 0,05 см³ рабочего раствора стандарта-имитатора СИ-1 и ВСИ-1а или ВСИ-1 (таблицы 7, 8, 9) и встряхивают для уравновешивания в течение часа.

Экстракцию проб воды проводят последовательно тремя порциями метилена хлористого в делительной воронке достаточной вместимости. Объем метилена хлористого должен составлять не менее 10 % от объема пробы для первой экстракции и не менее 5 % для последующих. Экстракт осушают безводным сульфатом натрия.

Фильтр с остатком помещают в аппарат Сокслета и экстрагируют толуолом 18-20 часов.

Смесь двух экстрактов упаривают на роторном испарителе до ~ 5 см³ и очищают в соответствии с 9.5.

9.5. Очистка экстрактов и подготовка к анализу

9.5.1 Очистка экстракта на "многослойной" колонке

В стеклянную колонку длиной 250 мм и внутренним диаметром 18 мм помещают подложку из стеклянной ваты, затем последовательно слой нейтрального силикагеля – 1 см³, силикагеля, импрегнированного гидроксидом цезия (калия) – 1 см³, сульфата натрия – 1 см³, силикагеля, импрегнированного серной кислотой, – 1 см³, сульфата натрия – 1 см³, силикагеля, импрегнированного серной кислотой, – 1 см³, сульфата натрия – 1 см³ и нейтрального силикагеля – 1 см³. Экстракт пропускают через колонку, смывают остатки из колбы или концентрирующей пробирки двумя порциями гексана (5 см³) и также переносят в колонку. После прохождения раствора колонку промывают 50 см³ гексана, выдувая остаток растворителя током воздуха. Экстракти объединяют и далее счищают на угольной колонке.

9.5.2 Очистка экстракта на угольной колонке

20 мг угля АХ-21 (результат взвешивания записывают с точностью до первого десятичного знака), подготовленного согласно 9.1.5, и 180 мг целлита (результат взвешивания записывают с точностью до первого десятичного знака) перемешивают в ступке до однородного состояния и помещают в стеклянную трубку (3.2.22) между двумя тампонами из стеклянной ваты. Колонку присоединяют тефлоновым капилляром к резервуару, из которого колонку последовательно промывают 5 см³ толуола, 2 см³ ацетона, 2 см³ метилена хлористого и 5 см³ гексана со скоростью около 2 см³/мин, не допуская высыхания колонки. Через подготовленную колонку пропускают экстракт и промывают последовательно порциями по 10 см³ метилена хлористого, ацетона и гексана. Затем колонку переворачивают, помещают в печь, нагретую до 110°C и элюируют планарные соединения 10 см³ толуола в обратном направлении (*планарная фракция*). Элюат упаривают на ротационном испарителе до «капли», добавляют 2 см³ смеси гексана и метилена хлористого (75:25 по объему) и очищают на «многослойной» колонке в соответствии с 9.4.1. После чего экстракт счищают на колонке с оксидом алюминия.

9.5.3 Очистка экстракта на колонке с оксидом алюминия

В стеклянную колонку длиной 150 мм и внутренним диаметром 10 мм помещают подложку из волокнистого кварцевого материала и 4 г оксида алюминия, а сверху – 2 см³ сернокислого натрия. Колонку промывают 10 см³ гексана и вносят пробу до того, как мензик растворителя достигнет сорбента. Колонку промывают 20 см³ гексана и последовательно элюируют 20 см³ смеси гексана и метилена хлористого (95:5 по объему) и 50 см³ смеси гексана и метилена хлористого (50:50 по объему).

Экстракт упаривают до объема около 2 см³ на ротационном испарителе, переносят во флакон Mini-Vial вместимостью 5 см³, добавляют 0,01 см³ рабочего раствора инструментального внутреннего стандарта (ИВС-1) (9.2.3) и 10 мм³ тридекана. Образец упаривают в токе азота до полного испарения растворителя (кроме тридекана). Возможно использование других алифатических углеводородов (нонан, декан), не мешающих проведению анализа.

Предготовленные для анализа пробы могут храниться до 40 суток при температуре не выше 4°C.

9.5.4 Разбавление конечного экстракта (не более чем в 10 раз)

Операцию проводят только в тех случаях, когда сигналы тех или иных определяемых конгенеров превышают их сигналы, полученные для наиболее концентрированного из градуировочных растворов (CS5). Объем добавляемого растворителя рассчитывается исходя из того, чтобы сигнал после разбавления составлял приблизительно половину сигнала этого же конгенера в растворе CS5. Растворитель добавляют с помощью шприца соответствующего объема.

9.6 Подготовка прибора

Хромато-масс-спектрометрическую систему готовят к работе в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации. Проверяют функционирование системы, вводя в инжектор хроматографа растворитель и контрольный образец, и оценивают общую чувствительность прибора, фон, наличие эффектов "памяти" и артефактов.

Система ГХ-МС должна обеспечивать отношение сигнал:шум не менее 3:1 для каждого компонента контрольного раствора. В связи с тем, что в настоящее время не существует капиллярных колонок, способных разделить все изомеры, в ряде случаев анализ проводят в два этапа. Сначала, применяют неполярную колонку типа DB-5ms. Если обнаруживают 1,2,3,7,8,9-ГкХДД, 2,3,7,8-ТХДФ, 2,3,4,7,8-ПеХДФ, 1,2,3,4,7,8-ГкХДФ, то ту же пробу анализируют на полярной колонке, например, SP2331, для определения именно этих изомеров.

Примерная температурная программа для разделения конгенеров ПХДД и ПХДФ на колонке DB-5ms:

Режим инжектора	без деления потока (splitless)
Задержка продувки инжектора	1 мин
Время сброса растворителя	5 мин
Длина колонки	30 м
Диаметр колонки	0,25 мм
Толщина пленки фазы	0,25 μ
<i>Программирование температуры:</i>	
Начальная температура колонки	160°C
Начальное время задержки	1 мин
Скорость нагрева колонки	10°C/мин до 220°C, 3°C/мин до 300°C
Температура инжектора	290°C
Скорость потока гелия через колонку	1 см ³ /мин
Температура интерфейса	290°C
Температура ионного источника	250°C
Селективное сканирование	массы ионов в табл. 12
Энергия ионизирующих электронов	50-70 эВ
Инжектируемый объем	1 мм ³

Устанавливают программу работы масс-спектрометра для селективного детектирования характеристических ионов анализаторов с массами, указанными в таблице 12.

Таблица 12 Массы регистрируемых ионов и соотношение площадей их пиков на масс-хроматограммах

Конгенер	M1	M2	Соотношение площадей пиков
ТХДД	319,897	321,894	0,77
ТХДФ	303,902	305,899	0,77
ПеХДД	355,855	357,852	1,32
ПеХДФ	339,860	341,857	1,32

ГкХДД	389,816	391,813	1,24
ГкХДФ	373,821	375,818	1,24
ГпХДД	423,777	425,774	1,05
ГпХДФ	407,782	409,779	1,05
ОХДД	557,738	559,735	0,89
ОХДФ	441,743	443,740	0,89
¹³ C ₁₂ - ТХДД	331,937	333,934	0,77
¹³ C ₁₂ - ТХДФ	315,942	317,939	0,77
¹³ C ₁₂ - ПеХДД	367,895	369,892	1,32
¹³ C ₁₂ - ПеХДФ	351,900	353,897	1,32
¹³ C ₁₂ - ГкХДД	401,856	403,853	1,24
¹³ C ₁₂ - ГкХДФ	383,864	385,861	1,24
¹³ C ₁₂ - ГпХДД	435,817	437,814	1,05
¹³ C ₁₂ - ГпХДФ	417,825	419,822	1,05
¹³ C ₁₂ - ОХДД	469,778	471,775	0,89

Примечания к таблице 12:

1 При использовании масс-спектрометра низкого разрешения регистрируют ионы с соответствующими номинальными массами, напр. вместо 319,897 – 320 и т.д.

2 Для обеспечения большей достоверности результатов можно регистрировать три иона молекулярного кластера каждого аналита, например для ТХДД, ионы – (M)⁺, (M+2)⁺, (M+4)⁺, m/z 320,322,324 а.е.м. соответственно.

3 При использовании масс-спектрометра низкого разрешения в режиме ХИ ОИ детектируют ионы, массы которых приведены в таблице 12а.

Таблица 12а Массы регистрируемых ионов и соотношение площадей их пиков на масс-хроматограммах при анализе в режиме ХИ ОИ.

Анализируемая группа конг-неров ПХДД/ДФ	Тип иона	Характери-стические ионы, п/с, а.е.м.	Соотноше-ние площа-дей пиков
ТХДД	M ⁺ ,(M+2) ⁺ ,(M+4) ⁺	320;322;324	0,8:1:0,5
[¹³ C ₁₂]-2,3,7,8-ТХДД	(M+2) ⁺ , (M+4) ⁺	334;336	1:0,5
ПеХДД	M ⁺ ,(M+2) ⁺ ,(M+4) ⁺	354;356;358	0,7:1:0,5
[¹³ C ₁₂]-1,2,3,7,8-ПеХДД	M ⁺ ,(M+2) ⁺	366;368	0,7:1
ГкХДД	(M-Cl) ⁺ ,(M-Cl+2) ⁺ ,(M-Cl+4) ⁺	353;355;357	0,6:1:0,6
[¹³ C ₁₂]-1,2,3,6,7,8-ГкХДД	(M-Cl+2) ⁺ , (M-Cl+4) ⁺	367;369	1:0,6
[¹³ C ₁₂]-1,2,3,7,8,9-ГкХДД	(M-Cl+2) ⁺ , (M-Cl+4) ⁺	367;369	1:0,6
ГпХДД	(M-Cl) ⁺ ,(M-Cl+2) ⁺ ,(M-Cl+4) ⁺	387;389;391	0,3:1:0,7
[¹³ C ₁₂]-1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД	(M-Cl+2) ⁺ , (M-Cl+4) ⁺	401;403	1:0,7
ОХДД	(M-Cl+2) ⁺ ,(M-Cl+4) ⁺ ,(M-Cl+6) ⁺	423;425;427	0,4:1:0,3
[¹³ C ₁₂]-ОХДД	(M-Cl+2) ⁺ ,(M-Cl+4) ⁺	435;437	0,4:1
ТХДФ	M ⁺ ,(M+2) ⁺ ,(M+4) ⁺	304;306;308	0,7:1:0,5
[¹³ C ₁₂]-2,3,7,8-ТХДФ	(M+2) ⁺ , (M+4) ⁺	316;318	0,7:1
ПХДФ	M ⁺ ,(M+2) ⁺ ,(M+4) ⁺	338;340;342	0,6:1:0,7
[¹³ C ₁₂]-1,2,3,7,8-ПеХДФ	(M+2) ⁺ , (M+4) ⁺	352;354	1:0,7
ГхДФ	M ⁺ ,(M+2) ⁺ ,(M+4) ⁺	372;374;376	0,5:1:0,8
[¹³ C ₁₂]-1,2,3,6,7,8-ГхХДФ	(M+2) ⁺ , (M+4) ⁺	386;388	1:0,8

ГпХДФ	$M^+, (M+2)^+, (M+4)^+$	406;408;410	0,4:1:0,9
[$^{13}C_{12}$]-1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ	$(M+2)^+, (M+4)^+$	420;422;	1:0,9
ОХДФ	$M^+, (M+2)^+, (M+4)^+$	442;444;446	0,9:1:0,7

4 При использовании других изотопно-меченых стандартов в таблицу масс регистрируемых ионов включают массы их молекулярных ионов.

Эффективность разделения и абсолютные времена для всех токсичных ПХДД, ПХДФ проверяют перед каждой серией вводом в хромато-масс-спектрометр градуировочного раствора CS4. Времена удерживания зависят от типа колонки и условий работы.

Относительные времена удерживания некоторых ПХДД/ПХДФ на двух разных неподвижных фазах (неполярной и полярной) приведены в таблице 13.

Таблица 13 Относительные времена удерживания некоторых ПХДД/ПХДФ

Конгенер	Неподвижная фаза	
	Неполярная DB-5MS	Полярная SP-2331
1,2,3,4-ТХДД	0,99	1,02
2,3,7,8-ТХДД	1,00	1,00
1,2,3,7,8-ПеХДД	1,23	1,40
1,2,3,4,7,8-ГкХДД	1,46	2,08
1,2,3,6,7,8-ГкХДД	1,47	1,94
1,2,3,7,8,9-ГкХДД	1,50	2,15
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД	1,76	2,98
ОХДД	2,17	4,50
2,3,7,8-ТХДФ	0,96	0,96
1,2,3,7,8-ПеХДФ	1,18	1,31
2,3,4,7,8-ПеХДФ	1,22	1,35
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ	1,39	2,01
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ	1,39	2,03
2,3,4,6,7,8-ГкХДФ	1,43	2,07
1,2,3,7,8,9-ГкХДФ	1,48	2,09
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ	1,61	2,83
1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ	1,74	2,96
ОХДФ	2,12	4,45

Чувствительность прибора определяют один раз в день (или после настройки прибора) путём анализа градуировочного раствора ПХДД/ПХДФ. Приемлемый критерий качества – соотношение сигнал-шум больше 3:1 при инъекции 0,2 пг 2,3,7,8-ТХДД.

9.7 Установление градуировочной характеристики

Для установления градуировочной характеристики последовательно анализируют градуировочные растворы CS1-CS5, инъектируя по $0,001 \text{ см}^3$ каждого раствора.

Проверку чистоты прибора на содержание анализируемых компонентов проводят после измерений каждого градуировочного раствора путём инъекции декана. Приемлемый критерий – величина вносимой ошибки за счёт фона прибора не должна превышать 1 % от среднего значения определяемых концентраций.

Градуировочную зависимость отношения площадей хроматографического пика каждого определяемого компонента и пика иона внутреннего стандарта от массовой концентрации устанавливают с помощью программного обеспечения, при этом коэффициент корреляции должен быть не менее 0,99.

Поскольку осуществляется регистрация двух ионов каждого определяемого компонента и стандарта, для построения градуировочной зависимости могут использоваться:

один из регистрируемых ионов каждого определяемого компонента и стандарта, сумма пиков двух ионов или среднее значение пиков двух ионов.

Градуировочный коэффициент K_i определяют по формуле (1)

$$K_i = \frac{A_i \cdot P_i}{A_f \cdot F_i}, \quad (1)$$

где A_i, A_s – площади пиков определяемого компонента в образце и во внутреннем стандарте, соответственно, в единицах счета,

P_i, P_s – количество определяемого компонента в образце и во внутреннем стандарте (в μg), соответственно.

Зависимость считается линейной, если среднеквадратическое отклонение значения градуировочного коэффициента K_i в каждой точке не превышает 20 %.

Рассчитывают средние значения относительных коэффициентов чувствительности для каждого индивидуального конгенера ПХДД/ПХДФ для всех градуировочных растворов.

10 Порядок выполнения измерений

Хроматографическое разрешение подтверждают анализом градуировочного раствора, проводимым до и после анализа аналитической серии. Приемлемое значение – разделение пиков 1,2,3,4,7,8-ГхДФ и 1,2,3,6,7,8-ГхДФ соответствует условию (2)

$$2h/(H_1+H_2) < 0,7, \quad (2)$$

где H_1 и H_2 – высоты пиков конгенеров, h – высота долины между ними.

Отбирают с помощью микрошипца 0,001 см³ анализируемого раствора и вводят в инжектор газового хроматографа в режиме splitless или on-column. Регистрируют ионные масс-хроматограммы для ионов, соответствующих определяемым конгенерам и используемым стандартам-имитаторам (СИ) и внутренним стандартам (ИВС).

Определяют времена удерживания определяемых соединений и внутренних стандартов.

Времена удерживания ПХДД/ПХДФ (по отношению к внутреннему стандарту) не должны отличаться от измеренных для стандартных образцов ПХДД/ПХДФ более чем на 0,01 %, а в случае использования соответствующего изотопно-меченого внутреннего стандарта – не более чем на 1 с или на 1-2 скана от времени удерживания внутреннего стандарта.

Отношение площадей хроматографических пиков на парных масс-хроматограммах ионов M1 и M2, регистрируемых для каждого определяемого компонента и внутреннего стандарта, должно быть в пределах ± 15 % от теоретического, приведенного в таблице 12, 12а.

Стабильность работы прибора проверяют путем анализа градуировочного раствора CS2 до и после анализа серии образцов. Критерий стабильной работы прибора является то, что различие значений градуировочного коэффициента K_i , рассчитанных до и после анализа серии образцов с помощью системы обработки данных, не должно превышать ± 15 %.

11 Обработка результатов измерений

По окончании измерений с помощью системы обработки данных фиксируют на масс-хроматограммах пики в областях времен удерживания, соответствующих определяемым компонентам и внутренним стандартам.

Идентификацию определяемых компонентов проводят, вычисляя отношение площадей хроматографических пиков на масс-хроматограммах ионов M1 и M2, регистрируемых для каждого определяемого соединения и внутреннего стандарта, и сравнивают его с

теоретическим значением, приведенным в табл. 12, 12а. Это отношение должно иметь расхождение с теоретическим в пределах не более 15 %, например, для ТХДД – от 0,65 до 0,89 (теоретическое отношение равно 0,77).

Компонент в данной пробе считается идентифицированным, если выполняется приведенное выше условие и если его время удерживания совпадает с временем удерживания соответствующего изотопно-меченого внутреннего стандарта (отличается от него не более чем на 1 с или на 1-2 скана) или отличается от времени удерживания, установленного при градуировке, не более, чем на 0,01 %.

Если хроматографические пики в указанной области времен удерживания имеются, но отношение площадей пиков выходит за эти пределы, то говорить о положительной идентификации по этим пикам в данной пробе нельзя, и требуется дополнительная очистка или использование других условий анализа (использование хроматографической колонки с другой неподвижной фазой или техники получения масс-спектра).

Массовую концентрацию обнаруженных компонентов X_i рассчитывают по формуле (3)

$$X_i = \frac{A_i \cdot R_i}{A_s \cdot B} \cdot K_i, \quad (3)$$

где X_i – массовая концентрация i -го компонента, pg/dm^3 ,

A_i – площадь пика (в единицах счета) на масс-хроматограмме иона, регистрируемого для определения данного соединения,

A_s – площадь пика на масс-хроматограмме внутреннего стандарта (в единицах счета),

R_i – количество добавленного к пробе стандарта-имитатора, pg ,

B – объем анализируемой пробы, dm^3 ,

K_i – градуировочный коэффициент.

Для проведения расчетов выбирают для каждого определяемого компонента и изотопно-меченого стандарта (таблицы 12, 12а) на масс-хроматограммах либо по одному из двух ионов M1 или M2, указанных в таблице 12 (или любых ионов из таблицы 12а), либо сумму площадей соответствующих пиков для ионов M1 и M2, либо среднее значение площадей пиков для ионов M1 и M2.

Определяют эффективность извлечения R_i i -го внутреннего стандарта-имитатора по формуле (4)

$$R_i = \frac{A_{si} \cdot P_{st}}{A_{st} \cdot P_{si}} \cdot 100\% \quad (4)$$

где A_{si} , A_{st} – площади пиков на масс-хроматограммах i -го стандарта-имитатора и инструментального стандарта;

P_{si} , P_{st} – масса стандарта-имитатора и инструментального стандарта, соответственно, pg .

Эффективность извлечения R_i должна быть в пределах 50–110 %. Значения степени извлечения, не укладывающиеся в этот интервал, допускаются для гепта- и октахлорзамещенных ПХДД/ПХДФ при условии, что их вклад в общий эквивалент токсичности не превышает 10 %.

12 Оформление результатов измерений

Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде

$$Xi \pm \Delta i, \text{ pg}/\text{dm}^3 \text{ при } P = 0,95,$$

где Xi – результат определения массовой концентрации i -го компонента, pg/dm^3 ,

Δ_i – абсолютная погрешность измерений i -го компонента: $\Delta_i = 0,01 \cdot \delta \cdot Xi$,

где δ – относительная погрешность, % (табл. 1).

Эквивалент токсичности TEQ рассчитывается путём суммирования произведений массовой концентрации каждого конгнера на соответствующий коэффициент токсичности (приложение 3).

$$TEQ = \sum X_i \cdot D\mathcal{E}_i$$

Форма протокола приведена в приложении 4.

13 Оценка приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости.

Приемлемость результатов измерений, полученных в двух лабораториях, оценивают сравнением разности этих результатов с критической разностью $CD_{0,95}$ по формуле (5)

$$\bar{X}_{\max} - \bar{X}_{\min} \leq 0,01 \cdot \bar{X}_{\varphi} \cdot CD_{0,95}, \quad (5)$$

где \bar{X}_{\max} – больший результат измерений (среднее арифметическое значение двух параллельных определений), $\text{пг}/\text{дм}^3$,

\bar{X}_{\min} – меньший результат измерений (среднее арифметическое значение двух параллельных определений), $\text{пг}/\text{дм}^3$,

\bar{X}_{φ} – среднее арифметическое результатов измерений для двух лабораторий, $\text{пг}/\text{дм}^3$,

$CD_{0,95}$ – значение критической разности, рассчитывается по формуле (6),

где n_1 , n_2 – число параллельных определений в первой и второй лаборатории.

$$CD_{0,95} = \sqrt{R^2 - r^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{1}{2n_2}\right)}, \quad (6)$$

где R – предел воспроизводимости, % (таблица 1),

r – предел повторяемости, % (таблица 1).

Если критическая разность не превышена, то приемлемы оба результата измерений, приводимых двумя лабораториями, и в качестве окончательного результата используют их общее среднее значение. Если критическая разность превышена, выполняют процедуры, изложенные в 5.3.3 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. При разногласиях руководствуются 5.3.4 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

14 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории

Контроль качества результатов измерений в лаборатории при реализации методики осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, используя контроль стабильности среднеквадратического отклонения промежуточной прецизионности по 6.2.3 и показателя правильности по 6.2.4. Проверку стабильности осуществляют с применением контрольных карт Шухарта.

Периодичность контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируются в Руководстве по качеству лаборатории.

Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество результатов контрольных измерений было от 20 до 30.

При неудовлетворительных результатах контроля, например, при превышении предела действия или регулярном превышении предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят смену реагентов, проверяют работу оператора.

Приложение 1 (справочное)**Термины и определения**

Конгенер ПХДД/ПХДФ – любой из индивидуальных дибензо-*p*-диоксинов и дибензофуранов с содержанием хлора от 1 до 8 атомов в молекуле. Порядок замещения для конкретного изомера указывается цифровым индексом, согласно правилам IUPAC, например, 1,2,3,4,5-пентахлордибензо-*p*-диоксин.

Стандарт-имитатор (СИ) – смесь конгенеров ПХДД/ГХДФ, изотопно-меченых углеродом $^{13}\text{C}_{12}$, водимая в пробу на стадии обработки для контроля полноты извлечения

Инструментальный внутренний стандарт (ИВС) – изотопно-меченные углеродом $^{13}\text{C}_{12}$ конгенеры ПХДД/ПХДФ, не входящие в состав СИ, вводимые в подготовленный к анализу экстракт для контроля эффективности экстракции конгенеров, входящих в состав ИВС, проверки стабильности работы масс-спектрометра и оперативного контроля эффективности хроматографического разделения изомеров

Дополнительный внутренний стандарт – изотопно-меченные углеродом $^{13}\text{C}_{12}$ конгенеры ПХДД/ПХДФ, не входящие в состав СИ и ИВС, вводимые в пробу или экстракт на любой выбранной стадии подготовки к анализу для контроля этой стадии

Холостой опыт – аналитическая процедура, включающая экстракцию, очистку, количественное определение, со всеми реагентами и материалами и с холостой пробой (ГОСТ Р 52361-2005).

Холостая проба – проба вещества (материала) объекте аналитического контроля, аналогичная аналитической пробе, но не содержащая аналита – (ГОСТ Р 52361-2005)

Предел определения – количество вещества, которое обеспечивает статистик, отношение которого к фону составляет не менее 3:1 для каждого регистрируемого иона при условии выполнения основных требований к хромато-масс-спектрометрической идентификации: правильные времена удерживания и изотопное соотношение. Расчет предела определения проводится для каждого из 17-ти индивидуальных ГХДД/ПХДФ, для которых предусмотрены коэффициенты токсичности (далее – токсичных ПХДД/ПХДФ)

Коэффициенты токсичности – токсичность конгенеров ПХДД и ПХДФ по отношению к 2,3,7,8-тетрахлордибензо-*p*-диоксину, токсичность которого принята за 1. Для вычисления суммарной и максимально возможной концентраций могут использоваться различные системы коэффициентов токсичности. Если же указано иного, то считается, что в данной методике используется система коэффициентов токсичности (WHO-TEF, табл. 2 приложение 1), введённых Всемирной организацией здравоохранения в 1998 г. и в 2005 г.

Эквивалент токсичности – значение содержания конгенера ПХДД и ПХДД, умноженное на соответствующий коэффициент токсичности

Суммарная концентрация ПХДД и ПХДФ – сумма концентраций индивидуальных ПХДД и ПХДФ, выраженных в единицах эквивалента токсичности. Концентрации компонентов, содержание которых ниже предела определения, принимаются равными нулю

Приложение 2 (справочное)**Условные обозначения и сокращения**

I-TEF	International toxicity equivalency factor - международный коэффициент токсичности
I-TEQ	International toxicity equivalent - диоксиновый эквивалент в системе международных коэффициентов токсичности
EPA US	Environmental Protection Agency – Агентство по охране окружающей среды (США)
WHO	World Health Organization - Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
WHO-TEF	Коэффициент токсичности, введённый ВОЗ для человека в 1998 и 2005 гг.
WHO-TEQ (TEQWHO, ДЭWHO)	Диоксиновый эквивалент в системе коэффициентов токсичности ВОЗ для человека
ПХДД	Полихлорированные дибензо-п-диоксины
ПХДФ	Полихлорированные дибензофураны
ТХДД	Тетрахлордибензо-и-диоксины
ТХДФ	Тетрахлордибензофураны
ПeХДД	Пентахлордибензо-п-диоксины
ПeХДФ	Пентахлордибензофураны
ГкХДД	Гексахлордибензо-п-диоксины
ГкХДФ	Гексахлордибензофураны
ГпХДД	Гептахлордибензо-п-диоксины
ГпХДФ	Гептахлордибензофураны
ОХДФ	Октахлордибензо-п-диоксины
ОХДФ	Октахлордибензофураны
мг	миллиграмм ($1\text{мг} = 10^3 \text{ г}$)
мкг	микрограмм ($1\text{мкг} = 10^6 \text{ г}$)
нг	нанограмм ($1\text{нг} = 10^9 \text{ г}$)
пг	пикограмм ($1\text{пг} = 10^{12} \text{ г}$)
ХИ ОИ	химическая ионизация с регистрацией отрицательных ионов

Приложение 3 (обязательное)

Перечень ПХДД, ПХДФ и их изотопно-меченых аналогов, коэффициенты токсичности, масса пробы, предел определения, состав стандартов, массы регистрируемых ионов, соотношения интенсивностей молекулярных ионов

Таблица 1 Перечень полихлорированных дibenзо-п-диоксинов, дibenзофuranов и их изотопно-меченых аналогов

Вещество	Номер CAS	Изотопно-меченный аналог	Номер CAS
2,3,7,8-ТХДД	1746-01-6	³⁷ C ₁₂ -2,3,7,8-ТХДД ³⁷ Cl ₄ -2,3,7,8-ТХДД	76523-40-5 85508-50-5
Сумма ТХДД	41903-57-5		
2,3,7,8-ТХДФ	51207-31-9	³⁷ C ₁₂ -2,3,7,8-ТХДФ	89059-46-1
Сумма-ТХДФ	55722-27-5		
1,2,3,7,8-ПeХДД	40321-76-4	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,7,8-ПeХДД	109719-79-1
Сумма-ПeХДД	36088-22-9		
1,2,3,7,8-ПeХДФ	57117-41-6	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,7,8-ПeХДФ	109719-77-9
2,3,4,7,8-ПeХДФ	57117-31-4	³⁷ C ₁₂ -2,3,4,7,8-ПeХДФ	116843-02-8
Сумма-ПeХДФ	30402-15-4		
1,2,3,4,7,8-ГкХДД	39227-28-6	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8-ГкХДД	109719-80-4
1,2,3,6,7,8-ГкХДД	57653-85-7	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,6,7,8-ГкХДД	109719-81-5
1,2,3,7,8,9-ГкХДД	19408-74-3	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,7,8,9-ГкХДД	109719-82-6
Сумма-ГкХДД	34465-46-8		
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ	70648-26-9	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8-ГкХДФ	114423-98-2
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ	57117-44-9	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,6,7,8-ГкХДФ	116843-03-9
1,2,3,7,8,9-ГкХДФ	72918-21-9	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,7,8,9-ГкХДФ	116843-04-0
2,3,4,6,7,8-ГкХДФ	60851-34-5	³⁷ C ₁₂ -2,3,4,6,7,8-ГкХДФ	116843-05-1
Сумма-ГкХДФ	55684-94-1		
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД	35822-46-9	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД	109719-83-7
Сумма-ГпХДД	37871-00-4		
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ	67562-39-4	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ	109719-84-8
1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ	55673-89-7	³⁷ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ	109719-94-0
Сумма-ГпХДФ	38998-75-3		
ОХДД	3268-87-9	³⁷ C ₁₂ -ОХДД	114423-97-1
ОХДФ	39001-02-3		

Таблица 2 Коэффициенты токсичности ПХДД и ПХДФ Всемирной организации здравоохранения

Вещество	Коэффициент токсичности, WHO-TEF	
	система 1998 г.	система 2005 г
полихлорированные дibenзо-<i>p</i>-диоксины		
2,3,7,8-ТХДД	1	1
1,2,3,7,8-ПeХДД	1	1
1,2,3,4,7,8-ГкХДД	0,1	0,1
1,2,3,6,7,8-ГкХДД	0,1	0,1
1,2,3,7,8,9-ГкХДД	0,1	0,1
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД	0,01	0,01
ОХДД	0,0001	0,0003
полихлорированные дibenзофураны		
2,3,7,8-ТХДФ	0,1	0,1
1,2,3,7,8-ПeХДФ	0,05	0,03
2,3,4,7,8-ПeХДФ	0,5	0,3
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ	0,1	0,1
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ	0,1	0,1
1,2,3,7,8,9-ГкХДФ	0,1	0,1
2,3,4,6,7,8-ГкХДФ	0,1	0,1
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ	0,01	0,01
1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ	0,01	0,01
ОХДФ	0,0001	0,0003

Таблица 3 Международная система коэффициентов токсичности ПХДД и ПХДФ

Вещество	Коэффициент токсичности, I-TEF
полихлорированные дibenzo-<i>p</i>-диоксины	
2,3,7,8-ТХДД	1
1,2,3,7,8-ПeХДД	0,5
1,2,3,4,7,8-ГкХДД	0,1
1,2,3,6,7,8-ГкХДД	0,1
1,2,3,7,8,9-ГкХДД	0,1
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД	0,01
ОХДД	0,001
полихлорированные дibenзофураны	
2,3,7,8-ТХДФ	0,1
1,2,3,7,8-ПeХДФ	0,05
2,3,4,7,8-ПeХДФ	0,5
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ	0,1
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ	0,1
1,2,3,7,8,9-ГкХДФ	0,1
2,3,4,6,7,8-ГкХДФ	0,1
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ	0,01
1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ	0,01
ОХДФ	0,001

Приложение 4 (рекомендуемое)

Форма представления результатов анализа

Наименование организации, проводившей анализ. Номер аттестата аккредитации.

ПРОТОКОЛ № _____ от " ____" _____
количество химического анализа
пробы _____

Заказчик:

Краткое описание пробы:

Дата поступления:

Шифр: Лаб.№

Методика КХА:

Определяемый компонент	Массовая концентрация, пг/дм ³	Коэффициент токсичности		Массовая концентрация в пересчете на эквивалент токсичности, пг/дм ³	
		I-TEF	WHO-TEF ₀₅	I-TEQ	WHO-TEQ ₀₅
2,3,7,8-ТХДД		1	1	---	---
1,2,3,7,8-ПеХДД	0,5	1	---	---	---
1,2,3,4,7,8-ГкХДД	0,1	0,1	---	---	---
1,2,3,6,7,8-ГкХДД	0,1	0,1	---	---	---
1,2,3,7,8,9-ГкХДД	0,1	0,1	---	---	---
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД	0,01	0,01	---	---	---
ОХДД	0,001	0,0001	---	---	---
2,3,7,8-ТХДФ	0,1	0,1	---	---	---
1,2,3,7,8-ПеХДФ	0,05	0,05	---	---	---
2,3,4,7,8-ПеХДФ	0,5	0,5	---	---	---
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ	0,1	0,1	---	---	---
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ	0,1	0,1	---	---	---
1,2,3,7,8,9-ГкХДФ	0,1	0,1	---	---	---
2,3,4,6,7,8-ГкХДФ	0,1	0,1	---	---	---
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ	0,01	0,01	---	---	---
1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ	0,01	0,01	---	---	---
ОХДФ	0,001	0,0001	---	---	---
Суммарная массовая концентрация ПХДД и ПХДФ, пг/дм ³		I-TEQ			
		WHO-TEQ			
Предел определения по ¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-ТХДД: _____ пг/дм ³ . Относительная погрешность измерений (из таблицы 1), %					

Подпись ответственного исполнителя

Примечание: допустимо представление дополнительной информации по характеристикам проб, отбору проб и результатам анализа



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ"

119361 Москва, Озёрная ул., д. 46

E-mail: analyt-vm@vniims.ru

Тел. (495) 437 9419

Факс: (495) 437 5666

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 01.00225/205-3-14

ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ

ПНДОР 14.1.2:4.251-2014

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ ДИБЕНЗО-п-ДИОКСИНОВ И ДИБЕНЗОФУРАНОВ В ПРОБАХ ПЬТЬЕВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРИРОДНЫХ И ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Методика измерений массовой концентрации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в пробах питьевых, поверхностных природных и очищенных сточных вод методом хромато-масс-спектрометрии (количество страниц – 26, 2014 г.), разработанная Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт проблем проблем эволюции и экологии им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), адрес: 117071, г. Москва, В-71, Ленинский пр., д. 33; Федеральным государственным унитарным предприятием Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены Федерального медико-биологического агентства (правопреемник Российского научно-исследовательского центра чрезвычайных ситуаций), адрес: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 40; ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, адрес: 243020, г. Обнинск, ул. Победы, д. 4, аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563–2009, ГОСТ Р ИСО 5725-2002.

Аттестация осуществлена по результатам теоретических и экспериментальных исследований методики измерений.

В результате аттестации установлено, что методика измерений соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает основными метрологическими характеристиками, приведенными на обороте настоящего свидетельства.

При реализации методики в лаборатории обеспечивают контроль стабильности результатов анализа на основе контроля стабильности стандартного отклонения промежуточной прецизионности и показателя правильности.

Дата выдачи

19 февраля 2014



Заместитель директора

В.Н. Яшин

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

Диапазон измерений массовой концентрации полихлорированных дифензо-п-диоксинов и дифензофуранов, $\mu\text{г}/\text{дм}^3$	Показатель точности (границы относительной погрешности), $\pm \delta, \%$ при $P = 0,95$	Показатель повторяемости (относительное стандартное отклонение повторяемости), $\sigma_n, \%$	Показатель воспроизводимости (относительное стандартное отклонение воспроизводимости), $\sigma_R, \%$	Предел повторяемости, $r, \%$, $P = 0,95$, $n = 2$	Предел воспроизводимости, $R, \%$, $P = 0,95$, $n = 2$
от 0,50 до 20,0 включ.	72	18	36	50	100
св. 20,0 до 100 включ.	40	10	20	28	55

Начальник сектора, к.х.н.

Старший научный сотрудник, к.х.н.

О.Л. Рутенберг

Г.А. Микрюкова