

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ФБУ «Федеральный центр  
анализа и оценки техногенного  
воздействия»**



*С.А. Хахалин* **С.А. Хахалин**  
*набл* 2011 г.

**КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД**

**МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ  
СВОБОДНОЙ И ОБЩЕЙ ЩЕЛОЧНОСТИ  
В ПИТЬЕВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ, ПОДЗЕМНЫХ  
ПРЕСНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ МЕТОДОМ  
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ**

**ПНД Ф 14.1:2:3:4.242-2007**

**(ФР.1.31.2007.03817)**

**Методика допущена для целей государственного  
экологического контроля**

**МОСКВА 2007 г.  
(издание 2011 г.)**

Право тиражирования и реализации принадлежит разработчику.

Методика рассмотрена и одобрена федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФБУ «ФЦАО»).

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ устанавливает методику измерений свободной и общей щелочности в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах методом потенциометрического титрования.

Диапазон измерения содержания общей и свободной щелочности 0,005 – 10 мг-экв./дм<sup>3</sup>.

## 2 ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Значения показателей точности измерений<sup>1</sup> – расширенной относительной неопределенности измерений по настоящей методике при коэффициенте охвата  $k = 2$  приведены в таблице 1. Бюджет неопределенности измерений приведен в Приложении А.

Таблица 1 - Диапазон измерений, показатели неопределенности измерений

Диапазон измерений, мг-экв./дм <sup>3</sup>	Суммарная стандартная относительная неопределенность, $u$ , %	Расширенная относительная неопределенность <sup>2</sup> , $U$ при коэффициенте охвата $k = 2$ , %
От 0,005 до 0,1 включ.	15	30
Св. 0,1 до 1 включ.	12,5	25
Св. 1 до 10 включ.	10	20

Значения показателя точности измерений используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;
- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;
- оценке возможности использования настоящей методики в конкретной лаборатории.

## 3 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

При выполнении измерений должны быть применены следующие средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

### 3.1 Средства измерений

pH-метр или иономер И-130 с погрешностью измерения pH не более 0,05 единиц pH

<sup>1</sup> В соответствии с ГОСТ Р 8 563-2009 (п 3.4) в качестве показателя точности измерений использованы показатели неопределенности измерений).

<sup>2</sup> Соответствует характеристике погрешности при доверительной вероятности  $P = 0,95$

Термокомпенсатор ТКА-4 (ТКА-5)	
Электрод измерительный типа ЭСЛ-63-07, СЛ-43-07	ТУ 25-05-2234-77
Электрод вспомогательный (сравнения) ЭВЛ-1МЗ	ТУ 25-05-2181-77
Весы лабораторные специального или высокого класса точности с ценой деления не более 0,1 мг, наибольшим пределом взвешивания не более 210 г	ГОСТ Р 53228-2008
ГСО с аттестованным содержанием гидрокарбоната с погрешностью аттестованного значения не более 1 % при Р = 0,95	ГСО 8403-2003
Стандарт-титры для приготовления буферных растворов	ГОСТ 8.135-2004
Термометр с ценой деления 0,2°C	ГОСТ 29224-91
Колбы мерные 2-го класса точности вместимостью 100, 250, 1000 см <sup>3</sup>	ГОСТ 1770-74
Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1, 5, 10 см <sup>3</sup>	ГОСТ 29227-91
Бюретки с ценой деления 0,1 см <sup>3</sup>	ГОСТ 29251-91
Цилиндры мерные или мензурки	ГОСТ 1770-74

### 3.2 Вспомогательные устройства

Плитка электрическая с закрытой спиралью и регулируемой мощностью нагрева	ГОСТ 14919-83
Шкаф сушильный лабораторный	
Стаканчики для взвешивания (бюксы)	ГОСТ 25336-82
Мешалка магнитная с числом оборотов в минуту в диапазоне 100 – 1000	
Стаканы химические	ГОСТ 25336-82
Воронка стеклянная диаметром (13 - 15) см	ГОСТ 25336-82
Воронка фильтрующая с пористой пластинкой	ГОСТ 25336-82
Эксикатор	ГОСТ 25336-82
Трубки хлоркальциевые ТХ-П-1-17(25)	ГОСТ 25336-82
Устройство для продувания воздуха (или микрокомпрессор МК).	
Фильтры обеззоленные	ТУ 6-09-1678-95

**Примечание.** Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Средства измерений должны быть поверены в установленные сроки.

### 3.3 Реактивы и материалы

Соляная кислота, раствор 0,1 моль/дм <sup>3</sup> , стандарт-титр или	ТУ 6-09-2540-87
Кислота соляная	ГОСТ 3118-77
Натрий углекислый	ГОСТ 83-79
Натрия тиосульфат (натрий серноватистокислый), пентагидрат	ГОСТ 27068-86
Калий хлористый	ГОСТ 4234-77
Спирт этиловый ректифицированный	ГОСТ 18300-87
Вата медицинская	ГОСТ 5556-81
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709-72

**Примечания.** 1 Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации ч.д.а. или х.ч.

2 Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных.

## 4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Определение щелочности основано на титровании пробы раствором сильной кислоты до достижения значения рН, эквивалентного свободной и общей щелочности.

Под щелочностью понимают способность некоторых компонентов, содержащихся в воде, связывать эквивалентное количество сильной кислоты. Щелочность создают все катионы, которые в воде были уравновешены гидроксильными ионами, анионами слабых кислот (карбонаты, бикарбонаты и т.п.). Щелочность определяется количеством сильной кислоты, необходимым для замещения этих анионов. Расход кислоты пропорционален их общему содержанию в воде и выражает общую щелочность воды (М). В обычных природных водах величина щелочности зависит, как правило, только от содержания гидрокарбонатов щелочных металлов. В этом случае значение рН<8,3. Общая щелочность практически тождественна карбонатной жесткости и соответствует содержанию бикарбонатов.

Наличие растворимых карбонатов и гидроокисей повышает значение рН>8,3. Та часть общей щелочности, которая соответствует количеству кислоты, необходимой для понижения рН до 8,3, называется свободной щелочностью (Р). Количество титранта, израсходованного для достижения рН=8,3, эквивалентно свободной щелочности; количество, необходимое для достижения рН=4,5, эквивалентно общей щелочности. Если рН<4,5, то ее щелочность равна нулю.

## 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе в лаборатории необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности.

5.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007-76.

5.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ Р 12.1.019-2009.

5.3 Организация обучения работающих безопасности труда по ГОСТ 12.0.004-90.

5.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

5.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

## 6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают специалистов, имеющих высшее или среднее специальное химическое образование или опыт работы в химической лаборатории, владеющих техникой метода потенциометрического титрования и получивших удовлетворительные результаты при выполнении контроля процедуры измерений.

## 7 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- атмосферное давление  $(84-106)$  кПа;
- относительная влажность не более 80% при температуре  $25^\circ\text{C}$ ;
- частота переменного тока  $(50 \pm 1)$  Гц;
- напряжение в сети  $(220 \pm 22)$  В.

## 8 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

Перед выполнением измерений должны быть проведены следующие работы: подготовка прибора, приготовление растворов и реактивов, определение поправочного коэффициента для раствора соляной кислоты, отбор и хранение проб.

## **8.1 Подготовка прибора**

**8.1.1** Подготовку иономера или рН-метра проводят в соответствии с руководством по его эксплуатации.

**8.1.2** Настройку прибора проводят по буферным растворам, приготовленным по п. 8.2.2 (ежедневно прибор проверяют по двум буферным растворам и один раз в неделю по всем буферным растворам). После настройки прибора электроды промывают дистиллированной водой, удаляют избыток влаги фильтровальной бумагой или обтирают тонкой мягкой тканью.

В нерабочее время электроды хранят в дистиллированной воде.

**8.1.3** Разборку, заполнение и сборку электрода сравнения проводят в точном соответствии с инструкцией по заполнению электрода электролитом, приведенной в паспорте к электроду.

**8.1.4** Подготовку стеклянного (измерительного) электрода проводят в строгом соответствии с паспортом к электроду.

## **8.2 Приготовление растворов и реактивов**

### **8.2.1 Приготовление дистиллированной воды, свободной от растворенной углекислоты**

Дистиллированную воду для стандартных буферных растворов кипятят 30 мин для удаления растворенной углекислоты. Охлаждают до комнатной температуры в колбе, закрытой пробкой, в которую вставлена хлоркальциевая трубка.

### **8.2.2 Приготовление стандартных буферных растворов с $pH=1,68$ , $pH=6,86$ , $pH=9,18$**

Стандартные буферные растворы готовят из стандарт-титров в соответствии с инструкцией к пользованию стандарт-титрами для рН-метрии.

В случае измерения рН раствора, превышающего указанный диапазон значений стандартных буферных растворов, применяют буферные растворы, охватывающие диапазон измерений.

Допускается приготовление буферных растворов в рабочем диапазоне значений рН согласно ГОСТ 4919.2-77 «Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов».

Буферные растворы хранят в плотно закрытой полиэтиленовой (щелочные) или стеклянной посуде не более 2-х месяцев.

### **8.2.3 Приготовление раствора соляной кислоты концентрации $0,1$ мг-экв./дм<sup>3</sup>**

При приготовлении из стандарт-титра раствор готовят согласно инструкции.

При отсутствии стандарт-титра раствор готовят из концентрированной соляной кислоты. Пипеткой вместимостью 10 см<sup>3</sup> помещают 8,5 см<sup>3</sup>

концентрированной соляной кислоты плотностью 1,188 г/см<sup>3</sup> в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup> с предварительно налитой дистиллированной водой в объеме (200 - 300) см<sup>3</sup> и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.

Срок хранения 6 месяцев в стеклянной посуде в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Коэффициент поправки соляной кислоты устанавливают в соответствии с ГОСТ 25794.1-83 «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования» по 0,1 мг-экв./дм<sup>3</sup> раствору натрия углекислого и проверяют 1 раз в месяц (п.8.3).

### **8.2.4 Приготовление электролита**

Навеску 60,0 г хлористого калия помещают в стакан вместимостью 300 см<sup>3</sup> и растворяют в 200 см<sup>3</sup> дистиллированной воды. Нагревают раствор до температуры (60±2)°С, перемешивают раствор до полного растворения кристаллов хлористого калия. Охлаждают раствор до температуры (20±2)°С, доводят объем до метки дистиллированной водой, перемешивают. Раствор хранят в стеклянной посуде в течение 6 месяцев.

### **8.2.5. Приготовление раствора натрия углекислого концентрации 0,1 мг-экв./дм<sup>3</sup>**

Натрий углекислый предварительно прокаливают при температуре 270-300 °С до постоянной массы в день установки титра. Охлаждают в эксикаторе. Затем берут навеску 5,3000 г и переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, растворяют в небольшом количестве свежeproкипяченной и охлажденной дистиллированной воды и доводят до метки такой же водой.

Для предотвращения поглощения СО<sub>2</sub> из воздуха раствор хранят в герметично закрытой склянке. Раствор хранят не более 3 месяцев.

### **8.3 Определение поправочного коэффициента для раствора соляной кислоты**

Отбирают 20 см<sup>3</sup> раствора натрия углекислого, разбавляют до 100 см<sup>3</sup> свободной от СО<sub>2</sub> дистиллированной водой и титруют раствором соляной кислоты с концентрацией 0,1 мг-экв./дм<sup>3</sup>, строго соблюдая те же условия, что и при определении общей щелочности (п. 9.2). Особенно следует соблюдать рекомендованные условия продувания воздухом.

Поправочный коэффициент концентрации раствора соляной кислоты (К) находят по формуле:

$$K = \frac{V_n}{V_k}, \quad (1)$$

где  $V_n$  – объем раствора карбоната натрия, взятый для титрования, см<sup>3</sup>;

$V_k$  – объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>.



## 8.4 Отбор и хранение проб

**8.4.1** Отбор проб производят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод».

**8.4.2** Посуду, предназначенную для отбора и хранения проб, промывают раствором соляной кислоты (1:1), а затем дистиллированной водой.

**8.4.3** Пробы воды отбирают в стеклянные бутылки. При фильтровании через любой фильтр первые порции фильтрата отбрасывают.

Объем отбираемой пробы должен быть не менее 300 см<sup>3</sup>.

**8.4.4** Щелочность, особенно свободную, следует определять сразу после отбора пробы. Если это невозможно, отбирают полную бутылку и определяют щелочность не позднее, чем через 24 ч.

**8.4.5** При отборе проб составляется сопроводительный документ по утвержденной форме, в котором указывается:

цель анализа, предполагаемые загрязнители;

место, время отбора;

номер пробы;

объем пробы;

должность, фамилия отбирающего пробу, дата.

## 9 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Если при предварительном определении было установлено, что вода имеет свободную щелочность ( $\text{pH} \geq 8,3$ , реакция по фенолфталеину), то наряду с общей щелочностью определяют также и свободную щелочность.

### 9.1 Определение свободной щелочности (Р)

Отбирают 100 см<sup>3</sup> анализируемой пробы воды. Воду с высокой щелочностью берут в меньшем количестве и доводят объем приблизительно до 100 см<sup>3</sup> прокипяченной и охлажденной дистиллированной водой. Помещают в стаканчик для титрования, погружают магнитную вертушку и устанавливают на магнитную мешалку. Опускают и закрепляют электроды таким образом, чтобы шарик измерительного электрода полностью находился в жидкости. Закрепляют в штативе бюретку над стаканчиком. Включают мешалку. Титруют раствором соляной кислоты с концентрацией 0,1 мг-экв./дм<sup>3</sup> до установления  $\text{pH} = (8,3 \pm 0,1)$ . Показания считают установившимися не ранее чем через 1,5 минут после прекращения дрейфа показаний измерительного прибора. Во избежание перетитрования вблизи точки эквивалентности ( $\text{pH} = 8,3$ ) раствор прибавляют по каплям.

Производят отсчет по бюретке количества титрующего раствора на проведение титрования до  $\text{pH} = 8,3$  ( $V_1$ , см<sup>3</sup>).

Выполняют не менее двух параллельных определений.

## 9.2 Определение общей щелочности (М)

Отмеряют 100 см<sup>3</sup> пробы или используют раствор после определения свободной щелочности, помещают в стаканчик для титрования и продувают воздухом в течение 2-3 мин., используя микрокомпрессор или аппарат Киппа, устанавливают на магнитную мешалку. Опускают и закрепляют электроды таким образом, чтобы шарик измерительного электрода полностью находился в жидкости. Закрепляют в штативе бюретку над стаканчиком. Включают мешалку. Титруют раствором соляной кислоты с концентрацией 0,1 мг-экв./дм<sup>3</sup> до установления рН=(4,5±0,1). Снова продувают воздухом в течение 2-3 минут и, если показания прибора изменились, то дотитровывают.

Показания считают установившимися не ранее, чем через 1,5 мин. после прекращения дрейфа показаний измерительного прибора. Во избежание перетитрования вблизи точки эквивалентности (рН=4,5) раствор прибавляют по каплям.

Производят отсчет по бюретке количества титрующего раствора на проведение титрования до рН=4,5 (V<sub>2</sub>, см<sup>3</sup>).

Выполняют не менее двух параллельных определений.

9.3 После измерений электроды ополаскивают дистиллированной водой и протирают фильтровальной бумагой или мягкой тканью.

Если возникает необходимость обезжирить электрод, то его протирают мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом и затем несколько раз ополаскивают дистиллированной водой и протирают мягкой тканью.

При необходимости электрод регенерируют погружением на 2 часа в 2%-ный раствор соляной кислоты и далее тщательно промывают дистиллированной водой.

## 10 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Концентрацию свободной (Р) и общей (М) щелочности, мг-экв./дм<sup>3</sup>, рассчитывают по формулам

$$P = \frac{V_1 \cdot N \cdot K \cdot 1000}{V_{\text{пр}}}, \quad (2)$$

$$M = \frac{V_2 \cdot N \cdot K \cdot 1000}{V_{\text{пр}}}, \quad (3)$$

где V<sub>1</sub> - объем раствора соляной кислоты, пошедший на титрование до рН=8,3 от исходного значения рН, см<sup>3</sup>;

V<sub>2</sub> - объем раствора соляной кислоты, пошедший на титрование до рН=4,5 от исходного значения рН, см<sup>3</sup>;

N - концентрация раствора соляной кислоты, 0,1 мг-экв./дм<sup>3</sup>;

- К - поправочный коэффициент концентрации раствора соляной кислоты;  
 $V_{\text{пр}}$  - объем пробы, взятый для анализа, см<sup>3</sup>.

10.2 За результат измерений  $P_{\text{ср}}$  (свободной щелочности) и  $M_{\text{ср}}$  (общей щелочности) принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений  $P_1$  и  $P_2$ ;  $M_1$  и  $M_2$

$$P_{\text{ср}} = \frac{P_1 + P_2}{2}, \quad (4)$$

$$M_{\text{ср}} = \frac{M_1 + M_2}{2}, \quad (5)$$

для которых выполняется следующее условие:

$$|P_1 - P_2| \leq 0,01 \cdot r \cdot P_{\text{ср}} \text{ или } |M_1 - M_2| \leq 0,01 \cdot r \cdot M_{\text{ср}}, \quad (6)$$

где  $r$  - предел повторяемости, значения которого приведены в таблице 2.

При невыполнении условия (6) могут быть использованы методы проверки приемлемости результатов параллельных определений и установления окончательного результата согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

Расхождение между результатами анализа, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба результата анализа, и в качестве окончательного может быть использовано их среднее арифметическое значение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 2.

При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов анализа согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

**Таблица 2 - Значения пределов повторяемости и воспроизводимости при вероятности  $P=0,95$**

Диапазон измерений, мг-экв./дм <sup>3</sup>	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), $r$ , %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях), $R$ , %
От 0,005 до 0,1 включ.	25	34
Св. 0,1 до 1 включ.	20	31
Св. 1 до 10 включ.	14	25

## 11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результат измерений в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде:

$$P \pm U, P=0,95, \quad M \pm U, P=0,95,$$

где  $U$  – значение показателя точности измерений (расширенная неопределенность измерений с коэффициентом охвата 2).

Значение  $\Delta$  рассчитывают по формуле:

$$U = 0,01 \cdot U_{\text{отн}} \cdot P \quad \text{или} \quad U = 0,01 \cdot U_{\text{отн}} \cdot M \quad (7)$$

Значение  $U_{\text{отн}}$  Приведено в таблице 1.

Допускается результат измерений в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде:  $P(M) \pm U_s, P=0,95$ , при условии  $U_s < U$ , где  $U_s$  – значение показателя точности измерений (расширенной неопределенности с коэффициентом охвата 2), установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

## 12 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

### 12.1 Общие положения

12.1.1 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:

- оперативный контроль процедуры измерений;
- контроль стабильности результатов измерений на основе контроля стабильности среднего квадратического отклонения (СКО) повторяемости, СКО промежуточной (внутрилабораторной) прецизионности и правильности.

Периодичность контроля исполнителем процедуры выполнения измерений и алгоритмы контрольных процедур, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов измерений регламентируют во внутренних документах лаборатории.

Разрешение противоречий между результатами двух лабораторий проводят в соответствии с 5.3.3 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

12.1.2 При проведении контроля процедуры измерений в лаборатории используют либо приведенные в бюджете неопределенности стандартные отклонения промежуточной прецизионности, либо установленные в лаборатории, при выполнении следующего условия  $\sigma_{R_s} \leq \sigma_{I(TE)} \leq \sigma_R$ , где  $\sigma_R$  – стандартное отклонение (СКО) воспроизводимости, приведенное в бюджете неопределенности;

$\sigma_{I(ТОЕ)}$  - стандартное отклонение (СКО) промежуточной прецизионности, приведенное в бюджете неопределенности;

$\sigma_{R_x}$  - СКО внутрिलाбораторной прецизионности, установленное в лаборатории при внедрении методики измерений.

## 12.2 Оперативный контроль процедуры измерений с использованием метода добавок

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры  $K_x$  с нормативом контроля  $K$ .

Результат контрольной процедуры  $K_x$  рассчитывают по формуле:

$$K_x = | X'_{cp} - X_{cp} - C_d |, \quad (8)$$

где  $X'_{cp}$  - результат анализа щелочности в пробе с известной добавкой (гидрокарбонат-ион) – среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию (6);

$X_{cp}$  - результат анализа щелочности в исходной пробе – среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию (6).

$C_d$  - величина добавки.

Норматив контроля  $K$  рассчитывают по формуле:

$$K = 2 \sqrt{\sigma_{I(ТОЕ)_{X'_{cp}}}^2 + \sigma_{I(ТОЕ)_{X_{cp}}}^2}, \quad (9)$$

где  $\sigma_{I(ТОЕ)_{X'_{cp}}}^2, \sigma_{I(ТОЕ)_{X_{cp}}}^2$  - стандартные отклонения промежуточной прецизионности, соответствующие массовой концентрации гидрокарбонатов в пробе с известной добавкой и в исходной пробе соответственно.

Процедуру анализа признают удовлетворительной при выполнении условия:

$$K_x \leq K \quad (10)$$

При невыполнении условия (10) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (10) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

### 12.3 Оперативный контроль процедуры измерений с использованием образцов для контроля

Оперативный контроль процедуры анализа проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры  $K_x$  с нормативом контроля  $K$ .

Результат контрольной процедуры  $K_x$  рассчитывают по формуле:

$$K_x = | C_{cp} - C |, \quad (11)$$

где  $C_{cp}$  - результат анализа щелочности в образце для контроля – среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию (6);

$C$  - аттестованное значение образца для контроля.

Норматив контроля  $K$  рассчитывают по формуле:

$$K = 2 \cdot C \cdot 0,01 \cdot \sigma_{I(ТОЕ)}, \quad (12)$$

где  $\sigma_{I(ТОЕ)}$  - стандартное отклонение промежуточной прецизионности, соответствующие массовой концентрации гидрокарбонатов в образце для контроля;

$C$  – аттестованное значение образца для контроля.

Процедуру анализа признают удовлетворительной при выполнении условия

$$K_x \leq K \quad (13)$$

При невыполнении условия (13) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (13) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

## (информационное)

Таблица А.1 – Бюджет неопределенности измерений

Источник неопределенности	Оценка типа	Стандартная относительная неопределенность, %		
		(от 0,005 – 0,1) мг-экв/дм <sup>3</sup>	(св. 0,1 – 1) мг-экв/дм <sup>3</sup>	(св. 1 – 10) мг-экв/дм <sup>3</sup>
Степень чистоты реактивов и дистиллированной воды, $u_1$ , %	В	1,5	1,3	1,3
Определение поправочного коэффициента для раствора соляной кислоты, $u_2$ , %	В	0,5	0,5	0,5
Подготовка проб к анализу, $u_3$ , %	В	1,8	1,8	1,8
Стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях повторяемости <sup>3</sup> , $u_r$ ( $\sigma_r$ ), %	А	9	7	5
Стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности <sup>3</sup> , $u_{I(ТОБ)}$ ( $\sigma_{I(ТОБ)}$ ), %	А	10	9	7,5
Стандартное отклонение измерений, полученных в условиях воспроизводимости, $u_R$ ( $\sigma_R$ ), %	А	12	11	9
Суммарная стандартная относительная неопределенность, $u_c$ , %		15	12,5	10
Расширенная относительная неопределенность, ( $U_{отн.}$ ) при $k = 2$ , %		30	25	20
<p><b>П р и м е ч а н и я.</b></p> <p>1 Оценка (неопределенности) типа А получена путем статистического анализа ряда наблюдений.</p> <p>2 Оценка (неопределенности) типа В получена способами, отличными от статистического анализа ряда наблюдений.</p>				

<sup>3</sup> Согласно ГОСТ Р ИСО 5725-3:2002 учтено при расчете стандартного отклонения результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
(РОСПРИРОДНАДЗОР)  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ  
ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»  
(ФБУ «ФЦАО»)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 027/01.00301-2010/2011

Методика измерений свободной и общей щелочности в питьевых  
поверхностных, подземных, пресных и сточных водах методом  
потенциометрического титрования.

предназначенная для применения в организациях, осуществляющих контроль  
состава питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных вод.

разработанная ФБУ «ФЦАО» 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1  
и содержащаяся в ПНД Ф 14.1-2.3.4-242-2007 «Методика измерений свободной  
и общей щелочности в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных  
водах методом потенциометрического титрования», 2011 г., на 10 листах.

Методика (метод) аттестована (ан) в соответствии с Федеральным  
законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и  
ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы  
материалов по разработке методики (метода) измерений и экспериментальных  
исследований.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика  
(метод) измерений соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 8.563-2009.

Показатели точности измерений приведены в приложении на 2 листах.

Директор ФБУ «ФЦАО»

С.А. Хахалин

Дата выдачи: 25.11.2011 г.



125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1. тел.: (495) 943-29-44, www.fbo.ru



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству № 027/01.00301-2010/2011 об аттестации  
методики измерений свободной и общей щелочности в питьевых, поверхностных,  
подземных пресных и сточных водах методом потенциометрического титрования  
на 2 листах

1 Показатели точности измерений<sup>1</sup> приведены в таблице 1

Таблица 1 – Диапазон измерений, показатели неопределенности измерений

Диапазон измерений, мг-экв./дм <sup>3</sup>	Суммарная стандартная относительная неопределенность, $u$ , %	Расширенная относительная неопределенность <sup>2</sup> , $U$ при коэффициенте охвата $k = 2$ , %
От 0,005 до 0,1 включ.	15	30
Св. 0,1 до 1 включ.	12,5	25
Св. 1 до 10 включ.	10	20

2 Бюджет неопределенности измерений свободной и общей щелочности

Таблица 2 – Бюджет неопределенности измерений свободной и общей щелочности

Источник неопределенности	Оцен-ка типа	Стандартная относительная неопределенность, %		
		(от 0,005 – 0,1) мг-экв./дм <sup>3</sup>	(св. 0,1 – 1) мг-экв./дм <sup>3</sup>	(св. 1 – 10) мг-экв./дм <sup>3</sup>
Степень чистоты реактивов и дистиллированной воды, $u_1$ , %	В	1,5	1,3	1,3
Определение поправочного коэффициента для раствора соляной кислоты, $u_2$ , %	В	0,5	0,5	0,5
Подготовка проб к анализу, $u_3$ , %	В	1,8	1,8	1,8
Стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях повторяемости <sup>3</sup> , $u_r (\sigma_r)$ , %	А	9	7	5
Стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности <sup>3</sup> , $u_{(пов)} (\sigma_{(пов)})$ , %	А	10	9	7,5
Стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, $u_L (\sigma_R)$ , %	А	12	11	9
Суммарная стандартная относительная неопределенность, $u_c$ , %		15	12,5	10
Расширенная относительная неопределенность, ( $U_{отн}$ ) при $k = 2$ , %		30	25	20
<b>П р и м е ч а н и я.</b>				
1 Оценка (неопределенности) типа А получена путем статистического анализа ряда наблюдений				
2 Оценка (неопределенности) типа В получена способами, отличными от статистического анализа ряда наблюдений.				

<sup>1</sup> В соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 (п. 3.4) в качестве показателя точности измерений использованы показатели неопределенности измерений).

<sup>2</sup> Соответствует характеристике погрешности при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

<sup>3</sup> Согласно ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 учтено при расчете стандартного отклонения результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

к свидетельству № 027/01.00301-2010/2011 об аттестации  
методики измерений свободной и общей щелочности в питьевых, поверхностных,  
подземных пресных и сточных водах методом потенциометрического титрования  
на 2 листах

## 3 Нормативы для процедур обеспечения приемлемости результатов измерений

Таблица 3 - Нормативы для процедур обеспечения приемлемости результатов измерений

Наименование операции	Контролируемая (проверяемая) характеристика	Значение норматива при вероятности $P = 0,95, \%$		
		(от 0,005 – 0,1) мг-экв./дм <sup>3</sup>	(св. 0,1 – 1) мг-экв./дм <sup>3</sup>	(св. 1 – 10) мг-экв./дм <sup>3</sup>
Проверка приемлемости результатов параллельных измерений (определений)	Модуль разности двух параллельных определений, отнесенный к среднему арифметическому	$\sigma$		
		25	20	14
Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости	Модуль разности двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, отнесенный к среднему арифметическому	$R^4$		
		34	31	25

Начальник отдела ФБУ «ФЦАО»  
Эксперт-метролог (Сертификат № RUM 02.33.00389,  
дата выдачи: 24.11.2009 г.)



Т.Н. Попова

<sup>4</sup> Результаты измерений на идентичных образцах исследуемого объекта, полученные двумя лабораториями, будут различаться с превышением предела воспроизводимости ( $R$ ) в среднем не чаще одного раза на 20 случаев при нормальном и правильном использовании методики измерений. Это проверено по экспериментальным данным, полученным в десяти лабораториях, при разработке данной методики