

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ

Выпуск XVIII

Москва, 1983 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ**

Выпуск XVIII

Москва, 1983 г.

Сборник методических указаний оставлен методической секцией по промышленно - санитарной химии при проблемной комиссии " Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии ".

Выпуск XIII

Настоящие методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

Редакционная коллегия : Мельникова Л.В., Боляков А.А.,
Бабина М.Д., Овечкин В.Г.


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного государствен-
ного санитарного врача СССР

А.И. ЗАИЧЕНКО
 "21" августа 1983 г.
 № 2408-83

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОПИОНОВОГО АЛЬДЕГИДА
В ВОЗДУХЕ



M = 58

Пропионовый альдегид — бесцветная жидкость с т.кип. 48,8°C, плотность 0,807 г/см³, хорошо растворима в спирте, эфире.

Агрегатное состояние — пары.

I. Общая часть

1. Определение проводится методом газожидкостной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным детектором. Отбор проб проводится с предварительным концентрированием.

2. Предел обнаружения пропионowego альдегида 0,02 мкг в анализируемом объеме пробы.

3. Предел обнаружения в воздухе 1,5 мкг/м³ (при отборе 15 л воздуха).

4. Точность определения ± 10%.

5. Диапазон измеряемых концентраций 1,3 — 14 мкг/м³.

6. Определению не мешают гексан, диэтилкетон, пропилформиат, дипропиловый эфир, другие альдегиды, метиловый спирт, спирты пропиловый и выше, пропионовая кислота.

7. Предельно допустимая концентрация в воздухе — 5 мг/м³.

П. Реактивы и аппаратура

8. Применяемые реактивы и растворы.

Пропионовый альдегид, ТУ 6-09-5685-74.

Стандартный раствор пропионового альдегида, содержащий 1 мг/мл. Готовят растворением пропионового альдегида в диметилформамиде. Раствор устойчив в течение 7 дней.

Стандартные растворы пропионового альдегида с содержанием 100 и 10 мкг/мл. Готовят соответствующим разбавлением диметилформамидом исходного раствора. Растворы следует готовить непосредственно перед определением, не более чем за 5-10 мин до ввода в хроматограф.

Диметилформамид, ГОСТ 20289-74.

Хлороформ, ГОСТ 215-74, хч.

Спирт этиловый, ГОСТ 5963-67, ректиф. ат.

Доктилсебацинат, ТУ 6-09-2585-72.

Себациновая кислота, ГОСТ 15582-70, ч.

Твердый носитель-хроматон N-AW -ДМС, фракция 0,25-0,36 мм.

Силикагель "АСК", ГОСТ 3956-76, з. реннем 0,25-0,60 мм.

9. Применяемые посуда и приборы.

Хроматограф ЛДА-8 МД или любой другой с пламенно-ионизационным детектором и колонками из нержавеющей стали длиной 5 м, внутренним диаметром 3 мм.

Микрошприц на 10 мкл.

Секундомер.

Набор сит "Физприбор".

Стеклопипетки концентрационные трубки для отбора проб, длиной 120 мм, внутренним диаметром 8 мм.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1,5 и 10 мл.

Микропипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 0,2 мл.

Аспирационное устройство.

Муфельная печь.

III. Отбор пробы воздуха

10. Воздух со скоростью 0,5 л/мин аспирируют через концентрационную трубку, заполненную силкагелем. Концентрационные трубки после отбора проб закрывают стеклянными заглушками.

Для определения концентраций пропионового альдегида на уровне 1/2 предельно допустимой концентрации требуется отобрать 8 л воздуха. Отобранные пробы устойчивы 1 сутки.

IV. Описание определения

11. Насадку готовят из расчета 10 в.ч. диоктилсебацата и 1 г ч. себаценовой кислоты на 100 в.ч. хроматона $N-AW-DMC5$. Рассчитанное количество диоктилсебацата растворяют в хлороформе, а себаценовой кислоты - в этаноле. Полученные растворы соединяют, перемешивают и наносят на определенное количество твердого носителя, помещенного в фарфоровую чашку. Насадку осторожно перемешивают шпателем при комнатной температуре, затем - на водяной бане до исчезновения запаха растворителя. Приготовление насадки ведется в вытяжном шкафу.

Сухие чистые колонки длиной 3 м и 2 м заполняют насадкой при помощи вакуум-насоса и соединяют специально изготовленным переходником. Полученную таким образом колонку длиной 5 м помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, тренируют в токе газа-носителя в течение 8 ч до два часа при температурах 60, 30, 100, 130°C и 7 ч - при температуре 150°C.

Чистую сухую трубку, см. рис. 3 заполняют 2 мл силикагеля "АСК". Предварительно силикагель промывают, отбирают нужную фракцию, отмывают от пыли дистиллированной водой, подсушивают в термостате до воздушно-сухого состояния, прокалывают в муфелье при 500°C в течение 3 ч и охлаждают в эксикаторе. Хранят силикагель в стеклянной банке с притертой пробкой. После отбора проб воздуха через концентрационную трубку порциями по 0,2–0,3 мл пропускают диметилформамид и отбирают первые 2 мл элюата. Элюат анализируют не позднее, чем через 5 мин после получения.

Ввод пробы в хроматограф производится микропипетом через самоуплотняющуюся мембрану.

Условия анализа:

Длина колонки	5 м
Диаметр колонки	3 мм
Насадка	10 в.ч. диоктилсебацата + 1 в.ч. себаценовой кислоты на 100 в.ч. хроматона — N° АУ — ДМС
Температура колонки	70°C
Температура испарителя	150°C
Расход гелия (газа-носителя)	35 мл/мин
Расход воздуха	300 мл/мин
Расход водорода	40 мл/мин
Объем вводимой пробы	2 мкл
Скорость диаграммной ленты	240 мм/ч
Время удерживания пропенового альдегида	2,2 мин 2 с

В связи с тем, что в выбранных условиях анализа время удерживания ДМФА значительно больше (32 мин), чем у пропенового альдегида то, до его появления из колонки, можно оделать несколько определений. С момента начала вымывания ДМФА из колонки появи-

шают температуру термостата колонок до 150°C и выдерживают колонку при этой температуре не менее 20. мин. Затем колонку охлаждают и устанавливают рабочую температуру.

Градуировочную кривую выражающую зависимость высоты пика от количества вещества, строят по данным хроматографического анализа не менее 5 стандартных растворов в диапазоне концентраций 10-100 мкг/мл. Для каждой концентрации проводят не менее 5 параллельных определений.

Концентрацию пропенового альдегида в воздухе в мг/м³ (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G \cdot V_i}{V \cdot V_{zo}} , \text{ где}$$

G - количество вещества, найденного в анализируемом объеме жидкости, мкг.

V_i - общий объем пробы, мл.

V - объем пробы, взятый для анализа, мл.

V_{zo} - объем воздуха, отобранный для анализа, приведенный к стандартным условиям по формуле (см. приложение I).

Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33} , \quad \text{где}$$

V_t - объем воздуха, отобранный для анализа, л

P - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт.ст)

t - температура воздуха в месте отбора пробы, °C

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°C и атмосферное давление 101,33 кПа

°C	Давление P, кПа										
	97,33	97,86	98,4	98,93	99,46	100	100,53	101,06	101,33	101,86	102,40
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122	1,2185
- 26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925	1,1986
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735	1,1795
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551	1,1611
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373	1,1432
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200	1,1258
- 6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032	1,1039
- 2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869	1,0925
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789	1,0846
+ 2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712	1,0767
+ 6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557	1,0612
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407	1,0462
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0021	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263	1,0316
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122	1,0175

°C	Давление P, кПа										
	97,33	97,86	98,4	98,93	99,46	100	100,53	101,06	101,53	101,86	102,40
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9763	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053	1,0105
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985	1,0036
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917	0,9968
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851	0,9902
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785	0,9836
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9482	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723	0,9772
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595	0,9644
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471	0,9520

22.1

Приложение 3

Рисунки к сборнику № 18 "Методические указания по методам определения вредных веществ в воздухе".

Рис.1 Стекло́нная тру́бка с пористой пластинкой.

Рис.2 Схема динамического диффузионного дозатора:

- 1 - сатуратор.
- 2 - тройник - капилляр.
- 3 - капиллярная колонка.
- 4 - сборник.

Рис.3 Концентрационная трубка:

- 1 - стеклянная сетка, впаянная в трубку.
- 2 - стекловата.
- 3 - адсорбент.

Рис.4 Патрон плексигласовый для отбора проб воздуха:

- 1 - штуцер.
- 2 - ниппель
- 3, 5 - кольцо
- 4 - фильтр

Рис.5 Схема установки для отбора пробы воздуха:

- 1 - сорбционная трубка
- 2 - перфорированная перегородка с отверстиями $d=0,8\text{ мм}$.
- 3 - Г - образная стеклянная переходная трубка.
- 4 - поглотительные сосуды Рихтера.
- 5 - резиновые муфты.




Рис. 1. Стеклянная трубка с пористой пластинкой для отбора проб воздуха




Рис. 2. Схема динамического диффузионного дозатора.




Рис.3. Концентрационная трубка




Рис. 4 Патрон плексигласовый
для отбора проб воздуха.




Рис. 5. Схема установки для отбора пробы воздуха.

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

учреждений, представивших методические указания в данный
сборник

№ п/п	Методические указания	Учреждение, представившее методическое указание
I	Методические указания по газохромато-графическому определению бальзама лесного "А" в воздухе	Белорусский санитарно-гигиенический институт
2	Методические указания по методам определения вернама в воздухе	Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
3	Методические указания по газохромато-графическому определению гекса-хлорбензола в воздухе	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
4	Методические указания по газохромато-графическому определению гексафторида серы в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
5	Методические указания по хроматографическому определению 4,4-дифенил-бис-малеимида в воздухе	ГорСЭС г.Москвы
6	Методические указания по газохромато-графическому определению 2,3-д.хлорпропена в воздухе	Новосибирский НИИ гигиены
7	Методические указания по газохромато-графическому определению дихлорэтана, псевдокумола, моно- и дихлорметилпсевдокумола в воздухе	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
8	Методические указания по газохромато-графическому определению изосутилового спирта в воздухе	Институт биофизики Минздрава СССР, г. Москва
9	Методические указания по газохромато-графическому определению изомеров хлортолуола в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
10	Методические указания по газохромато-графическому определению метилтрет-бутилового эфира в воздухе	Ярославский НИИ мономеров для СК
II	Методические указания по газохромато-графическому определению метилтолуилата, динила и диметилтерефталата в воздухе	Белорусский санитарно-гигиенический институт

- | | | |
|----|---|---|
| 12 | Методические указания по газохромато-
графическому определению метилфенил-
диметоксисилана в воздухе | СЭС г.Данков |
| 13 | Методические указания по газохромато-
графическому определению моно-нитро-
нафталина и изомеров 1,5 и 1,8 -
динитронафталина в воздухе | НИИ гигиены труда и
профзаболеваний Акаде-
мии медицинских наук
СССР |
| 14 | Методические указания по хроматогра-
фическому определению пиридона и
нитропиридона в воздухе | -"- |
| 15 | Методические указания по газохрома-
тографическому определению пропионо-
вого альдегида в воздухе | ВНИИ нефтехим,
г.Ленинграда |
| 16 | Методические указания по методам
определения ФДН в воздухе | Киевский НИИ гигиены
труда и профзаболева-
ний |
| 17 | Методические указания по газохромато-
графическому определению фосфорорга-
нических пестицидов (карбофос, мета-
фос, метилнитрофос, бромфос, трихлор-
метатфос - 3, цидиал, цианокс в воз-
духе) | ВНИИГИНТОКС |
| 18 | Методические указания по газохромато-
графическому определению фурана, тет-
рагидрофурана и сальвана в воздухе | Узбекский НИИ санита-
рии, гигиены и проф-
заболеваний |
| 19 | Методические указания по газохромато-
графическому определению хлоризопрена,
хлорметилбутена и дихлорметилбутена
в воздухе | Научно-производственное
объединение "НАИРИТ" |
| 20 | Методические указания по хроматографиче-
скому определению холинхлорида в
воздухе | Киевский НИИ гигиены
труда и профзаболева-
ний |
| 21 | Методические указания по газохромато-
графическому определению циодрина в
воздухе | ВНИИГИНТОКС |
| 22 | Методические указания по газохромато-
графическому определению эпихлоргидри-
на (ЭХГ) в воздухе | Ростовский медицин-
ский институт |
| 23 | Методические указания по спектрографиче-
скому определению алюминия, ванадия,
кремния, лития, меди, никеля, олова,
сурьмы, титана, хрома, цинка и их не-
органических соединений в воздухе | Горьковский НИИ гигие-
ны труда и профзаболе-
ваний |

- | | | |
|----|---|--|
| 24 | Методические указания по спектрографическому определению хрома, никеля, кобальта, железа, марганца, алюминия, молибдена, меди, титана и вольфрама в воздухе | Институт охраны труда ВЦСПС (г.Москва) |
| 25 | Методические указания по фотометрическому определению аллюмосиликата бария в воздухе | Первый Московский мединститут |
| 26 | Методические указания по фотометрическому определению акролеина в воздухе | Штаб военизированных горноспасательных частей Урала г.Свердловск |
| 27 | Методические указания по фотометрическому определению арсенида галлия в воздухе | Первый Московский мединститут |
| 28 | Методические указания по фотометрическому определению ББК в воздухе | Ленинградский санитарно-гигиенический мединститут |
| 29 | Методические указания по фотометрическому определению бромбензантрона и дибромбензантрона в воздухе | Харьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 30 | Методические указания по фотометрическому определению ванилина в воздухе | Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 31 | Методические указания по фотометрическому определению гваякола в воздухе | -" |
| 32 | Методические указания по фотометрическому определению диалкилфталата в воздухе | НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР |
| 33 | Методические указания по спектрофотометрическому определению дилупина в воздухе | Рижский мединститут |
| 34 | Методические указания по фотометрическому определению димера метилциклопентадиена в воздухе | НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР |
| 35 | Методические указания по фотометрическому определению 3,5-динитро-4-хлорбензойной кислоты в воздухе | Подсекция "Промышленно-санитарная химия" |
| 36 | Методические указания по фотометрическому определению метилового эфира метоксиуксусной кислоты в воздухе | НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР |

- | | | |
|----|--|--|
| 37 | Методические указания по фотометрическому определению монохлоракрилата пропиленгликоля в воздухе | Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 38 | Методические указания по фотометрическому определению монохлорметилпсевдокумола в воздухе | Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 39 | Методические указания по фотометрическому определению озона в воздухе | Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 40 | Методические указания по фотометрическому определению о-оксибензилового спирта в воздухе | Харьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 41 | Методические указания по фотометрическому определению I-оксиптилендифосфоновой кислоты, тринатриевой соли оксиптилендифосфоновой кислоты и нитрилотриметилфосфоновой кислоты в воздухе | ВНИИ "ИРКА" г. Москва |
| 42 | Методические указания по спектрофотометрическому определению пирена в воздухе | Свердловский НИИ гигиены труда и профзаболеваний |
| 43 | Методические указания по фотометрическому определению рифампицина в воздухе | ВНИИ антибиотиков |
| 44 | Методические указания по фотометрическому определению фосфиноксида разнорадикального $C_5 - C_9$ и триэтилфосфиноксида в воздухе | Саратовский медицинский институт |
| 45 | Методические указания по фотометрическому определению фуразолидона в воздухе | Рижский медицинский институт |
| 46 | Методические указания по фотометрическому определению этилового эфира циануксусной кислоты в воздухе | НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР |
| 47 | Методические указания по титриметрическому определению хсантогенатов в воздухе | Армянский НИИ общей гигиены и профзаболеваний |

СОДЕРЖАНИЕ

Методические указания по газохроматографическому определению балзама лесного "А" в воздухе	3
Методические указания по методам определения вер- нама в воздухе	6
Методические указания по газохроматографическому определению 1-хлорбензола в воздухе	15
Методические указания по газохроматографическому определению гексафторида серы в воздухе	19
Методические указания по хроматографическому определению 4,4-дитиодифенил-бис-малеида в воздухе	22
Методические указания по газохроматографическому определению 2,3-дихлорпропена в воздухе	26
Методические указания по газохроматографическому определению дихлорэтана, псевдокумола, моно- и дихлорметил-псевдокумола в воздухе	30
Методические указания по газохроматографическому определению изобутилового спирта в воздухе	37
Методические указания по газохроматографическому определению изомеров мортолуола в воздухе	41
Методические указания по газохроматографическому определению метил-третбутилового эфира в воздухе	45
Методические указания по газохроматографическому определению метилтолуилата, диэтила и диметилтере- фталата в воздухе	50
Методические указания по газохроматографическому определению метилфенилдиметоксисилана в воздухе	56
Методические указания по газохроматографическому определению моно-нитронафталина и изомеров 1,5- и 1,8-динитротронафталина в воздухе	60
Методические указания по хроматографическому определению пиридона и нитропиридона в воздухе	65
Методические указания по газохроматографическому определению пропенового альдегида в воздухе	70
Методические указания по методам определения ФДН в воздухе	75
Методические указания по газохроматографическому определению фосфорорганических пестицидов (кар- бофос, метафос, метилнитрофос, бромфос-З, цитал, цианокс) в воздухе	83

Методические указания по газохроматографическому определению фурана, тетрагидрофурана и сивлана в воздухе	89
Методические указания по газохроматографическому определению хлоризопрена, хлорметилбутена и дихлорметилбутена в воздухе	94
Методические указания по хроматографическому определению холинхлорида в воздухе	98
Методические указания по газохроматографическому определению циодрина в воздухе	103
Методические указания по газохроматографическому определению эпиморгидрина (ЭГ)	108
Методические указания по спектрографическому определению алюминия, ванадия, кремния, лития, магния, меди, никеля, олова, сурьмы, титана, хрома, железа и их органических соединений в воздухе	112
Методические указания по спектрографическому определению хрома, никеля, кобальта, железа, марганца, алюминия, молибдена, меди, титана и вольфрама в воздухе	118
Методические указания по фотометрическому определению аллюмосиликата бария в воздухе	126
Методические указания по фотометрическому определению акролеина в воздухе	130
Методические указания по фотометрическому определению арсенида галлия в воздухе	134
Методические указания по фотометрическому определению БВК в воздухе	139
Методические указания по фотометрическому определению бромбензантрона и дибромбензантрона в воздухе	144
Методические указания по фотометрическому определению венилина в воздухе	148
Методические указания по фотометрическому определению гваякола в воздухе	152
Методические указания по фотометрическому определению диалкилфталата в воздухе	156
Методические указания по спектрофотометрическому определению димидина в воздухе	159
Методические указания по фотометрическому определению димера метилдихлорэтилена в воздухе	163

Методические указания по фотометрическому определению 3,5-динитро-4-хлорбензойной кислоты в воздухе	166
Методические указания по фотометрическому определению метилового эфира метоксиуксусной кислоты в воздухе	169
Методические указания по фотометрическому определению монометакрилата пропиленгликоля в воздухе	173
Методические указания по фотометрическому определению монохлорметилпсевдокумола в воздухе	177
Методические указания по фотометрическому определению озона в воздухе	181
Методические указания по фотометрическому определению о-оксипензилового спирта в воздухе	186
Методические указания по фотометрическому определению 1-оксиэтилдидифосфоновой кислоты, тринатриевой соли оксиэтилдидифосфоновой кислоты и нитрилотриметилдифосфоновой кислоты в воздухе	189
Методические указания по спектрофотометрическому определению пирена в воздухе	194
Методические указания по фотометрическому определению рифампицина в воздухе	198
Методические указания по фотометрическому определению фосфиноксида разнорадикального $C_5 - C_9$ и триизоамилфосфиноксида в воздухе	202
Методические указания по фотометрическому определению фуразолидона в воздухе	207
Методические указания по фотометрическому определению этилового эфира пануксусной кислоты в воздухе	211
Методические указания по титриметрическому определению ксантогенатов в воздухе	215
Приложение 1. Формула для приведения объема воздуха к стандартным условиям	218
Приложение 2. Таблица коэффициентов для приведения объема воздуха к стандартным условиям	219
Приложение 3. Висунки к сборнику № 18	221
Приложение 4. Перечень учреждений, представивших методические указания в данный сборник	227

Д-72444 от 14.06.83г. Зак. 1596 Тир. 1160

Типография Министерства Здравоохранения СССР.