

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

УТВЕРЖДАЮ

**И.о. директора ФБУ «Федеральный
центр анализа и оценки техногенного
воздействия»**



А.Б. Сучков
2013 г.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД

**МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ РТУТИ В ПИТЬЕВЫХ,
ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ
МЕТОДОМ БЕСПЛАМЕННОЙ ААС**

ПНД Ф 14.1:2:4.260-2010

**Методика допущена для целей государственного
экологического контроля**

**МОСКВА 2010 г.
(Издание 2013 г.)**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает методику количественного химического анализа различных типов вод с целью измерения массовой концентрации ртути методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. Методика распространяется на следующие объекты анализа: воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости; воды природные пресные, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения; воды сточные производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные. Диапазон измерений массовых концентраций в питьевой и природной воде составляет от 0,0001 до 0,01 мг/дм³, в сточной воде от 0,0002 до 0,1 мг/дм³.

Если массовая концентрация ртути в анализируемой пробе превышает верхнюю границу указанного диапазона, то допускается разбавление пробы, но не более, чем в 100 раз. Продолжительность одного элементопределения, включая время, необходимое для приготовления градуировочных растворов, подготовки пробы, прогрева лампы и построения градуировочного графика, 2 часа. Продолжительность одного элементопределения в серии из 10 проб – 30 минут.

Блок-схема проведения анализа при определении общего содержания ртути приведена в приложении.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4146-74 Реактивы. Калий надсерноокислый. Технические условия

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешностей измерений показателей состава и свойств

ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности

ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ Р 51593-2000 Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с погрешностями, не превышающими значений, приведенных в таблице 1. Приписанные погрешности измерений не превышают нормы погрешностей, установленные ГОСТ 27384.

4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Метод основан на измерении поглощения резонансного излучения атомным паром ртути при длине волны 253,7 нм и определении общего содержания ртути после ее окисления до Hg (II), восстановления Hg (II) до элементного состояния хлоридом олова (II).

Примечание – При использовании системы амальгамирования образовавшаяся свободная ртуть сорбируется на золотой сетке с образованием амальгамы, при нагревании

последней, ртуть десорбируется с золотой сетки и поступает в кварцевую ячейку, где измеряется абсорбция резонансного излучения атомным паром ртути.

Т а б л и ц а 1 – Диапазон измерений, значения показателей точности, воспроизводимости и повторяемости

Диапазон измерений, мг/дм ³	Показатель повторяемости (стандартное отклонение повторяемости), σ_r , %	Показатель воспроизводимости (стандартное отклонение воспроизводимости) σ_R , %	Показатель точности (границы относительной погрешности при $P=0,95$), $\pm \delta$, %
Питьевые и природные воды			
от 0,0001 до 0,0005 вкл.	12	23,5	47
св. 0,0005 до 0,001 вкл.	10	20	40
св. 0,001 до 0,01 вкл.	8	16	32
Сточные воды			
от 0,0002 до 0,001 вкл.	10	20	40
св. 0,001 до 0,05 вкл.	8	16	32
св. 0,05 до 0,1 вкл.	6	12,5	25
П р и м е ч а н и е – Показатель точности измерений соответствует расширенной неопределенности при коэффициенте охвата $k = 2$			

5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

5.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, лабораторная посуда

5.1.1 Анализатор ртути автоматический, например, Cetac M-6000A (Фирмы "Cetac Technologies Inc.", США), Hydra II (фирмы Teledyne Leeman Labs, США) или приставка для определения ртути к атомно-абсорбционному спектрометру, например, MHS-10 или аналогичная, приставка с проточно-инжекционной системой, например, FIAS-400 (фирмы PerkinElmer, США) в комбинации с системой амальгамирования или без нее.

5.1.2 Государственные стандартные образцы (ГСО) состава водного раствора ионов ртути массовой концентрации 1,0 мг/см³ или 0,1 мг/см³ с погрешностью аттестованного значения не более 1 % при доверительной вероятности $P=0,95$.

5.1.3 Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дистиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа 2 степени чистоты по ГОСТ Р 52501.

5.1.4 Дозаторы медицинские лабораторные настольные (устанавливаемые на сосуд) или ручные, одноканальные с фиксированным или варьируемым объемом дозирования по ГОСТ 28311

5.1.5 Весы лабораторные специального или высокого класса точности по ГОСТ Р 53228.

5.1.6 Емкости из стекла (или пластика) для хранения проб вместимостью (250 – 500) см³.

5.1.7 Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100; 250; 500; 1000 см³, по ГОСТ 1770, 2 класс точности.

5.1.8 Колбы конические вместимостью 250 см³ по ГОСТ 25336

5.1.9 Шипетки мерные вместимостью 1; 2; 5; 10; 25 см³, по ГОСТ 29227, 2 класс точности.

5.1.10 Плитка электрическая по ГОСТ 14919 или баня песчаная.

5.1.11 Пробирки стеклянные или пластиковые вместимостью 15 см³ (для автосамплера).

5.1.12 Система для микроволновой минерализации с использованием закрытых стаканов, например, Mars 5 (CEM Corporation, США) или аналогичная.

5.1.13 Стаканы стеклянные вместимостью 50; 100; 250 см³, по ГОСТ 25336.

5.1.14 Стекла часовые.

5.1.15 Холодильник (любой модели), обеспечивающий хранение проб и растворов при температуре (2 – 10) °С.

5.1.16 Цилиндры мерные наливные вместимостью 100 и 1000 см³, по ГОСТ 1770, 2 класс точности.

Допускается использование средств измерения, вспомогательного оборудования, лабораторной посуды с аналогичными или лучшими метрологическими и техническими характеристиками.

5.2 Реактивы и материалы

5.2.1 Аргон газообразный, высший сорт, по ГОСТ 10157.

5.2.2 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты) (далее – вода дистиллированная).

5.2.3 Гидроксилламин солянокислый, $\text{NH}_2\text{OH}\times\text{HCl}$, ч.д.а., по ГОСТ 5456.

5.2.4 Калий марганцовокислый, KMnO_4 , ч.д.а., по ГОСТ 20490.

5.2.5 Калий надсернокислый, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, ч.д.а., по ГОСТ 4146.

5.2.6 Кислота азотная, HNO_3 , ос.ч., по ГОСТ 11125.

5.2.7 Кислота серная, H_2SO_4 , ос.ч., по ГОСТ 14262.

5.2.8 Кислота соляная, HCl , ос.ч., по ГОСТ 14261.

5.2.9 Магний перхлорат, $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$, ч., по ТУ 6-09-3880. (Используется в качестве осушителя в приборе Cetac M-6000A).

5.2.10 Олово двухлористое (II), 2-водное, $\text{SnCl}_2\times 2\text{H}_2\text{O}$, ч.д.а., по ТУ 2623-032-00205067

5.2.11 Фильтры обеззоленные «белая лента» по ТУ 6-09-1678 или аналогичные.

5.2.12 Фильтры мембранные с диаметром пор 5,0; 0,45 мкм тип МФА-МА по ТУ 6-05-1903 или аналогичные.

Допускается использование реактивов более высокой квалификации, а также материалов с аналогичными или лучшими характеристиками.

6 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

6.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

6.2 При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019.

6.3 Обучение работающих безопасности труда должно быть организовано в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

6.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

7 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА

7.1 К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, имеющие среднее специальное или высшее образование химического профиля, владеющие методом атомной абсорбции, прошедшие соответствующую подготовку, знающие принцип действия, конструкцию и правила эксплуатации используемого оборудования.

7.2 К выполнению работ по пробоподготовке допускаются лица, имеющие среднее специальное образование или высшее образование химического профиля, обученные методике подготовки проб.

8 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

температура воздуха	от 20 до 28 °С
относительная влажность воздуха	не более 80 % при 25 °С
напряжение в сети	(220±22) В.

9 ОТБОР И ХРАНЕНИЕ ПРОБ

9.1 Отбор проб воды осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 51592 и ГОСТ Р 51593.

9.2 Пробы воды объемом не менее 200 см³ отбирают в емкости из стекла или пластика.

9.3 Техника отбора проб зависит от цели анализа:

9.3.1 При определении общего (валового) содержания ртути, сразу после отбора пробы воды подкисляют концентрированной азотной кислотой, доводя рН проб до значения меньшего или равного 1 ед. рН (из расчета $3,5 - 4 \text{ см}^3$ концентрированной HNO_3 на 1 дм^3 пробы). Пробы хранят не более двух суток при температуре $(2 - 10)^\circ\text{C}$.

Если анализ проводят в срок от 2 до 30 суток, то кроме азотной кислоты добавляют 5% раствор марганцовокислого калия до розовой окраски пробы (обычно $4 - 5 \text{ см}^3$ на 1 дм^3 пробы).

9.3.2 При раздельном определении растворенной и нерастворенной ртути исследуемую пробу фильтруют через мембранный фильтр $0,45 \text{ мкм}$. К фильтрату добавляют азотную кислоту и раствор марганцовокислого калия, как указано выше.

Примечание – При консервации и проведении анализа проб воды, а также холостого опыта необходимо использовать одни и те же партии реактивов и материалов.

9.4 Законсервированные раствором марганцовокислого калия пробы можно хранить не более 30 суток при температуре $(2 - 10)^\circ\text{C}$.

9.5 При отборе проб составляется сопроводительный документ по утвержденной форме, в котором указывается:

- цель анализа
- место, дата, время отбора;
- шифр пробы;
- должность, фамилия сотрудника, отбирающего пробу.

10 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Подготовка аппаратуры

Подготовку используемого оборудования: спектрометра, ртуть-гидридной приставки, проточно-инжекционной системы, системы амальгамирования и анализатора ртути к работе проводят в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Рекомендуемые условия определения ртути на приставке MHS-10 приведены в таблице 2, с использованием проточно-инжекционной системы FIAS-400 с системой амальгамирования – в таблице 3, на анализаторе ртути Cetac M-6000A – в таблице 4 и 5.

Т а б л и ц а 2 – Условия определения ртути с использованием ртуть-гидридной приставки MHS-10

Длина волны, нм	Давление аргона	Спектральная ширина щели прибора, нм
253,7	50,7 кПа (0,5 атм)	0,7

Т а б л и ц а 3 – Условия определения ртути с использованием проточно-инжекционной системы FIAS-400 с системой амальгамирования

Шаг	Время, с	Скорость перистальтических насосов, об/мин		Положение вентили	Считывание сигнала	Такт системы амальгамирования		
		1	2			нагрев	охлаждение	Подача аргона
0	15	100	40	заполн.			*	*
1	10	100	40	заполн.			*	*
2	25	0	80	впрыск.			*	*
3	10	0	40	заполн.			*	*
4	25	0	40	заполн.	*	*		
5	10	0	40	заполн.			*	*

Шаги 1–2 повторяют дважды. Для повышения чувствительности анализа число повторов можно увеличить.

Т а б л и ц а 4 – Условия определения ртути с использованием анализатора ртути Cetac M 6000A

Длина волны, нм	Скорость подачи аргона, см ³ /мин	Скорость подачи пробы, см ³ /мин	Скорость подачи реагента, см ³ /мин
253,7	100	4	1,5

При определении ртути в диапазоне массовых концентраций (0,0001–0,0005) мг/дм³ в природной и питьевой воде с использованием анализатора Cetac M-6000A выбирают режим наивысшей чувствительности.

Т а б л и ц а 5 – Условия определения ртути с использованием анализатора ртути Cetac M-6000A (режим наивысшей чувствительности)

Длина волны, нм	Скорость подачи аргона, см ³ /мин	Скорость подачи пробы, см ³ /мин	Скорость подачи реагента, см ³ /мин	Продолжительность подачи пробы, сек	Корректировка фона
253,7	40	4	1,5	60	по двум точкам

П р и м е ч а н и е – Значения параметров, приведенных в таблицах 2–5, могут меняться в зависимости от технического состояния прибора, износа газовых фильтров и т.п. и подбираются экспериментально до получения максимальных значений сигналов абсорбции.

Остальные условия проведения анализа выбираются в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.

10.2 Приготовление растворов

10.2.1 Раствор азотной кислоты объёмной доли 5 %

В мерной колбе вместимостью 1 дм³ к небольшому количеству дистиллированной воды прибавляют 50 см³ концентрированной азотной кислоты, отмеренные цилиндром, доводят объем до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Срок хранения раствора – 3 месяца при температуре окружающей среды.

10.2.2 Раствор марганцовокислого калия массовой доли 5 %

(5,0 ± 0,1) г марганцовокислого калия (KMnO₄) растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, доводят объем раствора до 100 см³ и перемешивают. Раствор хранят в бутылках из темного стекла с притертой пробкой. Срок хранения раствора – 3 месяца при температуре окружающей среды.

10.2.3 Раствор надсернического калия массовой доли 5 %

(5,0 ± 0,1) г надсернического калия (K₂S₂O₈) растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят объем раствора до 100 см³. Раствор используют в день приготовления.

10.2.4 Раствор гидроксилamina гидрохлорида массовой доли 20 %

(5,0 ± 0,1) г гидроксилamina солянокислого (NH₂OH·HCl) растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят объем раствора до 25 см³. Срок хранения раствора – 1 месяц при температуре (2 – 10) °С.

10.2.5 Градуировочные растворы

При использовании ртуть-гидридной приставки и проточно-инжекционной системы

Вскрывают ампулу стандартного раствора ртути массовой концентрации 1 мг/см³. Пипеткой 1 см³ стандартного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, добавляют 1–2 капли 5 % раствора марганцовокислого калия и доводят объем до метки 5 % раствором азотной кислоты. Полученный рабочий раствор содержит 10 мг/дм³ ртути. Срок хранения раствора – 1 месяц при температуре (2 – 10) °С.

Градуировочные растворы готовят путем разбавления рабочего раствора 5 % раствором HNO₃, предварительно добавляя в каждую мерную колбу по 1–2 капли 5 % раствора KMnO₄ (рис.1). Градуировочные растворы используют в день приготовления.




Рисунок 1 – Схема приготовления градуировочных растворов при определении ртути

При использовании анализатора ртути Cetac M-6000A и Hydra II

Вскрывают ампулу стандартного раствора ртути массовой концентрации 100 мг/дм^3 . Пипеткой 1 см^3 стандартного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 100 см^3 , добавляя 1–2 капли 5 % раствора марганцовокислого калия и доводят объем до метки 5 % раствором азотной кислоты. Полученный рабочий раствор содержит 1 мг/дм^3 ртути.

Градуировочные растворы готовят путем разбавления рабочего раствора 5 % раствором HNO_3 , предварительно добавляя в каждую мерную колбу по 1–2 капли 5 % раствора KMnO_4 (рис. 2).

Градуировочные растворы используют в день приготовления.

Примечание – Рабочий раствор с содержанием ртути 1 мг/дм^3 можно приготовить из ГСО ртути 1000 мг/дм^3 путем последовательного разбавления сначала в 10 раз, затем в 100 раз.

Для определения содержания ртути от $0,0001$ до $0,0005 \text{ мг/дм}^3$ готовят градуировочные растворы с массовыми концентрациями $0,00005$; $0,0001$; $0,0002$; $0,0005 \text{ мг/дм}^3$ (рис. 2). Растворы с массовыми концентрациями $0,00005$ и $0,0001 \text{ мг/дм}^3$ готовят разбавлением раствора с массовой концентрацией $0,0005 \text{ мг/дм}^3$ в 10 и 5 раз, соответственно, 5 % раствором азотной кислоты, добавляя 1–2 капли 5 % раствора перманганата калия. Градуировочные растворы используют в день приготовления.

Примечание – Допускается готовить градуировочные растворы с другими значениями массовых концентраций ртути в указанном диапазоне.

10.2.6 Раствор двухлористого олова массовой доли 10 % (при использовании ртуть-гидридной приставки MHS-10 и ртутного анализатора Cetac M-6000A)

$(119 \pm 1) \text{ г}$ двухлористого олова ($\text{SnCl}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$) растворяют при нагревании на электроплитке или песчаной бане в 100 см^3 концентрированной соляной кислоты. Если раствор мутный, его фильтруют через бумажный фильтр «белая лента», предварительно смоченный дистиллированной водой. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм^3 , доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Раствор используют в день приготовления.




Рисунок 2 – Схема приготовления градуировочных растворов при определении ртути на автоматическом анализаторе Сетас М-6000А и Hydra II.

10.2.7 Раствор соляной кислоты молярной концентрации 1 моль/дм³ (при использовании проточно-инжекционной системы FIAS-400)

В мерной колбе вместимостью 1 дм³ к небольшому количеству дистиллированной воды прибавляют 85 см³ концентрированной соляной кислоты, доводят объем до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Срок хранения раствора – 6 месяцев при температуре окружающей среды.

10.2.8 Раствор двухлористого олова массовой доли 3 % (при использовании проточно-инжекционной системы FIAS-400)

(36 ± 1) г двухлористого олова (SnCl₂·2H₂O) растворяют при нагревании на электроплитке или песчаной бане в 30 см³ концентрированной соляной кислоты. Если раствор мутный, его фильтруют через бумажный фильтр «белая лента», предварительно смоченный дистиллированной водой. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм³, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Раствор используют в день приготовления.

10.3 Установление градуировочной характеристики

10.3.1 Регистрируют абсорбцию ртути в градуировочных растворах в порядке возрастания массовых концентраций определяемого элемента в соответствии с инструкциями по эксплуатации аппаратуры.

10.3.2 Градуировочную характеристику, отражающую зависимость показаний прибора от массовой концентрации ртути (мг/дм³), устанавливают по среднеарифметическим результатам двух измерений каждого градуировочного раствора. Через каждые десять проб повторяют измерение одного из градуировочных растворов (Reslope). В случае, если измеренная массовая концентрация ртути в градуировочном растворе отличается от истинной менее, чем на 10 %, прибор автоматически корректирует градуировочную характеристику. В случае отклонения измеренной массовой концентрации более, чем на 10 %, градуировку повторяют полностью.

11 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

11.1 Подготовка аппаратуры

Подготовку анализатора ртути, ртуть-гидридной приставки, автосамплера, проточно-инжекционной системы и системы амальгамирования к работе проводят в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

11.2 Подготовка пробы к выполнению измерений

Способ пробоподготовки воды зависит от задач анализа:

а) При определении общего содержания ртути 100 см³ анализируемой пробы воды помещают в стаканы или конические колбы, добавляют 2,5 см³ концентрированной серной кислоты и 1 см³ концентрированной азотной кислоты, каждый раз хорошо перемешивая. Добавляют 2 см³ 5 % раствора марганцовокислого калия до получения интенсивной розовой окраски. Если окраска слабая добавляют еще раствор марганцовокислого калия (не более 13 см³). Затем добавляют 8 см³ раствора надсернической кислоты, нагревают в течение 2 часов на песчаной бане, не доводя до кипения, и охлаждают до температуры окружающей среды. Вместо нагревания можно оставить обработанные окислителями пробы на 12–24 часа при температуре окружающей среды, закрыв колбы пробками или прикрыв стаканы часовыми стеклами (см. приложение).

Примечание—При использовании микроволновой минерализации пробы сточной воды подвергают кислотному озолению в микроволновой печи в закрытых сосудах. Для этого в стакан, предназначенный для микроволновой печи, наливают 50 см³ нефiltrованной, хорошо перемешанной пробы воды, законсервированной азотной кислотой, и добавляют еще 2 см³ концентрированной азотной кислоты. Закрытые подготовленные стаканы вставляют в турель микроволновой печи и проводят разложение. После охлаждения до температуры окружающей среды пробы фильтруют через мембранный фильтр 0,45 мкм, переносят в смкости для измерений и добавляют раствор марганцовокислого калия до розовой окраски (обычно 1 – 2 капли на 10 см³ пробы). Минерализованные пробы с добавкой марганцовокислого калия могут храниться в течение 10 суток при температуре окружающей среды.

Данный способ минерализации проб применим в течение суток с момента отбора.

б) При определении растворенной ртути исследуемую пробу сразу же после отбора фильтруют через мембранный фильтр 0,45 мкм. Фильтрат консервируют по п. 9.3.1 и обрабатывают как указано в п. 11.2.а.

Содержание нерастворенной ртути рассчитывают по разности общего содержания ртути и ее растворенной формы.

Параллельно с анализируемыми пробами воды аналогичной обработке подвергают холостую пробу.

11.3 Выполнение измерений

Каждую пробу после пробоподготовки анализируют на приборе не менее двух раз и по среднему арифметическому значению рассчитывают массовую концентрацию ртути (либо автоматически с помощью программного обеспечения прибора).

Примечание—В случае использования анализатора ртути Сетас М-6000А в пробирки отливают не менее 5 см³ подготовленной пробы, перед измерением на приборе добавляют 1–2 капли 20 % раствор гидроксиламина гидрохлорида до обесцвечивания смеси и проводят измерение содержания ртути в соответствии с программным обеспечением анализатора.

12 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Массовую концентрацию ртути (X , мг/дм³) рассчитывают по формуле

$$X = A \cdot K,$$

где:

A – массовая концентрация ртути в анализируемой пробе воды, найденная по градуировочному графику или рассчитанная с использованием градуировочных коэффициентов, мг/дм³;

K – коэффициент разбавления при подготовке пробы.

13 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

13.1 Результаты измерений в протоколах анализов представляют в виде:

$$X \pm \Delta, \text{ мг/дм}^3, P = 0,95,$$

где $\Delta = 0,01 \cdot \delta \cdot X$,

δ – значение показателя точности, % (см. табл. 1).

13.2 Результаты измерений заносят в протокол анализа, округляя с точностью до:

при массовой концентрации ртути

от 0,0001 до 0,001 мг/дм³ вкл. – 0,00001 мг/дм³;

от 0,001 до 0,01 мг/дм³ вкл. – 0,0001 мг/дм³;

от 0,01 до 0,1 мг/дм³ вкл. – 0,001 мг/дм³.

14 ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

14.1 При получении двух результатов измерений (X_1 , X_2) в условиях повторяемости (сходимости) осуществляют проверку приемлемости результатов в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6 (раздел 5).

Результат измерений считают приемлемым при выполнении условия:

$$200 \cdot \frac{|X_1 - X_2|}{X_1 + X_2} \leq r$$

Значения пределов повторяемости (r) приведены в таблице 6.

14.2 При получении результатов измерений в двух лабораториях ($X_{\text{лаб1}}$, $X_{\text{лаб2}}$) проводят проверку приемлемости результатов измерений в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6 (раздел 5).

Результаты измерений $X_{\text{лаб1}}$ и $X_{\text{лаб2}}$, полученные в условиях воспроизводимости, считают приемлемыми при выполнении условия:

$$200 \cdot \frac{|X_{\text{лаб1}} - X_{\text{лаб2}}|}{X_{\text{лаб1}} + X_{\text{лаб2}}} \leq R$$

Значения пределов воспроизводимости (R) приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 – Пределы повторяемости и воспроизводимости результатов измерений

Диапазон измерений, мг/дм ³	Предел повторяемости (при n=2 и P=0,95), r, %	Предел воспроизводимости (при n=2 и P=0,95), R, %
Питьевые и природные воды		
от 0,0001 до 0,0005 вкл.	34	66
св. 0,0005 до 0,001 вкл.	28	56
св. 0,001 до 0,01 вкл.	22	45
Сточные воды		
от 0,0002 до 0,001 вкл.	28	56
св. 0,001 до 0,05 вкл.	22	45
св. 0,05 до 0,1 вкл.	17	35

15 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

15.1 В случае регулярного выполнения анализа по методике рекомендуется проводить контроль стабильности результатов измерений путем контроля среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности и погрешности в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 5725 (часть 6). Образцами для контроля (ОК) являются растворы, приготовленные с использованием ГСО водного раствора ртути или аналогичного стандартного раствора ртути, например, фирмы Perkin Elmer (США). Для приготовления ОК используют дистиллированную воду или рабочую пробу воды, не содержащую определяемый компонент. Периодичность контроля регламентируют во внутренних документах лаборатории.

15.2 Оперативный контроль точности результатов измерений рекомендуется проводить с каждой серией проб, если анализ по методике выполняется эпизодически, а также при возникновении необходимости подтверждения результатов измерений отдельных проб (при получении нестандартного результата измерений, результата, превышающего ПДК и т.п.).

В качестве образцов для контроля (ОК) используют растворы, приготовленные с использованием ГСО состава водного раствора ртути или аналогичного стандартного раствора ртути, например, фирмы Perkin Elmer (США). Для приготовления ОК используют дистиллированную воду или рабочую пробу воды, не содержащую определяемый компонент.

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры (K_k) с нормативом контроля (K).

Результат контрольной процедуры K_k рассчитывают по формуле

$$K_k = |X - C|,$$

где X – результат контрольного измерения массовой концентрации ртути в образце для контроля;

C – аттестованное значение массовой концентрации ртути в образце для контроля.

Норматив контроля K рассчитывают по формуле

$$K = \Delta_n ,$$

где Δ_n – характеристика погрешности аттестованного значения ртути в образце для контроля, установленная в лаборатории при реализации методики.

П р и м е ч а н и е – На первом этапе проведения контроля после внедрения методики допускается считать $\Delta_n = 0,84 \cdot \Delta$, где Δ – приписанная характеристика погрешности методики, которую рассчитывают по формуле

$$\Delta = 0,01 \cdot \delta \cdot C$$

Значения δ приведены в таблице 1.

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при выполнении условия:

$$K_k \leq K$$

При невыполнении условия контроль повторяют. При повторном невыполнении условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЛОК-СХЕМА
определения общего содержания ртути





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»
(ФБУ «ФЦАО»)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 005/01.00301-2010/2013

Методика измерений массовой концентрации ртути в питьевых, природных и сточных водах методом беспламенной ААС,

предназначенная для применения в организациях, осуществляющих контроль состава питьевых, природных и сточных вод,

разработанная Аналитическим центром ЗАО «РОСА» 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35

и содержащаяся в ПНД Ф 14.1:2.4.260-2010 «Методика измерений массовой концентрации ртути в питьевых, природных и сточных водах методом беспламенной ААС», 2013 г., на 17 листах.

Методика (метод) аттестована (ан) в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке методики (метода) измерений и экспериментальных исследований.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 8.563-2009.

Показатели точности измерений приведены в приложении на 1 листе.

И.о. директора ФБУ «ФЦАО»

А.Б. Сучков

Дата выдачи: 14 июня 2013



117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39А, тел./факс: (495) 781-64-95, www.fcso.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству № 005/01.00301-2010/2013 об аттестации
методики измерений массовой концентрации ртути в питьевых, природных
и сточных водах методом беспламенной ААС

на 1 листе

1 Диапазон измерений, значения показателей точности, воспроизводимости и повторяемости


Диапазон измерений, мг/дм ³	Показатель повторяемости (стандартное отклонение повторяемости), σ_r , %	Показатель воспроизводимости (стандартное отклонение воспроизводимости) σ_R , %	Показатель точности (границы относительной погрешности при $P=0,95$), $\pm \delta$, %
Питьевые и природные воды			
от 0,0001 до 0,0005 вкл.	12	23,5	47
св. 0,0005 до 0,001 вкл.	10	20	40
св. 0,001 до 0,01 вкл.	8	16	32
Сточные воды			
от 0,0002 до 0,001 вкл.	10	20	40
св. 0,001 до 0,05 вкл.	8	16	32
св. 0,05 до 0,1 вкл.	6	12,5	25
Примечание – Показатель точности измерений соответствует расширенной неопределенности при коэффициенте охвата $k = 2$			

2 Диапазон измерений, значения пределов повторяемости и воспроизводимости

Диапазон измерений, мг/дм ³	Предел повторяемости (при $n=2$ и $P=0,95$), r , %	Предел воспроизводимости (при $n=2$ и $P=0,95$), R , %
Питьевые и природные воды		
от 0,0001 до 0,0005 вкл.	34	66
св. 0,0005 до 0,001 вкл.	28	56
св. 0,001 до 0,01 вкл.	22	45
Сточные воды		
от 0,0002 до 0,001 вкл.	28	56
св. 0,001 до 0,05 вкл.	22	45
св. 0,05 до 0,1 вкл.	17	35

Начальник отдела ФБУ «ФЦАО»

Эксперт-метролог (Сертификат № RUM 02.33.00389-2,
дата выдачи: 12.11.2012 г.)



Т.Н. Попова