

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
Центрa исследований
контроля воды

Г.Ф. Глущенкова
2005 г



МЕТОДИКА
выполнения измерений щелочности
в пробах питьевой и природной воды
титриметрическим методом
ЦВ 1.01.11-98 "А"
ФР.1 31.2000 00140

Санкт-Петербург
2005

1 Назначение и область применения

Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений общей и свободной щелочности в пробах питьевой и природной воды титриметрическим методом в диапазоне измерений от 0,2 до 20 ммоль/дм³.

2 Значения характеристики погрешности

Методика выполнения измерений обеспечивает с вероятностью Р = 0,95 получение результатов анализа с погрешностью, не превышающей значения, приведенного в таблице 1.

Таблица 1

| Диапазон измерений щелочности, ммоль/дм ³ | Характеристика погрешности (границы интервала, в котором погрешность находится с доверительной вероятностью Р=0,95), ±δ, % |
|--|--|
| от 0,2 до 20 | 15 |

3 Метод измерения

Общая щелочность вод обусловлена присутствием в воде гидроксильных ионов и анионов слабых кислот (преимущественно гидрокарбонатов и карбонатов). Щелочность определяется количеством сильной кислоты, необходимой для замещения этих ионов.

В обычных природных водах щелочность зависит в основном от присутствия гидрокарбонатов щелочноземельных металлов, в меньшей степени щелочных. В этом случае значение pH воды не превышает 8,3. Растворимые карбонаты и гидроксиды повышают значение pH (более 8,3). Та часть общей щелочности, которая соответствует количеству кислоты, требуемому для понижения pH до 8,3, называется свободной щелочностью (или щелочностью по фенолфталеину). Титрованием пробы воды до pH 4,5 определяют в пробе общую щелочность. При pH воды меньше 4,5 ее щелочность равна нулю.

Конечную точку при титровании определяют визуально с использованием индикаторов или электрометрически. Электрометрическое определение предпочтительно при анализе загрязненных или окрашенных вод, а также вод, содержащих свободный хлор, обесцвечивающий индикатор.

4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы

- 4.1 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88, 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
- 4.2 pH-метр по ГОСТ 27987-88, с погрешностью измерения ±0,1 pH
- 4.3 Стандарт-титры (фиксаналы) для приготовления образцовых буферных растворов 2-ого разряда по ГОСТ 8.135-74 или ГСО pH водных сред.
- 4.4 Колбы мерные по ГОСТ 1770-74, номинальной вместимостью 200, 250, 1000 см³.
- 4.5 Цилиндр мерный по ГОСТ 1770-74, номинальной вместимостью 100 см³.
- 4.6 Пипетки мерные по ГОСТ 29227-91, номинальной вместимостью 25 см³.
- 4.7 Бюretка по ГОСТ 29251-91, номинальной вместимостью 5 см³.
- 4.8 Колбы конические по ГОСТ 25336-82, вместимостью 250 см³
- 4.9 Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336-82, вместимостью 50 см³.
- 4.10 Капельница по ГОСТ 25336-82.
- 4.11 Магнитная мешалка.
- 4.12 Мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм, например, по ТУ 6-55-221-903-88.

- 4.13 Фильтры обеззоленные "белая лента", например, по МРТУ 6-09-2411-65.
- 4.14 Кислота соляная, фиксанал, например, по ТУ 6-09-2540-87.
- 4.15 Метиловый оранжевый (индикатор), например, по ТУ 6-09-5171-84.
- 4.16 Ализариновый красный (индикатор), например, по ТУ 6-09-2105-77.
- 4.17 Фенолфталеин (индикатор), ч.д.а.
- 4.18 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств и реагентов, в т.ч. импортных, с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

5 Требования безопасности

При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реагентами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.021.

Требования по электробезопасности при работе с электроустановками должны соблюдаться по ГОСТ 12.1.019.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопасности при работе с нагревательными приборами.

Организация обучения работающих безопасности труда производится по ГОСТ 12.0.004.

6 Требования к квалификации оператора

Измерения по методике может выполнять специалист-химик, прошедший соответствующую подготовку и имеющий навыки работы в химической лаборатории.

7 Условия выполнения измерений

При подготовке к выполнению измерений и при их проведении необходимо соблюдать следующие условия.

| | |
|-------------------------------------|--|
| температура окружающего воздуха, °С | 20 ± 5 , |
| атмосферное давление, кПа | 101 ± 4 (760мм рт.ст. \pm 30 мм рт.ст.), |
| относительная влажность воздуха, % | 65 ± 15 , |
| напряжение питания сети, В | 220 ± 22 , |
| частота питающей сети Гц | 50 ± 1 |

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Отбор проб

Общие требования к отбору проб по ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб", и ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб", или другой нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

Объем пробы воды должен быть не менее 200 см³. При отборе бутыль следует заполнить водой доверху. Для отбора и хранения используют стеклянную или полизиэтиленовую посуду. Щелочность необходимо определять не позднее, чем через 24 часа после отбора пробы. Мутные воды предварительно фильтруют через мембранные фильтры 0,45 мкм.

8.2 Приготовление реагентов

8.2.1 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм³(0,1 н).

Раствор готовят из фиксанала разбавлением дистиллированной водой до 1000 см³.

8.2.2 Раствор индикатора метилового оранжевого с массовой долей 0,05%.

Растворяют 0,1 г метилового оранжевого в 200 см³ дистиллированной воды.

8.2.3 Раствор индикатора ализаринового красного с массовой долей 0,05%.

Растворяют 0,1 г ализаринового красного в 200 см³ дистиллированной воды.

8.2.4 Раствор индикатора фенолфталеина с массовой долей 0,5%.

Растворяют 1,0 г фенолфталеина в 200 см³ дистиллированной воды.

8.3 Подготовка pH-метра к работе

pH-метр подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Перед проведением измерений pH-метр прогревают в течение 30 минут и производят настройку его по двум стандартным образцам pH или буферным растворам с pH=4,01 и pH=6,86. Буферные растворы готовят в соответствии с указаниями в приложении к стандарт-титрам. Стандартные образцы используют в соответствии с инструкцией по применению ГСО pH.

9 Выполнение измерений

9.1 Определение свободной щелочности

В коническую колбу мерным цилиндром помещают 100 см³ исследуемой воды, добавляют 2 капли фенолфталеина и титруют на белом фоне раствором соляной кислоты до обесцвечивания. Фиксируют объем израсходованной кислоты (V_{CB}). Если розового окрашивания раствора не происходит, то щелочность по фенолфталеину равна 0.

При электрометрическом определении конечной точки титрования сосуд для титрования помещают на магнитную мешалку и при перемешивании измеряют pH пробы. Если pH пробы равно 8,3 или меньше, то щелочность по фенолфталеину равна 0. Если pH пробы больше 8,3, то пробу титруют до pH 8,3 и фиксируют объем израсходованной кислоты (V_{CB}).

9.2 Определение общей щелочности

В коническую колбу мерным цилиндром помещают 100 см³ исследуемой воды (или используют раствор после определения свободной щелочности), добавляют 2-3 капли индикатора метилового оранжевого или ализаринового красного и титруют на белом фоне раствором соляной кислоты до начала перехода окраски индикатора. Фиксируют объем израсходованной кислоты (V_{ob}).

При электрометрическом определении конечной точки титрования сосуд для титрования помещают на магнитную мешалку и при перемешивании измеряют pH пробы. Пробу титруют до pH 4,5. Фиксируют объем израсходованной кислоты (V_{ob}).

Если для определения общей щелочности использовали раствор после определения свободной щелочности, то $V_{ob} = V_{CB} + V_p$, где V_p - объем кислоты, израсходованный на титрование раствора после определения свободной щелочности.

10 Вычисление и оформление результатов измерений

10.1 Свободную щелочность анализируемой пробы вычисляют по формуле:

$$C_{CB} = \frac{V_{CB} \cdot M \cdot 1000}{V},$$

где C_{CB} – значение свободной щелочности, ммоль/дм³;

V_{CB} – объем раствора соляной кислоты, см³, пошедший на титрование пробы до pH 8,3.

M – молярность раствора соляной кислоты, моль/дм³;

1000 – коэффициент пересчета;

V – объем исследуемой пробы, см³.

10.2 Общую щелочность анализируемой пробы вычисляют по формуле:

$$C_{OB} = \frac{V_{OB} \cdot M \cdot 1000}{V},$$

где C_{OB} - значение общей щелочности, ммоль/дм³;

V_{OB} - объем раствора соляной кислоты, пошедший на титрование пробы, см³;

M - молярность раствора соляной кислоты, моль/дм³;

1000 – коэффициент пересчета;

V - объем исследуемой пробы воды, см³.

10.3 Результаты измерений общей и свободной щелочности анализируемой пробы представляют в виде:

$$C \pm \Delta, \text{ммоль/дм}^3,$$

где C - значение щелочности пробы, ммоль/дм³,

Δ - абсолютная погрешность измерения щелочности при доверительной вероятности $P = 0,95$, ммоль/дм³,

Значение Δ рассчитывают по формуле:

$$\Delta = (C * \delta) / 100,$$

где δ - относительная погрешность измерения щелочности при $P = 0,95$, %, таблица 1.

10.4 Результаты определения общей и свободной щелочности используются для вычисления содержания ионных форм углекислоты. Расчет основан на предположении, что щелочность вызывается только ионными формами углекислоты и, в отдельных случаях, гидроксильными ионами. Вследствие того, что эта предпосылка редко соответствует действительности, расчет почти всегда дает лишь приближенные результаты. Расчетом нельзя пользоваться при исследовании сильно загрязненных вод.

В зависимости от соотношения между свободной и общей щелочностью возможны 5 случаев расчета:

| Отношение между свободной (C_{CB}) и общей (C_{OB}) щелочностью | Гидрокарбонаты, ммоль/дм ³ | Карбонаты, ммоль/дм ³ |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| $C_{CB} = 0$ | C_{OB} | 0 |
| $2C_{CB} < C_{OB}$ | $C_{OB} - 2C_{CB}$ | $2C_{CB}$ |
| $2C_{CB} = C_{OB}$ | 0 | $2C_{CB}$ |
| $2C_{CB} > C_{OB}$ | 0 | $2(C_{OB} - C_{CB})$ |
| $C_{CB} = C_{OB}$ | 0 | 0 |

Умножая содержание гидрокарбонат- и карбонат-ионов в ммоль/дм³, на 61,02 и 30 соответственно, получаем содержание этих ионов в мг/дм³.

11 Контроль качества результатов измерений

Контроль стабильности результатов измерений в лаборатории осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6, раздел 6, используя методы контроля стабильности стандартного отклонения повторяемости или стандартного отклонения промежуточной прецизионности рутинного анализа.

Средством контроля являются пробы питьевых и природных вод, анализируемых в лаборатории.

11.1 При построении контрольных карт для контроля стандартного отклонения повторяемости используют приведенные к среднему значению результатов анализа значения расхождений (w) полученных результатов единичных измерений c_1 и c_2 , которые

сравнивают с рассчитанными при построении контрольных карт пределами предупреждения и действия

$$\begin{aligned} w' &\leq UCL \\ w' &= |c_1 - c_2| / y \\ y &= 0,5 (c_1 + c_2), \end{aligned}$$

где UCL - пределы действия, $UCL_{\Delta} = 3,686 \sigma_r$ или
предупреждения, $UCL_{\Pi} = 2,834 \sigma_r$,

где σ_r - стандартное отклонение повторяемости результатов для значения y численно равного 1. Значение стандартного отклонения повторяемости приведено в таблице 2.

Пример За три дня получены результаты параллельных определений 0,36 и 0,33 ммоль/дм³, 4,7 и 4,9 ммоль/дм³; 6,5 и 6,7 ммоль/дм³

$$\begin{aligned} \text{Рассчитывают расхождения } w_1' &= |0,36 - 0,33| / 0,5 \cdot (0,36 + 0,33) = 0,09 \\ w_2' &= |4,7 - 4,9| / 0,5 \cdot (4,7 + 4,9) = 0,04 \\ w_3' &= |6,5 - 6,7| / 0,5 \cdot (6,5 + 6,7) = 0,02 \end{aligned}$$

Значения расхождений наносят на контрольную карту. Для расчета UCL_n и UCL_{Δ} из таблицы 2 берут $\sigma_r = 5\%$. Расчет $UCL_n = 2,834 \cdot 0,05 = 0,14$, $UCL_{\Delta} = 3,686 \cdot 0,05 = 0,18$, где 0,05 – абсолютное значение $\sigma_r = 5\%$ для $y = 1$

11.2 При построении контрольных карт для контроля стандартного отклонения промежуточной прецизионности используют приведенные к среднему значению расхождения (w') результатов, полученных в условиях промежуточной прецизионности (при различиях по факторам «время», «оператор», «оборудование») y_1 и y_2 , которые сравнивают с рассчитанными при построении контрольных карт пределами предупреждения и действия

$$\begin{aligned} w' &\leq UCL \\ w' &= |y_1 - y_2| / y_{cp} \\ y_{cp} &= 0,5 (c_1 + c_2), \end{aligned}$$

где UCL - пределы действия, $UCL_{\Delta} = 3,686 \sigma_{I(T,O,E)}$ или
предупреждения, $UCL_{\Pi} = 2,834 \sigma_{I(T,O,E)}$,

где $\sigma_{I(T,O,E)}$ - стандартное отклонение промежуточной прецизионности результатов для значения y численно равного 1. Значение стандартного отклонения промежуточной прецизионности приведено в таблице 2.

Пример За три дня двумя операторами получены результаты измерений 0,31 и 0,26 ммоль/дм³, 5,2 и 5,6 ммоль/дм³, 6,3 и 6,6 ммоль/дм³.

$$\begin{aligned} \text{Рассчитывают расхождения } w_1' &= |0,31 - 0,26| / 0,5 \cdot (0,31 + 0,26) = 0,18 \\ w_2' &= |5,2 - 5,6| / 0,5 \cdot (5,2 + 5,6) = 0,07 \\ w_3' &= |6,3 - 6,6| / 0,5 \cdot (6,3 + 6,6) = 0,05 \end{aligned}$$

Значения расхождений наносят на контрольную карту.
Для расчета UCL_n и UCL_{Δ} из таблицы 2 берут $\sigma_{I(T,O,E)} = 7\%$. Расчет $UCL_n = 2,834 \cdot 0,07 = 0,20$, $UCL_{\Delta} = 3,686 \cdot 0,07 = 0,26$, где 0,07 – абсолютное значение $\sigma_r = 7\%$ для $y = 1$

Таблица 2

| Диапазон измерений щелочности, ммоль/дм ³ | Стандартное отклонение повторяемости, σ_r , % | Стандартное отклонение промежуточной прецизионности при различиях по факторам «время», «оператор», «оборудование», $\sigma_{(T.O.E)}$, % |
|--|--|---|
| от 0,2 до 20 | 5 | 7 |

При неудовлетворительных результатах контроля, например, превышение предела действия или регулярное превышение предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проверяют работу оператора.

Периодичность проведения контроля стабильности результатов измерений устанавливают индивидуально для каждой лаборатории в соответствии с документами по внутрилабораторному контролю качества результатов анализа.

После внедрения МВИ в практику работы лаборатории при необходимости проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, проводят межлабораторные сравнительные испытания с использованием данной методики для оценки стандартного отклонения воспроизводимости. В случае невозможности организации межлабораторных сравнительных испытаний допускается, согласно МИ 2336-2002, оценить значение стандартного отклонения воспроизводимости, σ_R , по формуле: $\sigma_R = 1,2 \cdot \sigma_{(T.O.E)}$. Проверку приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, пункт 5.3.

Приложение А (информационное)

Результаты межлабораторных сравнительных испытаний

Оценки стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости

В таблице А.1 представлены данные по результатам межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) по определению общей щелочности в пробах питьевой воды, проведенных Органом по аккредитации ЦИКВ среди аккредитованных лабораторий и обработанных в соответствии с п.7.4 ГОСТ Р 5725-2-2002. Представленные данные не применимы для обобщений.

Таблица А 1

| Наименование образца | Дата МСИ | p | n | y , мг/дм ³ | s_r , мг/дм ³ | s_r , % | s_R , мг/дм ³ | s_R , % |
|----------------------|------------|-----|-----|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Питьевая вода | 12.1998 г. | 10 | 2 | 5,8 | 0,05 | 1 | 0,1 | 2 |
| Питьевая вода | 12.1998 г. | 10 | 2 | 5,4 | 0,03 | 1 | 0,1 | 2 |

p – количество лабораторий;

n – количество измерений, полученных в каждой лаборатории;



y – общее среднее значение щелочности в образце;

s_r – оценка стандартного отклонения повторяемости результатов измерений;

s_R – оценка стандартного отклонения воспроизводимости результатов измерений.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное)

Ионы CO_3^{2-} и HCO_3^- при совместном присутствии определяют обычно путем титрования воды соляной кислотой. Это определение основано на реакциях:



При прибавлении соляной кислоты будет увеличиваться концентрация ионов водорода в воде, это повлечет за собой нарушение указанных выше равновесий, обе реакции пойдут слева направо. На основании того, что константы углекислоты различаются на 4 порядка, можно утверждать, что пока в воде остается заметное количество карбонат-ионов, в ней практически будет отсутствовать свободная углекислота.

Таким образом, вначале протекать практически будет только первая из указанных реакций, так как карбонат-ионы будут связывать ионы водорода, превращаясь в ионы HCO_3^- . Сдвиг равновесия вправо для второй реакции не будет иметь практического значения. После окончания первой реакции pH воды будет равен 8,3. В этот момент вода не будет содержать практически ни ионов CO_3^{2-} , ни свободной углекислоты.

При дальнейшем прибавлении соляной кислоты будет протекать уже вторая реакция. При значении pH около 4,5 в воде будет только свободная углекислота, ионы HCO_3^- будут отсутствовать. При этом как в эквивалентной точке, соответствующей концу первой реакции, так и в эквивалентной точке, отвечающей концу второй реакции, будут отмечаться скачки в титровании, хотя и не очень большие.

Указанные обстоятельства позволяют определить конец первой и конец второй реакции при помощи двух различных индикаторов. Конец первой реакции устанавливается по фенолфталеину, конец второй - по метиловому оранжевому. При анализе загрязненных и окрашенных вод рекомендуется электрометрическое титрование.

Силикат-, фосфат-, борат-, сульфид-ионы, ионы гуминовых и других слабых кислот титруются вместе с карбонат- и гидрокарбонат-ионами. Обычно эти ионы присутствуют в природных водах в очень малых концентрациях

Литература:

«Унифицированные методы анализа вод» под общей редакцией Лурье Ю.Ю., М., 1971, издательство «Химия», с.65-68, 165

«Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под редакцией Щицковой А.П., М., издательство «Химия», 1981, с.37-40

«Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам» под редакцией Фомина Г.С., М., 1995, с.118-120



Центр Исследования и Контроля Воды
аккредитован в Системе аккредитации аналитических лабораторий (центров)
Госстандартом России, № Госреестра РОСС RU 0001 510045
Метрологическая служба аккредитована на право аттестации методик выполнения измерений и
проведения метрологической экспертизы документов, в том числе применяемых в сферах
распространения государственного метрологического контроля и надзора,
№ Госреестра 01 00031-97

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
Факс (812)274-6641

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 070033

**о метрологической аттестации
методики выполнения измерений щелочности в пробах питьевой и природной воды
титриметрическим методом
(ПД 1.01.11-98 "А")**

Методика выполнения измерений щелочности в пробах питьевой и природной воды титриметрическим методом,

разработанная Центром исследования и контроля воды,

регламентированная в документе: «Методика выполнения измерений щелочности в пробах питьевой и природной воды титриметрическим методом» (ПД 1.01.11-98 «А»),
аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.


Аттестация осуществлена по данным внутрилабораторного контроля воспроизводимости результатов измерений, полученным в 1997-1998 годах.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

| Диапазон измерений щелочности, ммол/дм ³ | Характеристика погрешности (границы интервала, в котором погрешность находится с доверительной вероятностью Р=0,95), ±δ, % |
|---|--|
| от 0,2 до 20 | 15 |

Свидетельство выдано 25 декабря 1998 г.

Директор



Н.П Ушаков