

УДК 681.2.004:002

Группа Т52

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОСТ 1 00427-81

На 12 страницах

ПАСПОРТ НА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ЕДИНИЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Введен впервые

ОКСТУ 7502

Распоряжением Министерства от 7 сентября 1981 г. № 087-16

дата введения 1 июля 1982 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает правила составления паспорта на средства измерений единичного изготовления (СИЕИ), разрабатываемые по внутренним планам предприятий, которые не предназначены для серийного или массового производства.

№ 133н.	1	2	11317 12767
---------	---	---	-------------

4655	
------	--

Наб. № дубликата	
Наб. № аддидента	



2. Паспорт является неотъемлемым эксплуатационным документом СИЕИ и предназначен для использования при эксплуатации, обслуживании, ремонте и модернизации СИЕИ.

3. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные подразделением-изготовителем основные технические и метрологические характеристики СИЕИ, которые необходимо сообщать потребителю, и служит для учета и наблюдения за состоянием СИЕИ в эксплуатации.

4. Паспорт составляется разработчиком СИЕИ, заполняется он после проведения аттестации по ОСТ 1 02733-93.

5. Паспорт должен содержать следующие разделы:

- общие сведения (раздел заполняется разработчиком);
 - основные технические и метрологические характеристики;
 - комплектность (раздел заполняет подразделение-изготовитель СИЕИ);
 - свидетельство о приемке (свидетельство заверяется печатью ОТК);
 - сведения о консервации и расконсервации (раздел заполняется в процессе эксплуатации СИЕИ);
 - периодическая поверка СИЕИ (раздел заполняется в процессе эксплуатации СИЕИ);
 - особые отметки.

Отдельные разделы паспорта допускается объединять или исключать, а также вводить новые разделы.

6. Паспорт подлежит согласованию с отделом главного метролога предприятия-разработчика СИЕИ в соответствии с требованиями ОСТ 1 02656-88 и представителем заказчика (по его требованию).

7. Паспорт хранится вместе со всем комплектом технической документации на СИЕИ у лица, ответственного за его эксплуатацию.

8. Все записи в паспорте производят чернилами или пастой, отчетливо и аккуратно.

9. Паспорт на СИЕИ допускается размножать любым способом на листах любого формата и печатать с обеих сторон листа или без оборота.

10. Каждый раздел паспорта должен начинаться с новой страницы.

Количество страниц в разделах паспорта устанавливает разработчик с учетом достаточности места для заполнения этих разделов в процессе эксплуатации и ремонта.

Нумерация страниц должна быть сквозной. Титульный лист не нумеруется.

11. Оформление паспорта на СИЕИ приведено в обязательном приложении.

Инв. № дубликата		№ 43М.	2
Инв. № подлинника	4655	№ 43В.	122767

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

Оформление паспорта на СИЕИ

условное или открытое наименование предприятия

ПАСПОРТ

на средство измерений единичного изготовления

наименование

заводской №

обозначение

подразделение-изготовитель

Инв. № дубликата		№ МЭМ	2
Инв. № подлинника	4855	№ МЭВ	1 2767

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. полное наименование СИЕИ

обозначение _____ заводской № _____
 дата 19 г. шифр _____

2. подразделение-изготовитель

3. назначение СИЕИ

4. область применения СИЕИ

5. принцип действия

6. режим работы

№ изм.	2
№ изв.	1 2767

Изв. №е дубликата	4655
Изв. №е подлинника	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристик	Данные по техническим заданиям, техническим описаниям, инструкции по эксплуатации	Допустимые значения погрешности, %	Фактические данные	Примечание

Примечание. При наличии в СИЕИ драгоценных металлов и камней необходимо сделать соответствующую отметку о виде их и количестве, в соответствии с требованиями ГОСТ 2.608-78.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Коли-чество	Заводской номер	Номер чертежа	Приме-чание

Лнв. № дубликата
Лнв. № подлинника

№ изм.
№ изм.

Лнв. № дубликата
Лнв. № подлинника

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

наименование _____ обозначение _____ заводской № _____
изготовлено в полном соответствии с конструкторской документацией (техническим
заданием _____, техническим описанием _____)
шифр _____ шифр _____
прошло аттестацию и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Представитель отдела
главного метролога

подпись / инициалы, фамилия

Руководитель подразделения-
разработчика

подпись / инициалы, фамилия

Представитель БЦК
подразделения-изготовителя

подпись / инициалы, фамилия

Представитель подразделения-
заказчика

подпись / инициалы, фамилия

Представитель заказчика
(по его требованию)

подпись / инициалы, фамилия

4855

№ изм.	1	2
№ изв.	11317	12767

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Наименование СИЕИ	Консервация			Год и подпись лица, производившего консервацию	Дата расконсервации	Дата и подпись лица, производившего расконсервацию
	Дата	Срок	Метод			

№ изв.	2
№ изв.	12767

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА СИЕИ

Дата поверки	Очередная поверка	НТД по поверке	Заключение (годен, не годен)	Подпись поверителя

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника
	46655

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

В разделе "Особые отметки" должно быть несколько чистых листов для специальных отметок, которые вносят в процессе эксплуатации.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	акту- ализиро- ванных				
	Переиздан с учетом изменений 1, 2.							

Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	4655

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 12767

ОСТ 1 00427-81

Группа Т52

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Паспорт на нестандартизованные средства измерений

Листов 1 Лист

Дата введения

2000-01-01

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

1. Первая страница:

- наименование стандарта. Заменить слова: "нестандартизованные средства измерений" на "средства измерений единичного изготовления";
- заменить слова: "срок введения установлен с" на "дата введения";
- пункт 1:
 - а) заменить слова: "нестандартизованные средства измерений (НСИ)" на "средства измерений единичного изготовления (СИЕИ)";
 - б) исключить слова: "изготавляемые единичными экземплярами" и "и не подвергаются государственным испытаниям в соответствии с ГОСТ 8.001-80 и ГОСТ 8.383-80".

2. Пункты 2 и 3. Заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ" (в четырех местах).

3. Пункт 4:

- заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ";
- исключить слово: "метрологической";
- заменить ссылку: ОСТ 1 80301-82 на ОСТ 1 02733-93.

4. Пункты 5, 6, 7, 9, 11. Заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ" (в восьми местах).

5. Приложение:

- страница 4:
 - а) заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ";
 - б) заменить слова: "нестандартизованное средство измерений" на "средство измерений единичного изготовления";
 - страницы 5 и 6. Заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ" (в четырех местах);
 - страница 8. Исключить слово: "метрологическую";
 - страницы 9 и 10. Заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ" (в двух местах).

Приложение - переизданный ОСТ 1 00427-81 на 12 страницах с внесенными изменениями.

Инвентарный №

Причина изменения

Указание о заделе

Приведение в соответствие с действующей НТД

-