

РЕКОМЕНДАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ
СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ
МИ 2002—89

95 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

1991

РЕКОМЕНДАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства
измерений

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

МИ 2002—89

Организация и порядок проведения
метрологической аттестации

Настоящая рекомендация распространяется на информационно-измерительные системы (ИИС) и устанавливает организацию и порядок представления, проведения, оформления, рассмотрения результатов и планирования метрологической аттестации (далее — аттестация), а также функциональные обязанности органов и служб, проводящих метрологическую аттестацию.

Рекомендация уточняет и дополняет ГОСТ 8.437—81 и ГОСТ 8.326—89.

Термины, применяемые в настоящей рекомендации, приведены в приложении 10.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящей рекомендации организация и порядок проведения аттестации установлены для стандартизованных ИИС серийного производства и нестандартизованных ИИС единичного производства,

комплектуемых на объекте из серийных средств измерений системного применения (СИСП);

импортируемых в СССР;

находящихся в эксплуатации, но не прошедших аттестацию.

1.1.1. Организация и порядок проведения аттестации стандартизованных ИИС серийного производства рассмотрены в зависимости от способа их формирования как законченного изделия (у потребителя на объекте или на заводе-изготовителе) в виде первого (головного) образца и последующих образцов, аналогичных первому, используемых для нужд народного хозяйства, собственных нужд министерства и поставки на экспорт.

1.1.2. Организация и порядок проведения аттестации нестандартизованных ИИС рассмотрены:

для единичного производства (разового изготовления и повторяющегося единичного производства) в зависимости от их формирования как законченного изделия у потребителя на объекте или на заводе-изготовителе в виде одного изделия (партии), используемых для нужд народного хозяйства, собственных нужд министерства или собственных нужд предприятия — изготовителя ИИС, изготавляемых одновременно и не предусмотренных к повторному производству или изготавляемых периодически отдельными единицами;

для комплектуемых на объекте из серийных средств измерений системного применения в зависимости от их формирования как законченного изделия на объекте эксплуатации, а также от нужд использования (в народном хозяйстве, министерстве, предприятии);

для импортируемых в СССР в зависимости от их ввоза — единичными экземплярами или партиями;

для находящихся в эксплуатации и не прошедших аттестацию в порядке, установленном ГОСТ 8.437—81 и ГОСТ 8.326—89, — в зависимости от их метрологического обеспечения и использования потребителем.

1.2. Для специальных ИИС, не указанных в п. 1.1, организацию и порядок аттестации определяют в индивидуальном порядке головной (базовой) организацией министерства (отрасли) и согласовывают с головной организацией Госстандарта по аттестации ИИС — НПО «Система».

П р и м е ч а н и е. Участие НПО «Система» и территориальных органов Госстандарта СССР в проведении аттестации специальных ИИС решают в порядке, регламентированном распорядительными документами министерства-заказчика и Госстандарта СССР.

1.3. ИИС допускают к применению после аттестации, основными задачами которой являются:

определение номенклатуры оценок метрологических характеристик (МХ) измерительных каналов (ИК) и их оценка;

установление соответствия метрологических характеристик требованиям технического задания или технических условий, или нормам точности измерения, заданным в стандартах;

установление номенклатуры метрологических характеристик измерительного канала, подлежащих контролю (проверке);

установление межпроверочных интервалов измерительных каналов;

установление порядка надзора за ИИС;

выдача рекомендаций Госстандарту о целесообразности импорта ИИС;

выявление потребности в серийном выпуске ИИС единичного производства.

2. ОРГАНЫ И СЛУЖБЫ, ПРОВОДЯЩИЕ АТТЕСТАЦИЮ

2.1. Организацию и проведение аттестации обеспечивают Госстандарт СССР, республиканские управление, территориальные органы, ведомственные метрологические службы министерств (ведомств) и метрологические службы предприятий — потребителей ИИС.

П р и м е ч а н и е. Территориальные органы Госстандарта и ведомственные метрологические службы потребителя ИИС проводят аттестацию ИИС на основании полномочий, выданных Госстандартом в установленном порядке.

2.2. Аттестацию ИИС по п. 1.1.1 проводят с учетом следующего:

2.2.1. Аттестацию первых (головных) образцов ИИС, комплектуемых у потребителя на объектах эксплуатации (в том числе в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами) из средств измерений системного применения, поставляемых разными (или одним) предприятиями, организациями и предназначенных для нужд народного хозяйства, проводит территориальный орган Госстандарта с привлечением метрологических служб разработчика и потребителя ИИС или ведомственная метрологическая служба потребителя ИИС по программам и методикам, разработанным разработчиком ИИС и согласованным с НПО «Система».

2.2.2. Аттестацию ИИС, однотипных с головными образцами по п. 2.2.1, проводят территориальные органы Госстандарта с участием заинтересованных организаций, министерств (ведомств) в соответствии с планом государственной стандартизации по программам и методикам, разработанным для образцов, или метрологическая служба потребителя ИИС.

2.2.3. Аттестацию головных образцов ИИС, применяемых только в одном министерстве (ведомстве), проводят территориальные органы Госстандарта или ведомственные метрологические службы (головная или базовая организация) по программам и методикам, разработанным разработчиком и согласованным с ведомственной метрологической службой и утвержденным руководителем предприятия, проводящего аттестацию.

2.2.4. Аттестацию ИИС, однотипных с головным образцом, указанным в п. 2.2.3, проводят ведомственная метрологическая служба министерства (ведомства) по программам и методикам, разработанным для головного образца.

2.2.5. Аттестацию ИИС, комплектуемых на заводе-изготовителе и предназначенных для нужд разных отраслей народного хозяйства или поставки на экспорт, как правило, подвергают государственным испытаниям по ГОСТ 8.001—80.

П р и м е ч а н и я:

1. По решению головной организаций по метрологической аттестации допускается индивидуальная аттестация в порядке, указанном в пп. 2.2.1, 2.2.2.

2. Если рабочие условия применения однотипных ИИС (п. 1.1.1) идентичны условиям применения головного образца (пп. 2.2.1, 2.2.3), то допускается аттестацию однотипных ИИС по пп. 2.2.2, 2.2.4 проводить по уточненной программе, разработанной для головного образца.

2.2.6. Аттестацию ИИС по п. 1.1.2 проводят с учетом следующего:

2.2.6.1. Аттестацию ИИС единичного повторяющегося производства, предназначенных для нужд, указанных в п. 1.1.2, и комплектуемых как законченное изделие на объекте эксплуатации, проводят ведомственная метрологическая служба министерства (ведомства) с участием метрологических служб предприятий-разработчиков, заказчика и территориальных органов Госстандарта по программам и методикам, разработанным разработчиком ИИС, согласованным с заказчиком и утвержденным организацией, проводящей метрологическую аттестацию.

2.2.6.2. Аттестацию ИИС единичного производства, комплектуемых (формируемых) на заводе-изготовителе, как правило, проводят метрологическая служба изготовителя ИИС с участием метрологической службы разработчика и потребителя ИИС.

Примечание. При отсутствии метрологической службы на заводе-изготовителе ИИС, имеющей право выполнения аттестации, аттестация может быть выполнена территориальными органами Госстандарта.

2.2.6.3.. Аттестацию ИИС единичного производства разового изготовления, предназначенных для нужд народного хозяйства и собственных нужд министерства, комплектуемых на объекте эксплуатации или на заводе-изготовителе, проводят аналогично п. 2.2.6.1.

2.2.6.4. Аттестацию ИИС единичного производства разового изготовления, предназначенных для собственных нужд предприятия или предприятия — изготовителя ИИС проводят метрологическая служба предприятия по программам и методикам, согласованным главным метрологом и утвержденным руководителем предприятия.

Примечание. При аттестации ИИС, указанных в пп. 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.4 в виде партии разового изготовления или повторяющегося единичного производства, допускается подвергать аттестации часть образцов ИИС по программе, приведенной в указанных пунктах, остальные ИИС из этой партии могут быть аттестованы по программе, уточненной по результатам аттестации образца.

2.2.6.5. Аттестацию ИИС, комплектуемых из серийных средств измерений системного применения на объектах эксплуатации, в т. ч. в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами (п. 4.5 ГОСТ 8.437—81), проводят по ГОСТ 8.326—89.

Примечание. Допускается аттестацию ИИС проводить в процессе аттестации методик выполнения измерений технологических параметров.

2.2.6.6. Аттестацию ИИС, импортируемых в СССР единичными экземплярами, проводят в соответствии с планом Государственной стандартизации организации (предприятия), определяемые Госстандартом. ИИС, импортируемые в СССР партиями, подлежат государственным испытаниям по ГОСТ 8.001—80.

2.2.6.7. Аттестацию ИИС (п. 1.1.2), находящихся в эксплуатации (снятых с производства, ранее ввезенных из-за границы партиями или единичными экземплярами, содержащих нестандартизованные средства измерений и др.) и не прошедших метрологической аттестации в порядке, установленном ГОСТ 8.437—81 и ГОСТ 8.326—89, проводят метрологические службы предприятий по программам и методикам, согласованным с метрологической службой министерства (ведомства) и утвержденным руководителем предприятия.

2.2.7. Аттестацию ИИС (п. 1.1.1) проводят, как правило, после государственных приемочных испытаний средств измерений, входящих в измерительные каналы по ГОСТ 8.001—80, или после их аттестации по ГОСТ 8.326—89.

П р и м е ч а н и я:

1. В обоснованных случаях допускается совмещать аттестацию ИИС и средств измерений, входящих в измерительный канал по одной программе.

2. Аттестацию ИИС проводят только в тех случаях, когда условия эксплуатации удовлетворяют требованиям, установленным в НТД на средства измерений, входящие в измерительный канал и ИИС в целом.

2.2.8. Аттестацию ИИС проводят в рабочих условиях показательно или на представительных выборках измерительных каналов. Метрологические характеристики, как правило, устанавливают для канала в целом экспериментальным или расчетно-экспериментальным методом. При оценке метрологических характеристик расчетно-экспериментальным методом рекомендуется расчет выполнять по методике, изложенной в МИ 202—80 с учетом методического материала по применению ГОСТ 8.009—84.

2.2.9. Положительные результаты метрологической аттестации являются основанием для:

ввода ИИС в эксплуатацию с установленными метрологическими характеристиками;

постановки ИИС (пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5) на производство по ГОСТ 15.001—88 и допуска в обращение в стране по результатам индивидуальной аттестации каждого образца в порядке, установленном настоящими методическими указаниями;

выявления потребности ИИС (п. 1.1.2) в серийном выпуске по ГОСТ 15.001—88;

выдачи рекомендаций Госстандарту о целесообразности импорта в СССР ИИС (п. 2.2.6.6) партиями или единичными экземплярами;

продолжения серийного или единичного производства ИИС (пп. 1.1.1, 2.2.6.1) по ГОСТ 15.001—88;

выдачи потребителю (заказчику) организацией, проводящей аттестацию ИИС, свидетельства, удостоверяющего результаты аттестации.

2.2.10. После аттестации ИИС не допускается вносить изменения в ее измерительные каналы, а также в средства измерений, входящих в измерительный канал. В противном случае должна быть проведена переаттестация ИИС в порядке, установленном настоящей рекомендацией.

2.2.11. Расходы, связанные с проведением аттестации, оплачиваются организацией (предприятием), представляющие ИИС на аттестацию, в порядке и размерах, установленных на договорной основе.

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИИС НА АТТЕСТАЦИЮ

3.1. ИИС по пп. 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5 представляют организации — разработчики или предприятия — изготовители ИИС.

3.2. ИИС по пп. 2.2.6.1; 2.2.6.2; 2.2.6.3; 2.2.6.4 представляют на аттестацию организации-разработчики.

3.3. ИИС по п. 2.2.6.5 представляют на аттестацию в порядке, установленном ГОСТ 8.437—81.

3.4. ИИС по п. 2.2.6.6 представляют на аттестацию организации, указанные в плане государственной стандартизации.

3.5. ИИС по п. 2.2.6.7 представляют на аттестацию организации, эксплуатирующие ИИС.

3.6. Аттестацию ИИС проводят после их предварительной наработки не более 6 мес или других обоснованных сроках, указанных в технической документации.

3.7. ИИС представляют на аттестацию с документами, приведенными в приложении 1.

3.8. Предприятия (организации), эксплуатирующие ИИС, должны представить организации — разработчику программы аттестации справку, содержащую следующие основные данные:

краткие сведения об объекте эксплуатации ИИС;

проект перечня измерительных каналов, подлежащих экспериментальным исследованиям при метрологической аттестации;

номенклатуру влияющих величин, действующих на отдельные средства измерений системного применения, и их характеристики в виде таблиц, графиков, аналитических выражений и т. п.

Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов ИИС (пп. 2.2.1; 2.2.3; 2.2.5) по метрологическим характеристикам средств измерений, входящих в измерительный канал ИИС, должна быть представлена в виде отдельного документа или раздела технического описания ИИС.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Аттестацию проводят по программе и методике аттестации. Содержание и построение программы должно соответствовать требованиям приложения 2, а методики — приложений 3, 4, 5, 6.

4.2. Аттестацию проводят по следующим этапам:
представление и рассмотрение технической документации;
согласование и утверждение программы аттестации ИИС;
экспериментальные исследования измерительных каналов ИИС;
рассмотрение результатов аттестации и составление отчета или протокола об аттестации.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

5.1. По результатам аттестации ИИС, метрологические характеристики которой определяют аттестации МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ) в рамках отдельных НИР, составляют отчет по требованиям ГОСТ 7.32—81, в других случаях — протокол по форме приложения 2 ГОСТ 8.326—89.

5.2. Организация (предприятие), проводящая аттестацию, в течение месяца по окончании аттестации оформляет свидетельство по форме приложения 8.

5.3. Организации (предприятия), проводящие аттестацию ИИС, представляют сведения в НПО «Система» по форме приложения 9.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ И СЛУЖБ, ПРОВОДЯЩИХ АТТЕСТАЦИЮ

6.1. Головная организация по аттестации ИИС — НПО «Система»:

осуществляет научно-методическое руководство проведением аттестации;

разрабатывает НТД, определяющие порядок проведения аттестации ИИС и средств системного применения и устанавливающие общие требования к аттестации, осуществляет научно-методическое руководство их разработкой;

проводит аттестацию, экспертизу и регистрирует типовые программы и методики, отраслевые стандарты аттестации ИИС;

осуществляет контроль за проведением аттестации и научно-методическое руководство головными и базовыми организациями министерства (ведомства), проводящими аттестацию ИИС;

выполняет работы по ведению справочно-информационного фонда по аттестованным ИИС;

проводит анализ ИИС и представляет в Госстандарт информацию о техническом уровне аттестованных ИИС;

утверждает (согласовывает), рецензирует, проводит метрологическую экспертизу НТД по аттестации ИИС, разрабатываемых министерствами (ведомствами) в рамках комплексных целевых программ.

6.2. Территориальные органы Госстандарта:

проводят аттестацию ИИС;

осуществляют научно-методическое руководство метрологическими службами предприятий (организаций), проводящих аттестацию;

осуществляют надзор за аттестованными ИИС;

проводят анализ эксплуатационных свойств аттестованных ИИС;

ведут работы по ведению справочно-информационного фонда по аттестованным метрологическими службами организаций и предприятий ИИС.

6.3. Министерства и ведомства:

проводят аттестацию согласно требованиям настоящей рекомендации;

представляют в Госстандарт на согласование проекты перспективных и годовых планов по разработке новых типов ИИС и сведения о сроках проведения их аттестации для включения этих сроков в план государственной стандартизации. Форма представления предложений к проекту плана аттестации ИИС — по ГОСТ 8.383—80;

осуществляют контроль за представлением ИИС организациями (предприятиями) министерств (ведомств) на аттестацию;

участвуют в проведении аттестации;

ведут работы по ведению справочно-информационного фонда.

Данные представляют в НПО «Система» и территориальные органы Госстандарта;

проводят анализ эксплуатируемых в министерстве (ведомстве) аттестованных ИИС;

осуществляют контроль за проведением аттестации и научно-методическое руководство метрологическими службами организаций (предприятий), проводящими аттестацию;

разрабатывают исходящую отраслевую НТД по аттестации ИИС.

6.4. Предприятия (организации), представляющие ИИС на аттестацию, подготавливают документацию, указанную в приложении I.

6.5. Предприятия (организации), эксплуатирующие ИИС:

назначают приказом персонал, участвующий в проведении аттестации;

подготавливают вспомогательные, рабочие и образцовые средства измерений в соответствии с требованиями программ аттеста-

ции измерительных каналов ИИС, а также необходимую оснастку, оборудование, телефонную или другую связь с мест установки измерительных преобразователей до средств представления информации;

обеспечивают необходимые условия работ при проведении аттестации;

организовывают и проводят аттестацию ИИС.

Примечание Персонал, проводящий аттестацию, допускается к работам в соответствии с принятым на предприятии (организации) порядком.

7. ПЛАНИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИИС

7.1. Планирование аттестации ИИС по п. II.1.1 с особенностями ИИС, указанными в пп. 2.2.1; 2.2.2; 2.2.5; 2.2.6, осуществляют Госстандарт в соответствии с предложениями министерств (ведомств) СССР и Советов Министров союзных республик. Предложения к плану с указанием сроков представления образцов ИИС на аттестацию представляют в Госстандарт по форме, приведенной в приложении 2.

7.2. Планирование аттестации ИИС по п. 2.2.6.5 осуществляют по ГОСТ 8.437—81.

7.3. Планирование аттестации ИИС по п. II.1.2 с особенностями, указанными в пп. 2.2.6.1; 2.2.6.4; 2.2.6.7, осуществляют в соответствии с планами стандартизации министерств (ведомств) и предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Документы, представляемые на аттестацию ИИС

Перечень документов	Организации, представляющие ИИС на аттестацию						
	Предприятие-разработчик			Предприятие-изготовитель		Эксплуатирующее предприятие	
	Документация для ИИС, указанных в пунктах настоящей рекомендации						
	2.2.1, 2.2.3	2.2.3	От 2.2.6.1 до 2.2.6.4	2.2.2	2.2.4	От 2.2.6.1 до 2.2.6.4	2.2.6.7
Техническое задание Проект технических условий на ИИС в целом, в т. ч. на средства измерений, входящие в измерительный канал	+	+	+	×	×	×	—
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	+	+	П	+	+	П	—
Проект программы метрологической аттестации ИИС	+	+	О	+	+	О	—
Проект методики поверки	+	+	+	+	+	+	+
Акт межведомственной комиссии по приемке ИИС	+	—	—	—	—	—	+
Акт о вводе ИИС в опытную эксплуатацию	+	+	—	—	—	—	+
Журнал опытной эксплуатации	+	+	—	—	—	—	+
Свидетельства поверок средств измерений системного применения	—	—	—	+	+	—	+
Специальные требования, предъявляемые к технике безопасности	+	—	+	+	+	—	+

Продолжение

Перечень документов	Организации, представляющие ИИС на аттестацию						
	Предприятие-разработчик			Предприятие-изготовитель		Эксплуатирующее предприятие	
	Документация для ИИС, указанных в пунктах настоящей рекомендации						
	2.2.1, 2.2.5	2.2.3	От 2.2.6.1 до 2.2.6.4	2.2.2	2.2.4	От 2.2.6.1 до 2.2.6.4	2.2.6.7
Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов	+	+	+	-	-	-	+

Примечания:

1. Документы, представляемые на аттестацию ИИС по пп. 2.2.6.5; 2.2.6.6, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.437—81 и ГОСТ 8.326—89.
2. В таблице знак «+» означает наличие документа; знак «—» — отсутствие документа; знак «Х» — НТД представляет разработчик ИИС по требованию организации, проводящей аттестацию; знак «О» — разрешается представление объединенного документа; «П» — потребитель системы.

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Требования к содержанию и построению

Типовая программа аттестации распространяется на ИИС, приведенные в настоящей рекомендации, и устанавливает основные требования к ее построению и содержанию.

Типовая программа содержит рекомендации по усреднению:
продолжительности межповерочных интервалов;
объема представительной выборки;
количества исследуемых точек по диапазону измерений;
количества наблюдений в исследуемых точках измерения.

I. Требования к построению

Программа должна содержать следующие разделы:

- 1.1. Общие положения.
- 1.2. Измерительные каналы. Общие требования.
- 1.3. Образцовые и вспомогательные средства измерений.
- 1.4. Техническая документация.
- 1.5. Экспериментальные исследования измерительных каналов.
- 1.6. Методика проведения метрологической аттестации.
- 1.7. Организация и распределение работ.

II. Требования к содержанию

2.1. Раздел «Общие положения» должен содержать:

- 2.1.1. Сведения о назначении программы и об объекте аттестации.
- 2.1.2. Конечную цель.
- 2.1.3. Задачи:

определение номенклатуры оценок метрологических характеристик измерительных каналов и их оценка;

установление соответствия метрологических характеристик требованиям технического задания или технических условий или нормам точности измерений, заданным в стандартах;

установление номенклатуры метрологических характеристик измерительно-го канала, подлежащих контролю (проверке);

установление межповерочных интервалов измерительных каналов;

установление порядка надзора за ИИС;

выдача рекомендаций Госстандарту о целесообразности импорта ИИС;

выявление потребности в серийном выпуске ИИС единичного производства.

2.2. Раздел «Измерительные каналы. Общие требования» должен содержать:

2.2.1. Перечень ИК, подлежащих аттестации.

2.2.2. Структурные схемы формирования ИК при экспериментальных исследований и спецификацию к этим схемам.

2.2.3. Требования к подготовке ИК для экспериментальных исследований.

2.2.4. Требования к выбору способа и форм представления метрологических характеристик с учетом особенностей эксплуатации конкретных типов ИК

ИИС (их выпуска с предприятия-изготовителя, монтажа на объекте, разнесенности в пространстве агрегатных средств измерений (АСИ) изменчивости в процессе эксплуатации ИК, доступности для метрологического контроля и т. п.).

2.3. Раздел «Образцовые и вспомогательные средства измерений» должен содержать:

2.3.1. Перечень (в виде таблицы) образцовых и вспомогательных средств измерений, необходимых для проведения аттестации, с указанием основных характеристик и документов, распросраняющихся на них.

2.4. Раздел «Техническая документация» должен содержать:

2.4.1. Перечень технической документации, предъявляемой при метрологической аттестации по п. 2.8 настоящей рекомендации

2.4.2. Методику рассмотрения технической документации в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Содержание работ по рассмотрению технической документации	Указания по методике рассмотрения технической документации
1. Анализ НТД, относящейся к установлению межповерочных интервалов ИК системы	Устанавливают продолжительность межповерочных интервалов ИК с учетом требований п. 2.4.1. Рекомендации по установлению продолжительности межповерочных интервалов приведены в приложении 3
2. Оценка эксплуатационной документации с точки зрения удобства ее использования потребителем	Проверяют возможность ознакомления с установкой, наладкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием ИИС по документации, указанной в п. 2.4.1
3. Предварительная оценка возможности метрологического обслуживания ИИС государственной (ведомственной) метрологической службой	Определяют полноту и правильность выбора метрологических характеристик, а также выбранных методов и средств исследований и поверки, четкость и полноту изложения операций, выполняемых при определении метрологических характеристик

2.5. В разделе «Экспериментальные исследования ИК» отображают этапы работ, наименование и последовательность выполнения которых приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование этапов работ	Требования к методике выполнения этапов работ
1. Установление объема выборки ИК	Объем выборки ИК, подлежащих исследованию, устанавливают с учетом структурных особенностей ИИС и с заданной доверительной вероятностью Рекомендации по установлению объема представительной выборки измерительных каналов приведены в приложении 4

Наименование этапов работ	Требования к методике выполнения этапов работ
2. Установление числа исследуемых точек по диапазону измерений и способа аппроксимации результатов измерений	Число исследуемых точек по диапазону измерений и способ аппроксимации результатов измерений должны гарантировать оценку МХ с заданной доверительной вероятностью. Рекомендации по установлению числа исследуемых точек по диапазону измерений приведены в приложении 5
3. Установление числа наблюдений в исследуемых точках диапазона измерения	Число наблюдений в исследуемых точках диапазона измерения должно гарантировать оценку МХ измерений с заданной доверительной вероятностью. Рекомендации по установлению числа наблюдений в исследуемых точках диапазона измерения приведены в приложении 6
4. Установление требований к режиму измерений и к их последовательности во времени	Требования к режиму измерений и к их последовательности во времени должны быть установлены в соответствии с НТД, распространяющейся на конструкцию ИИС
5. Установление исходных данных и условий для определения погрешности ИК	Должны быть указаны основные исходные данные: принятый способ выражения точности измерения и форма представления результатов измерений по МИ 1317—86; характеристики условий проведения аттестации; ожидаемый закон распределения случайной составляющей погрешности и вариации; уровень значимости, принятый для проверки статистических гипотез; номенклатура влияющих величин и характер их связей с погрешностью ИК; способ контроля влияющих величин; требования к учету влияющих величин; допускаемая погрешность репрезентативности; перечень МХ АСИ, подлежащих исследованию и позволяющих определить оценки МХ ИК в целом (если ИК исследуется по частям);
6. Аналитическое представление погрешности ИК в нормальных условиях	характеристики неинформативных параметров входных и выходных сигналов; доверительная вероятность для оценки границ интервала, в котором находится погрешность ИК
7. Аналитическое представление погрешности ИК в рабочих условиях	Должно быть приведено математическое выражение, определяющее зависимость между погрешностью ИК и ее составляющими в нормальных условиях
8. Определение погрешности ИК в нормальных условиях	Должно быть приведено математическое выражение, определяющее зависимость между погрешностью ИК в рабочих условиях и ее составляющими
9. Определение погрешности ИК в рабочих условиях	Должна быть изложена процедура проведения экспериментальных исследований измерительного канала в нормальных условиях
	Должна быть изложена процедура проведения экспериментальных исследований ИК в рабочих условиях

Продолжение табл. 2

Наименование этапов работ	Требования к методике выполнения этапов работ
10. Обработка результатов наблюдений	Должна быть изложена методика обработки результатов наблюдений и приведены формулы оценки характеристик погрешности ИК
11. Установление межповерочных интервалов ИК ИИС	Рекомендации по установлению продолжительности межповерочных интервалов ИК ИИС приведены в приложении 3
12. Анализ метрологического обеспечения ИИС по результатам аттестации	Должна быть учтена полнота и правильность выбранных методов и средств поверки (контроля), указаны критерии, определяющие годность (брак) ИК, а также способы достижения единых требований в части совместимостей по ГОСТ 22315-77, сделаны выводы о системе, формах, службах и органах метрологического надзора за ИК ИИС. Эти сведения должны найти отражение в техническом отчете по аттестации

2.6. Раздел «Методика проведения аттестации» должен раскрывать содержание этапов работ, указанных в табл. 2.

2.7. Раздел «Организация и распределение работ» должен содержать сведения об организации проведения исследований по программе и распределения работ между заказчиком и организацией, проводящей аттестацию, о сроках представления первичных (экспериментальных) данных для статистической обработки результатов наблюдений и особые требования к изменению (дополнению) программ

Примечание. По согласованию с организацией, утверждающей программу, допускается исключение или объединение разделов.

3. Требования к оформлению результатов исследований

3.1. Результаты набора статистических данных по измерениям должны быть представлены исполнителями экспериментальных работ в организацию, проводящую обработку результатов измерений, в виде протокола, форма которого приведена в приложении 7.

Примечание. При исследовании ИК по частям результаты измерений должны быть представлены отдельно для каждой части ИК в виде протокола.

3.2. По результатам аттестации ИК ИИС должен быть составлен протокол по форме ГОСТ 8.326-89 или технический отчет в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-81, если аттестация ИИС проводилась в рамках НИР.

3.3. На основании результатов аттестации организация, проводящая ее, принимает решение о выдаче свидетельства об аттестации ИК в соответствии с требованиями настоящей рекомендации

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ
ИНТЕРВАЛОВ ИК ИИС

Наиболее приемлемыми критериями для установления межповерочных интервалов являются критерий безотказной работы по метрологическим отказам и критерий скорости изменения погрешности.

Критерий безотказной работы по метрологическим отказам рекомендуют использовать в двух случаях:

при первоначальной оценке межповерочного интервала (t), когда была проведена опытная эксплуатация ИК;

когда требуется определить последующий межповерочный интервал по данным более длительной эксплуатации ИК.

В первом случае рекомендуется пользоваться формулой

$$t = \frac{[1 - P_{m,3}(t)]\Theta}{1 - P_m(\Theta)}, \quad (1)$$

где $P_m(\Theta)$ — вероятность безотказной работы по метрологическим отказам за время Θ ;

$P_{m,3}(t)$ — заданная вероятность безотказной работы по метрологическим отказам за межповерочный интервал, выбираемая из ряда 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 0,98; 0,99.

Статистической оценкой значения $P_m(\Theta)$ за время Θ является доля ИК ИИС, не забракованных за период опытной эксплуатации.

Во втором случае рекомендуют пользоваться формулой (1), приняв $P_m(\Theta)$ и Θ за межповерочный интервал, или приближенной формулой

$$t = 1,2 P_{m,3}(t) T_n, \quad (2)$$

где T_n — средняя наработка до скрытого метрологического отказа (считают, что скрытый метрологический отказ произошел в середине межповерочного интервала, в конце которого он обнаружен).

Критерий скорости изменения погрешности рекомендуют использовать при определении межповерочных интервалов ИК ИИС после аттестации.

При использовании критерия скорости изменения погрешности $v_\Delta(t_{0,1})$ за время, равное $M[t_{0,1}]_i$, i -ю оценку межповерочного интервала ИК T_i определяют по формуле (3)

$$T_i = K_1 \frac{1}{K_2} \cdot \frac{\Delta_0 - \Delta_{\Phi, N}}{v_\Delta(t_{0,1})}, \quad (3)$$

где K_1 — коэффициент интенсивности работы ИК, который при непрерывном цикле в течение 24 ч принимают равным 1, при периодическом цикле — 0,8 — 0,9;

K_2 — коэффициент, учитывающий условия эксплуатации ИК, который при отсутствии повышенных вибраций и повышенной температуры окружающей среды от значений, заданных в эксплуатационной документации, принимают равным 1; при повышенных вибрациях и температуре окружающей среды относительно тех, которые указаны в НТД на АСИ, принимают равным 1,1 — 1,2;

$\Delta_{\Phi N}$ — предел допускаемой погрешности измерения по аттестату методики выполнения измерений или по свидетельству об аттестации;

Δ_0 — погрешность измерения, соответствующая установленной норме точности ИК и указанная в конструкторской или технологической документации;

$$v_{\Delta}(t_{0,1})_i = \frac{0,1\Delta_{\Phi N}}{M[t_{0,1}]_i}, \quad (4)$$

где $M[t_{0,1}]_i$ — математическое ожидание времени $t_{(0,1)}_i$ наработки ИК, в течение которого произошло изменение погрешности на 0,1 или 0,01 $\Delta_{\Phi N}$.

Для оценки изменения погрешности за определенный интервал времени $M[t_{0,1}]_i$ предварительно необходимо найти интервалы времени t_i , через которые следует контролировать $\Delta_{\Phi N}$. Продолжительность временных интервалов конкретных ИК t_1, t_2, \dots, t_n рассчитывают по формуле

$$t_i = \frac{1}{\lambda_{\text{н}}} \ln \frac{1}{P(t_i)} = \frac{1}{\lambda_{\text{н}}} \ln \frac{1}{1 - \Delta P_i}, \quad (5)$$

где $P(t_i)$ — вероятность безотказной работы по метрологическим отказам за интервал $[0, t_i]$;

i — порядковый номер интервала;

$\lambda_{\text{н}}$ — интенсивность метрологических отказов, рассчитываемая по формуле

$$\lambda_{\text{н}} = \frac{M}{N\tau}, \quad (6)$$

где N — общее число ИК представительной выборки;

M — число ИК, предел допускаемой погрешности в которых превысил Δ_0 за период $(0, \tau)$;

τ — средняя продолжительность эксплуатации ИК.

Значения перечисленных величин получают из журналов эксплуатации и ремонта ИК ИИС.

ΔP — изменение вероятности безотказной работы по метрологическим отказам за интервал времени $[t_k, t_{k+1}]$

$$\Delta P = P(t_k) - P(t_{k+1}) = P(t' - \Delta t) - P(t' + \Delta t) = e^{-\lambda_{\text{н}}(t' - \Delta t)} - e^{-\lambda_{\text{н}}(t' + \Delta t)}. \quad (7)$$

Так как измерение проводят с заданной вероятностью $P_{\text{м.з}}(t)$, например $P_{\text{м.з}}(t) = 0,95$, то ΔP следует рассматривать в интервале $[1, P_{\text{м.з}}(t)]$.

При определении ΔP необходимо задаться погрешностью времени наступления метрологического отказа Δt . Так как функция $P(t)$ экспоненциальная, то на различных ее участках приращению аргумента dt соответствуют различные приращения функции $dP(t)$. Исходя из этого, целесообразно определить Δt и ΔP на середине интервала $[1, P_{\text{м.з}}(t)]$, т. е. в точке $P(t')$

$$P(t') = P(0) - \frac{P(0) - P_{\text{м.з}}(t)}{2}. \quad (8)$$

По значениям $P(t')$ и $\lambda_{\text{н}}$ рассчитывают значение времени t' , соответствующее данной точке, по формуле

$$t' = \frac{1}{\lambda_{\text{н}}} \ln \frac{1}{P(t')}. \quad (9)$$

Интервал времени $[t_k, t_{k+1}]$ определяют, исходя из значений Δt и λ_n . При этом следует учитывать

$$t_k = t' - \Delta t, \quad (9)$$

$$t_{k+1} = t' + \Delta t.$$

По значениям λ_n и ΔP , рассчитанным по формулам (6) и (7), вычисляют продолжительность интервалов t_i по формуле (5).

Для каждого t_i определяют:

а) разность (Δ_i) между наибольшим значением погрешности ИК $\tilde{\Delta}_{\Phi_i}$ в момент времени t_i и пределом допускаемой погрешности $\tilde{\Delta}_{\Phi_n}$ по формуле (10)

$$\Delta_i = \tilde{\Delta}_{\Phi_i} - \tilde{\Delta}_{\Phi_n}, \quad (10)$$

где $\tilde{\Delta}_{\Phi_i}$ — абсолютная погрешность, определяемая по ГОСТ 16263—70;

б) время наработки ИК $t_{(0,1)i}$, в течение которого Δ_i изменилась на $0,1 \tilde{\Delta}_{\Phi_n}$ или на $0,01 \tilde{\Delta}_{\Phi_n}$ по формуле

$$t_{(0,1)i} = \frac{0,1 \tilde{\Delta}_{\Phi_n} \cdot t_i}{\Delta_i}; \quad (11)$$

в) математическое ожидание $M[t_{0,1}]_i$, полученное по истечении временного интервала t_i , по формуле

$$M[t_{0,1}]_i = \sum_{i=1}^n \frac{t_{(0,1)i}}{12}, \quad (12)$$

где i — число временных интервалов t_i ($i=1 \dots n$).

За межповерочный интервал принимают $T = \tau_{i-1}$, если по истечении интервала τ_i оценка допускаемой погрешности $\Delta_{i-1} \geq \Delta_0$ или за межповерочный интервал принимают $T = T_n$, если по истечении временного интервала t_n оценка предела допускаемой погрешности $\tilde{\Delta}_{\Phi_n} < \Delta_0$.

Пример. Требуется оценить интервал времени между поверками ИК температуры по следующим исходным данным:

диапазон измерения $0 \div 600^\circ\text{C}$;

норма точности по конструкторской документации $\dots \pm 6,0^\circ\text{C}$;

предел допускаемой погрешности измерения при $t=0, \dots, \tilde{\Delta}_{\Phi_n} = 4,65^\circ\text{C}$;

число исследуемых ИК $\dots 1000$;

число ИК, обладающих признаком несоответствия установленной норме точности $\dots 56$;

средняя продолжительность эксплуатации ИК $\dots 10000$ ч;

допускаемая погрешность определения времени наступления метрологического отказа $\dots 360$ ч;

доверительная вероятность $\dots 0,95$.

$$\lambda_n = \frac{56}{1000 \cdot 100}.$$

В результате расчета по формуле (8) $P(t') = 0,975$ и по формуле (9) значение времени $t' = 4521$ ч.

Дискретность изменения вероятности безотказной работы (ΔP) за время (t_k, t_{k+1}) рассчитывают по формуле (7)

$$\Delta P = P(4521-360) - P(4521+360) = e^{-0,56 \cdot 10^5 \cdot 4161} - e^{-0,56 \cdot 10^5 \cdot 4881} = 0,004.$$

Интервал времени (t_i), через который вероятность безотказной работы будет изменяться с дискретностью $\Delta P = 0,004$, рассчитывают по формуле (5)

$$t_1 = \frac{1}{0,56 \cdot 10^{-5}} \ln \frac{1}{1-0,004} = 716 \text{ ч};$$

$$t_2 = \frac{1}{0,56 \cdot 10^{-5}} \ln \frac{1}{1-2 \cdot 0,004} = 1434 \text{ ч};$$

$$t_{1,2} = \frac{1}{0,56 \cdot 10^{-5}} \ln \frac{1}{1-12 \cdot 0,004} = 8784 \text{ ч}.$$

Значения временных интервалов (t_i) изменений значений величин Δ_i и $t_{(0,1)i}$, рассчитываются соответственно по формулам (10) и (11), а также i -я оценка межповерочного интервала T_i , полученная по формуле (3) с учетом формулы (4), представлены в следующей таблице

Номер интервала	Интервал времени между двумя исследованиеми $t_{i-1} \div t_i$, ч	Изменение предела допускаемой погрешности от первоначального значения $\tilde{\Delta}_i$	Значение времени $t_{(0,1)i}$	Межповерочный интервал T_i , ч
1	716	0,15	2220	6444
2	1434	0,17	3922	8916
3	2156	0,21	4774	10564
4	2880	0,25	5357	11811
5	3608	0,26	6453	13196
6	4338	0,28	7204	14482
7	5071	0,27	8733	16035
8	5808	0,29	9313	17411
9	6547	0,31	9821	18644
10	7290	0,32	10593	19855
11	8035	0,34	10989	20950
12	8784	0,35	11670	22028

Так как по истечении t_{12} $\tilde{\Delta}_{\Phi_{12}} < \Delta_0$, то согласно формуле (12):

$$M[t_{(0,1)}]_{12} = \frac{2220 + 3922 + \dots + 11670}{12} = 7587 \text{ ч}$$

и за межповерочный интервал принимают

$$T = T_n = 1 - \frac{(6-4,65) \cdot 7587}{0,1 \cdot 4,65} = 22028 \text{ ч} \approx 2,5 \text{ года}.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЫБОРКИ ИК ИИС

В настоящем приложении приведены рекомендации по определению объема представительной выборки ИК многоканальных ИИС, ИК которых, подлежащие аттестации в реальных условиях объекта, предназначены для работы с единой функцией преобразования или с разными функциями преобразования, но единими для каждой группы ИК, входящих в ИИС. Для указанного случая ИК должны быть разделены в соответствии со структурной схемой измерения на группы (подгруппы) по признакам, позволяющим с заданной вероятностью характеризовать метрологические свойства ИК генеральной совокупности. В качестве таких признаков можно применять характеристики погрешности контроля за технологическими параметрами (температурой, давлением, уровнем, расходом и т. д.).

Расчет представительной выборки (n) следует проводить, по одной из приведенных формул:

$$n = \frac{t^2 \sigma^2 N}{\epsilon^2 N + t^2 \sigma^2}, \quad (1)$$

$$n = \frac{t^2 N}{4\epsilon^2 N + t^2}, \quad (2)$$

где N — число ИК, составляющих генеральную совокупность;

σ — среднее квадратическое отклонение характеристики погрешности ИК генеральной совокупности, определяемое по НТД на ИК;

t — коэффициент Стьюдента, определяемый в зависимости от доверительной вероятности по приведенной ниже таблице (предполагается нормальный закон распределения погрешности);

ϵ — допускаемая погрешность репрезентативности в процентах, определяемая по данным опытной эксплуатации ИК ИИС в реальных условиях объекта или по данным проектной организации или заказчика.

Формула (1) применима, если известно среднее квадратическое отклонение характеристики погрешности ИК генеральной совокупности. Формулу (2) используют, если значение среднего квадратического отклонения характеристики погрешности неизвестно.

Пример 1.

Аттестации подвергают информационно-вычислительную машину ИВ-500. Требуется определить объем представительной выборки ИК, которые будут подвергаться метрологическим исследованиям.

Учитывая структуру ИВ-500 целесообразно 480 ИК разбить на группы по числу устройств нормализации. Машина ИВ-500 комплектуется из четырех групп блоков нормализации, рассчитанных на обработку информации от соответствующих преобразователей: два блока нормализации сигналов переменного тока показывающих приборов БН2—02, блок нормализации сигналов переменного тока БН2—01 для машины и блок нормализации сигналов постоянного тока БН1—01.

В соответствии с данными проектной организации общее число измерительных каналов по группам можно принять следующим:

а) число ИК, работающих в комплекте с блоком нормализации БН2—02 и предназначенных для измерения давления, уровня, — 40;

Коэффициент Стьюдента t	Доверительная вероятность P	Коэффициент Стьюдента, t	Доверительная вероятность, P	Коэффициент Стьюдента t	Доверительная вероятность, P	Коэффициент Стьюдента, t	Доверительная вероятность, P
0,0	0,0000	1,1	0,7287	1,90	0,9426	2,70	0,9931
0,1	0,0797	1,20	0,7699	1,96	0,9500	2,80	0,9949
0,2	0,1585	1,28	0,8000	2,00	0,9545	2,81	0,9950
0,3	0,2358	1,30	0,8064	2,10	0,9643	2,90	0,9963
0,4	0,3108	1,40	0,8385	2,20	0,9622	3,00	0,9973
0,5	0,3829	1,44	0,8500	2,30	0,9786	3,09	—
0,6	0,4515	1,50	0,8664	2,33	0,9800	3,20	0,9986
0,7	0,5161	1,60	0,8804	2,40	0,9836	3,29	0,9990
0,8	0,5763	1,65	0,9000	2,50	0,9876	3,40	0,9993
0,9	0,6319	1,70	0,9109	2,58	0,9900	3,60	0,9997
1,0	0,6827	1,80	0,9281	2,60	0,9907	2,80	0,9999

Приложения:

1. Представительную выборку n рассчитывают по наибольшему среднему квадратическому отклонению одной из характеристик погрешности.

2. Представительную выборку формируют с использованием теории случайных чисел.

3. Выборку не проводят в случаях, когда ИИС осуществляют измерения, связанные с учетом материальных ценностей, взаимными расчетами и торговлей, охраной здоровья трудящихся, обеспечением безопасности и безвредности труда по номенклатуре, устанавливаемой перечнем, утвержденным и издаваемым Госстандартом СССР.

б) число ИК, работающих в комплекте с блоком нормализации БН2-02 и БН2-01 и предназначенных для измерения расхода, — 80;

в) число ИК, работающих в комплекте с блоками нормализации постоянного тока БН1-01 и предназначенных для измерения температуры, — 360.

Каждую из перечисленных групп следует рассматривать как самостоятельную генеральную совокупность. По данным эксплуатации погрешность репрезентативности $\varepsilon = 10\%$ должна гарантироваться с вероятностью $P = 0,954$.

По заданной вероятности коэффициент Стьюдента $t = 2$. Так как среднее квадратическое отклонение σ неизвестно, то в соответствии с формулой (2) находят необходимое число ИК представительной выборки, предназначенных для исследования

а) давления уровня

$$n = \frac{2^2 \cdot 40}{4 \cdot 0,1^2 \cdot 40 + 2^2} = 29;$$

б) расхода

$$n = \frac{2^2 \cdot 80}{4 \cdot 0,1^2 \cdot 80 + 2^2} = 44;$$

в) температуры

$$n = \frac{2^2 \cdot 360}{4 \cdot 0,1^2 + 360 + 2^2} = 78.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

УСТАНОВЛЕНИЕ ЧИСЛА ИССЛЕДУЕМЫХ ТОЧЕК ПО ДИАПАЗОНУ ИЗМЕРЕНИЯ

Число исследуемых точек по диапазону измерения устанавливают в двух случаях: когда определена систематическая составляющая погрешность и когда она пренебрежимо мала или отсутствует.

В первом случае при установлении числа исследуемых точек необходимо установить такой минимум точек, при котором погрешность, превышающая заданную норму, достаточно мала, а трудоемкость исследований — приемлема. Точки с учетом этого условия необходимо выбрать на основе анализа характера зависимости систематической составляющей погрешности от значений, измеряемой величины.

В качестве исходных данных для определения числа исследуемых точек используют значения измеряемой величины X_1, \dots, X_n в интервале $[a, b]$ и значения систематической составляющей в этих точках $\Delta_c(X_1), \Delta_c(X_2), \dots, \Delta_c(X_n)$, которые могут быть получены в результате предварительных испытаний ИК в период опытной эксплуатации.

Общее число точек n_t , в которых необходимо проводить исследования, рассчитывают по формуле

$$n_t = 2\gamma n, \quad (1)$$

где n — номер высшей существенной гармоники;
 γ — число точек на полупериоде высшей существенной гармоники. Значение γ рекомендуется принимать равным 1 или 2.

Для определения n надо провести гармонический анализ $\Delta_c(X)$ ИК.

Амплитуду гармонических составляющих кривых $\Delta_c(X)$ определяют разложением функций $\Delta_c(X)$ в ряд Фурье на интервале $[a, b]$ и вычислением его коэффициентов.

Если $\Delta_c(X)$ четная, то ряд Фурье можно представить в виде

$$\Delta_c(X) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos k \frac{\pi(X-a)}{b-a}, \quad (2)$$

где

$$a_k = \frac{2}{b-a} \int_a^b \Delta_c(X) \cos k \frac{\pi(X-a)}{b-a}, \quad (3)$$

если $\Delta_c(X)$ — нечетная, то

$$\Delta_c(X) = \sum_{k=1}^n b_k \sin k \frac{\pi(X-a)}{b-a}, \quad (4)$$

где

$$b_k = \frac{2}{b-a} \int_a^b \Delta_c(X) \sin k \frac{\pi(X-a)}{b-a}. \quad (5)$$

Для нахождения a_k и b_k следует применить формулу трапеции

$$a_k \approx -\frac{2}{n} \left[\frac{1}{2} \Delta_c(X_1) \cos k \frac{\pi(X_1-a)}{b-a} + \Delta_c(X_2) \cos k \frac{\pi(X_2-a)}{b-a} + \dots + \frac{1}{2} \Delta_c(X_n) \cos k \frac{\pi(X_n-a)}{b-a} \right], \quad (6)$$

$$b_k \approx \frac{2}{n} \left[\frac{1}{2} \Delta_c(X_1) \sin k \frac{\pi(X_1-a)}{b-a} + \Delta_c(X_2) \sin k \frac{\pi(X_2-a)}{b-a} + \dots + \frac{1}{2} \Delta_c(X_n) \sin k \frac{\pi(X_n-a)}{b-a} \right]. \quad (7)$$

По значениям амплитуд a_k и b_k определенного числа гармоник разложения кривой, например 10, необходимо оценить их значимость относительно предела систематической составляющей погрешности $|\Delta_{c\text{ ИК}}|$, полученного в результате предварительных испытаний.

Оценку проводят следующим образом. Выбирают две точки исследования на полупериоде высшей учитываемой гармоники разложения. При этом условии максимальную погрешность $\max |\Delta_c|_{2n}$ оценки наибольшей систематической погрешности ИК определяют в соответствии с равенством

$$\max |\Delta_c|_{2n} \approx 0,29 A_n, \quad (8)$$

где $A_n = a_k$ или b_k .

По значению $\max |\Delta_c|_{2n}$ и заданному предельному значению $|\Delta_c|$ ИК делают заключение о достаточности выбранного числа точек или о его уменьшении до числа, обеспечивающего требуемый запас по точности k , который указан в НТД на конкретный ИК.

Если

$$\max |\Delta_c|_{2,5} \approx \frac{|\Delta_{c\text{ ИК}}|}{k},$$

то для расчета необходимого числа исследуемых точек по диапазону измерения следует брать номер высшей существенной гармоники.

Если $\max |\Delta_c|_{2n} \ll \frac{|\Delta_{c\text{ ИК}}|}{k}$, то номер n уменьшают до значения, обеспечивающего требуемый запас по точности.

Пример. По результатам опытной эксплуатации ИК получают значения систематической погрешности $\Delta_{c\text{ ИК}}$ по диапазону измерения, указанные в табл. 1.

Требуемый запас по точности k в соответствии с нормативно-технической документацией равен 5. Требуется определить число исследуемых точек по диапазону измерения.

Расчет производят в следующей последовательности. По формуле (7) определяют амплитуду первой гармоники ($k=1$).

Аналогично определяют амплитуды десяти последующих гармоник. Результаты расчета сводят в табл. 2.

Амплитуды гармоник с номерами шесть и выше пренебрежимо малы по сравнению с предельным значением $|\Delta_{c\text{ ИК}}|=0,039$ Гц. Из приведенных данных видно, что высшей существенной гармоникой является пятая. В этом случае

$$n_t = 2 \cdot 2 \cdot 5 = 20.$$

В соответствии с формулой (8)

$$\max |\Delta_c|_{2,5} = 0,29 \cdot 0,0067 \text{ Гц} \approx 0,002 \text{ Гц}.$$

Таблица 1

$X, \text{Гц}$	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$\Delta_i(X), \text{Гц}$	-0,028	-0,031	-0,036	-0,035	-0,039	-0,029	-0,029	-0,032	-0,035	-0,035

Результаты расчета амплитуд гармонических составляющих

Таблица 2

$X, \text{Гц}$	$\Delta_c(X), \text{Гц}$	$\sin k \frac{\pi(X-a)}{b-a}$									
		$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$	$k=6$	$k=7$	$k=8$	$k=9$	$k=10$
10	-0,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-0,031	0,3420	0,6428	0,8660	0,9848	0,9848	-0,8660	0,428	0,3420	0	0,3420
30	-0,036	0,6428	0,9848	0,8660	0,3420	-0,3420	-0,8660	-0,9848	-0,6428	0	0,6428
40	-0,035	0,8660	0,8660	0	-0,8660	-0,8660	0	0,8660	0,8660	0	-0,8660
50	-0,039	0,9648	0,3420	-0,8660	-0,8428	+0,6428	0,8660	-0,3420	-0,9848	0	0,9848
60	-0,029	0,9848	-0,3420	-0,8660	0,6428	0,6428	-0,8660	-0,3420	0,9848	0	-0,9848
70	-0,029	0,8660	-0,8660	0	0,8660	-0,8660	0	0,8660	-0,8660	0	0,8660
80	-0,032	0,6428	-0,9848	0,8660	-0,3420	-0,3420	0,8660	-0,9848	0,6428	0	-0,6428
90	-0,035	0,3420	-0,6428	0,8660	-0,9848	-0,9848	-0,8660	0,6428	-0,3420	0	0,3420
100	-0,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b_k	Гц	-0,0377	-0,0022	-0,0127	0,0032	-0,0067	-0,0004	0,0017	0,0019	0	0,0019

После этого проверяют достаточность выбранного числа исследуемых точек. Для этого определяют

$$\frac{|\Delta_{cIK}|}{k} = \frac{0,039 \text{ Гц}}{5} = 0,008 \text{ Гц}$$

и сравнивают его со значением $\max |\Delta_c|_{2,5} = 0,002 \text{ Гц}$ $\max |\Delta_c|_{2,5} < \frac{|\Delta_{cIK}|}{k}$.

Поэтому для расчета применяют номер гармоники, удовлетворяющей нашим требованиям, т. е. третий.

Тогда $n_t = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ точек.

Во втором случае при установлении числа исследуемых точек по диапазону измерения следует руководствоваться следующими соображениями.

Для одноканальных и многоканальных ИИС, предназначенных для реализации единой функции преобразования, при наличии аналогового средства представления информации в качестве исследуемых рекомендуется выбирать точки, расположенные равномерно по диапазону измерения. Их должно быть не менее шести, включая точки, соответствующие нулю и 100%.

Если исследование нулевой точки невозможно, то число исследуемых точек должно быть не менее пяти, начиная с отметки шкалы, в которой наблюдают стабильные показатели.

Если априорно известно, что зависимость характеристик погрешности в диапазоне измерений описывается функциями, имеющими разрывы или перегибы, то эти особые точки должны быть дополнительно включены в число исследуемых.

Для одноканальных и многоканальных ИИС, предназначенных для реализации единой функции преобразования с цифровым принципом преобразования и цифровым устройством отображения информации, исследуемыми точками являются значения в единицах выходной величины, соответствующие значениям входной величины. Их число определяют в зависимости от применяемого способа преобразования аналог — цифра (время-импульсного, частотно-импульсного, кодо-импульсного). В число этих точек включают те, в которых в наихудших ситуациях появляются наибольшие погрешности.

Для ИК одноканальных и многоканальных ИИС с время-импульсным или частотно-импульсным принципом преобразования должно быть не менее пяти точек, равномерно распределенных по диапазону измерения, в число которых должны входить точки, лежащие вблизи верхнего и нижнего пределов диапазона.

Для ИК одноканальных и многоканальных ИИС, использующих кодо-импульсный принцип преобразования, когда систематическая составляющая погрешности может меняться скачкообразно, число и размещение исследуемых точек определяют в зависимости от принципиальной схемы преобразования в виде используемого кода. Точки диапазона, рекомендуемые для включения в число исследуемых, приведены в табл. 3.

Для многоканальных ИИС, имеющих несколько групп ИК, в каждой из которых ИК выполняют единые функции преобразования, число исследуемых точек не менее чем для трех ИК каждой группы устанавливают в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, а для остальных ИК каждой группы, входящих в представительную выборку, число исследуемых точек может быть уменьшено организацией, утверждающей программу.

Для одноканальных и многоканальных ИИС при исследовании ИК по частям т. е. отдельно, исследуют первый измерительный преобразователь (ПИП) и отдельно остальную часть ИК (далее — комплекс АСИ), при этом число исследуемых точек устанавливают отдельно для ПИП и отдельно для комплекса АСИ.

Исследуемые точки для ПИП и для комплекса АСИ выбирают так, чтобы они соответствовали друг другу по диапазону измерения, а их число опреде-

Таблица 3

Точки диапазона при двоично-десятичном коде		Точки диапазона при двоичном коде
трехразрядном	четырехразрядном	
009	0009	00...0001
010	0010	00...0010
019	0019	00...0011
020	0020	00...0100
039	0039	00...0111
040	0040	00...1000
079	0079	
080	0080	
099	0099	01...1111
100	0100	10...0000
199	0199	11...1111
200	020	
399	0399	
400	0400	
799	0799	
800	0800	
900	0999	
990	1000	
999	1999	

лялось по максимальному числу исследуемых точек из тех, которые получены для исследования одной из частей ИК.

При метрологических исследованиях, когда определяют градуировочную характеристику ИК ИИС, независимо от структуры ИИС и выполняемых ею функций, рекомендуют исследовать не менее 10 точек диапазона измерения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

УСТАНОВЛЕНИЕ ЧИСЛА НАБЛЮДЕНИЙ В ИССЛЕДУЕМЫХ ТОЧКАХ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ

При установлении числа наблюдений в исследуемых точках диапазона измерения требуется предварительно в период опытной эксплуатации оценить существенность или несущественность случайной составляющей погрешности и вариации.

Существенность случайной составляющей погрешности целесообразно оценивать по значению среднего квадратического отклонения. Случайную составляющую погрешности не учитывают, если ее среднее квадратическое отклонение не превышает значения q , указанного в НТД.

Среднее квадратическое отклонение $[S(\bar{\Delta})]$ рекомендуется оценивать в зависимости от значения размаха по формуле

$$S(\bar{\Delta}) = \frac{r}{d_n}, \quad (1)$$

где $r = y_{\max} - y_{\min}$ — значение размаха, в выборке, где y_{\max} , y_{\min} — максимальные и минимальные значения измеряемого параметра в i -й точке;

d_n — коэффициент, изменяющийся в зависимости от объема выборки n (числа наблюдений в исследуемой точке) и определяемый по ниже приведенной таблице.

Среднее квадратическое отклонение $S(\bar{\Delta})$ случайной составляющей погрешности для каждого ИК оценивают не менее чем в трех точках (10, 50, 100%) диапазона измерения.

В каждой исследуемой точке в зависимости от заданной доверительной вероятности P_d необходимо определить число наблюдений n по формуле

$$n \geq \frac{2}{1 - P_d}. \quad (2)$$

n	d_n	n	d_n
2	1.128	11	3.173
3	1.693	12	3.258
4	2.059	13	3.336
5	2.32	14	3.472
6	2.534	15	3.472
7	2.704	16	3.532
8	2.847	17	3.588
9	2.970	18	3.640
10	3.078	19	3.689
		20	3.735

Оценка среднего квадратического отклонения по формуле (1) удобна при $n \leq 10$. При $n > 10$ выборку целесообразно разбить на несколько групп по 5—8 наблюдений в каждой. После этого следует оценить среднее квадратическое отклонение в каждой группе и определить среднюю $S(\bar{\Delta})$. Среднее квадратическое отклонение по значению размаха оценивают по наибольшему значению $S(\bar{\Delta})$, полученному по результатам исследований не менее чем в трех точках диапазона измерения; затем делают заключение о существенности случайной составляющей погрешности по критерию q .

П р и м е ч а н и я:

1. Для однотипных ИК наличие случайной составляющей погрешности определяют на представительных выборках.

2. Число однотипных ИК должно быть выбрано в соответствии с приложением 4.

3. Результат должен быть гарантирован с доверительной вероятностью, указанной в НТД.

4. Если ИК исследуют по частям, то $S(\bar{\Delta})$ определяют для каждой части ИК.

Вариацию оценивают по ГОСТ 8.009—84.

Наличие вариации оценивают по результатам наблюдений не менее чем в трех точках диапазона измерения. Число наблюдений в каждой исследуемой точке должно быть не менее трех.

Вариацию не учитывают, если ее значение в единицах измеряемой величины не превышает значения q , указанного в НТД.

После оценки случайной составляющей погрешности и вариации число наблюдений в исследуемых точках определяют по следующему правилу:

если случайная составляющая погрешности и вариация существенны, то n рассчитывают по формуле (2);

если случайную составляющую погрешности учитывают, а вариацию нет, то число наблюдений в исследуемой точке, рассчитанное по формуле (2), может быть уменьшено до $\frac{n}{2}$;

если случайную составляющую погрешности и вариацию не учитывают, то проводят однократное наблюдение, а при существенности случайной составляющей погрешности и вариации — двукратное.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРОТОКОЛ №

набора экспериментальных данных при метрологических исследованиях ИК АСИ

(фактическое значение влияющих величин в соответствии с перечнем, указанным в программе аттестации)

Образцовые средства задания входного сигнала и вспомога- тельные устройства

Основные метрологические и технические характеристики

Подпись исполнителя _____

Дата

Подпись представителя метрологической
организации

Дата

Приложения:

1. В таблице буква **м** — означает нагружение (прямой ход);
буква **б** — разгружение (обратный ход).
 2. Таблицу заполняют в соответствии с требованиями типовой программы аттестации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное

наименование организации, выдавшей свидетельство

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____
о метрологической аттестации ИИС

наименование, номер, тип

Дата выпуска 19 г.

представленной
наименование организации, представляющей систему
на метрологическую аттестацию

и предназначеннной для
наименование объекта

Типы и характеристики образцовых и вспомогательных устройств, используемых при метрологической аттестации

Условия, при которых проводились экспериментальные исследования

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

Наименование и номер измерительного канала	Наименование метрологических характеристик	Полученное значение метрологических характеристик	Межповерочный интервал	Наименование (номер) методических указаний на методику поверки ИК
--	--	---	------------------------	---

По результатам метрологической аттестации (№ технического отчета или № протокола) от 19 г. ИК ИИС допускаются к применению с указанной в настоящем свидетельстве точностью.

Подпись руководителя организации (подразделения), проводившей метрологическую аттестацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Обязательное

**КЛАССИФИКАТОР
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИИС**

ИИС допущена в эксплуатацию

1. По результатам государственных приемочных испытаний по ГОСТ 8.001—80.
2. По результатам метрологической аттестации органами Госстандарта.
3. По результатам метрологической аттестации ведомственной метрологической службы.
4. По результатам межведомственных (ведомственных) испытаний.
5. Приказом по предприятию о вводе в эксплуатацию.
6. Документ, удостоверяющий ввод в эксплуатацию, отсутствует.

Наличие НТД на ИИС

1. Техническое задание на вновь разрабатываемые ИИС.
 2. Техническое описание и технические условия.
 3. Заключение о метрологической экспертизе.
 4. Программа метрологической аттестации ИИС.
 5. Методика поверки.
 6. Аттестаты на методики выполнения измерений.
 7. Программа и методика ведения метрологического надзора.
 8. Документация, регламентирующая метрологический надзор, отсутствует.
- Возможность осуществления метрологического надзора за ИИС
1. При функционирующем объекте обслуживания обеспечивают полностью.
 2. При функционирующем объекте обслуживания обеспечивают частично.
 3. При функционирующем объекте обслуживания не обеспечивают.
 4. При отключении от объекта обслуживания обеспечивают полностью.
 5. При отключении от объекта обслуживания обеспечивают частично.
 6. При отключении от объекта обслуживания не обеспечивают.
 7. Образцовыми средствами обеспечена.
 8. Образцовыми средствами не обеспечена.

Методы оценки метрологических характеристик измерительных каналов

1. Расчетные.
2. Экспериментальные с помощью внешних средств контроля.
3. Экспериментальные с помощью встроенных образцовых средств контроля.
4. Экспериментальные с помощью автоматизированных испытательных комплексов.
5. Методы оценки метрологических характеристик измерительных каналов не разработаны.

Исполнение

1. На базе агрегатных средств измерений.
2. Единичное.

Тип решаемых задач

1. Измерение.
2. Контроль.
3. Регулирование.
4. Диагностика, прогнозирование.
5. Идентификация.

Контролируемые физические величины

1. Пространственно-временные.
2. Термические.
3. Механические.
4. Электрические.
5. Магнитные.
6. Электромагнитные.
7. Акустические.
8. Световые.
9. Ионизирующих излучений.
10. Физико-химические.

Информационный объем

1. До 10 входных параметров.
2. До 40 входных параметров.
3. До 100 входных параметров.
4. До 800 входных параметров.
5. До 2000 входных параметров.

Вид носителя информации

1. Энергетический, представленный в аналоговой форме электрическими сигналами.
2. Энергетический, представленный в аналоговой форме пневматическими сигналами.
3. Энергетический, представленный в аналоговой форме гидравлическими сигналами.
4. Энергетический, представленный в дискретной форме импульсными электрическими сигналами.
5. Энергетический, представленный в дискретной форме импульсными пневматическими сигналами.
6. Вещественный, представленный на перфокартах.
7. Вещественный, представленный на перфолентах.
8. Вещественный, представленный на бланках для записи и печати.
9. Вещественный, представленный на магнитных средствах.

Потребитель информации

1. Человек-оператор.
2. АСУ.
3. Автоматизированная испытательная метрологическая система.

Область применения

01. Энергетика и электрификация.
02. Нефтяная промышленность.
03. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность.
04. Газовая промышленность.
05. Угольная промышленность.
06. Черная металлургия.
07. Цветная металлургия.
08. Химическая промышленность.
09. Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение.
10. Электротехническая промышленность.

11. Электронная промышленность.
12. Химическое и нефтяное машиностроение.
13. Станкостроительная и инструментальная промышленность.
14. Приборостроение, средства автоматизации и системы управления.
15. Автомобильная промышленность.
16. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение.
17. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение.
18. Машиностроение легкой и пищевой промышленности.
19. Легкая и деревообрабатывающая промышленность.
20. Целлюлозно-бумажная промышленность.
21. Промышленность строительных материалов.
22. Легкая промышленность.
23. Пищевая промышленность.
24. Прочие.

Пример. Пользуясь классификатором показателей метрологического обеспечения, необходимо составить шифр измерительной информации системы ИВ-500. Закодированные показатели метрологического обеспечения ИВ-500 имеют вид: a46245b24г23д25е1235ж23410з4и1к1л01020608.

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ РЕКОМЕНДАЦИИ,
ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
Информационно-измерительная система (ИИС) Метрологическая аттестация ИИС	По ГОСТ 8.437—81 Экспериментальные исследования измерительных каналов или представительной выборки измерительных каналов ИИС, направленные на определение оценки (или обобщенной оценки МХ данного экземпляра ИИС в заданных условиях эксплуатации, проводимые метрологической службой), и выдача документа, удостоверяющего МХ ИИС в процессе аттестации
Измерительный канал ИИС (ИК)	Функционально объединенная совокупность технических средств, предусмотренная алгоритмом ее функционирования, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до индикации или регистрации результата измерения включительно или преобразование результата измерения в сигнал, удобный либо для дальнейшего использования вне ИИС, либо для ввода в цифровое или аналогичное устройство, входящее в состав ИИС Средства измерений, используемые в ИК ИИС
Средство измерений системного применения Наработка Разовое изготовление Регрессионный анализ Математическая модель Выборка Представительная выборка Объем выборки	По ГОСТ 27200—87 По ГОСТ 2103—89 По РДМУ 109—77 По РДМУ 109—77 По ГОСТ 15895—77 По ГОСТ 15895—77 По ГОСТ 15895—77

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам**
РАЗРАБОТЧИКИ
Б. Д. Колпак, канд. техн. наук (руководитель темы); М. Ф. Наталюк; Л. А. Коломийцев; А. Д. Пинчевский, д-р техн. наук
- 2. УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ НПО «Система» 01.01.90**
- 3. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС 30.06.89**
- 4. ВЗАМЕН МИ 162—78**

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Организация и порядок проведения метрологической аттестации
МИ 2002—89

Редактор *Т. С. Шеко*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 23.10.90 Подп. в печ. 08.01.91 Формат 60×90¹/₁₆
Бумага типографская № 1 Гарнитура литературная Печать высокая 2,5 усл. п. л.
2,5 усл. кр.-отт. 240 уч.-нзд. л. Тир. 16000 экз. Зак. 2324 Цена 95 к. Изд. № 823/4.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6.