

ГОСТ 61—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕАКТИВЫ

КИСЛОТА УКСУСНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

Реактивы
КИСЛОТА УКСУСНАЯ

ГОСТ
61—75

Технические условия

Взамен
ГОСТ 61—69

Reagents. Acetic acid. Specifications

МКС 71.040.30
ОКП 26 3411 0470 02

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. № 724 дата введения установлена

01.04.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

Настоящий стандарт распространяется на реактив — уксусную кислоту, представляющую собой прозрачную, бесцветную, легко воспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории качества.

Стандарт содержит все требования стандарта СЭВ 5375—85.

В стандарте не предусмотрены требования к продукту квалификации «чистый», ужесточены нормы по ряду показателей, включены разделы: «Требования безопасности» и «Гарантии изготовителя» (см. приложение о соответствии требований настоящего стандарта требованиям стандарта СЭВ).

Формула CH_3COOH .

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971 г.) — 60,05.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Уксусная кислота должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям уксусная кислота должна соответствовать требованиям и нормам, приведенным в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (октябрь 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в марте 1978 г., декабре 1979 г., октябре 1986 г. (ИУС 3—78, 2—80, 1—87).

© Издательство стандартов, 1975

© Стандартиформ, 2006

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма		
	Химически чистая ледяная (х. ч. ледяная)	Химически чистая (х. ч.)	Чистая для анализа (ч. д. а.)
	ОКП 26 3411 048308	ОКП 26 3411 047310	ОКП 26 3411 047200
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость		
2. Массовая доля уксусной кислоты (CH ₃ COOH), %, не менее	99,8	99,5	99,5
3. Температура кристаллизации, °С	16,3—16,7	Не нормируется	
4. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,001	0,001	0,002
5. Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,0001	0,0001	0,0002
6. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,0001	0,0001	0,0002
7. Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,00002	0,00002	0,00001
8. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более	0,00003	0,00005	0,0001
9. Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,000015	0,00005	0,00005
10. Массовая доля веществ, восстанавливающих двухромовокислый калий в пересчете на кислород (O), %, не более	0,003	0,003	0,005
11. Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий в пересчете на муравьиную кислоту (НСООН), %, не более	0,003	0,005	0,005 (0,02)
12. Массовая доля ацетальдегида (CH ₃ CHO), %, не более	0,001	0,002	0,003
13. Массовая доля уксусного ангидрида (CH ₃ CO) ₂ O, %, не более	0,03	Не нормируется	
14. Проба на разбавление	Должна выдерживать испытание по п. 3.14		

П р и м е ч а н и я:

1. Если массовая доля уксусного ангидрида не превышает 0,001 %, к квалификации реактива прибавляют слова «без ангидрида».
2. Уксусную кислоту с нормами, приведенными в скобках, допускается выпускать до 01.01.95.

Разд. 1. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а.1. Уксусная кислота относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007—76.

Предельно допустимая концентрация паров уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны (ПДК) — 5 мг/м³.

Определение паров уксусной кислоты в воздухе проводят иодометрическим методом.

При превышении предельно допустимой концентрации пары уксусной кислоты действуют раздражающе на слизистую оболочку верхних дыхательных путей; уксусная кислота вызывает также ожоги кожи.

2а.2. При работе с уксусной кислотой следует применять индивидуальные средства защиты (фильтрующие противогазы марок В и БКФ), а также соблюдать правила личной гигиены.

Не допускается попадание уксусной кислоты внутрь организма.

Первая помощь при ожогах — обильное промывание водой.

2а.3. Уксусная кислота — легковоспламеняющаяся жидкость с резким специфическим запахом.

Температура кипения, °С	118,1
Температура вспышки паров, °С	38
Температура воспламенения, °С	68
Температура самовоспламенения, °С	454
Область воспламенения, объемная доля, %:	
нижний предел	3,3
верхний предел	22

С. 3 ГОСТ 61—75

Температурные пределы воспламенения, °С:	
нижний предел	35
верхний предел	76

Категория и группа взрывоопасной смеси паров уксусной кислоты с воздухом ПА-Т1 (ГОСТ 12.1.011—78*).

Работы с уксусной кислотой следует проводить вдали от огня. При загорании для тушения следует применять пены ПО-1Д, ПО-3АИ, «Сампо», газовые и порошковые составы.

2а.4. Помещения, в которых проводят работы с уксусной кислотой, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной механической вентиляцией.

Анализ уксусной кислоты следует проводить в вытяжном шкафу.

Разд. 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885—73.

2.2. Определение содержания сульфатов, тяжелых металлов, веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий, ацетальдегида и пробы на разбавление изготовитель проводит только по требованию потребителя и в продукте, предназначенном для экспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025—86.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885—73. Масса средней пробы должна быть не менее 2 кг (1,9 дм³).

3.2а. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют при 20 °С визуальным сравнением с дистиллированной водой по ГОСТ 14871—76. При этом анализируемый продукт не должен иметь опалесценции и не должен содержать механических частиц.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

3.2. Определение массовой доли уксусной кислоты алкалиметрическим титрованием

3.2.1. Реактивы, растворы и посуда

Вода дистиллированная, не содержащая углекислоты; готовят по ГОСТ 4517—87; натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, раствор концентрации $c(\text{NaOH})=0,1$ моль/дм³ (0,1 н.), готовят по ГОСТ 25794.1—83;

спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта по ГОСТ 18300—87; фенолфталеин (индикатор) по ТУ 6—09—5360—87, спиртовой раствор с массовой долей 1 %, готовят по ГОСТ 4919.1—77;

бюретка 1—2—50 по ГОСТ 29252—91;

колба Кн-1—100—14/23 по ГОСТ 25336—82;

цилиндр 1—25 по ГОСТ 1770—74;

весы лабораторные равноплечие 2-го класса модели ВЛР-200 по ГОСТ 24104—88** или любого аналогичного типа с ценой деления 0,0001 г.

3.2.2. Проведение анализа

25 см³ дистиллированной воды помещают в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 100 см³, взвешивают, вносят 0,2 г продукта и колбу взвешивают (результаты всех взвешиваний записывают с точностью до четвертого десятичного знака), тщательно перемешивают, титруют раствором гидроокиси натрия в присутствии фенолфталеина до появления не исчезающей слабо-розовой окраски раствора.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51330.2—99, ГОСТ Р 51330.5—99, ГОСТ Р 51330.11—99, ГОСТ Р 51330.19—99.

** С 1 июля 2002 г. действует ГОСТ 24104—2001.

3.2.3. *Обработка результатов*

Массовую долю уксусной кислоты (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{V \cdot 0,006005 \cdot 100}{m},$$

где m — масса навески продукта, г;

V — объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,1 моль/дм³ (0,1 н.), израсходованный на титрование, см³;

0,006005 — количество уксусной кислоты, соответствующее 1 см³ раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,1 моль/дм³ (0,1 н.), г.

За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,15 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3а. **Определение массовой доли уксусной кислоты по температуре кристаллизации**

Определение проводят по п. 3.3 настоящего стандарта и по ГОСТ 18995.5—73.

Массовая доля уксусной кислоты в процентах в зависимости от температуры кристаллизации указана в табл. 2.

Таблица 2

Температура кристаллизации, °С	Массовая доля уксусной кислоты, %	Температура кристаллизации, °С	Массовая доля уксусной кислоты, %
13,56	98,2	15,37	99,3
13,71	98,3	15,56	99,4
13,87	98,4	15,75	99,5
14,02	98,5	15,94	99,6
14,18	98,6	16,13	99,7
14,35	98,7	16,32	99,8
14,49	98,8	16,51	99,9
14,64	98,9	16,70	100,0
14,82	99,0		

При разногласиях в оценке массовой доли уксусной кислоты, а также при анализе продукта квалификации «х. ч. ледяная», определение проводят по температуре кристаллизации.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

3.3. **Определение температуры кристаллизации**

Температуру кристаллизации уксусной кислоты определяют по ГОСТ 18995.5—73. При этом подготовку к анализу проводят следующим образом: прибор с продуктом помещают в стакан с водой, имеющей температуру 5 °С—7 °С. Продукт в приборе охлаждают до 10 °С—13 °С и, не вынимая из стакана, осторожно помешивают, не касаясь дна и стенок пробирки, до появления первых кристаллов кислоты.

В момент кристаллизации кислоты температура резко повышается и, достигнув определенного максимума, остается на этом уровне в течение некоторого времени. За температуру кристаллизации, отмеченную с погрешностью 0,1 °С, принимают высшую точку подъема температуры.

3.4. **Определение массовой доли нелетучего остатка**

Определение проводят по ГОСТ 27026—86 из объема 95 см³ (100 г) в кварцевой или платиновой чашке.

Остаток растворяют в 1 см³ раствора соляной кислоты (ГОСТ 3118—77) с массовой долей 25 % и 15 см³ воды, переносят раствор количественно в мерную колбу вместимостью 100 см³ (ГОСТ 1770—74), доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор сохраняют для определения массовой доли железа и тяжелых металлов.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.4.1, 3.4.2. **(Исключены, Изм. № 2).**

3.5. **Определение массовой доли сульфатов**

Определение проводят по ГОСТ 10671.5—74. При этом проводят подготовку к анализу: 50,0 г (47,6 см³) анализируемого продукта помещают в платиновую или кварцевую чашку, прибавляют 0,2 г углекислого натрия (ГОСТ 83—79) и выпаривают досуха. Остаток после выпаривания раство-

С. 5 ГОСТ 61—75

ряют в 15 см³ воды (при необходимости раствор фильтруют через плотный беззольный фильтр) и доводят объем раствора до 20 см³.

Далее анализ проводят визуально-нефелометрическим методом с использованием затравочного раствора.

Продукт считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая через 30 мин на темном фоне опалесценция анализируемого раствора будет не интенсивнее опалесценции раствора сравнения, приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего в таком же объеме:

для продукта химически чистый ледяной и химически чистый — 0,05 мг SO₄,

для продукта чистый для анализа — 0,10 мг SO₄.

Допускается проводить определение визуально-нефелометрическим методом без выпаривания с использованием затравочного раствора. При этом 10,0 г (9,5 см³) анализируемого продукта помещают в коническую колбу вместимостью 50 см³ (ГОСТ 25336—82), разбавляют водой до 37 см³, прибавляют 3 см³ раствора желатина, отмеренных пипеткой вместимостью 10 см³ (ГОСТ 29169—91) и перемешивают. Отдельно в пробирку помещают 0,1 см³ раствора, содержащего 0,001 мг SO₄, прибавляют 1 см³ раствора соляной кислоты концентрации $c(\text{HCl})=1$ моль/дм³, 3 см³ раствора хлористого бария, отмеренных пипеткой, и встряхивают в течение 1 мин. Затем содержимое пробирки приливают к анализируемому раствору, ополаскивают пробирку небольшим объемом воды в колбу, доводят объем раствора в колбе водой до 50 см³ и перемешивают.

Наблюдаемая через 1 ч опалесценция анализируемого раствора не должна быть интенсивнее опалесценции раствора сравнения, приготовленного одновременно таким же образом и содержащего в таком же объеме:

для продукта химически чистый ледяной и химически чистый — 0,01 мг SO₄,

для продукта чистый для анализа — 0,02 мг SO₄

и те же объемы растворов соляной кислоты, желатина и хлористого бария.

При разногласиях в оценке массовой доли сульфатов определение проводят методом с выпариванием продукта в присутствии углекислого натрия и использованием затравочного раствора.

3.6. Определение массовой доли хлоридов

Определение проводят по ГОСТ 10671.7—74 визуально-нефелометрическим методом в объеме 40 см³ с прибавлением 2 см³ раствора азотной кислоты.

Масса навески продукта — 10,00 г (соответствует 9,5 см³).

Продукт считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая через 10 мин на темном фоне опалесценция анализируемого раствора не будет интенсивнее опалесценции раствора сравнения, приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего в таком же объеме:

для продукта химически чистый ледяной и химически чистый — 0,01 мг Cl,

для продукта чистый для анализа — 0,02 мг Cl

и те же количества реактивов.

3.7. Определение массовой доли железа

Определение проводят по ГОСТ 10555—75 2,2'-дипиридиловым методом. При этом используют 20,0 см³ раствора, полученного по п. 3.4 (соответствует 20,00 г анализируемого продукта), отмеренных пипеткой вместимостью 20 см³ (ГОСТ 29169—91).

Допускается проводить определение роданидным методом из 20,0 см³ раствора, приготовленного по п. 3.4, или 1,10-фенантролиновым методом без предварительного выпаривания из массы навески анализируемого продукта 20,00 г (соответствует 19,0 см³).

Продукт считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если масса железа не будет превышать:

для препарата химически чистый ледяной и химически чистый — 0,004 мг,

для препарата чистый для анализа — 0,02 мг.

При разногласиях в оценке массовой доли железа определение проводят фотоколориметрическим 2,2'-дипиридиловым методом.

3.5—3.7. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.8. Определение массовой доли тяжелых металлов

Определение проводят по ГОСТ 17319—76 тиацетамидным визуально-колориметрическим или сероводородным методом.

При этом проводят подготовку к анализу: 33,40 г (32,0 см³) уксусной кислоты квалификации химически чистая ледяная или 20,00 г (19,0 см³) уксусной кислоты квалификации химически чистая и чистая для анализа, отмеренные с точностью до первого десятичного знака, помещают в кварце-

вую или фарфоровую чашку и выпаривают на водяной бане досуха. К остатку прибавляют 10 см³ дистиллированной воды и далее определение проводят по ГОСТ 17319—76.

Продукт считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая окраска анализируемого раствора не будет интенсивнее окраски раствора, приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего в таком же объеме:

для продукта химически чистый ледажной — 0,01 мг Pb,

для продукта химически чистый — 0,01 мг Pb,

для продукта чистый для анализа — 0,02 мг Pb

и те же количества реактивов.

Допускается проводить определение из соответствующего объема раствора, приготовленного по п. 3.4 после нейтрализации его раствором аммиака.

При разногласиях в оценке массовой доли тяжелых металлов определение проводят сероводородным методом.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.9. Определение массовой доли мышьяка

Определение проводят по ГОСТ 10485—75.

При этом подготовку к анализу проводят следующим образом:

10,00 г (9,5 см³) анализируемого продукта, отмеренные с точностью до первого десятичного знака, помещают в колбу прибора для определения содержания мышьяка, прибавляют 30 см³ дистиллированной воды, 20 см³ раствора кислоты, 1 см³ раствора двухлористого олова, перемешивают и далее определение проводят по ГОСТ 10485—75.

Продукт считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая окраска бромно-ртутной бумажки анализируемого раствора не будет интенсивнее окраски бромно-ртутной бумажки раствора, приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего в таком же объеме:

для продукта химически чистый ледажной — 0,0015 мг As,

для продукта химически чистый — 0,005 мг As,

для продукта чистый для анализа — 0,005 мг As

и те же количества реактивов.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.10. Определение массовой доли веществ, восстанавливающих двуххромовокислый калий в пересчете на кислород (О)

3.10.1. Реактивы, растворы и посуда

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72, перегнанная в присутствии марганцовокислого калия;

калий двуххромовокислый по ГОСТ 4220—75, раствор концентрации $c(\frac{1}{6}K_2Cr_2O_7)=0,1$ моль/дм³ (0,1 н.), готовят по ГОСТ 25794.2—83;

калий йодистый по ГОСТ 4232—74, раствор с массовой долей 20 %;

кислота серная по ГОСТ 4204—77, х. ч.;

крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76, раствор с массовой долей 0,5 %;

натрий серноватистоокислый (тиосульфат натрия) 5-водный по ГОСТ 27068—86 концентрации $c(Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O)=0,1$ моль/дм³ (0,1 н.), готовят по ГОСТ 25794.2—83;

бюретка б—2—2 по ГОСТ 29252—91;

колба Кн-1—500—29/32 по ГОСТ 25336—82;

пипетки б—2—10 и 2—2—1 по ГОСТ 29169—91;

цилиндр 1—250 по ГОСТ 1770—74.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.10.2. Проведение анализа

10,00 г (9,5 см³) анализируемого продукта, отмеренные с точностью до первого десятичного знака, помещают в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 500 см³, прибавляют 10 см³ серной кислоты, раствор охлаждают до 18 °С—20 °С, прибавляют 1 см³ раствора двуххромовокислого калия и перемешивают.

Одновременно готовят контрольный раствор в тех же условиях, с теми же количествами реактивов и растворов.

Анализируемый и контрольный растворы оставляют на 30 мин. Затем к обоим растворам прибавляют по 50 см³ дистиллированной воды, перемешивают, охлаждают до 18 °С—20 °С, прибавляют по 10 см³ раствора йодистого калия, закрывают пробкой, перемешивают и оставляют в темном месте на 10 мин. Пробку, горло и стенки колбы смывают 150 см³ дистиллированной воды и выделив-

С. 7 ГОСТ 61—75

шийся йод титруют из микробюретки раствором серноватистоокислого натрия в присутствии крахмала до обесцвечивания раствора.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.10.3. Обработка результатов

Массовую долю веществ, восстанавливающих двуххромовокислый калий, в пересчете на кислород (X_2), в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{(V - V_1) \cdot 0,0008 \cdot 100}{m},$$

где m — масса навески продукта, г;

V — объем раствора серноватистоокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм³, израсходованный на титрование контрольного раствора, см³;

V_1 — объем раствора серноватистоокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм³, израсходованный на титрование анализируемого продукта, см³;

0,0008 — количество кислорода, соответствующее 1 см³ раствора двуххромовокислого калия концентрации точно 0,1 моль/дм³, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,001 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.11. Определение массовой доли веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий в пересчете на муравьиную кислоту

3.11.1. Реактивы, растворы и посуда

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72, перегнанная в присутствии марганцовокислого калия;

калий йодистый по ГОСТ 4232—74;

калий марганцовокислый по ГОСТ 20490—75, раствор концентрации $c(1/5 \text{ KMnO}_4) = 0,01$ моль/дм³ (0,01 н.), свежеприготовленный, готовят по ГОСТ 25794.2—83;

кислота серная по ГОСТ 4204—77, раствор с массовой долей 16 %;

крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76, водный раствор с массовой долей 1 %;

натрий серноватистоокислый (тиосульфат натрия), 5-водный по ГОСТ 27068—86, раствор концентрации $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,01$ моль/дм³ (0,01 н.) свежеприготовленный, готовят по ГОСТ 25794.2—83;

колба Кн-1—250—29/32 по ГОСТ 25336—82;

пипетки 6—2—10, 2—2—50, 4—2—2 по ГОСТ 29169—91;

цилиндр 1—100 по ГОСТ 1770—74.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.11.2. Проведение анализа

10 г (9,5 см³) анализируемого продукта, отмеренные с точностью до первого десятичного знака, помещают в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см³, содержащую 70 см³ воды. К раствору добавляют 15 см³ раствора серной кислоты, 50 см³ раствора марганцовокислого калия и 15 мин нагревают в термостате при 80 °С. Колбу охлаждают 10 мин проточной водой, прибавляют 2 г йодистого калия и оставляют в покое на 5 мин. Выделившийся йод титруют раствором серноватистоокислого натрия, добавляют в конце титрования 2 см³ раствора крахмала.

Одновременно готовят контрольный раствор в тех же условиях с теми же количествами реактивов и растворов, как в анализируемом растворе.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.11.3. Обработка результатов

Массовую долю веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий в пересчете на муравьиную кислоту (X_3), в процентах, вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{(V_1 - V) \cdot 0,00023 \cdot 100}{m},$$

где m — масса навески продукта, г;

V_1 — объем раствора серноватистоокислого натрия концентрации точно 0,01 моль/дм³, израсходованный на титрование в контрольном растворе, см³;

V — объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точно $0,01$ моль/дм³, израсходованный на титрование анализируемого продукта, см³;
 0,00023 — количество муравьиной кислоты, соответствующее 1 см³ раствора марганцовокислого калия концентрации точно $0,01$ моль/дм³, г.


За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать $0,0005$ % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.12. Определение массовой доли ацетальдегида (СН₃СНО)

Определение проводят по ГОСТ 16457—76 фотометрическим или визуально-колориметрическим методом. При этом собирают прибор для определения ацетальдегида (см. чертеж), состоящий из: колбы ОГ—2—500—29/32 или КГУ-2—1—500—29/32 по ГОСТ 25336—82; насадки Н 1 29/32—14/23—14/23 или изгиба И < 750 ° 2К 29/32—14/23 по ГОСТ 25336—82; воронки ВК-50 ХС по ГОСТ 25336—82; холодильника ХПТ 1—100—14/23 по ГОСТ 25336—82; цилиндра 2—50 по ГОСТ 1770—74; алонжа АИО-14/23—14/23—60 по ГОСТ 25336—82, удлиненной стеклянной трубкой; $20,00$ г ($19,0$ см³) анализируемого продукта, отмеренных пипеткой вместимостью 25 см³ (ГОСТ 29169—91) с точностью до первого десятичного знака, помещают в капельную воронку прибора.

Прибор для определения ацетальдегида (схема)



1 — колба перегонная; 2 — капилляры или пемза; 3 — воронка капельная; 4 — приемник

В колбу дистилляционного прибора вместимостью 500 см³ вносят несколько стеклянных капилляров, заплавленных с одного конца, и приливают около 40 см³ раствора гидроксида натрия с массовой долей 30 % (ГОСТ 4328—77). Количество миллилитров гидроксида натрия, необходимого для нейтрализации 20 г продукта, предварительно устанавливают в отдельном опыте соответствующим титрованием в присутствии универсальной индикаторной бумаги до pH 7.

Колбу с содержимым закрывают пробкой, через которую пропускают конец трубки холодильника с брызгоуловителем и конец капельной воронки. Другой конец трубки холодильника при этом должен быть слегка погружен в воду (5 см³), содержащуюся в цилиндре с метками на 5 и 15 см³. Из капельной воронки сливают продукт в колбу, затем через воронку вводят в колбу прибора 2 — 3 капли спиртового раствора фенолфталеина с массовой долей $0,1$ %, приготовленного по ГОСТ

С. 9 ГОСТ 61—75

4919.1—77. При необходимости нейтрализуют содержимое колбы продуктом или раствором гидроксида натрия, прибавляя его по каплям до слабо-розовой окраски. Кран капельной воронки закрывают и при нагревании отгоняют 10 см³ жидкости в приемник, закрывая его притертой пробкой, перемешивают, доводят объем раствора водой до 23 см³ и далее определение проводят по ГОСТ 16457—76.

Продукт считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если масса ацетальдегида не будет превышать:

для продукта химически чистый ледяной — 0,2 мг,

для продукта химически чистый — 0,4 мг,

для продукта чистый для анализа — 0,6 мг.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.13. Определение массовой доли уксусного ангидрида

3.13.1. Реактивы, растворы и посуда

Анилин по ГОСТ 5819—78, свежеперегнанный, раствор с массовой долей 0,5 % в уксусной кислоте, х. ч. ледяной без ангидрида, годен для применения в течение 15—20 суток при хранении в темной склянке с притертой пробкой;

кристаллический фиолетовый (индикатор), раствор с массовой долей 0,5 % в уксусной кислоте, х. ч. ледяной без ангидрида;

кислота уксусная, х. ч. ледяная без ангидрида;

кислота хлорная, уксусноокислый раствор концентрации $c(\text{HClO}_4) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н.); готовят по ГОСТ 25794.3—83;

бюретка 7—2—10 по ГОСТ 29252—91;

колба Кн-1—100—14/23 по ГОСТ 25336—82;

пипетки 2—2—25 (или 2—2—50 или 2—2—5), 2—2—10 по ГОСТ 29169—91.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.13.2. Проведение анализа

25 см³ продукта помещают в сухую коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 100 см³, добавляют 10 см³ раствора анилина, закрывают пробкой, перемешивают и выдерживают 10 мин. Затем добавляют одну каплю раствора кристаллического фиолетового и титруют раствором хлорной кислоты до перехода окраски в зеленую. Одновременно готовят контрольный раствор в тех же условиях, с теми же количествами реактивов и растворов.

Если при обратном титровании изменение окраски анализируемого раствора наступает от нескольких капель раствора хлорной кислоты, что указывает на массовую долю уксусного ангидрида в анализируемом продукте больше 0,03 %, то следует в контрольный раствор ввести дополнительное количество анилина и снова дать выдержку 10 мин.

Если в анализируемом продукте массовая доля уксусного ангидрида менее 0,005 %, для определения берут 50 см³ продукта, если массовая доля более 0,05 %, берут 5 см³ или 10 см³ продукта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.13.3. Обработка результатов

Массовую долю уксусного ангидрида (X_4) в процентах вычисляют по формуле

$$X_4 = \frac{(V - V_1) \cdot 0,0102 \cdot 100}{25 \cdot 1,0498},$$

где V — объем уксусноокислого раствора хлорной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм³, израсходованный на титрование в контрольном растворе, см³;

V_1 — объем уксусноокислого раствора хлорной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм³, израсходованный на титрование анализируемого продукта, см³;

0,0102 — количество уксусного ангидрида, соответствующее 1 см³ уксусноокислого раствора хлорной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм³, г;

1,0498 — плотность уксусной кислоты, г/см³.

За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,002 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.14. Проба на разбавление

10 см³ продукта разбавляют 30 см³ дистиллированной воды (ГОСТ 6709—72) и перемешивают.

Продукт считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если раствор в течение 1 ч остается прозрачным.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковка и маркировка — в соответствии с ГОСТ 3885—73.

Вид и тип тары: 3—1, 3—2, 3—5, 3—8, 8—1, 8—2, 8—5, 9—1, 10—1.

Группа фасовки: V, VI, VII.

Для упаковки тары с уксусной кислотой применяют древесную стружку, пропитанную растворами хлористого кальция, хлористого магния или сернокислого аммония, а также шлаковату или другой негорючий уплотняющий материал.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.2. На тару наносят знак опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 8, подкласс 8.1, черт. 8 — основной, черт. 3 — дополнительный, классификационный шифр 8142, серийный номер ООН 2789).

4.3. Продукт перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок огнеопасных грузов.

4.4. Продукт хранят в закрытой таре в помещениях, специально приспособленных для хранения огнеопасных веществ, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие уксусной кислоты требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения продукта — один год со дня изготовления.

Разд. 5. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

Разд. 6. **(Исключен, Изм. № 3).**

Соответствие требований ГОСТ 61—75 СТ СЭВ 5375—85

ГОСТ 61—75		СТ СЭВ 5375—85	
Пункт	Содержание требований	Пункт	Содержание требований
Разд. 1 Табл. 1	Отсутствуют нормы для квалификации чистый	Разд. 2 Табл. 1	Установлены нормы для квалификации чистый
п. 2	Массовая доля уксусной кислоты, %, не менее для квалификаций: х. ч. ледяная 99,8 х. ч. 99,5 ч. д. а. 99,5	п. 2	Содержание уксусной кислоты, %, не менее для квалификаций: х. ч. ледяная 99,8 (99,5) х. ч. 99,5 (99,0) ч. д. а. 99 (98)
п. 5	Массовая доля сульфатов, %, не более для квалификации х. ч. ледяная 0,0001	п. 5	Содержание сульфатов, %, не более для квалификации х. ч. ледяная 0,0002
п. 7	Массовая доля железа, %, не более для квалификаций: х. ч. ледяная 0,00002 х. ч. 0,00002	п. 8	Содержание железа, %, не более для квалификаций: х. ч. ледяная 0,00002 (0,00005) х. ч. 0,00002 (0,00005)
п. 8	Массовая доля тяжелых металлов, %, не более для квалификаций: х. ч. ледяная 0,00003 х. ч. 0,00005	п. 7	Содержание тяжелых металлов, %, не более для квалификаций: х. ч. ледяная 0,00005 х. ч. 0,00005 (0,00008)
п. 11	Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий, %, не более для квалификации х. ч. ледяная 0,003	п. 9	Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий, %, не более для квалификации х. ч. ледяная 0,003 (0,005)
Разд. 3 п. 3.8	Определение проводится из навески продукта. Допускается определение массовой доли тяжелых металлов из раствора, полученного при определении массовой доли нелетучего остатка	Разд. 3 п. 3.9	Определение проводится из раствора, полученного при определении нелетучего остатка
Разд. 2а	«Требования безопасности»		Отсутствует
Разд. 5	«Гарантии изготовителя»		Отсутствует

Уксусную кислоту с нормами, приведенными в скобках, допускалось выпускать до 01.01.95.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 25.10.2006. Подписано в печать 08.11.2006. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,25. Тираж 91 экз. Зак. 787. С 3345.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6