

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ

Метод определения углеводородного состава

ГОСТ
10679—76

Liquefied hydrocarbon gases.
Method for determination of the hydrocarbon compound

Взамен
ГОСТ 10679—63

МКС 75.160.30
ОКСТУ 0209

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 мая 1976 г. № 1156 дата введения установлена

с 01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

Настоящий стандарт распространяется на сжиженные углеводородные газы и устанавливает метод определения их углеводородного состава (фракции C_3 и C_4 и их смеси), находящихся под избыточным давлением собственных паров, массовая доля которых 0,01 % и выше.

Сущность метода заключается в хроматографическом разделении углеводородов, входящих в состав сжиженного газа.

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Для определения углеводородного состава применяют:
хроматограф ЛХМ-80 или аналогичного типа с детектором по теплопроводности или пламенно-ионизационным детектором;
лупу измерительную по ГОСТ 25706—83 или аналогичную с ценой деления 0,1 мм;
линейку измерительную по НТД;
секундомер по ТУ 25—1819.00 21—90, ТУ 25—1894.003—90;
колбу круглодонную типа КГП-3 по ГОСТ 25336—82;
чашку фарфоровую по ГОСТ 9147—80;
эксикатор по ГОСТ 25336—82;
набор сит «Физприбор»;
печь муфельную электрическую, обеспечивающую нагрев до 750 °C—800 °C;
баню водянную или песочную;
шкаф сушильный, обеспечивающий нагрев до 150 °C;
алюминия окись активную по ГОСТ 8136—85;
трепел зикеевского карьера — сорбент (фракция 0,25—0,50 мм);
масло вазелиновое медицинское по ГОСТ 3164—78;
дибутилфталат;
гелий в баллоне;
водород технический сжатый по ГОСТ 3022—80;
азот в баллоне по ГОСТ 9293—74;
воздух в баллоне по ГОСТ 17433—80;
спирт этиловый синтетический по НТД, спирт этиловый технический по ГОСТ 17299—78 или спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—87;
натрий углекислый безводный по ГОСТ 83—79, 2 %-ный раствор;
кальций хлористый;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменениями № 1,2, утвержденными в июле 1981 г., декабре 1985 г.
(ИУС 10—81, 4—86).

С. 2 ГОСТ 10679—76

эфир петролейный;
эфир этиловый;
воду дистиллированную по ГОСТ 6709—72;
шприц типа «Рекорд» с инъекционными иглами;
пробоотборник типа ПУ по ГОСТ 14921—78.
(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

2. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

2.1. Для разделения углеводородов применяют модифицированную окись алюминия или модифицированный трепел зикеевского карьера.

Модифицированную окись алюминия применяют для анализа сжиженных газов, содержащих метан и дивинил.

2.2. Приготовление сорбентов

2.2.1. Активную окись алюминия массой 100 г с размером зерен 0,25—0,50 мм насыпают в фарфоровую чашку и прокаливают в муфельной печи при 700 °С в течение 7 ч, затем охлаждают в экскаторе и отсеивают от пыли.

В каждой партии окиси алюминия определяют удельный удерживаемый объем пропана и вычисляют массовую долю вазелинового масла, необходимую для модификации поверхности. Для этого часть подготовленной окиси алюминия загружают в хроматографическую колонку длиной 1 м, диаметром 3 мм. Массу загруженной окиси алюминия определяют по разности масс склянки с окисью алюминия до и после загрузки ее в колонку. Колонку устанавливают в хроматограф и, не подсоединяя к детектору, активируют окись алюминия при 250 °С в течение 2 ч в токе газа-носителя. Затем колонку охлаждают до комнатной температуры, подсоединяют к детектору и устанавливают заданный режим:

температура термостата, °С	50
температура испарителя, °С	50
ток детектора, МА	100
расход газа-носителя (гелия), см ³ /с	0,5

В хроматограф шприцем вводят смесь пропана с воздухом в соотношении 1:2 и по секундомеру определяют время удерживания компонентов. Удельный удерживаемый объем пропана (V_g^t) вычисляют по ГОСТ 17567—81.

$$V_g^t = \frac{V_R^1}{m_1}; \quad V_R^1 = (t_R - t_0) \cdot V_\alpha;$$

V_R^1 — приведенный удерживаемый объем пропана, см³;

t_R — время удерживания пропана, с;

t_0 — время удерживания воздуха, с;

V_α — скорость газа-носителя, см³/с;

m_1 — масса окиси алюминия, г.

Массовую долю вазелинового масла (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = 0,49 \cdot V_g^t + 7,6.$$

Массу вазелинового масла (m_2) в граммах вычисляют по формуле

$$m_2 = \frac{X \cdot m}{100},$$

где m — общая масса подготовленной окиси алюминия, г.

Массу вазелинового масла растворяют в круглодонной колбе в этиловом эфире в соотношении 1:25, затем сюда же насыпают подготовленную окись алюминия и перемешивают. Растворитель испаряют на песчаной бане при 60 °С—70 °С при непрерывном перемешивании смеси до исчезновения запаха эфира.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

2.2.2. Для приготовления модифицированного трепела зикеевского карьера отсеивают 500 г фракции размером 0,25—0,50 мм, смачивают раствором углекислого натрия, затем выдерживают в сушильном шкафу при 150 °С в течение 4 ч при периодическом перемешивании трепела стеклянной

палочкой. После этого фарфоровую чашечку с трепелом прокаливают в муфельной печи при 800 °С в течение 3 ч, охлаждают в эксикаторе, в котором он хранится и используется при необходимости. Хранение трепела допускается также в склянке, плотно закрытой крышкой.

Для трепела определяют его относительную адсорбционную активность (A) хроматографическим методом.

Среднюю пробу подготовленного трепела массой 40 г загружают в колонку хроматографа и снимают хроматограмму искусственной смеси газов, состоящей из 15 % пропана, 25 % воздуха и 60 % водорода.

Условия определения:

Хроматограф с детектором по теплопроводности.

Длина колонки, м	2
Температура термостата, °С	40
Объем пробы, см ³	2
Расход газа-носителя (азот), см ³ /мин	30
Ток детектора, мА	80

Величину A вычисляют как отношение расстояний l_1 и l_0 , измеренных по хроматограмме (черт. 1), в миллиметрах

$$A = \frac{l_1}{l_0}.$$

После определения величины A по полученной хроматограмме трепел высыпают из колонки хроматографа и помещают в эксикатор или склянку.

Массовую долю вазелинового масла и дибутилфталата (X), необходимую для модифицирования трепела, в процентах вычисляют по формуле

$$X = 3,2A + 2,8,$$

где A — относительная адсорбционная активность трепела.

Для модифицирования поверхности трепела берут из эксикатора или склянки две порции массой 60 и 40 г и обрабатывают первую порцию — раствором вазелинового масла в петролейном эфире, вторую порцию — раствором дибутилфталата в петролейном эфире.

Массу вазелинового масла (M_1) в граммах вычисляют по формуле

$$M_1 = \frac{60X}{(100 - X)}.$$

Массу дибутилфталата (M_2) в граммах вычисляют по формуле

$$M_2 = \frac{40X}{(100 - X)},$$

где X — массовая доля вазелинового масла или бутилфталата, %.

Модифицирование поверхности трепела проводят следующим образом: дибутилфталат или вазелиновое масло растворяют в эфире в соотношении 1:25, помещают в круглодонную колбу, затем в нее насыпают трепел. Колбу помещают в водяную баню при 90 °С и непрерывно перемешивают смесь до исчезновения запаха эфира.

2.3. Заполнение колонки хроматографа


Подготовку колонок и их набивку сорбентами выполняют в соответствии с требованиями к монтажу и эксплуатации хроматографа.

После установки в хроматограф колонки, заполненной активной окисью алюминия, его дополнительную активируют в токе газа-носителя при 70 °С в течение 5—6 ч.

При заполнении колонки хроматографа модифицированным трепелом его дополнительную активируют при 90 °С в течение 4 ч. Колонка состоит из двух секций. Первая секция (по ходу газа) длиной 4 м заполнена трепелом, модифицированным вазелиновым маслом, вторая секция длиной 2 м — трепелом, модифицированным дибутилфталатом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Хроматограмма
искусственной смеси газов



l_0 — расстояние от начала опыта до начала выхода отрицательного пика, мм;

l_1 — расстояние от начала выхода отрицательного пика до максимума пика пропана, мм


Черт. 1

2.4. Монтаж, наладка и подготовка хроматографа для анализа

При монтаже и наладке хроматографа выполняют следующие изменения в схеме: на испаритель вместо накидной гайки навинчивают приставку (черт. 2), состоящую из корпуса, в котором просверлены канавки диаметром примерно 2—3 мм, и крышки приставки (размеры приставки указаны в миллиметрах).

При вводе пробы непосредственно из пробоотборника (черт. 3) к корпусу приставки приваривается трубка сброса анализирующего газа. С одной стороны трубка закупоривается заглушкой. Между испарителем и корпусом приставки, а также корпусом приставки и крышкой вставляют резиновые мембранны, как указано на черт. 3.

При вводе пробы в хроматограф шприцем (черт. 4) к корпусу приставки привариваются две трубы для входа и сброса анализируемого газа.




1 — крышка приставки; 2 — корпус приставки

Черт. 2


Схема ввода пробы в хроматограф шприцем

Схема ввода пробы из пробоотборника иглой



1 — пробоотборник; 2 — накидная гайка с иглой; 3 — верхняя мембрана; 4 — крышка приставки; 5 — корпус приставки; 6 — головка испарителя; 7 — нижняя мембрана; 8 — трубка сброса газа; 9 — барботер

Черт. 3




1 — корпус приставки; 2 — крышка приставки; 3 — верхняя мембрана; 4 — шприц; 5 — пробоотборник; 6 — накидная гайка; 7 — резиновая уплотнительная прокладка; 8 — отвод; 9 — нижняя мембрана; 10 — головка испарителя; 11 — барботер

Черт. 4

Для сокращения времени анализа содержание углеводородов C_{5+} выше можно определять методом обратной продувки колонки хроматографа с регистрацией суммарного пика углеводородов по схемам *а* и *б* (черт. 5). На схемах пунктирной линией указан ход газа-носителя при обратной продувке.

Подключение хроматографа к сети, проверка на герметичность и вывод на режим выполнются в соответствии с требованиями к монтажу и эксплуатации хроматографа.



Черт. 5

(Измененная редакция, Изд. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Пробу сжиженных газов в хроматограф с детектором по теплопроводности вводят с низа вертикально расположенного пробоотборника инъекционной иглой или медицинским шприцем, в хроматограф с пламенно-ионизационным детектором — медицинским шприцем.

При вводе пробы непосредственно из пробоотборника (черт. 3) к запирающей втулке пробоотборника присоединяют накидную гайку с инъекционной иглой. Иглой прокалывают верхнюю резиновую мембрану приставки, открывают пробоотборник (фиксируется барботером), затем, прокалывая нижнюю резиновую мембрану приставки, вводят пробу в хроматограф. Быстро вынимают иглу из нижней мембраны и закрывают пробоотборник. Ввод проб осуществляется по времени в зависимости от давления в пробоотборнике и от чувствительности хроматографа и не должен превышать 2 с.


Пробу медицинским шприцем (черт. 4) вводят следующим образом: открывают пробоотборник (что фиксируется барботером), прокалывают иглой шприца резиновую мембрану приставки, промывают шприц 2—3 раза анализируемым продуктом, отбирают необходимую дозу газа (подбирается экспериментально в зависимости от чувствительности хроматографа), затем прокалывают нижнюю мембрану приставки и вводят пробу в испаритель хроматографа, закрывают пробоотборник. Ввод проб проводится в объемных долях.

Допускается вводить пробу жидкостным краном-дозатором для сжиженных газов.

3.2. Анализ сжиженного газа, содержащего метан и дивинил, следует проводить на колонке с окисью алюминия, модифицированной вазелиновым маслом. При содержании в анализируемой смеси малых концентраций изобутилена анализ следует проводить на колонке с трепелом, модифицированным вазелиновым маслом и дибутилфталатом (хроматограммы приведены на черт. 6—7).

На черт. 7а приведена типовая хроматограмма бутановой фракции на окиси алюминия, модифицированной вазелиновым маслом.


С. 6 ГОСТ 10679—76



1 — воздух; 2 — метан; 3 — этан+этен; 4 — пропан; 5 — пропен; 6 — изобутан; 7 — *н*-бутан; 8 — бутен-1; 9 — изобутен; 10 — *транс* бутен-2; 11 — *цис*-бутен-2; 12 — бутадиен-1,3; 13 — изопентан; 14 — 3-метилбутен-1; 15 — *н*-пентан; 16 — пентен-1; 17 — 2-метилбутен-1 + *транс*-пентен-2; 18 — *цис*-пентен-2

Черт. 6

Хроматограмма *н*-бутана на окиси алюминия, модифицированной вазелиновым маслом



1 — воздух; 2 — изобутан; 3 — *н*-бутан; 4 — бутен-1; 5 — изобутен; 6 — *транс*-бутен-2 + 2,2-диметилпропан; 7 — *цис*-бутен-2; 8 — изопентан

Черт. 7а

1 — воздух + метан; 2 — этан + этен; 3 — пропан; 4 — пропен; 5 — изобутан; 6 — *н*-бутан; 7 — бутен-1; 8 — изобутен; 9 — *транс*-бутен-2; 10 — бутадиен-1,3; 11 — *цис*-бутен-2; 12 — изопентан; 13 — 3-метилбутен-1; 14 — *н*-пентан; 15 — пентен-1; 16 — 2-метилбутен-1; 17 — *транс*-пентен-2; 18 — *цис*-пентен-2; 19 — 2-метилбутен-2

Черт. 7

3.3. Анализ на колонке с окисью алюминия, модифицированной вазелиновым маслом, проводят при рабочих условиях, указанных ниже.

Длина колонки, м	6
Диаметр колонки, мм	3—4
Температура термостата, °С	60
Температура испарителя, °С	100
Чувствительность регистратора	подбирается экспериментально
Газ-носитель	гелий (для детектора по теплопроводности)
	гелий или азот (для пламенно-ионизационного детектора)
Расход газа-носителя, дм ³ /ч	2,4
Объем пробы (в газовой фазе), см ³	1 (для детектора по теплопроводности) и 0,1—0,2 (для пламенно-ионизационного детектора)

Продолжительность анализа, мин

3.1—3.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4. Анализ на колонке с модифицированным трепелом проводят при рабочих условиях, указанных ниже.

Общая длина составной колонки, м	6
Диаметр колонки, мм	3—4
Секция с трепелом зикеевского карьера, модифицированным вазелиновым маслом, м	4
Секция с трепелом, модифицированным дубитилфталатом, м	2
Температура термостата, °С	50
Температура испарителя, °С	100
Чувствительность регистратора	подбирается экспериментально
Газ-носитель	по п. 3.3
Расход газа-носителя, дм ³ /ч	3—3,5
Объем пробы, см ³	по п. 3.3
Продолжительность анализа, мин	20—25

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Определение углеводородного состава сжиженного газа

Углеводородный состав устанавливают по относительным удерживаемым объемам углеводородов, приведенным в табл. 1—2.

Относительный объем удерживания (V_g) вычисляют по формуле

$$V_g = \frac{l_n}{l_{n\text{-бутан}}},$$

где l_n — расстояние от первого пика до максимума пика данного углеводорода, мм;

$l_{n\text{-бутан}}$ — расстояние от первого пика до максимума пика *n*-бутана, мм.

Таблица 1

Относительные объемы удерживания и порядок выхода углеводородов на колонке с Al_2O_3 , модифицированной вазелиновым маслом

Углеводороды	Объем относительного удерживания	Углеводороды	Объем относительного удерживания
Метан	0,002	<i>cis</i> -Бутен-2	1,730
Этан + этен	0,092	Бутадиен-1,3	2,140
Пропан	0,320	Изопентан	2,490
Пропен	0,400	3-Метилбутен-1	2,520
Изобутан	0,730	<i>n</i> -Пентан	3,010
<i>n</i> -Бутан	1,000	Пентен-1	5,750
Бутен-1	1,260	2-Метилбутен-1 + <i>транс</i> -Пентен-2	4,100
Изобутен	1,350	<i>cis</i> -Пентен-2	4,830
<i>транс</i> -Бутен-2	1,450		

Таблица 2

Относительные объемы удерживания и порядок выхода углеводородов на колонке с трепелом, модифицированным вазелиновым маслом и дигидрофталатом

Углеводороды	Объем относительного удерживания	Углеводороды	Объем относительного удерживания
Метан + воздух		<i>цис</i> -Бутен-2	1,82
Этан + этен	0,09	Изопентан	2,32
Пропан	0,32	3-Метилбутен-1	2,65
Пропен	0,44	<i>н</i> -Пентан	2,94
Изобутан	0,76	Пентен-1	3,56
<i>н</i> -Бутан	1,00	2-Метилбутен	4,41
Бутен-1	1,29	<i>транс</i> -Пентен-2	4,76
Изобутен	1,44	<i>цис</i> -Пентен-2	5,06
<i>транс</i> -Бутен-2	1,59	2-Метилбутен-2	5,38
Бутадиен-1,3	1,71		

4.2. Массовую долю индивидуального углеводорода в анализируемом газе (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{S_i \cdot 100}{\Sigma S_i},$$

где S_i — приведенная площадь пика данного углеводорода, мм^2 ;

ΣS_i — сумма приведенных площадей пиков всех углеводородов, мм^2 .

Приведенную площадь пика углеводородов (S_i), мм^2 , вычисляют по формуле

$$S_i = h \cdot a \cdot k \cdot b,$$

где h — высота пика, мм ;


a — ширина пика, измеренная на середине его высоты, мм ;

b — масштаб регистратора;

k — массовый коэффициент чувствительности.


При проведении анализа с обратной продувкой колонки суммарная площадь углеводородов $C_5 +$ выше может фиксироваться на хроматограмме в виде не полностью разделенных пиков. В этом случае общая площадь, соответствующая содержанию углеводородов $C_5 +$ выше, разбивается на ряд правильных геометрических фигур, площадь которых вычисляется раздельно, а затем суммируется (черт. 8, 9).

Разбивка суммарной площади пика углеводородов на ряд правильных геометрических фигур



1, 2 — треугольники; 3 — трапеция

Черт. 8



1, 2, 4 — треугольники; 3 — трапеция

Черт. 9

Поправочные коэффициенты чувствительности при использовании в качестве газа-носителя гелия или водорода приведены в табл. 3, 4.

Таблица 3

Поправочные коэффициенты чувствительности для детектора по теплопроводности (газ-носитель гелий)

Углеводороды	Массовые коэффициенты чувствительности	Углеводороды	Массовые коэффициенты чувствительности
Метан	0,66	Изобутан	1,04
Этан + этен	0,87	<i>н</i> -Бутан	1,00
Пропан	1,00	Бутен-1	1,02
Пропен	0,96	Изобутен	1,00

Продолжение табл. 3

Углеводороды	Массовые коэффициенты чувствительности	Углеводороды	Массовые коэффициенты чувствительности
транс-Бутен-2	0,97	2-Метилбутен-1	1,04
цис-Бутен-2	0,95	транс-Пентен-2	0,99
Бутадиен-1,3	0,99	цис-Пентен-2	1,04
Изопентан	1,04	2-Метилбутен-2	1,04
3-Метилбутен-1	1,04	$C_5 + b$ предельного состава	1,08
н-Пентан	1,01	$C_5 + b$ непредельного состава	1,10
Пентен-1	1,04		

Таблица 4

Поправочные коэффициенты чувствительности для пламенно-ионизационного детектора

Углеводороды	Массовые коэффициенты чувствительности	Углеводороды	Массовые коэффициенты чувствительности
Метан	1,11	цис-Бутен-2	0,97
Этан	1,04	Бутадиен-1,3	0,94
Этен	0,97	Изопентан	1,00
Пропан	1,02	3-Метилбутен-1	0,97
Пропен	0,97	н-Пентан	1,00
Изобутан	1,00	Пентен-1	0,97
н-Бутан	1,00	2-Метилбутен-1	0,97
Бутен-1	0,97	транс-Пентен-2	0,97
Изобутен	0,97	цис-Пентен-2	0,97
транс-Бутен-2	0,97	2-Метилбутен-2	0,97

За результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений для всех углеводородов анализируемого сжиженного газа. Результаты вычисляют до второго десятичного знака.

Допускаемые расхождения между параллельными определениями не должны быть более величин, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Массовая доля компонентов, %	Допускаемые расхождения, %
Св. 0,1 до 0,3	0,025
» 0,3 » 1,0	0,07
» 1,0 » 3,0	0,15
» 3,0 » 10,0	0,3
» 10,0 » 30,0	0,5
» 30,0	0,7

Нормы допускаемых расхождений соответствуют уровню доверительной вероятности 95 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).